

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AGHI E ALTRO MATERIALE PER
OFTALMOLOGIA” ID.16PRE024**

PRECISAZIONE DEL 19/05/2017

DOMANDE:

- 1) Potete specificare se per il lotto 100 "punch monouso a suzione con diametri variabili da 7 a 9.50mm" i punch richiesti sono per donatore o per destinatario?
- 2) LOTTO 7a): Asciughini a sigaretta: la confezione, quanti asciugini deve contenere?
- LOTTO 76:
- telo copripaziente 100x120cm: è munito di sacca oppure no?
 - Garze 10x10cm: numero degli strati e se in TNT?
- LOTTO 77:
- asciugini a freccette assorbenti conf. da circa 6 pezzi: gli asciugini a lancetta si trovano in buste da 5pz e non da 6. E’ possibile usare una bustina da 5 pezzi?
- LOTTO 78:
- Microbisturi da 2,2 mm e Microbisturi 15°:devono essere forniti come il lotto precedente (77) con sistema ad una mano?
 - 2 Contenitori per liquidi da 30 cc: è possibile offrire un contenitore da 60cc(che comunque contiene i 30cc?)
 - Steril strip: dimensioni e numero pezzi
 - Siringa da 2,5 cc e 5cc: sono L.L.?
- LOTTO 81:
- 1 telo copripaziente
 - 1 telino oftalmico TNT con film per incisione (circa cm 140 x 130) con sacca raccolta liquido completa di drenaggio per occhio infossato: queste due voci sono un'unica descrizione?
- LOTTO 84:
- 1 ago ipodermico 22G: lunghezza dell’ago
- 3) LOTTO 78: Flaconcino di soluzione polisalina bilanciata da 15ml: può essere offerta anche in una misurazione leggermente discostante tipo19ml?
- LOTTO 79: Pean piccolo “retto”, misura dai 15cm circa: per quale utilizzo viene applicata? Può essere corretta una pinza rochester?
- LOTTO 85: Blefarostato reverse: deve essere a valve piene o aperte? Regolabile o no?

- 4) **LOTTO N. 1 - voce "n" - "banderella in silicone con terminale metallico 2.5 mm":**
non si riesce a identificare: si riferisce a uno "style" ? quale? terminale metallico è esatto?
- LOTTO N. 31** – "gas monodose....." cosa si intende ? da associare al lotto 30?
- LOTTO N. 41 – rif. B – manipolo monouso** – è richiesto attivo o passivo?
- LOTTO N. 45 – ago di Charleux** – la punta deve essere protetta, non protetta, con brush?
- LOTTO N. 47 – ago canula coassiale** – che gauge?
- LOTTO N. 69** – "pinza ciliare....." monouso o pluriuso?
- LOTTO N. 108** - "pinza piatta monouso.." si intende con manico con disp. di azionamento a 360° a raggiera oppure con manico tipo "DORC" ?
- Confermate il vincolo della base d'asta indicato nella colonna prezzo unitario di riferimento?
- 5) Chiediamo informazioni aggiuntive per quanto riguardano i LOTTI che di seguito andremo ad elencare:
- LOTTO 77: La possibilità di posizionare la soluzione salina, come nel lotto 78 (contenuto in una sacca esterna al custom pack)
- LOTTO 79, 80 ed 83: Il telo copri paziente è con sacca o senza?
- LOTTO 80: FERMABULBO AD ANELLO CON APERTURA A 4MM E SUPERFICIE DI CONTATTO CON AREA CHIRURGICA FORNITA DI SPUGNA ASSORBENTE: Questo articolo è esclusiva di un'unica azienda e quindi non commercializzato da altri con le caratteristiche individuate da questa descrizione, e non di normale utilizzo per l'esecuzione dell'intervento a cui è destinato(intervento intravitale).
- Pertanto si chiede di eliminare tale accessorio dal Custom pack oppure di indicare una tipologia di strumentario alternativo.
- Contestualmente a tali chiarimenti, sollecitiamo vista la particolarità di alcuni articoli, una celere risposta sia delle vecchie richieste che delle nuove.
- 6) in riferimento alla gara indicata in oggetto, per il lotto n. 101 "OCCHIALE DI PROVA SISTEMA TABO" trattandosi di una attrezzatura, non siamo in grado di darvi la campionatura richiesta, possiamo partecipare ugualmente al lotto specificando la motivazione della mancata consegna?
- 7) - Lotto n. 16, il materiale dell'anello può essere anche in polipropilene?
- Lotto n. 30, i gas possono essere anche in confezione superiore a 30 ml?
- Lotto n. 31, sono richiesti 3 gas diversi, la campionatura deve essere presentata per 1 pz. per ogni tipologia di gas o può essere di 1 pezzo a scelta tra i tre?
- Lotto n. 33, non è specificato da quanti ml deve essere la siringa prevaricata
- Lotti n. 37 e 38, non è specificato se devono esserci i tubi di connessione; se si devono essere Constellation?
- 8) Siamo a chiedere se la composizione del LOTTO 78 sia corretta in quanto dall'analisi dei vari Custom Pack è l'unico in cui manca il telo copri paziente.

9) LOTTO 76 : CUSTOM PACK –

- 1) 4 GARZE ROTONDE MISURA MEDIA IN BATUFFOLO : VI PREGHIAMO VOLER INDICARE L'ESATTO DIAMETRO RICHiesto E IL TESSUTO (TNT OPPURE GARZA DI COTONE)
- 2) 10 PEZZI GARZE 10X10CM. : VI PREGHIAMO VOLER INDICARE IL TESSUTO (TNT OPPURE GARZA DI COTONE) E GLI STRATI (4 OPPURE 8) –
- 3) TELO COPRIPAZIENTE 100X120 CIRCA : VI CHIEDIAMO DI VOLER INDICARE IL TESSUTO (SMMS OPPURE BIACCOPPIATO IMPERMEABILE E ASSORBENTE) – IL FORO PUO' ESSERE OVALE CM.9X12? - E' DA PREVEDERE UNA O PIU' SACCA RACCOLTA LIQUIDI?

LOTTO 79: CUSTOM PACK INTRAVITREALE –

- 1) TELO COPRI PAZIENTE CON INCISIONE CM.100X120 CIRCA : VI CHIEDIAMO DI VOLER INDICARE IL TESSUTO (SMMS OPPURE BIACCOPPIATO IMPERMEABILE E ASSORBENTE) – IL FORO PUO' ESSERE OVALE CM.9X12? - E' DA PREVEDERE UNA O PIU' SACCA RACCOLTA LIQUIDI?

LOTTO 80 : CUSTOM PACK INTRAVITREALE –

- 1) TELO COPRI PAZIENTE CM.100X120 CIRCA : VI CHIEDIAMO DI VOLER INDICARE IL TESSUTO (SMMS OPPURE BIACCOPPIATO IMPERMEABILE E ASSORBENTE) – IL FORO PUO' ESSERE OVALE CM.9X12? - E' DA PREVEDERE UNA O PIU' SACCA RACCOLTA LIQUIDI?
- 2) 6 GARZE MEDIE ROTONDE : : VI PREGHIAMO VOLER INDICARE L'ESATTO DIAMETRO RICHiesto E IL TESSUTO (TNT OPPURE GARZA DI COTONE)
- 3) 10 GARZE CM.7,5X7,5 CIRCA : : VI PREGHIAMO VOLER INDICARE IL TESSUTO (TNT OPPURE GARZA DI COTONE) E GLI STRATI (4 OPPURE 8)

LOTTO 81 : CUSTOM PACK VITRECTOMIA –

- 1) 10 GARZE CM.10X10 CIRCA : VI PREGHIAMO VOLER INDICARE IL TESSUTO (TNT OPPURE GARZA DI COTONE) E GLI STRATI (4 OPPURE 8))
- 2) OCCLUSORE PROTETTIVO POST OPERATORIO : VI PREGHIAMO VOLER SPECIFICARE COSA SI INTENDE
- 3) 2 COPRIBRACCIOLI : VI PREGHIAMO VOLER SPECIFICARE LE MISURE

LOTTO 84 : CUSTOM PACK CATARATTA –

- 1) 10 GARZE CM.10X10 CIRCA : VI PREGHIAMO VOLER INDICARE IL TESSUTO (TNT OPPURE GARZA DI COTONE) E GLI STRATI (4 OPPURE 8)
- 2) 1 TELINO OFTALMICO TNT CON FILM PER INCISIONE (CIRCA 140 X130) CON SACCA – VI CHIEDIAMO DI VOLER INDICARE IL TESSUTO (SMMS OPPURE BIACCOPPIATO IMPERMEABILE E ASSORBENTE) – IL FORO PUO' ESSERE OVALE CM.9X12?
- 3) 2 COPRIBRACCIOLI : VI PREGHIAMO VOLER SPECIFICARE LE MISURE

- 10) Con riferimento a quanto precisato nell'art. 3 del disciplinare di gara ed in particolare, : “ In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare”, chiediamo se l'importo garantito debba riferirsi al lotto di maggior valore oppure alla sommatoria dei lotti di partecipazione.

11)	lotto 76 1 telo copripaziente 100x120cm circa	telo oculistico con film e sacca o telino standard 100x120 ?
	Lotto 77 1 pezzo: Telo copripaziente circa cm 100x120 con foro, sacca, film da incidere e drenaggio capillare in pva. 1 pezzo: soluzione salina bilanciata minimo da 25 cc.	drenaggio capillare in pva.? non possiamo inserirle all'interno del pacco, semmai esternamente, va bene comunque?
	Lotto 78 2 Contenitori per liquidi da 30 cc 1 Tampone oculare	Va bene anche da 60 ml. adesivo o non ?
	Lotto 79 1 telo copri paziente con incisione cm 100 x 120 circa	telo oculistico con film e sacca o telino standard 100x120 ?
	Lotto 80 1 telo copri paziente cm 100 x 120 circa	telo oculistico con film e sacca o telino standard 100x120 ?
	Lotto 81 1 telino oftalmico TNT con film per incisione (circa cm 140 x 130) con sacca raccolta liquido completa di drenaggio per occhio infossato	si intende sempre drenaggio capillare in pva.?
	Lotto 82 n. 1 pz telo copri paziente, 165x255cm	con 2 sacche e film ???
	Lotto 83 - 1 sacchetto plastica con stringa	se è per contenere la minuteria va bene una busta minigrip?
	Lotto 84 2 camici con chiusura velcro extra large e 4 salviette assorbenti	chiusura velcro ,si intende al collo ?
	1 telino oftalmico TNT con film per incisione (circa cm 140 x 130) con sacca raccolta liquido completa di drenaggio per occhio infossato	si intende sempre drenaggio capillare in pva.?
	2 copri braccioli	dimensioni ?

- 12) in riferimento ai lotti 77 e 78 siamo a segnalare che a nostra esperienza ci sono solo 2 aziende (██████, ██████) in grado di poter fornire soluzioni saline nel confezionamento richiesto e nell'allestimento collegato al custom pack.

Considerando che queste specifiche descrizioni impedirebbero la partecipazione di più aziende sfavorendo la libera concorrenza e che quindi tale allestimento sembra particolarmente restrittivo a favorire le due aziende, si chiede:

1. di escludere tale prodotto dal confezionamento del custom pack
2. di permettere l'offerta di flacone in vetro da 250/500ml da cui il personale potrà avere il dosaggio richiesto.

13) siamo a richiederVi il seguente chiarimento in riferimento alla procedura in oggetto:

Per il lotto 78 viene richiesto per ogni custom pak fornito una confezione gratuita di soluzione salina bilanciata da 500ml. La confezione potrà essere fornita separatamente.

Si segnala che, la soluzione salina bilanciata da 500ml viene anche richiesta nella Vs. procedura di gara ID14FAR006.2 LOTTO 21b.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di confermare che sia necessaria la soluzione bilanciata da 500ml anche nel lotto 78 della procedura ID 16PRE024 CUC.

14) Nel caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare un'unica cauzione provvisoria?
Ovviamente l'importo totale della garanzia sarà dato dalla somma degli importi richiesti per ogni lotto e saranno evidenziati nel documento stesso il numero dei lotti per i quali è stata prestata.

RISPOSTE:

1) LOTTO 100: ci si riferisce al “donatore”.

2) LOTTO 7a): almeno 10 asciughini.

LOTTO 76:

- Il telo copripaziente deve essere munito di sacca
- Garze: si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire i dispositivi con le caratteristiche ritenute più appropriate, purché non in contrasto con la descrizione del lotto.

LOTTO 77: si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.

LOTTO 78:

- si conferma che devono essere forniti con sistema a una mano
- è possibile offrire anche due contenitori da 60
- steril strip: almeno una confezione con 5pz circa, 10cm l'uno
- si conferma che sono L.L.

LOTTO 81: trattasi di due voci distinte

LOTTO 84: lunghezza dell'ago 30-32mm circa.

3) LOTTO 78: si conferma che il flaconcino può essere offerto anche in una misurazione leggermente discostante dal richiesto.

LOTTO 79: si conferma che può essere corretta una pinza rochester.

LOTTO 85: il blefarostato deve essere a valve piene e regolabile.

4) LOTTO 1n): si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire i dispositivi con le caratteristiche ritenute più appropriate, purché non in contrasto con la descrizione del lotto. Si rimanda inoltre a quanto già previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara in merito alla “soglia di partecipazione dell'80%”.

LOTTO 31: si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire i dispositivi con le caratteristiche ritenute più appropriate, purché non in contrasto con la descrizione del lotto.

LOTTO 41: l'ago di charles monouso deve avere il sistema passivo associato al terminale di aspirazione (attivo)

LOTTO 45: la punta deve essere protetta

LOTTO 47: 23,25,27 gauge

LOTTO 69: pluriuso

LOTTO 108: si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire i dispositivi con le caratteristiche ritenute più appropriate, purché non in contrasto con la descrizione del lotto.

- Si conferma che, per i lotti con più voci, i prezzi unitari indicati nell'Allegato al Capitolato Speciale sono dei prezzi di riferimento e non delle basi d'asta. Le uniche basi d'aste non superabili sono rappresentate dai prezzi complessivi dei singoli lotti per 36 mesi.

- 5) LOTTO 77: si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato.
LOTTO 79, 80 e 83: il telo copri paziente 100x120 cm circa deve essere con film adesivo da incidere e sacca di raccolta liquidi.
LOTTO 80: Si confermano le caratteristiche tecniche del lotto già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. Per quanto concerne l'eventuale presentazione da parte delle ditte concorrenti di offerte cosiddette "equivalenti", si rimanda a quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara e dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.
- 6) LOTTO 101: si conferma quanto previsto in merito dal Capitolato Speciale al paragrafo "Campionatura" e si evidenzia che, come già indicato, *"L'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) si rende disponibile alla restituzione di tutta la campionatura a spese della ditta al termine del procedimento, qualora la stessa non venga utilizzata nel procedimento di valutazione ed in ogni caso nelle condizioni in cui si troverà al termine della suddetta valutazione"*.
- 7) - LOTTO 16: Si confermano le caratteristiche tecniche del lotto già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. Per quanto concerne l'eventuale presentazione da parte delle ditte concorrenti di offerte cosiddette "equivalenti", si rimanda a quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell'art. 7 del Disciplinare di gara e dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.
- LOTTO 30: sì, si conferma
- LOTTO 31: la campionatura può essere di 1 pezzo a scelta tra i tre.
- LOTTO 33: la siringa precaricata deve essere Luer Lock e di 10 ml
- LOTTI 37 E 38: la descrizione presente nell'Allegato al Capitolato Speciale viene integrata come segue: "con connettori raccordabili con tutti i faco-vitrectomi/vitrectomi presenti sul mercato".
- 8) LOTTO 78: la descrizione viene integrata con la seguente richiesta: "1 telo copri paziente cm 100 x 120 circa".
- 9)
- Lotto 76:
- 1) garze in cotone
 - 2) garze di cotone, minimo 4 strati non bariate (senza filo di Bario)
 - 3) Telo copripaziente in TNT (non serve biaccoppiato impermeabile ed assorbente) munito di film adesivo da incidere e sacca di raccolta liquidi (no foro ovale)
- Lotto 79:
- 1) Telo copripaziente in TNT (non serve biaccoppiato impermeabile ed assorbente) munito di film adesivo da incidere e sacca di raccolta liquidi (no foro ovale)
- Lotto 80:
- 1) Telo copripaziente in TNT (non serve biaccoppiato impermeabile ed assorbente) munito di film adesivo da incidere e sacca di raccolta liquidi (no foro ovale)
 - 2) Garze di cotone
 - 3) Garze di cotone, minimo 4 strati non bariate (senza filo di Bario)

Lotto 81:

- 1) Garze di cotone, minimo 4 strati non bariate (senza filo di Bario)
- 2) Si intende conchiglia protettiva postoperatoria in materiale plastico trasparente
- 3) I copri braccioli devono essere larghi non meno di circa 15 cm di larghezza e circa 40 cm di lunghezza

Lotto 84:

- 1) Garze di cotone, minimo 4 strati non bariate (senza filo di Bario)
- 2) Telo copripaziente in TNT (non serve biaccoppiato impermeabile ed assorbente) munito di film adesivo da incidere e sacca di raccolta liquidi (no foro ovale)
- 3) I copri braccioli devono essere larghi non meno di circa 15 cm di larghezza e circa 40 cm di lunghezza

10) Si conferma che l'importo da garantire dovrà corrispondere alla sommatoria degli importi indicati per ogni singolo lotto nella colonna "Cauzione provvisoria da versare 2%" riportata nell'Allegato al Capitolato Speciale, per i lotti di partecipazione.

11)

LOTTO 76: Telo copripaziente in TNT (non serve biaccoppiato impermeabile ed assorbente) munito di film adesivo da incidere e sacca di raccolta liquidi (no foro ovale)

LOTTO 77: la soluzione salina bilanciata minimo 25 cc va bene anche fuori dal custom pack

LOTTO 78: è possibile offrire anche due contenitori da 60.

LOTTO 79: Telo copripaziente in TNT (non serve biaccoppiato impermeabile ed assorbente) munito di film adesivo da incidere e sacca di raccolta liquidi (no foro ovale)

LOTTO 80: Telo copripaziente in TNT (non serve biaccoppiato impermeabile ed assorbente) munito di film adesivo da incidere e sacca di raccolta liquidi (no foro ovale)

LOTTO 81: si intende drenaggio capillare in pva

LOTTO 82: si intende munito di film adesivo da incidere (no foro ovale) con due sacche

LOTTO 83: si confermano le caratteristiche tecniche già indicate nell'Allegato al Capitolato Speciale. In caso di dubbi interpretativi e in assenza di specifiche richieste al riguardo, le ditte concorrenti possono offrire i dispositivi con le caratteristiche ritenute più appropriate, purché non in contrasto con la descrizione del lotto.

Lotto 84:

- 1) Si intende chiusura velcro al collo
- 2) si intende drenaggio in pva
- 3) I copri braccioli devono essere larghi non meno di circa 15 cm di larghezza e circa 40 cm di lunghezza

- 12) LOTTI 77 E 78 – soluzioni saline: si rimanda alle risposte già fornite ai punti precedenti della presente precisazione (risposte ai quesiti n. 3, n. 5 e n. 11).
- 13) LOTTO 78: si conferma la descrizione del lotto indicata nell'Allegato al Capitolato Speciale, così come integrata con le risposte fornite ai punti precedenti della presente precisazione.
- 14) Si conferma la possibilità di procedere come da Voi indicato.