

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “AGHI E ALTRO MATERIALE PER
OFTALMOLOGIA” ID.16PRE024**

PRECISAZIONE DEL 23/05/2017

DOMANDE:

- 1) LOTTO 78: i bisturi inseriti nella configurazione del cpk dovranno essere protetti?
- 2)
 1. LOTTO 21 - conferma della correttezza del prezzo a base d’asta. Il prezzo indicato per la lente, con caratteristiche di base simili, prevista al lotto successivo (22) è, come si può notare, molto più alto.
 2. LOTTO 65 VOCE A E B e lotto 66 - chiediamo conferma della Vs. necessità di acquistare una lente sterilizzabile in autoclave (ACS) come indicato nel capitolato in oggetto. Dal prospetto di aggiudicazione della scorsa gara ID 13PRE011, vd. Lotto 67 e 68 aventi descrizione identica a quella attuale, sono state aggiudicate lenti non ACS, aventi quindi un prezzo notevolmente più basso.
 3. Occorre produrre la campionatura anche per i dispositivi attualmente in uso presso i Vs enti?
- 3) Si chiede di specificare quali devono essere le misure del telo copripaziente dei lotti n. 81 e 84; inoltre si chiede se è possibile prorogare di qualche giorno la data di presentazione delle offerte e della campionatura.

RISPOSTE:

- 1) LOTTO 78: si conferma che devono essere protetti.
- 2) LOTTO 21: Si conferma il prezzo complessivo a base d’asta riportato nell’Allegato al Capitolato Speciale.
LOTTO 65 E LOTTO 66: si confermano le descrizioni dei lotti riportate nell’Allegato al Capitolato Speciale.
CAMPIONATURA: Si conferma che tutte le ditte concorrenti devono comunque ottemperare a quanto previsto dal Capitolato Speciale.
- 3) LOTTI N. 81 E 84: 180 cm x 150 cm circa.
Si conferma la data di presentazione delle offerte e della campionatura riportata nel bando di gara.