

VERBALE N. 1

ID20APB007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIUNITI ODONTOIATRICI DA DESTINARE ALL'AREA AMBULATORIALE DELLA SSD ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) – PRESIDIO OSPEDALIERO DI UDINE.

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Gennaio, alle ore 09:00 tramite l'utilizzo della piattaforma TEAMS di microsoft, in modalità da remoto, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale ARCS N. 17 del 07/01/2021 ed incaricata della valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura indicata in oggetto.

Sono presenti i Sigg:

Dott. Giovanni Freschi **Presidente**

Dott. Marco Salerno **Componente**

Ing. Massimo D'Antoni **Componente**

assiste e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la sig.ra Daniela Mattiussi.

Premesso che:

- la gara in argomento è svolta in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma predisposta da Consip per il tramite del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
- la fornitura in argomento verrà aggiudicata, in lotto unico, secondo il criterio indicato dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità/prezzo	70/30
-----------------------	--------------

- ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale di gara è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti su 70 e pertanto saranno esclusi dalla gara i concorrenti che conseguano un punteggio inferiore alla predetta soglia.
- si procederà alla riparametrazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 70;
- i criteri di valutazione delle offerte sono esplicitati nella documentazione di gara e

l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi;

- i lavori della seduta odierna prevedono l'esame della documentazione tecnica presentata dalle sottoelencate ditte:

1	HENRY SCHEIN KRUGG
2	ATHENA SRL
3	STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTRONICALI
4	TECNO.MED S.N.C. DI M. DI BENEDETTO

- il RUP ha provveduto, nella medesima data del 18 Gennaio 2021 a partire dalle ore 08:15 al download della documentazione tecnica prodotta dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

richiamate le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto, procede all'apertura dei files prodotti da ciascuna ditta partecipante, contenenti la documentazione tecnica richiesta, e ad una prima disamina dei contenuti quali:

1. le relazioni tecniche illustrative-descrittive pervenute, per l'identificazione delle apparecchiature nella configurazione offerta nonché per la verifica della conformità delle attrezzature proposte alle normative richieste e il programma di formazione del personale di cui all'art. 13 del capitolo
2. i questionari tecnici
3. la copia delle offerte economiche prive dell'indicazione di ogni percentuale di sconto e dei prezzi e recanti il dettaglio di ogni parte di cui i sistemi si compongono nonché gli elenchi degli eventuali materiali di ricambio e accessori opzionali disponibili senza indicazione dei prezzi;

La Commissione rileva che, in base alla documentazione tecnica prodotta, tutti gli operatori economici hanno presentato quanto richiesto.

Si redige il presente verbale che viene letto e approvato tramite Teams, rimandando la sottoscrizione olografa al successivo incontro in presenza che viene calendarizzato per il giorno 25 Gennaio 2021.

Alle ore 09:57 la Commissione sospende i lavori.

Dott. Giovanni Freschi f.to_____

Dott. Marco Salerno f.to_____

Ing. Massimo D'Antoni f.to_____

Daniela Mattiussi f.to_____ Segretario verbalizzante



VERBALE N. 2

ID20APB007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIUNITI ODONTOIATRICI DA DESTINARE ALL'AREA AMBULATORIALE DELLA SSD ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) – PRESIDIO OSPEDALIERO DI UDINE.

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Gennaio, alle ore 09:10 presso la sala riunioni palazzina A del comprensorio di via Pozzuolo n. 330 di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale ARCS N. 17 del 07/01/2021 ed incaricata della valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura indicata in oggetto.

Sono presenti i Sigg:

Dott. Giovanni Freschi **Presidente**

Dott. Marco Salerno **Componente**

Ing. Massimo D'Antoni **Componente**

assiste e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la sig.ra Daniela Mattiussi.

La Commissione

dà lettura del verbale N. 1 e procede all'apposizione della firma olografa.

Richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto, procede a dare lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti.

La Commissione procede con l'esame della documentazione presentata da ciascuna delle ditte partecipanti, ovvero Henry Schein Krugg, Athena Srl, Sted Servizi e Tecnologie Elettromedicali e Tecno.Med S.N.C. di M. Di Benedetto e procede alla verifica del possesso dei requisiti minimi, pena esclusione, previsti dal Capitolato Speciale per ciascuna delle apparecchiature offerte.

Dall'analisi della documentazione tecnica, ed in particolare dal questionario tecnico della ditta Sted Servizi e Tecnologie Elettromedicali emerge che le attrezzature offerte non rispondono ai requisiti minimi richiesti pena esclusione per quanto concerne i sottoindicati punti:

- Riunito odontoiatrico Sinius CS:
 - 2.2 "Corpo riunito solidale alla poltrona"
 - 2.4 "Corpo riunito dotato di lampada scialitica e gruppo idrico ad esso solidale"
 - 2.8 "Tavoletta medico solidale alla poltrona e al gruppo idrico"
 - 2.31 "Tavoletta assistente articolata e regolabile in altezza"
 - 2.41 "Radiologico endorale con comando a distanza senza fili"
 - 2.50 "Poggiatesta regolabile su tre articolazioni"

- 2.51 "Possibilità di sollevare i carichi dell'ordine di 180 kg"
- Riunito odontoiatrico Sinius CS Cart
 - 2.41 "Radiologico endorale con comando a distanza senza fili"
 - 2.50 "Poggiatesta regolabile su tre articolazioni"
 - 2.51 "Possibilità di sollevare i carichi dell'ordine di 180 kg"

La Commissione prende atto del documento STED.G055/20 denominato "Equivalenza funzionale" con il quale la ditta sopraccitata argomenta la carenza dei requisiti anzidetti e procede alla lettura del documento presentato, rilevando quanto segue:

- *Gruppo idrico sospeso*

Il gruppo idrico a colonna fisso a pavimento offerto dalla ditta presenta le caratteristiche di minima richieste in se' e per se', ma il fatto che non sia solidale al corpo del riunito, risulta non essere funzionale a quanto espressamente richiesto nel capitolato. L'integrazione tra poltrona, gruppo idrico e tavoletta medico nel medesimo corpo del riunito consente infatti di evitare una eccessiva movimentazione del paziente al momento del risciacquo e minimizzare le interferenze con la bacinella, permettendo all'operatore sanitario di mantenere la posizione e i riferimenti di lavoro, senza doverli reimpostare. (punti del questionario 2.2, 2.4 e 2.8).

Pertanto la Commissione rileva che la soluzione proposta dalla ditta non ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del Capitolato di Gara e non risulta rispondente alle esigenze delle strutture interessate.

- *Lato assistente regolabile in altezza*

La Commissione rileva che non la soluzione proposta dalla ditta non ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del Capitolato di Gara e non risulta rispondente alle esigenze delle strutture interessate, come già motivato al punto precedente. (punto del questionario 2.31)

- *Poggiatesta con regolazione dell'inclinazione (articolazione triassiale)*

La Commissione sottolinea che la richiesta del movimento triassiale è dettata dalla tipologia dei pazienti con deficit motori/posturali tipica dell'ambulatorio e pertanto il poggiatesta completo delle funzioni anzidette è necessario ed imprescindibile rispetto all'attività svolta e al tipo di utenza fruitrice. (punto del questionario 2.50)

A tale proposito la Commissione rileva che la soluzione proposta dalla ditta non ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche del Capitolato di Gara e non risulta rispondente alle esigenze delle strutture interessate.

- *Controllo dell'endorale integrato con comando palmare wireless*

L'attrezzatura proposta dispone di centralina fissa montata a parete.

La Commissione sottolinea che la richiesta del comando senza fili è dettata dalla necessità dell'operatore sanitario di piazzarsi in qualsiasi posizione di sicurezza, senza vincoli determinati dal filo. (punto del questionario 2.41).

A tale proposito la Commissione rileva che quanto offerto non può considerarsi equivalente funzionalmente a quanto richiesto.



Dall'esame della documentazione tecnica emerge altresì che il peso supportato dalla poltrona offerta è pari a 165 kg, in luogo dei 180 kg richiesti, pertanto risulta sottodimensionata rispetto alla richiesta.

Dopo approfondita discussione la Commissione all'unanimità dichiara l'offerta tecnica della ditta Sted Servizi e Tecnologie Elettromedicali non idonea, rispetto ai requisiti richiesti e pertanto non è ammissibile alle successive fasi di gara.

Analizzata quindi la documentazione tecnica prodotta dalle altre ditte concorrenti, dispone di richiedere le seguenti delucidazioni, al fine di una corretta valutazione delle attrezzature offerte.

- Alla ditta **Henry Schein Krugg**:

1. Specificare se i riuniti sono predisposti per il collegamento alla rete Internet
2. Chiarire la funzione di sicurezza antischiacciamento di cui ai punti 2.47 del questionario tecnico (riuniti normali e cart)

- Alla ditta **Athena srl**:

1. Confermare che la lampada scialitica offerta per il riunito S300 Continental (normale) è solidale al corpo del riunito, come già confermato al punto 2.4 del questionario tecnico
2. Confermare che il radiologico endorale sarà fornito nella versione a soffitto con comando a distanza senza fili (solo per modello cart)

- Alla ditta **Tecno.Med snc**:

1. Confermare che per entrambi i modelli non è possibile invertire il senso di rotazione del micromotore mediante la pedaliera, come dichiarato nel punto 2.58 del questionario tecnico;
2. Chiarire, per il solo riunito cart, la seguente soluzione proposta: "*pulsante esterno applicato al riunito con comando wireless*" descritto al punto 2.41 e 2.41.a del questionario tecnico. Confermare inoltre che entrambe le soluzioni "*con cavo estensibile*" o con "*pulsante esterno*", definiti ai punti sopracitati, si riferiscono al radiologico endorale a soffitto

Alle ore 11.35 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna a data da destinarsi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giovanni Freschi f.to _____

Dott. Marco Salerno f.to _____

Ing. Massimo D'Antoni f.to _____

Daniela Mattiussi f.to _____ Segretario verbalizzante



VERBALE N. 3

ID20APB007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIUNITI ODONTOIATRICI DA DESTINARE ALL'AREA AMBULATORIALE DELLA SSD ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) – PRESIDIO OSPEDALIERO DI UDINE.

L'anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Febbraio 2021, alle ore 09:30 presso la Palazzina N. 2 – sala riunioni 2° piano dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – P.le S. Maria della Misericordia di Udine è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale ARCS N. 17 del 07/01/2021 ed incaricata della valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura indicata in oggetto.

Dott. Giovanni Freschi **Presidente**

Dott. Marco Salerno **Componente**

Ing. Massimo D'Antoni **Componente**

Verbalizza i contenuti della riunione l'Ing. Massimo D'Antoni

Il Presidente ricorda che, al termine della seduta tenutasi in data 25 Gennaio 2021, la Commissione ha ritenuto di richiedere alle ditte Henry Schein Krugg, Athena srl, Tecno.Med snc alcune delucidazioni in merito alla documentazione tecnica presentata

La Commissione rileva che:

- con nota Prot. 4004 del 01.02.2021 la ditta **Henry Shein Krugg** srl ha chiarito che i riuniti offerti sono predisposti per il collegamento ad internet e ha argomentato la funzione antischiacciamento tramite il documento denominato "DISPOSITIVI DI SICUREZZA" allegato alla nota;
- con nota Prot. 4664 del 04.02.2021 la ditta **Athena** ha chiarito che la lampada scialitica offerta per il riunito S300 Continental (normale) è solidale al corpo del riunito, che il radiologico endorale sarà fornito nella versione a soffitto con comando a distanza senza fili (solo x modello Cart) come di seguito specificato:
 - RX extend con centralina palmare wireless portatile Myray (da applicare su palo soffitto con piastra ancoraggio come meglio specificato nello schema allegato. Come per tutte le applicazioni a soffitto il sistema di ancoraggio deve sottostare alla validazione di un ingegnere per i calcoli strutturali di ancoraggio e peso, anche per la mancata conoscenza della tipologia di solaio esistente)
- con nota Prot. 4210 del 02/02/2021 la ditta **Tecno.Med** ha confermato che per entrambi i modelli è possibile invertire il senso di rotazione mediante la pedaliera; per il radiologico su riunito ha proposto due possibilità:
 - Montaggio radiografico su riunito, con comando wireless

-Montaggio radiografico a soffitto con palo parallelo alla lampada scialitica, con comando a filo posizionabile in due diverse soluzioni che ha illustrato

La Commissione prende atto delle argomentazioni fornite e:

- ritiene di dover ulteriormente richiedere alla ditta Athena conferma che l'installazione e posa in opera dell'endorale a soffitto sarà a carico della stessa come richiesto all'art. 4 del capitolato;
- rileva invece che in base anche alle argomentazioni prodotte dalla ditta Tecno.Med, le attrezzature proposte risolvano parzialmente le condizioni del capitolato relativamente alle soluzioni adottate per il "Radiologo endorale" del solo riunito KART e si riserva di valutarle in sede di prova/visione.

Alle ore 11.00 la Commissione sospende i lavori e, una volta effettuata la visione in prova delle attrezzature offerte come previsto dall'art. 6 del Capitolato di Gara, si aggiorna a data da destinarsi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giovanni Freschi f.to _____

Dott. Marco Salerno f.to _____

Ing. Massimo D'Antoni f.to _____ componente e verbalizzante



VERBALE N. 4

ID20APB007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIUNITI ODONTOIATRICI DA DESTINARE ALL'AREA AMBULATORIALE DELLA SSD ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) – PRESIDIO OSPEDALIERO DI UDINE.

L'anno duemilaventuno, il giorno 12/03/2021, alle ore 09:30 presso la Palazzina N. 2 – sala riunioni 2° piano dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – P.le S. Maria della Misericordia di Udine è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale ARCS N. 17 del 07/01/2021 ed incaricata della valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura indicata in oggetto.

Dott. Giovanni Freschi **Presidente**

Dott. Marco Salerno **Componente**

Ing. Massimo D'Antoni **Componente**

Verbalizza i contenuti della riunione l'Ing. Massimo D'Antoni

Il Presidente ricorda che:

- nella seduta tenutasi il gg. 08/02/2021, la Commissione ha ritenuto di richiedere alla ditta Athena la conferma che l'installazione e posa in opera dell'endorale a soffitto sarà a carico della ditta come richiesto all'art. 4 del capitolato speciale e che la ditta in parola ha confermato, con nota assunta al protocollo aziendale al n. 6475 dd. 23/02/2021, che l'installazione e i relativi costi saranno a carico della stessa;
- come previsto dall'art. 6 del capitolato speciale, è stata prevista la visione delle apparecchiature che è stata calendarizzata ed effettuata nelle seguenti giornate:

- **Ditta Henry Shein Krugg:** 01/03/2021
- **Ditta Tecno.Med:** 05/03/2021
- **Ditta Athena:** 12/03/2021

Dall'esito delle suddette prove è emerso quanto segue:

- **Ditta Tecno.Med:** la soluzione proposta dalla ditta per il solo riunto CART, relativamente all'endorale posizionato a soffitto con comando a filo e pulsante con cordone spiralato, non risolve le esigenze operative del personale sanitario, non garantendo la possibilità di posizionarsi in sicurezza in qualsiasi punto della stanza o fuori da essa, senza vincoli determinati dal filo. Anche l'ulteriore soluzione alternativa di posizionamento del radiografico su riunto, ancorché dotato di comando wireless, non risponde alle caratteristiche minime richieste dal capitolato. Il riunto Cart proposto, inoltre, prevede la presenza del gruppo idrico, ancorchè privo di bacinella, che non consente l'accesso al paziente dal lato sinistro. La Commissione pertanto ritiene l'offerta

della ditta Tecnomed non idonea rispetto ai requisiti richiesti e pertanto non è ammissibile alle successive fasi di gara.

- **Ditta Henry Shein Krugg:** dalla visione è emersa la necessità, per il solo riunito nella configurazione Cart, di richiedere alla ditta di precisare meglio, mediante illustrazione grafica la soluzione proposta per il radiologico endorale;
- **Ditta Athena:** dalla visione delle apparecchiature e dall'illustrazione grafica della configurazione del radiologico endorale del modello Cart è emerso che le proposte sono risultate idonee.

Alle ore 13:00 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna a data da destinarsi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giovanni Freschi f.to _____

Dott. Marco Salerno f.to _____

Ing. Massimo D'Antoni f.to _____ componente e verbalizzante



VERBALE N. 5

**ID20APB007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIUNITI ODONTOIATRICI DA DESTINARE
ALL'AREA AMBULATORIALE DELLA SSD ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'AZIENDA
SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) – PRESIDIO OSPEDALIERO DI
UDINE.**

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Giugno 2021, alle ore 09:20 presso la Palazzina N. 2 – sala riunioni 2° piano dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – P.le S. Maria della Misericordia di Udine è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale ARCS N. 17 del 07/01/2021 ed incaricata della valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura indicata in oggetto.

Dott. Giovanni Freschi **Presidente**

Dott. Marco Salerno **Componente**

Ing. Massimo D'Antoni **Componente**

Assiste e svolge il ruolo di verbalizzante la sig.ra Daniela Mattiussi

Il Presidente ricorda che al termine della seduta tenutasi il gg. 12/03/2021 è emersa la necessità, per il solo riunito nella configurazione Cart, di richiedere alla ditta Henry Shein Krugg di precisare mediante illustrazione grafica la soluzione proposta per il radiologico endorale;

La Commissione prende atto della nota d.d. 21/05/2021 successivamente integrata con nota d.d. 26/05/2021 pervenuta tramite la funzione "Comunicazioni" predisposta dal portale MEPA, con la quale la ditta in parola ha trasmesso quanto richiesto, e, esaminata la precisazione pervenuta, ritiene idonea la soluzione proposta;

La Commissione procede nuovamente alla disamina della documentazione tecnica e, dopo ampia ed approfondita discussione, procede all'unanimità all'attribuzione dei punteggi qualitativi e alla formulazione del giudizio finale, che viene annotato nel prospetto riepilogativo "Allegato 1" ai verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice.

A conclusione dei lavori, alle ore 10:30, la Commissione rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giovanni Freschi f.to _____

Dott. Marco Salerno f.to _____

Ing. Massimo D'Antoni f.to _____

Daniela Mattiussi f.to _____ segretario verbalizzante

criteri di valutazione e sub elementi	punti max	ATHENA SRL - riunito STERN WEBER S300 CONTINENTAL e riunito STERN WEBER POLTRONA S300P CON CART			HENRY SCHEIN KRUGG riunito A7 PLUS CONTINENTAL + riunito R7 CART		
		coefficiente	punteggio		coefficiente	punteggio	
Caratteristiche tecnico/prestazionali (max. p.ti 22)							
Caratteristiche corpo riunito	4	0,9	3,60	Risponde alle caratteristiche richieste. Non rilevato l'utilizzo di vernici certificate antibatteriche	0,9	3,60	Risponde alle caratteristiche richieste. Non rilevato l'utilizzo di vernici certificate antibatteriche
Tavola medico	4	1	4,00	Presenta la soluzione ottimale rispetto alla configurazione richiesta.	1	4,00	Presenta la soluzione ottimale rispetto alla configurazione richiesta.
Lampada scialitica	3	0,9	2,70	Presenta la soluzione ottimale rispetto alla configurazione richiesta.	0,7	2,10	Assenza regolazione temperatura colore
Pulizia e disinfezione	5	1	5,00	Il dispositivo di innesto per sanificazione concepito assieme alla bacinella è mobile e quindi completamente sanificabile.	1	5,00	Il dispositivo di innesto per sanificazione concepito assieme alla bacinella è mobile e quindi completamente sanificabile.
Caratteristiche migliorative e innovative	6	0,4	2,40	Le apparecchiature sono rispondenti allo stato dell'arte del mercato	0,4	2,40	Le apparecchiature sono rispondenti allo stato dell'arte del mercato
Prova pratica (max. p.ti 33)							
Caratteristiche poltrona	4	1	4,00	La soluzione è pienamente rispondente alle esigenze operative	1	4,00	La soluzione è pienamente rispondente alle esigenze operative
Movimentazioni poltrona	4	1	4,00	La soluzione proposta è dotata di movimentazioni di partenza e arrivo dolci e smorzate.	1	4,00	La soluzione proposta è dotata di movimentazioni di partenza e arrivo dolci e smorzate.
Facilità di pulizia e disinfezione	5	0,9	4,50	Il design dei Carter e coperture in plastica è spigoloso e meno raccordato.	1	5,00	Presenta la soluzione ottimale per effettuare la pulizia.
Ergonomia e semplicità d'uso	12	0,6	7,20	La soluzione proposta per il radiologico del riunito Cart è meno funzionale rispetto alle esigenze cliniche, in quanto la soluzione proposta è ingombrante rispetto alla posizione di lavoro dei sanitari.	1	12,00	La soluzione proposta per il radiologico del riunito Cart risulta ottimale rispetto alle richieste del capitolato e all'ergonomia di lavoro dei sanitari.
Interfaccia utente	8	1	8,00	Presenta la soluzione ottimale per poter operare in ergonomia	1	8,00	Presenta la soluzione ottimale per poter operare in ergonomia
Servizi (max. p.ti 15)							
Organizzazione assistenza tecnica e modalità di intervento	2	1	2,00	Visita annuale per manut. Preventiva/1 visita biennale per verifiche elettriche/interventi illimitati di manutenzione correttiva/garanzia sui ricambi sostituiti 6 mesi/tempi di intervento: max 4h lavorative	0,9	1,80	Visita annuale per manut. Preventiva/1 visita biennale per verifiche elettriche/interventi illimitati di manutenzione correttiva/garanzia sui ricambi sostituiti 6 mesi/tempi di intervento: max 8h lavorative, risoluzione guasto max 3gg lavorativi
Formazione e supporto al personale professionale e tecnico	2	0,7	1,40	Durata corso pers. Tecn. 8h. + opzionale su richiesta di ulteriori 8h./corso personale sanitario 4h	1	2,00	Durata corso personale sanitario: 4 gg (2gg. Medica/2gg. Ausiliario)/Durata corso personale tecnico 1 gg.
Consegna	2	0,9	1,80	Consegna in n. 20 gg. lavorativi dalla data dell'ordine	1	2,00	Consegna in n. 25 gg. solari dalla data dell'ordine
Garanzia	9		6,00	48 mesi		9,00	60 mesi
Totale	70		56,60			64,90	

Riparametrazione

61,05

70,00

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	
giudizio ottimo	coefficiente 1,00
giudizio distinto	coefficiente 0,90
giudizio buono	coefficiente 0,70
giudizio discreto	coefficiente 0,60
giudizio sufficiente	coefficiente 0,40
giudizio scarso	coefficiente 0,20
giudizio non valutabile/non presente/non conforme	coefficiente 0,00