

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2739432
Descrizione RDO:	ID20APB033.14 ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE 02948180308 VIA POZZUOLO 330 UDINE UD
Punto Ordinante	GIOVANNI TRACANELLI
Soggetto stipulante	Nome: MICHELE BREGANT Amministrazione: AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	08/02/2021 09:05
Termine ultimo presentazione offerte:	22/02/2021 18:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	15/02/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	22/02/2022 18:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 ID20APB033.14 ASPIRATORI CHIRURGICI X CITTADELLA

CIG	8618890507
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Aspiratori chirurgici portatili/18/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	9000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta

1	SIEM-NOVA	Singola	11578000157	18/02/2021 11:10
2	MEDICA SRL	Singola	01269090930	22/02/2021 09:50
3	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	Singola	13181610158	22/02/2021 16:47

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	25/02/2021 09:19:37	25/02/2021 10:28:10

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIEM-NOVA		nessuna		nessuna
MEDICA SRL		nessuna		nessuna
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	inviare allegato D- dichiarazione assenza cause esclu. Art 80 D Ig50/2016		INFORMATIVA PRIVACY FIRMATA PER PRESA VISIONE		Inviare Allegato "C" accettazione condizioni RDO		compilare e sottoscrivere "Allegato c" SCHEMA FORNITORE		inviare Allegato "B" patto integrità	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIEM-NOVA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio		Fine
	25/02/2021 10:28:28	19/05/2021 11:46:18	

Concorrente	inviare relazione tecnica prodotto offerto (art. 8 c.2 capitolato)		COMPILARE QUESTIONARIO TECNICO		Inviare Allegato copia offerta economica SENZA PREZZI	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note

SIEM-NOVA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICA SRL	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	19/05/2021 11:46:25	19/05/2021 12:20:28

Concorrente	inviare offerta economica predisposta su fac simile allegato "E"		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIEM-NOVA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICA SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	4140,0000000
SIEM-NOVA	7200,0000000
MEDICA SRL	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	L'offerta delle ditta Medica non soddisfa il requisito minimo richiesto dal capitolato, pena esclusione "dotato di vaso di raccolta graduato in ml. di capacità almeno di 1 L, autoclavabile": offre nr. 2 vasi di 0,5 LT. Il volume di 0,5 litri sul vaso di raccolta risulta troppo limitativo e costringe con una frequenza maggiore la sostituzione dello stesso, e pertanto risulta meno agevole;