

Riassunto delle attive di Esame delle Offerte ricevute

Número RDO:	2742976
Descrizione RDO:	ID20APB032.6 TEST DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi alla qualità (d. valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti massimi previsti).
Amministrazione Statale del procedimento	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (034900000000) VIA POZZOLI 239/A - 40136 BOLOGNA
Punto Ordinante	GIOVANNI TRACANELLI
Soggetto stipulante	Nome: MICHELE BREGANT Amm. Coordinamento Banda Regionale di Coordinamento per la Salute
Codice univoco ufficio - IPA	Non Disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio termine per l'invio delle offerte:	09/02/2021 14:46
Termine ultimo presegnazione delle offerte:	01/03/2021 18:00
Termine ultimo richiesta di chiarimenti:	23/02/2021 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del fornitore)	01/03/2022 18:00
Giorni dopo la stipula per consegna Beni / decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RDO e/o nelle Condizioni Particolari di Convenzione dell'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RDO:	BENIF/omiture specifiche per la RDO.

Lotto esaminato: 1 ID20APB032.6 SISTEMA PER TEST DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO

OIG	862085174B
Clp	
Oggetto di Fornitura 1	EngmetriQ
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	20000.0000000

Concessori

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data invio offerta
1	COSMED S.R.L.	Singola	0128469100326/002/002	13/01
2	SIDEM	Singola	0083160963010/002/002	13/01
3	CARDIOLINE S.P.A.	Singola	01510711209010/002/002	12/01
4	UNIMED SRL	Singola	01090420934010/002/002	16/01

ESAME DELLA BUSTA	Inizio	Fine
AMMINISTRATIVA	05/03/2021 08:29:06	23/03/2021 14:38:06

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
COSMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SIDEM	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CARDIOLINE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
UNIMED SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Loto

Concorrente	Allegare informativa privacy riservata per la valutazione (art. 8 c. 1)				
	Allegare condizione fornitrice/capitolato/impiego visione (All A)	Allegare e compilare (All B) parola integrità	Allegare e compilare DGUE (Allegato F)	Allegare e compilare Scheda fornitore (All D)	Valutazione
COSMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato
SIDEM	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato
CARDIOLINE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato
UNIMED SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato

ESAME DELLA BUSTA	Inizio	Fine
TECNICA	09/04/2021 08:28:59	29/04/2021 10:13:14

Concorrente	Allegare e compilare "questione tecnico"												Allegare e compilare "Formazione personale sanitario"	
	inviare relazione descrittiva hardware e software (art. 8 c.5 capitolo)	inviare documenti o brochure illustrativi (art. 8 c. 8 capitolo)	invare dichiarazione eventuale disponibilità manutenzione e/o schemi tecnici (art. 8 parte B punto 2 capitolo)	Allegare elenco numero dei documenti prodotti (art. 8 c.1 capitolo)	Invare schede tecniche apparecchiatura offerta (art. 8 c.9 capitolo)	invare allegato software sicurezza informatica (art. 8 c.9 capitolo)	Invare copia offerta economica SENZA PREZZI	Offerta Tecnica (fai-simile di sistema)	Invare allegato "contratto manutenzione full risk"	Allegare e compilare "formazione personale tecnico"	Allegare e compilare "impegni fornitore"	Invare certificazioni (art. 8 c. 12 capitolo)	Invare relazione descrittiva hardware e software (art. 8 c.6 capitolo)	Allegare e compilare "Formazione personale sanitario" (art. 8 c.11 capitolo)
Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione
COSMED S.R.L.	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna	NON Approvato	nessuna
SIDEM	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CARDIOLINE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
UNIMED SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA	Inizio	Fine
ECONOMICA	29/04/2021 10:15:13	29/04/2021 10:20:54

Concorrente	Offerta Economica (facsimile di sistema) con le indicazioni dettagliate sui prezzi				
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione
COSMED S.R.L.	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna	NON Valutato
SIDEM	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato
CARDIOLINE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato
UNIMED SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta				Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Economico attribuito da Commissione	Punteggio Completo
	Concorrente escluso						
COSMED S.R.L.	11285.40000000	0,00	70,00	30,00	100,00		
CARDIOLINE S.P.A.	80000.00000000	0,00	69,00	19,29	88,29		
UNIMED SRL	65000.00000000	0,00	59,04	22,82	81,86		
SIDEM	65000.00000000	0,00	59,04	22,82	81,86		

Note di gara	risposta
Note specifiche lotto 1	<p>DITTÀ ESCLUSA: MOTIVAZIONE COSMED la Commissione prende atto del documento, dichiarazione di equivalenza stampante laser e stampante termica con il quale la ditta segnalata che la caratteristica della stampante laser ad alta prestazione offerta in luogo di quella termica richiesta dal capitolo tecnico non è necessaria altrimenti le stampanti richieste da capitolato tecnico sono una 1 stampante laser Ad), riducendo i costi di acquisto, gestione e conservazione dell'attrezzatura, la velocità della stampa proposta supera di gran lunga la velocità delle stampanti termiche (60 fogli al minuto = 1 pagina al secondo) migliorando di fatto l'unica caratteristica che era stata messa in uso le stampanti termiche e cioè la stampa in continuo, che non è più adatta per questo tipo di lavoro. Il costo a copia è bassissimo circa 0,006 euro a foglio. La Commissione ritiene quindi che il capitolo di gara prevede, pena esclusione, che l'apparecchiatura della Mepa sia compresa di 1 N. 1 stampante termica e N. 1 stampante laser Ad; durante la sede di apertura delle offerte pervenuta tramite il portale Mepa una richiesta di chiarimento da parte di un operatore economico sulla configurazione minima richiesta, pena esclusione, risultò che la ditta aveva indicato di offrire un'unica stampante laser in luogo delle due stampanti proposte (termica e laser). La ditta si è provveduta in data 17.02.2021 a pubblicare sul Mepa i chiarimenti. Lì, il contenuto del progetto prescritto dal capitolo tecnico ovvero che il dispositivo deve essere compreso di n. 1 stampante termica e n. 1 stampante laser, nel bando non è stato indicato che la ditta Cosmed srl propone un'unica stampante in alternativa alle due stampanti del progetto (termica e laser) quali caratteristiche di minima. Dopo simile chiarimento, la Commissione, pur rilevando le caratteristiche performanti delle stampanti proposte in luogo delle due richieste, dichiara che le motivazioni addotte dalla ditta Cosmed srl non sono sufficienti a dimostrare l'equivalenza e pertanto ritiene l'offerta della ditta anzidetta non rispondente.</p>