

**DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'AVVISO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE
DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
POLTRONE CHIRURGICHE/TAVOLI OPERATORI PER OFTALMOLOGIA E AMBULATORI
CHIRURGICI PER L'ATTREZZAGGIO DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
DELL'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO)**

BOLZA

1. Oggetto di gara

L'oggetto della gara è la stipula di un contratto per l'affidamento della fornitura suddivisa in 3 lotti di apparecchiature della tipologia e numerosità, non definitiva, di seguito indicate:

LOTTO 1

n. 4 Poltrone chirurgiche/tavoli operatori per chirurgia oftalmica

N. 6 sgabelli chirurgo e secondo operatore

LOTTO 2

n. 1 Poltrona chirurgica/tavolo operatorio bariatrico per chirurgia oftalmica

LOTTO 3

n. 4 Poltrona chirurgica/tavolo operatorio per ambulatori chirurgici

N. 8 sgabelli chirurgo e secondo operatore

2. Valore dei beni oggetto della fornitura

L'importo massimo contrattuale previsto a base d'asta per la fornitura in oggetto, non superabile pena esclusione, a fronte delle rispettive quantità presunte indicate, **al netto di IVA è € xxxxx così suddiviso:**

LOTTO 1

		Descrizione	q.tà	Prezzo unitario	Base d'asta
Voce 1		Poltrone chirurgiche/tavoli operatori per chirurgia oftalmica	4	€ 25.000-30.000	
Voce 2		Sgabello chirurgo e secondo operatore	6	€ 800-1.000	
Accessori richiesti	Po1	Coppie spondine mobili o altro sistema di contenimento anti infortunistico	4	€ 1.000	
	Po2	Archetto flessibile per erogazione aria/ossigeno	4	€ 500	
Base d'asta non superabile					
OPZIONI CONTRATTUALI					
<i>Da definire</i>					

LOTTO 2

	Descrizione	q.tà	Prezzo unitario	Base d'asta
Voce 1	Poltrona chirurgica/tavolo operatorio bariatrico per chirurgia oftalmica	4	€ 25.000-30.000	

Accessori richiesti	Po1	Coppie spondine mobili o altro sistema di contenimento anti infortunistico	4	€ 1.000	
	Po2	Archetto flessibile per erogazione aria/ossigeno	4	€ 500	
Base d'asta non superabile					
OPZIONI CONTRATTUALI					
<i>Da definire</i>					

LOTTO 3

	Descrizione		q.tà	Prezzo unitario	Base d'asta
Voce 1	Poltrone chirurgiche/tavoli operatori per ambulatori chirurgici		4	€ 25.000-30.000	
Voce 2	Sgabello chirurgo		8	€ 800-1.000	
Accessori richiesti	Po1	Coppie spondine mobili o altro sistema di contenimento anti infortunistico	4	€ 1.000	
Base d'asta non superabile					
OPZIONI CONTRATTUALI					
<i>Da definire</i>					

Gli importi si intendono comprensivo di:

- consegna, trasporto, imballo, scarico, montaggio, installazione della nuova apparecchiatura, rimozione e asporto degli imballi;
- collaudo, istruzione del personale sanitario e tecnico, garanzia 24 mesi (60 mesi per gli sgabelli) incluso il servizio di assistenza tecnica "full risk".
- relativi viaggi e trasferte.

3. Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali

Per tutti i lotti:

Le Ditte concorrenti dovranno dimostrare che i sistemi oggetto della fornitura garantiscono i requisiti tecnico/prestazionali di seguito elencati e dovranno offrire i sistemi completi in un allestimento che garantisca comunque le prestazioni minime in funzione della destinazione d'uso richiesta.

L'offerta deve essere completa di qualunque cavo, accessorio, software e minuteria per la completa messa in servizio dell'apparecchiatura.

LOTTO 1

voce 1: n. 4 Poltrona chirurgica/tavolo operatorio per oftalmologia

Destinazione d'uso: chirurgia oftalmica

Caratteristiche tecnico-funzionali minime dell'apparecchiatura (pena esclusione):

- Dotata di tre snodi (ovvero 4 sezioni): poggiatesta, schienale, seduta e gambe

- Struttura in acciaio inox AISI 304 o superiore
- Struttura antiribaltamento
- Poggia braccia imbottiti ergonomici removibili, abbattibili a filo seduta
- Poggiatesta per oftalmologia adatto sia adulti che pediatrici, che permetta un agevole posizionamento del paziente (predisposto specifico quesito)
- Movimentazioni elettromeccaniche o elettroidrauliche, indipendenti per:
 - regolazione dell'altezza
 - inclinazione e allungamento dello schienale
 - inclinazione della seduta
 - inclinazione della sezione ginocchio/gambe
 - trendelenburg/anti trendelenburg e RCP
- Pulsantiera di comando multifunzione con eventuale supporto
- Memorizzazione delle posizioni
- Portata massima utile non inferiore a 200 kg
- Grado di protezione IPX4 o superiore
- Con maniglie di spinta ad altezza ergonomica lato testa, a scomparsa
- Con maniglie lato piedi
- Barre laterali universali per l'aggancio di accessori
- 4 ruote piroettanti, diametro indicativo di 100mm
- Sistema frenante che permetta lo stazionamento in fase operativa su piedini di appoggio (predisposto specifico quesito)
- Larghezza della seduta di almeno 500 mm
- Rivestimento rimovibile, lavabile e sanificabile
- Imbottitura preferibilmente a densità differenziata
- Classe di reazione al fuoco 1IM per imbottiture e rivestimenti
- Rivestimento disponibile in un'ampia gamma di colori
- Alimentazione a batteria
- Batteria di elevata durata che consenta lo svolgimento dell'attività giornaliera con eventuale fornitura di una seconda batteria di backup
- Indicatore livello di carica della batteria

Accessori opzionali richiesti (Po) la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l'esclusione:

- spondine mobili o altro sistema di contenimento anti infortunistico
- Archetto flessibile per erogazione aria/ossigeno

Accessori opzionali (non a pena esclusione)

- poggipolso per chirurgo
- pedaliera

voce 2: n.6 sgabello per chirurgo e secondo operatore

Caratteristiche tecnico-funzionali minime dell'apparecchiatura (pena esclusione):

- Struttura in acciaio inox AISI 304 o superiore
- Seduta ad altezza variabile, regolabile con pedale
- Con schienale regolabile
- Angolo seduta regolabile
- Poggia braccia imbottiti ergonomici regolabili in altezza
- ruote piroettanti di cui almeno due con freno

- Rivestimento lavabile e sanificabile
- Imbottitura preferibilmente a densità differenziata
- Classe di reazione al fuoco 1IM per imbottiture e rivestimenti
- Rivestimento disponibile in un'ampia gamma di colori

LOTTO 2

voce unica n.1 Poltrona chirurgica/tavolo operatorio bariatrica

Caratteristiche tecnico-funzionali minime dell'apparecchiatura (pena esclusione):

- Medesime caratteristiche della voce 1 del lotto 1 tranne che per:
- Portata massima utile non inferiore a 250 kg
- Larghezza della seduta di almeno 650 mm

Accessori opzionali richiesti (Po) la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l'esclusione:

- spondine mobili o altro sistema di contenimento anti infortunistico
- Archetto flessibile per erogazione aria/ossigeno

Accessori opzionali (non a pena esclusione)

- poggia polso per chirurgo
- pedaliera

LOTTO 3

voce1 n. 4 Poltrona chirurgica/tavolo operatorio per ambulatori chirurgici

Destinazione d'uso: ambulatori chirurgici e PS ortopedico (predisposto specifico quesito)

Caratteristiche tecnico-funzionali minime dell'apparecchiatura (pena esclusione):

- Dotata di tre snodi (ovvero 4 sezioni): poggiatesta, schienale, seduta e gambe
- Struttura in acciaio inox AISI 304 o superiore
- Struttura antiribaltamento
- Poggia braccia imbottiti ergonomici removibili, abbattibili a filo seduta
- Poggiatesta regolabile
- Movimentazioni elettromeccaniche o elettroidrauliche, indipendenti per:
 - regolazione dell'altezza
 - inclinazione dello schienale
 - inclinazione della seduta
 - inclinazione della sezione ginocchio/gambe
 - trendelemburg/anti trendelenburg e RCP
- Pulsantiera di comando multifunzione con eventuale supporto
- Memorizzazione delle posizioni
- Portata massima utile non inferiore a 200 kg
- Grado di protezione IPX4 o superiore
- Barre laterali universali per l'aggancio di accessori
- Comprensivo di sistema di movimentazione che consenta un'adequata stabilità in fase operativa (predisposto specifico quesito)
- Larghezza della seduta di almeno 500 mm
- Rivestimento rimovibile, lavabile e sanificabile

- Imbottitura preferibilmente a densità differenziata
- Classe di reazione al fuoco 1IM per imbottiture e rivestimenti
- Rivestimento disponibile in un'ampia gamma di colori
- Alimentazione a batteria
- Batteria di elevata durata che consenta lo svolgimento dell'attività giornaliera con eventuale fornitura di una seconda batteria di backup
- Indicatore livello di carica della batteria

Accessori opzionali richiesti (Po) la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l'esclusione:

- spondine mobili o altro sistema di contenimento anti infortunistico
- da definire) accessori differenziati per specialità (predisposto specifico quesito)

voce 2: [quantità da definire] sgabello per chirurgo e secondo operatore

Caratteristiche tecnico-funzionali minime dell'apparecchiatura (pena esclusione):

- Struttura in acciaio inox AISI 304 o superiore
- Seduta ad altezza variabile, regolabile con pedale
- Con schienale regolabile
- Angolo seduta fisso
- ruote piroettanti di cui almeno due con freno
- Rivestimento lavabile e sanificabile
- Imbottitura preferibilmente a densità differenziata
- Classe di reazione al fuoco 1IM per imbottiture e rivestimenti
- Rivestimento disponibile in un'ampia gamma di colori

4. Criteri di valutazione e di esclusione

I lotti della procedura saranno aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 del Dlgs 36/2023. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	Max punti 70
Offerta economica	Max punti 30
TOTALE	Max punti 100

5. Normativa di riferimento

Le apparecchiature e i dispositivi offerti dovranno essere conformi alla Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all'art.120 "Disposizioni transitorie"

del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 e alle nuove date di applicazione introdotte dal Regolamento UE 561/2020.

Inoltre, **al momento dell'Ordinativi di Fornitura**, essi dovranno essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute.

Solo per gli sgabelli: conformità alla UNI: UNI 9084 -Mobili - Sedie e sgabelli - Prova di durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile

6. Quesiti

Oltre a **comunicare tutte le osservazioni che si ritiene opportuno** presentare sul documento, si richiede ai Fornitori di approfondire i seguenti aspetti:

1. Per il lotto 1 (Poltrone chirurgiche/tavoli operatori per chirurgia oftalmica) si chiede alle ditte di descrivere le caratteristiche del poggia testa in termini di regolazioni e movimentazioni disponibili.
2. Per il lotto 1 (Poltrone chirurgiche/tavoli operatori per chirurgia oftalmica) si chiede alle ditte di descrivere le caratteristiche del sistema frenante al fine di garantire un ottimale stazionamento in fase operativa
3. Per il lotto 3 (Poltrone chirurgiche/tavoli operatori per chirurgia oftalmica) si chiede alle ditte di descrivere le caratteristiche del sistema di movimentazione, anche al fine di garantire un ottimale stazionamento in fase operativa
4. Per il lotto 3 (Poltrone chirurgiche/tavoli operatori per ambulatorio chirurgico) si chiede alle ditte di confermare che sul mercato sono disponibili modelli completamente multidisciplinari, utilizzabili per tutte le seguenti specialità: Dermatologia, ORL, Maxillofacciale, chirurgia plastica, chirurgia della mano, chirurgia vascolare, diabetologia, diversificando gli accessori specifici utilizzabili sulla poltrona/tavolo, per i quali si chiede di fornire il catalogo disponibile.
5. Per tutti i lotti, si chiede alle ditte di segnalare eventuali criticità o situazioni ostative alla partecipazione alla gara, anche sotto il profilo della congruità economica in considerazione dell'attuale periodo di difficile reperimento delle materie prime.
6. Per tutti i lotti, si chiede alle ditte l'invio delle schede tecniche relative ai prodotti che potrebbe soddisfare i requisiti minimi richiesti.