

DESCRIZIONE DEL MATERIALE FUSO

Voce:

25) Telo tavolo madre:

dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT

misure:

- a) cm 140x180
- b) cm 200x250
- c) cm 215x200
- d) cm 120x120

26) Sacca mayo:

dovrà essere in polietilene con rinforzo assorbente nella parte superiore, termosaldato sul fondo del sacco con indicazioni di svolgimento e piegato in modo tale da consentire l'utilizzo ad un singolo operatore

misure:

- a) cm 80x140
- b) cm. 80x140 rinforzata
- c) cm 110x150 rinforzata

27) Tasca adesiva:

dovrà essere trasparente a uno o più scomparti in polietilene resistenti alla rottura con adesivo efficace

misure:

- a) a 2 scomparti cm 35 (larghezza)x cm. 40 (profondità)
- b) a 3 scomparti cm 25x50
- c) a 1 scomparto cm. 35x40

28) Tasca conta garze (preferibilmente) a 20 posti; in polietilene trasparente con adesivo

Misure:

- a) cm 55x50

29) Striscia adesiva cm 10x50:

dovrà essere in TNT, con buona tenuta per tutta la durata dell'intervento, resistente alla trazione anche in campo bagnato. Non dovrà rilasciare dopo la rimozione residui di adesivo se applicata alla pelle.

30) Strisce adesive con velcro cm. 30x5:

dovranno essere suddivise in 4 segmenti pretagliati

31) Gambali:

dovranno essere in TNT resistenti allo strappo

misure

- a) cm 90x120
- b) cm 70x120

32) Sacca raccogli liquidi:

dovrà essere trasparente in polietilene, con filtro, con raccordo per lo scarico dei liquidi, preferibilmente con rubinetto, con striscia adesiva ad alta resistenza mis. Cm. 50x60

33) Telo sottosacrale

dovrà essere con sacca graduata

misure:

a) cm 90x115

34) Telo sottosacrale

dovrà essere senza sacca

misure:

a) cm 70x120

35) Telo rinforzato, su un lato lungo ci deve essere la presenza su tutto il lato dell'adesivo e un rinforzo centrale

misure

a) cm 75x90

b) cm 100x100

36) Telo rinforzato su un lato lungo ci deve essere la presenza centrale dell'adesivo e del rinforzo

misure

a) cm 195x190

b) cm 140x240

c) cm 255x185

d) cm 225x325

37) Telo con rinforzo ad U:

a) Misure del telo cm 200x300 ad U misura minima della U cm 100x15 con adesivo su tutta la U

b) Misure del telo cm 200x300 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U

c) Misure del telo cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U

d) Misure del telo cm 260x200 ad U misura minima della U con 65x20 con adesivo su tutta la U

38) Telo impermeabile ad U:

a) Misure del telo: cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U

38 bis) Telo a U impervio 150X210 cm

39) Telo con adesivo su un lato lungo:

a) misure del telo cm 75x90 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile

b) misure del telo cm 185x190 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile

c) misure del telo cm 100x150 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile

d) misure del telo cm 75x75 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile

e) misure del telo cm 75x100 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile

f) misure del telo cm 140x250 con adesivo su un lato lungo almeno nella zona centrale dovrà essere impermeabile

40) Telo rinforzato con adesivo su tutto il lato

- a) cm 140x250
- b) cm 115x90

41) Telo assorbente impermeabile con adesivo

- a) cm 100x100
- b) cm 75x90

42) Telo con foro adesivo:

Misure

- a) cm 50x75 con foro diametro cm 6
- b) cm 75x90 con foro misure cm 6x9
- c) cm 100x150 con foro diametro 8 cm.
- d) cm 50x50 con foro diametro 5 cm.
- e) cm 90x100 con foro diametro 10 cm.

43) Telo impermeabile in TNT senza rinforzo

misure:

- a) cm 75x90
- b) cm 100x150
- c) cm 150x200
- d) cm. 50x60

44) Telo bianco super assorbente per neonato

Misure:

- a) cm 90x100

45) telo perineale 200x230 cm

46) Monotelo a T per laparotomia

- a) misure cm 260x300x200 con telino da incisione cm25x35 rinforzo assorbente antiscivolo
- b) nella zona del campo di incisione con asole passatubi, Indicazioni lato testa e lato piedi

47) Telo a T per laparoscopia con gambali incorporati cm 175x250x280 con fenestrazione adesiva cm 33x30 dotato di sistema di fissaggio guidacavi, con rinforzo assorbente.

48) Telo a T per laparoscopia

- a) misure cm 175x250x280 con fenestrazione con rinforzo assorbente cm 33x30, foro addominale con adesivo dotato di sistema di fissaggio guidacavi

50) Telo a T per laparoscopia misure cm 175x250x280 con accesso addomino perineale con gambali incorporati con fenestrazione cm 33x30 e cm 12x24 con telino che chiude accesso

51) Telo a T per laparoscopia misure cm 175x250x280 con accesso addomino perineale con gambali incorporati con fenestrazione cm 33x30 e cm 12x24 con telino che chiude accesso perineale, dotato di sistema di fissaggio guidacavi e con sacca raccogli liquidi

52) Telino antiscivolo cm 30x40 in TNT

53) Monotelo con fenestratura

- a) misure 280x160x75 con fenestratura cm 15x8 zona di rinforzo assorbente, con gambali incorporati e sacca raccogli liquidi con filtro.

53 bis) Monotelo per proctologia Monotelo per proctologia con fenestratura 15x8 zona di rinforzo assorbente con gambali incorporati 280x160x75 e sacca sottosacrale

54) Telo per Turp/Turv misure 160x280x75 con fenestraura cm 8x12 con sacca di raccolta liquidi munita di filtro e sistema di scarico, con ditale e gambali incorporati

56) Telo per cesareo misure cm 260x195x325 con sacca raccogli liquidi con valvola di scarico con apertura 20x20x25 rinforzato con adesivo

57) Telo per anca

- a) misure cm 200x300x320 con sacca raccogli liquidi, con fenestratura elastica con rinforzo
- b) assorbente guidatavi

58) Telo nefroscopia idrorepellente verticale

- a) misure cm.300 x cm. 183 fenestratura ovoidale cm.20 x cm. 30 su film da incisione e minifenestratura
- b) tasche porta strumenti sacca raccolta liquidi con filtro e rubinetto.

59) Telo con fenestratura elastica misure cm 200x300 con fenestratura elastica cm 6x9 con sacca di raccolta con 2 valvole di scarico e tubi di scarico, rinforzo assorbente

60) Monotelo per estremità con fenestratura elastica

- a) misure cm 260x320 con fenestratura elastica senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente
- b) misure cm 220x320 con fenestratura elastica senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente

61) Monotelo per estremità con fenestratura elastica misure cm 260x320, con sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente

62) Monotelo a T per estremità con fenestratura elastica

- a) misure cm 310x320x230 con fenestratura elastica, senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente
- b) misure cm 310x320x230 con fenestratura elastica, con sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente

63) Monotelo per litotomia con foro rotondo

- a) misure cm. 220x270x280 con fenestratura cm 8x11

64) Telo verticale fenestrato

- a) misure cm 320x240 trasparente con foro cm 25x50 adesivo guide portacavi con tasche contenitive ai lati e sacca raccogli liquidi disposta sotto la fenestratura in tutta la sua estensione
- b) misure cm 320x240 in polietilene con film di incisione cm.25x46 + sacca raccolta liquido.

66) Telo per estremità superiore con foro misure 160x370x195 con foro elastico dimensioni del foro 5 cm circa

67) Telo turbante

- a) dotato di un telo sotto testa cm. 100x70 con risvolto per il posizionamento ed alloggio per le mani, 1 telo avvolgi cm. 90x55 con sagomatura semicircolare ed adesivi di bloccaggio.

68) Copri telecamera trasparente in polietilene con fissaggio adesivo

misure:

a) cm 18x250

b) cm 13x240

69) Copri telecamera trasparente in polietilene con fissaggio a baionetta

misure:

a) cm 18x250

70) Stokinette in maglia di cotone a scarso rilascio di particelle:

a) misure 15x150

71) Stokinette impermeabile in polietilene con interno in maglia:

misure:

a) Mis large

b) Mis medium

c) Mis small

d) Mis Extra large

72) Pezze laparotomiche: in cotone prelavato titolo 12/8 4 strati e marcatura in bario senza fettuccia in confezione da 5 pz

misure:

a) cm 40x40

b) cm 45x70

c) cm 10X20

72bis) Pezze laparotomiche: in tnt 4 strati e marcatura in bario senza fettuccia in confezione da 5 pz

misure:

a) cm 40x40

b) cm 45x70

d) cm 90x90

74) Lunghette: in cotone marcatura di bario 4 strati cucitura rettilinea in confezione da 5 pz

misure:

a) cm 10x60

b) cm 5x25

c) cm 5x mt 5

75) Lunghette: in TNT marcatura di bario 4 strati in confezione da 5 pz

misure

a) cm 10x60

b) cm. 5x25

77) Garze con marcatura di bario, cotone 32 strati, titolo 12/8, in confezione da 10 pz

Misure:

a) cm 10x10

- b) cm 7x9
- c) cm 10x20

77bis) Garze con marcatura di bario,32 strati, in tnt in confezione da 10 pz

Misure:

- a) cm 10x10
- b) cm 10x20

78) Garze con marcatura di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezione da 10 pz

Misure:

- a) cm 10x10
- b) cm 5x5
- c) cm 7,5x7,5
- d) cm 10x20

78bis) Garze con marcatura di bario,16 strati in tnt in confezione da 10 pz

Misure:

- a) cm 10x10
- b) cm 10x20
- c) cm 7,5x7,5

79) Garze 16 strati in cotone titolo 12/8 in confezione da 10 pz

Misure:

- a) cm 7x9
- b) cm 10x10
- c) cm 10x20

79 bis) Garze 16 strati in tnt in confezione da 10 pz

Misure:

- a) cm 7x9
- b) cm 10x10

80)Tamponi in cotone idrofilo, titolo 12/8 , con filo di bario, rigido (in pacchi da 5 o 10 tamponi)

- a) Tampone in cotone con filo di bario diametro mm 40
- b) tampone in cotone con filo di bario diametro mm 20
- c) tampone in cotone con filo di bario diametro mm 16

80 bis)Tamponi in tnt con filo di bario, rigido (in pacchi da 5 o 10 tamponi)

- a) misura 6 mm diametro
- b) misura 12 mm diametro
- c) misura 16 mm diametro

81) Tamponi in cotone idrofilo titolo 12/8,con filo di bario, morbidi (in pacchi da 5pezzi)

- a) misura 30 mm diametro
- b) misura 60 mm diametro

82) Tamponi in tnt con filo di bario, morbidi (in pacchi da 5 o 10 tamponi)

- a) misura 30 mm diametro
- b) misura 60 mm diametro

83) Tamponi chirurgici rigidi, diametro 12 mm, con filo di bario titolo 12/8 (in pacchi da 10 tamponi)

85) Asciugamani in carta molto assorbente misure cm. 40 x 50.

88) Telo per rinoplastica

- a) misure cm. 290x150 con foro cm. 15x10 e rinforzo assorbente in zona di incisione mis. 70x80 con guida cavi
- b) misure cm. 290x150 con foro cm. 10x8 e rinforzo assorbente in zona di incisione mis. 70x80 con guida cavi

89) Telo per interventi otologici

- a) misure cm. 280 di lunghezza x 200 di larghezza, con foro cm. 5x 7.5 e film di incisione "antibatterico" ed adesivo con ampia zona di rinforzo assorbente

90) Telino oftalmico con foro ovale cm 12x10 con sacca di raccolta liquidi (con indicazione lato su cui è posizionata)

- a) misure cm 100x65
- b) misure cm. 100 x 75 con sacca, foro 6x9 e film di incisione

92) Telo assorbente impermeabile senza adesivo misure cm. 100x 100

94) Camice chirurgico standard in tnt (misure minime richieste S/M/L/XL/XXL).

94 a) Camice chirurgico standar in SMS 40/50 grammi /mq
(misure minime richieste S/M/L/XL/XXL)

95) Camice chirurgico in tnt e rinforzo in polietilene (misure minime S/M/L/XL/XXL).

96) Camice chirurgico in tnt e rinforzo in tnt (misure minime richieste S/M/L/XL).

97) Camice chirurgico in tnt per urologia (misure minime richieste S/M/L/XL).

98) Ciotola graduata

- a) 150 cc
- b) 500 cc
- c) 1000 cc

99) Tubo da 3 mt. con doppio raccordo per yankauer

- a) 3 m
- b) 5 m

102) Telo laterale con adesivo totalmente assorbente cm. 100x90 ca adesivo sul lato da 100 cm.

104) Telo sottosacrale con sacca raccogli liquidi con filtro e rubinetto per lo svuotamento mis.115x100ca - barretta malleabile - piegatura per un'apertura da parte dell'operatore in modo asettico.

105) Telo assorbente impermeabile senza adesivo

- a) misure 38 x 45 -1 lato assorbente e 1 lato impermeabile senza adesivo

106) Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato cm75x90ca

107) Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato cm75x90ca adesivo sul lato lungo

108) Manica protettiva impermeabile sterile cm. 50

110) Pinzetta ombelicale monouso

116) Portatamponi monouso

118) Guanto pubico adesivo

122) Monotelo carotide cm 330x220 con zona assorbente cm 60x40, film da incisione cm. 25x35 asole passatubi

124) Telo cardiovascolare cm 215x335 con finestratura e film d' incisione cm 35x70

125) Copertura per intensificatore di brillantezza con composto da 2 cuffie cm 45x75 con lacci + copertura per l'archetto

126) Copriamplificatore a sacchetto con elastico e striscia adesiva di fissaggio, per apparecchiature mis. 75x 110 cm (con etichetta per tracciabilità)