

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISIREGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**Allegato A.1 alla Determinazione****VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
“STRISCE REATTIVE” ID.13REA024**

L'anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 9:20 presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Colugna, 50, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “STRISCE REATTIVE” ID.13REA024, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 22/09/2015.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 2.492.940,30 (+ € 810.205,60 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota n. 25813 del 16/11/2015, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal sig. Andrea Bertussi (teste) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 dell'11/11/2015, sono pervenuti n. 17 plichi, numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO	CITTA'
05/11/2015	10.59	24617	1	ALIFAX SRL	POLVERARA (PD)
06/11/2015	9.10	24777	2	BETA DIAGNOSTICI SAS	MESSINA
06/11/2015	9.55	24781	3	EOS SRL	CERVARESE SANTA CROCE (PD)
09/11/2015	9.30	24935	4	SIEMENS HEALTHCARE SRL	MILANO
09/11/2015	9.30	24937	5	BAYER SPA	MILANO
09/11/2015	9.30	24938	6	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	MILANO
09/11/2015	10.15	24949	7	DYASET SRL	PORTOMAGGIORE (FE)
09/11/2015	10.15	24950	8	SANOFI SPA	MILANO
10/11/2015	9.17	25059	9	BIOSIGMA SRL	CONA (VE)
10/11/2015	9.20	25060	10	BRUNO FARMACEUTICI SPA	ROMA
10/11/2015	9.20	25061	11	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL	AREZZO
10/11/2015	10.30	25083	12	INFRATEC SRL	PORTOMAGGIORE (FE)

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

11/11/2015	9.05	25262	13	PROMED SRL	DOSSON DI CASIER (TV)
11/11/2015	9.25	25263	14	ABBOTT SRL	ROMA
11/11/2015	9.25	25264	15	CLINI-LAB SRL	CONSELVE (PD)
11/11/2015	9.30	25265	16	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	FIRENZE
11/11/2015	10.40	25310	17	CHEMIL SRL	PADOVA

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plachi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, pena esclusione dalla gara, entro i termini di presentazione dell'offerta presso gli uffici del "Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo" le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plachi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sui plachi contenenti la campionatura, plachi pervenuti nei termini previsti dalle norme di partecipazione, giuste bolle agli atti di questa amministrazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

N. CRON.	DITTA	DOC. AMMINISTRATIVA	DOC. TECNICA	LOTTI PER I QUALI LA DITTA PARTECIPA
1	ALIFAX SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 1-2-4-9
2	BETA DIAGNOSTICI SAS	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 2
3	EOS SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 2-4
4	SIEMENS HEALTHCARE SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 2
5	BAYER SPA	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 3
6	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 1-5
7	DYASET SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 2
8	SANOFI SPA	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 3
9	BIOSIGMA SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 2
10	BRUNO FARMACEUTICI SPA	AMMESSA CON RISERVA: la ditta omette la dichiarazione relativa alla lettera j) dell'Allegato "A" -Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000.	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 3-5
11	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 3
12	INFRATEC SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 2-5
13	PROMED SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 10
14	ABBOTT SRL	Regolare	Schede tecniche + 2 cd + campionatura	n. 3-11
15	CLINI-LAB SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 5
16	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 3-4-5-11
17	CHEMIL SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 5

Durante la seduta si rileva quanto segue:

- la ditta BRUNO FARMACEUTICI SPA, nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, presenta la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000-Allegato "A", incompleta, in quanto omette la dichiarazione relativa alla lettera j). Pertanto, la ditta viene ammessa con riserva alle fasi successive della gara e verrà richiesto alla stessa di integrare la dichiarazione mancante;
- la ditta INFRATEC SRL, nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, non allega il

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

documento PASSOE; pertanto, verrà chiesto alla stessa di integrare la documentazione mancante.

Tutte le altre ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della procedura.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato e siglato. Il Presidente dispone, inoltre, che il plico contenente le buste delle offerte economiche venga conservato in cassaforte.

Dispone altresì che la campionatura venga ricomposta e suddivisa in lotti per i lavori della commissione giudicatrice.

La seduta si chiude alle ore 11:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon f.to _____

Sig. Andrea Bertussi f.to _____

Dott.ssa Ilaria Carlini f.to _____

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “STRISCE REATTIVE” ID.13REA024

L'anno duemilaquindici, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 09:35, presso gli uffici dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che di seguito si indicherà come EGAS, in Udine, via Colugna n. 50, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d'atto delle nuove determinazioni dell'Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “STRISCE REATTIVE” ID.13REA024.

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), il sig. Eros Schneider (teste), nonché la dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Alla seduta è presente il rappresentante della ditta BRUNO FARMACEUTICI SPA, di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dallo stesso, per il quale si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 20/11/2015, la ditta BRUNO FARMACEUTICI SPA è stata ammessa con riserva alle fasi successive del procedimento in quanto, nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, ha presentato la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000 - Allegato “A”, priva della dichiarazione relativa alla lettera j).

Con nota protocollo n. 26397 del giorno 24/11/2015 è stata inviata alla ditta BRUNO FARMACEUTICI SPA la comunicazione di Ammissione con riserva con richiesta di regolarizzare la propria posizione.

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, la ditta BRUNO FARMACEUTICI SPA ha inviato quanto comunicato nella lettera di Ammissione con riserva.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta da parte della ditta BRUNO FARMACEUTICI SPA si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 27156 del 30/11/2015 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.

Nel corso della seduta si prende atto che la ditta BRUNO FARMACEUTICI SPA ha provveduto a regolarizzare la relativa posizione (come da documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, la ditta stessa viene ammessa alle fasi successive della procedura.

Infine, si prende atto che anche la ditta INFRATEC SRL, la quale, nella busta n. 1 relativa ai Documenti di partecipazione, non aveva inserito il documento PASSOE corretto, ha provveduto a regolarizzare la propria posizione integrando la documentazione richiesta nella comunicazione protocollo n. 26396 del 24/11/2015.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La seduta si chiude alle ore 09:40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon f.to _____

Sig. Eros Schneider f.to _____

Dott.ssa Ilaria Carlini f.to _____

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE 15REA024

L'anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di luglio, alle ore 11:05, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo, 330, si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di STRISCE REATTIVE ID.13REA024.

Sono presenti:

Marco Zanon	presidente
Eros Schneider	componente
Susanna Sandrin	componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.r.i di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell'esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 04/03/2016, 12/04/2016 30/05/2016 e 21/06/2016 (allegato 1) parte integrante del presente atto di cui si da lettura ai presenti.

Si procede, quindi, all'apertura della busta sigillata n. 3, contenente l'offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Si procede altresì alla verifica dell' eventuale offerta anomala, si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all'allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d'ufficio.

Il rappresentante della ditta A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL e il rappresentante della ditta BAYER SPA chiedono che vengano messe a verbale le dichiarazioni che si allegano quale parte

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

integrante del presente atto.

Al termine della seduta il Presidente precisa che si procederà alla verifica delle offerte economiche e alla loro corrispondenza a quanto richiesto dal Capitolato Speciale e relative precisazioni.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Marco Zanon f.to _____

Eros Schneider f.to _____

Susanna Sandrin f.to _____

Allegati:

- n. 4 verbali della Commissione Giudicatrice (all. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2).
- n. 2 dichiarazioni delle ditte A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL e BAYER SPA

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “STRISCE REATTIVE” (ID.13REA024) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N.1 DI VALUTAZIONE TECNICA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 04 MARZO 2016 alle ore 09:00, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine - via Colugna n. 50, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto.

La Commissione giudicatrice è composta da:

Francesco Curcio	Presidente
Elena Manca	Componente
Cesare Miranda	Componente
Barbara Brunato	Componente
Elena Rosso	Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è suddivisa in lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da far pervenire, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso il Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo;

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento;

A conclusione dei lavori, alle ore 13:10, i plichi contenenti la documentazione tecnica e la campionatura vengono riordinati e la Commissione decide di aggiornarsi a data da destinarsi.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Francesco Curcio f.to _____
Elena Manca f.to _____
Cesare Miranda f.to _____
Barbara Brunato f.to _____
Elena Rosso f.to _____
Susanna Sandrin f.to _____

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “STRISCE REATTIVE” (ID.13REA024) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N.2 DI VALUTAZIONE TECNICA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 12 Aprile 2016 alle ore 9.00 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la valutazione della documentazione tecnico/qualitativa e campionatura delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

La Commissione giudicatrice è composta da:

Francesco Curcio **Presidente**

Elena Manca Componente

Cesare Miranda Componente

Barbara Brunato Componente

Elena Rosso Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

IL PRESIDENTE

rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - la lettura del verbale della seduta del 04.03.2016;
 - il prosieguo dell’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

- Prosegue la valutazione della documentazione tecnica e campionatura presentate dalle ditte concorrenti al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l’ammissione alla gara in argomento.
- Alle ore 12.45 la seduta viene sospesa a data da destinarsi.

Si procede a riordinare la documentazione tecnica che viene riposta nelle rispettive buste delle Ditte concorrenti e vengono consegnate a cura del Presidente di commissione al competente ufficio Approvvigionamenti del Dipartimento Servizi Condivisi per la custodia degli atti.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Francesco Curcio f.to _____
Elena Manca f.to _____
Cesare Miranda f.to _____
Barbara Brunato f.to _____
Elena Rosso f.to _____
Susanna Sandrin f.to _____

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “STRISCE REATTIVE” (ID.13REA024) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N.3 DI VALUTAZIONE TECNICA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 30 Maggio 2016 alle ore 14.00 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la valutazione della documentazione tecnico/qualitativa e campionatura delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

La Commissione giudicatrice è composta da:

Francesco Curcio **Presidente**

Elena Manca Componente

Cesare Miranda Componente

Barbara Brunato Componente

Elena Rosso Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

IL PRESIDENTE

rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - la lettura dei verbali delle sedute precedenti;
 - il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

- Prosegue la valutazione della documentazione tecnica e campionatura presentate dalle ditte concorrenti al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento.
- Decide di chiedere alcuni chiarimenti in merito alla documentazione tecnica inviata dalla Ditta ALIFAX SRL
- Alle ore 18.50 la seduta viene sospesa a data da destinarsi.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si procede a riordinare la documentazione tecnica che viene riposta nelle rispettive buste delle Ditte concorrenti e vengono consegnate a cura del Presidente di commissione al competente ufficio Approvvigionamenti del Dipartimento Servizi Condivisi per la custodia degli atti.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Francesco Curcio	f.to _____
Elena Manca	f.to _____
Cesare Miranda	f.to _____
Barbara Brunato	f.to _____
Elena Rosso	f.to _____
Susanna Sandrin	f.to _____

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “STRISCE REATTIVE” (ID.13REA024) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N.4 DI VALUTAZIONE TECNICA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 21 giugno 2016 alle ore 17.00 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS di Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la valutazione della documentazione tecnico/qualitativa e campionatura delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

La Commissione giudicatrice è composta da:

Francesco Curcio **Presidente**

Elena Manca Componente

Cesare Miranda Componente

Barbara Brunato Componente

Elena Rosso Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Susanna Sandrin.

IL PRESIDENTE

rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
 - la lettura dei verbali delle sedute precedenti;
 - il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, la lettura dei chiarimenti inoltrati dalla Ditta ALIFAX SRL.

LA COMMISSIONE

- Preliminariamente procede alla lettura dei chiarimenti pervenuti da parte della ditta ALIFAX SRL;
- Prosegue la valutazione di tutta la documentazione tecnica e campionatura presentate dalle ditte concorrenti.
- Attribuisce i punteggi previsti per la qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto per l'elemento qualità e le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- A conclusione dei lavori, alle ore 18:25, i plachi contenenti la documentazione tecnica vengono riordinati e la Commissione rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Francesco Curcio	f.to _____
Elena Manca	f.to _____
Cesare Miranda	f.to _____
Barbara Brunato	f.to _____
Elena Rosso	f.to _____
Susanna Sandrin	f.to _____

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Lotto	voce	PARAMETRI DI QUALETTA'						Facilità di lettura / discriminazione / interpretazione del risultato (contrasto cromatico lungo la scala colorimetrica, eventuale presenza di doppia scala cromatica)	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		Descrizione dei lotti	Tempo di determinazione	Confezionamento: tenuta ermetica, protezione dalla luce, resistenza della confezione	Numero strisce per confezione	11,20					
	Punti max	9,60	9,60	9,60	9,60	11,20	40,00				
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:										
	SCARSO = 0,00			0,00		0,00					
	MEDIOCRE = 0,25			2,40		2,80					
	SUFFICIENTE = 0,5			4,80		5,60					
	BUONO = 0,75			7,20		8,40					
	OTTIMO = 1			9,60		11,20					
1	Strisce reattive per la determinazione visuale di glucosio e corpi chetonici nelle urine										
	ALIFAX SRL	Dai chiarimenti forniti risulta chiaramente che il prodotto offerto non rispetta i seguenti parametri: 1) range di misura minimo del glucosio da 0 mg a 2000 mg/dl o superiori mentre la ditta dichiara che il range del prodotto offerto va da 0 a 1000 mg/dl; 2) grado di interferenza di farmaci riducenti e acido ascorbico la ditta dichiara di non avere dati a disposizione						NON AMMESSA			
	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	4,50	9,60	4,50	11,20	29,80	AMMESSA	40,00			
		60/120 secondi		50 strisce							
	strisce reattive per esame completo delle urine										
	ALIFAX SRL	BILIRUBINA la ditta indica un parametro semiquantitativo anziché l'intervallo di misura 1-5,0 mg/dl ; NITRITI OFFRE ASSENTI /PRESENTI NON INDICA "+"-""++"						NON AMMESSA			
	BETA DIAGNOSTICI SAS	PH SUL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO E SULLE SCHEDE TECNICHE PRESENTATE L'INDICAZIONE DEL PARAMETRO CORRISPONDE A QUANTO RICHIESTO MENTRE SUL CAMPIONE FLACONE L'INTERVALLO DI MISURA VA DA 5-8,5 MENTRE VIENE RICHIESTO 5 -9; UROBILINOGENO: L'INTERVALLO DI MISURA RICHIESTO E' 2,0-8,0 mg/dl mentre nella documentazione presentata l'intervallo di riferimento manca del tutto vengono solo riportati i limiti di sensibilità ; LEUCOCITI: L'INTERVALLO DI MISURA NON CORRISPONDE A QUANTO RICHIESTO (25-500 wbc/MICROLITRO, LA DITTA RIPORTA NEL MATERIALE PRESENTATO UN INTERVALLO DI RIFERIMENTO DA 25-100, SI SEGNALA INOLTRE LA DISCREPANZA CON QUANTO RIPORTATO SULL'ETICHETTA DEL CAMPIONE FORNITO CHE RIPORTA UN INTERVALLO DA 15 - 500; NITRITI OFFRE ASSENTI /PRESENTI NON SPECIFICA "+"-""++";						NON AMMESSA			
2	EOS SRL	PARAMETRO PER TEST VISIVO PH: OFFRE 5,00- 8,5 ANZICHE 5,00 - 9,00; NITRITI: OFFRE ASSENTI /PRESENTI NON INDICA "+"-""++"						NON AMMESSA			
	SIEMENS HEALTHCARE SRL	PARAMETRO PER TEST VISIVO PH: OFFRE 5,00- 8,5 ANZICHE 5,00 - 9,00; NITRITI OFFRE ASSENTI /PRESENTI NON SPECIFICA "+"-""++";						NON AMMESSA			
	DYASET SRL	PARAMETRO PER TEST VISIVO PH: OFFRE 5,00- 8,5 SULL'ETICHETTA DEL FLACONE, 4,5 -8 SULLA SCHEDA TECNICA ANZICHE 5,00 - 9,00 COME RICHIESTO; NITRITI OFFRE ASSENTI /PRESENTI NON SPECIFICA "+"-""++";						NON AMMESSA			
	BIOSIGMA SRL	PARAMETRO PER TEST VISIVO PH: OFFRE 5,00- 8,5 ANZICHE 5,00 - 9,00; NITRITI: OFFRE ASSENTI /PRESENTI NON SPECIFICA "+"-""++"						NON AMMESSA			
	INFRATEC SRL	PROTEINE: VIENE RICHIESTO 20-500mg/dl mentre la ditta indica 12 - 15 mg/dl; GLUCOSIO: VIENE RICHIESTO 0-1000mg/dKL la Ditta indica come valore minimo 25-40 mg/dl; CHETOMI viene richiesto 5-100 mg/dl mentre la ditta indica inferiore a 5; BILIRUBINA viene richiesto 1-5,10 MG/DL LA ditta indica fino a 0,6-0,8 mg/dl; UROBILINOGENO viene richiesto 2,0 - 8,00 mg/dl la ditta indica fino a 0,8 - 1,00 mg/dl;						NON AMMESSA			
	Strisce reattive per la determinazione dell'albumina nell'urina (per uso in ostetricia)										
	ALIFAX SRL	9,60	7,20	4,50	11,20	32,50	AMMESSA				
		60 secondi		50 STRISCE							
4	EOS SRL	9,60	2,40	2,00	11,20	25,20	AMMESSA				
		60 secondi		100 STRISCE							
	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	9,60	9,60	9,60	11,20	40,00	AMMESSA				
		60 secondi		25 STRISCE							
9	Strisce reattive per la determinazione semiquantitativa di 2 parametri nelle urine leucociti e nitriti										
	ALIFAX SRL	4,50	7,20	2,00	11,20	24,90	AMMESSA	40,00			
		60/90 secondi		100 STRISCE							

Lotto	voce	PARAMETRI DI QUALETTA'						Caratteristiche del programma di training e assistenza tecnica	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Riparametrizzazione offerte ammissibili										
		Prestazioni analitiche = PT. TOT. 6,40	Sicurezza analitica e biologica = PT. TOT. 4,80	Caratteristiche dei consumabili = PT. TOT. 14,40			Operatività = PT. TOT. 11,20														
tt	vo	Descrizione dei lotti	Accuratezz	Range di	Ambit	Unità di	Modalità	Numero di	Stabilità	Stabilità	Facilità di	Richiesta	Valori	Tempi	Volume	Spegniment	Avvio	Autonomia	Controllo	Caratteristiche	Possibili

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

	a e precisione	correzione automatica per l'Htc	o di misura	misura importata in fabbrica (non modificabile dall'operatore)	di espulsione della striscia usata	strisce/flacone	delle strisce dalla produzione	della striscia ad utilizzo iniziato	manipolabilità della striscia e sulle caratteristiche atte a prevenire l'inserimento sbagliato	o meno di calibrazione della striscia al variare del lotto e modalità di inserimento del codice relativo	QC fissi o variabili per lotto	di risposta analitica	di campione richiesto	o automatico dopo un determinato intervallo di tempo di inattività	automatico mediante inserimento della striscia	della batteria (n. di determinazioni)	della temperatura di operatività ed eventuale blocco strumento	del display e facilità di lettura dei risultati (retroilluminazione, contrasto, nitidezza e dimensione dei caratteri) e facilità di manipolazione dei tasti, sia di tipo meccanico che touch screen	tà di comando tramite touch-screen				
	Punti max	3,20	1,60	1,60	2,40	2,40	1,60	0,80	2,40	3,20	3,20	3,20	0,80	1,60	1,60	0,80	0,80	2,40	2,40	0,80	3,20	40,00	
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:																						
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	MEDIOCRE = 0,25	0,80	0,40	0,40	0,60	0,60	0,40	0,20	0,60	0,80	0,80	0,80	0,20	0,40	0,20	0,60	0,60	0,20	0,80	0,80			
	SUFFICIENTE = 0,5	1,60	0,80	0,80	1,20	1,20	0,80	0,40	1,20	1,60	1,60	1,60	0,40	0,80	1,20	1,20	1,60	1,60	1,20	1,60			
	BUONO = 0,75	2,40	1,20	1,20	1,80	1,80	1,20	0,60	1,80	2,40	2,40	2,40	0,60	1,20	0,60	1,80	1,80	0,60	1,80	2,40			
	OTTIMO = 1	3,20	1,60	1,60	2,40	2,40	1,60	0,80	2,40	3,20	3,20	3,20	0,80	1,60	0,80	2,40	2,40	0,80	3,20	3,20			
	a strisce reattive monouso per l'esecuzione della glicemia																						
	b glucometri per l'esecuzione della glicemia nel sito di cura del paziente																						
	c penna pungi dito con lancetta ad uso personale dell'utente																						
	d dispositivo / programma per scaricare i dati sul pc																						
	e Materiale per il CQI quotidiano (il quantitativo necessario dovrà essere definito dalla Ditta concorrente, in base a quanto previsto dal Capitolato Speciale)																						
3	f Assistenza tecnica finalizzata al mantenimento della continuità analitica del parco-glucometri richiesto di ciascuna Azienda utilizzatrice per tutto il periodo di validità della gara																						
	BAYER SPA	MANCA L'INDICAZIONE ESPRESSA ED EVIDENTE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE PER I PRODOTTI POSTI IN GARA COME ESPlicitamente RICHIESTO DAL CAPITOLATO DI GARA; NON CHIARE LE INDICAZIONI RIGURDO IL PUNTO 5																		NON AMMESSA			
	SANOFI SPA	MANCA L'INDICAZIONE ESPRESSA ED EVIDENTE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE PER I PRODOTTI POSTI IN GARA COME ESPlicitamente RICHIESTO DAL CAPITOLATO DI GARA. RISULTA PERTANTO IMPOSSIBILE REPERIRE I DATI NECESSARI, APPAIONO COMPLETAMENTE ASSENTI INDICAZIONI CIRCA I PUNTI 5, 6 E 7 DELLE CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE.																		NON AMMESSA			
	BRUNO FARMACEUTICI SPA	MANCA L'INDICAZIONE ESPRESSA ED EVIDENTE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE PER I PRODOTTI POSTI IN GARA COME ESPlicitamente RICHIESTO DAL CAPITOLATO DI GARA; NON CHIARE LE INDICAZIONI RIGURDO I PUNTI 5 E 7.																		NON AMMESSA			
	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL	3,20	1,60	1,60	0,00	2,40	1,20	0,80	1,20	3,20	1,60	0,00	0,80	1,20	1,60	0,80	0,40	2,40	1,80	0,00	3,20	29,00	AMMESSA 34,32
		ambito di misura a 10-600 mg / dl	unità di misura modificabile dall'operatore		50 strisce per flacone	24 mesi	3 mesi			serve la striscia di calibrazione		5 secondi	0,7 microlitri	presente	presente	1000 misure			contrast, nitidezza e illuminazione intermedi	non presente			
	ABBOTT SRL	3,20	1,20	1,20	2,40	1,20	1,60	0,60	2,40	0,80	1,60	0,00	0,80	1,60	1,60	0,80	0,80	2,40	2,40	0,80	3,20	29,80	AMMESSA 35,27
		range di correzione automatica dal 15 al 65 %	ambito di misura a 20-500 mg / dl		espulsione manuale	100 strisce per flacone	18 mesi	fino alla data di scadenza		pur riportando l'indicazione dell'inserimento corretto non ha caratteristiche atte a	serve la striscia di calibrazione	5 secondi	0,6 microlitri	presente	presente	3000 misure			miglior contrasto, nitidezza e luminosità	presente			

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

									prevenire del tutto l'inserimento sbagliato														
	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	2,40	0,80	1,60	2,40	2,40	1,20	0,80	1,80	3,20	3,20	0,60	0,80	1,60	0,80	0,20	2,40	1,20	0,00	3,20	33,80	AMMESSA	40,00
		Accuratezza e precisione sono inferiori a quelle di Biochemical e Abbot	range di correzione automatico dal 20 al 65%	ambito di misura 10-600 mg / dl			50 strisce per flacone	24 mesi	6 mesi				6 secondi	1,2 microlitri	presente	presente	600 misure		schermo più piccolo e minore visibilità dei caratteri	non presente			

PARAMETRI DI QUALETTA'									Riparametrizzazione offerte ammissibili
Lotto	Voce	Descrizione dei lotti	Praticità d'uso: impugnatura, meccanismo di protezione e di estrazione della lancetta	Sicurezza dell'operatore	Confezionamento: tipologia, completezza dell'etichettatura e delle istruzioni d'uso	Efficacia di formazione della goccia	Atraumaticità	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità
		Punti max	10,40	9,60	4,80	8,00	7,20	40,00	
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:							
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MEDIOCRE = 0,25	2,60	2,40	1,20	2,00	1,80		
		SUFFICIENTE = 0,5	5,20	4,80	2,40	4,00	3,60		
		BUONO = 0,75	7,80	7,20	3,60	6,00	5,40		
		OTTIMO = 1	10,40	9,60	4,80	8,00	7,20		
		Lancette pungi dita con sistema di sicurezza (sterili) ad uso degli operatori sanitari.							
		ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10,40	9,60	4,80	8,00	7,20	40,00	AMMESSA
		BRUNO FARMACEUTICI SPA	NON HA IL SISTEMA DI SICUREZZA DI COPERTURA AGO DOPO L'USO						0,00
		INFRATEC SRL	5,20	9,60	2,40	8,00	5,40	30,60	AMMESSA
			Il meccanismo è duro e l'impugnatura è più piccola rispetto a quella della ditta Roche Diagnostics		Le istruzioni non sono facilmente visibili con la confezione in modalità d'uso		Il test dimostra che è realativamente poco doloroso		
5		CLINI-LAB SRL	0,00	9,60	0,00	8,00	0,00	17,60	NON AMMESSA Punteggio inferiore al minimo richiesto
			rischia di scattare in maniera accidentale; il dispositivo utilizzato non è facilmente distinguibile da quello non utilizzato		Non ci sono istruzioni interne; le istruzioni sulla scatola non hanno commento; all'apertura della scatola il dispositivo è all'interno del sacchetto che può essere allontanato dalla scatola e quindi dalle relative istruzioni		Il test risulta doloroso		
		A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	5,20	9,60	2,40	8,00	0,00	25,20	AMMESSA
			Il meccanismo è duro e l'impugnatura è più piccola rispetto a quella della ditta Roche Diagnostics		Le istruzioni non sono facilmente visibili con la confezione in modalità d'uso		Il test risulta doloroso		
		CHEMIL SRL	2,60	9,60	1,20	8,00	0,00	21,40	AMMESSA
			l'impugnatura non comoda; il meccanismo di estrazione della sicura è duro; durante l'estrazione della sicura si rischia lo scatto accidentale (non è un problema di sicurezza ma si spreca un dispositivo)		Non ci sono le istruzioni in italiano (solo in inglese)		Il test risulta doloroso		
6		Lancette pungi dita con sistema di sicurezza neonatali (sterili) ad uso degli operatori sanitari, con regolatore di profondità.							
		DESERTO							
7		Lancette pungi dita con sistema di sicurezza pediatriche (sterili) ad uso degli operatori sanitari, con regolatore di profondità.							
		DESERTO							
10		Lancette monouso per incisione tallone neonati nelle misure disponibili (sterili - misure indicative profondità da 0,85 a 1,0 mm circa - lungh. da 1,75 a 2,5mm circa)							
		PROMED SRL	10,40	9,60	4,80	8,00	3,60	36,40	40,00
							Il test risulta doloroso		

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

						PARAMETRI DI QUALETTA'										Caratteristiche del programma di training e assistenza tecnica = PT. TOT. 3,20	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Riparametrizzazione offerte ammissibili			
						Prestazioni analitiche = PT. TOT. 8,00					Sicurezza analitica e biologica = PT. TOT. 2,40											
Lotto	voce	Descrizione dei lotti	Accuratezza e precisione	Range di correzione automatico per l'Htc	Ambito di misura	Unità di misura importata in fabbrica (non modificabile dall'operatore)	Numero di strisce/flacone	Stabilità delle strisce dalla produzione	Stabilità della striscia ad utilizzo iniziativo	Facilità di manipolabilità della striscia e sulle caratteristiche atte a prevenire l'inserimento sbagliato	Richiesta o meno di calibrazione della striscia al variare del lotto e modalità di inserimento del codice relativo	Valori QC fissi o variabili per lotto	Tempi di risposta analitica	Volume di campione richiesto	Spegnimento automatico dopo un determinato intervallo di tempo di inattività	Avvio automatico mediante inserimento della striscia	Autonomia della batteria (n. di determinazioni)	Controllo della temperatura di operatività ed eventuale blocco strumento	Caratteristiche del display e facilità di lettura dei risultati (retroilluminazione, contrasto, nitidezza e dimensione dei caratteri) e facilità di manipolazione dei tasti, sia di tipo meccanico che touch screen	Possibilità di comando tramite touch-screen		
		Punti max	3,20	1,60	3,20	2,40	1,60	0,80	2,40	3,20	3,20	3,20	0,80	1,60	1,60	0,80	0,80	3,20	2,40	0,80	3,20	
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:																				
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		MEDIOCRE = 0,25	0,80	0,40	0,80	0,60	0,40	0,20	0,60	0,80	0,80		0,20	0,40		presenza del requisito: 1,60 punti; assenza del requisito: 0,80 punti;	0,20	0,80	0,60		0,80	
		SUFFICIENTE = 0,5	1,60	0,80	1,60	1,20	0,80	0,40	1,20	1,60	1,60		0,40	0,80		assenza del requisito: 0 punti	0,40	1,60	1,20		1,60	
		BUONO = 0,75	2,40	1,20	2,40	1,80	1,20	0,60	1,80	2,40	2,40		0,60	1,20		0 punti	0,60	2,40	1,80		2,40	
		OTTIMO = 1	3,20	1,60	3,20	2,40	1,60	0,80	2,40	3,20	3,20		0,80	1,60			0,80	3,20	2,40		3,20	
	a1	strisce reattive per la glicemia da utilizzare con lo strumento di cui alla voce b)																				
	a2	strisce reattive per la chetonemia da utilizzare con lo strumento di cui alla voce b)																				
	b	glucometri per l'esecuzione della glicemia e dei corpi chetonici nel sangue nel sito di cura del paziente																				
11	c1	penna pungi dito ad uso personale dell'utente																				
	c2	lancetta pungidito ad uso personale dell'utente, compatibile con la penna di cui alla voce c1																				
	d	dispositivo / programma per scaricare i dati sul pc																				
	e	Materiale per il CQI quotidiano (il																				

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.13REA024

Prospettiva comparativa delle offerte economiche - INDIRETTE					
Lotto	Voce	Descrizione	Pr. base	ROCHE DIAGNOSTIC	ALIFAX
1		Strisce reattive per la determinazione visuale di glucosio e corpi chetonici nelle urine	€ 982,50000	anomala	NON AMMESSA
		Punteggio tecnico		40,00	
		Offerta economica	€ 982,50000	982,50000	
		Punteggio economico		60,00000	
		Punteggio totale		100,00000	
				AGG	

Lotto	Descrizione	Pr. base	ALIFAX	BETA DIAGNOSTICI	EOS	SIEMENS	DYASET	BIOSIGMA
2	Strisce reattive per esame completo delle urine	€ 61.952,00000	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA
	Punteggio tecnico							
	Offerta economica	€ -						
	Punteggio economico							
	Punteggio totale							

Lotto		Descrizione	Pr. base	BIOCHEMICAL SYSTEMS INT.	ABBOTT SRL	A. MENARINI DIAGNOSTICI	BAYER	SANOFI	BRUNO FARMACEUTICI
3		strisce reattive	€ 684.180,000		anomala	anomala	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA
		Punteggio tecnico		34,32	35,27	40,00			
		Offerta economica	€ 478.926,00000	562.061,16000	478.926,00000	522.935,32000			
		Punteggio economico		51,12533	60,00000	54,95051			
		Punteggio totale		85,44533	95,27000	94,95051			
				AGG					

Lotto	Descrizione	Pr. base	ALIFAX	EOS	A. MENARINI DIAGNOSTICS
4	strisce reattive per la determinazione dell'albumina nell'urina (per uso in ostetricia)	€ 6.200,000	anomala		
	Punteggio tecnico		32,50	25,20	40,00
	Offerta economica	€ 840,00000	840,00000	6.160,00000	6.134,40000
	Punteggio economico		60,00000	8,18182	8,21596
	Punteggio totale		92,50000	33,38182	48,21596
			AGG		

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE


							FARMACEUTICI	
5	Lancette pungi dita con sistema di sicurezza (sterili) ad uso degli operatori sanitari.	€ 294.404,000					NON AMMESSA	NON AMMESSA Punteggio inferiore al minimo richiesto
	Punteggio tecnico		40,00	30,60	25,20	21,40		
	Offerta economica	€ 135.158,20000	281.022,00000	293.400,35000	135.158,20000	293.734,90000		
	Punteggio economico		28,85714	27,63968	60,00000	27,60820		
	Punteggio totale		68,85714	58,23968	85,20000	49,00820		
					AGG			
Lotto			DESERTO					
6	Lancette pungi dita con sistema di sicurezza neonatali (sterili) ad uso degli operatori sanitari, con regolatore di profondità.							
Lotto	consolle in comodato d'uso gratuito		DESERTO					
7	Lancette pungi dita con sistema di sicurezza pediatriche (sterili) ad uso degli operatori sanitari, con regolatore di profondità.							
Lotto	Descrizione	Pr. base	ALIFAX					
9	Strisce reattive per la determinazione semiquantitativa di 2 parametri nelle urine leucociti e nitriti	€ 1.573,000						
	Punteggio tecnico		40,00					
	Offerta economica	€ 2.275,00000	2.275,00000					
	Punteggio economico		Fuori soglia					
	Punteggio totale		Fuori soglia					
Lotto	Descrizione	Pr. base	PROMED					
10	Lancette monouso per incisione tallone neonati nelle misure disponibili (sterili - misure indicative profondità da 0,85 a 1,0 mm circa - lungh. da 1,75 a 2,5mm circa)	€ 51.000,000	anomala					
	Punteggio tecnico		40,00					
	Offerta economica	€ 31.620,00000	31.620,00000					
	Punteggio economico		60,00000					
	Punteggio totale		100,00000					
Lotto	Descrizione	Pr. base	ABBOTT	MENARINI	DESERTO			
11	Strisce reattive		NON AMMESSA	NON AMMESSA				

IL SOTTOSCRITTO FERRARI MARIO RAPPRESENTANTE OSCAR
MEINARINI DIAGNOSTICS DICHIARA CHE RELATIVAMENTE AL COMPO
~~(SISTEMI)~~ HA RIPOSTO LA DITTA ABBOTT CON IL
PRODOTTO OPTIMUM NEO * CMS ORICIZZA COMS
SISTEMA ENZIMATICO IC ^{GDH} ~~COMS~~ (CONDIZIONI GENETICHE)
CHE DA LITERATURA INCORRE IN INTERFERENZE
EVIDENTI CON ZO XIOSIO. ANCHE A BASSE
CONCENTRAZIONI. L'INTERFERENZA CON CO XIOSIO
È CONSIDERATA REQUISITO INDISPENSABILE NEL
CAMPIONATO (CAMPIONI NON AVERLA). CMS MEINARINI
NON ABBINATO RIPOSTO AC COMO CON UN
PRODOTTO CHE ORICIZZA ENZIMA ^{GDH} ~~COMS~~ (PRODOTTO
NUOVA PRO) PROPRIO PER QUESTO MOTIVO.

IN FEDE

Mario Ferrari

FERRARI MARIO
CMO ARSA
MEINARINI DIAGNOSTICS




Udine 5 luglio 2016


Io sottoscritto, Gaspari Maurizio, in qualità di legale rappresentante dello ditta BAYER SPA, per quanto riguarda il bto 3 contesto l'esclusione della propria azienda in quanto le motivazioni indicate dalla commissione tecnica non risultano chiare e pertinenti. In particolare, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del prodotto evan siete fornite tutte le informazioni, sia attraverso schede tecniche descrittive e leaflet di prodotto allegate alla campionatura. Inoltre riguardo il punto 5, sempre nella documentazione tecnica inviata, a pagina 4, sono fornite tutte le informazioni riguardo Assistenza Tecnica e Cose di Instaurazione e Assistenza Post Vendita.

Fir Fede

Maurizio Gaspari



SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LA FORNITURA DI
"STRISCE REATTIVE" (ID.13REA024)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE DI VERIFICA VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 17 ottobre 2016 alle ore 14:15, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della valutazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dottori:


Prof. Francesco Curcio	Presidente
Dr.ssa Elena Manca	Componente
Dr. Cesare Miranda	Componente
Dr.ssa Barbara Brunato	Componente
Dr.ssa Elena Rosso	Componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 05/07/2016, le ditte A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL e BAYER SPA hanno fatto mettere a verbale due note di contestazione, relativamente al lotto n. 3;
- che, a seguito della ricezione delle note di cui sopra, dell'avvio del procedimento disposto e delle susseguenti controdeduzioni – agli atti di questa Amministrazione – delle ditte controinteressate, l'EGAS ha ritenuto di riconvocare la Commissione Giudicatrice, al fine di effettuare una ulteriore approfondita verifica di quanto contestato in relazione al lotto n. 3;

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano, in particolare, la minuziosa verifica di quanto esposto nelle note di contestazione presentate dalle ditte A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL e BAYER SPA e nelle relative controdeduzioni, la verifica del possesso dei requisiti tecnici richiesti negli atti di gara e la verifica della rispondenza della documentazione tecnica presentata dai concorrenti rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale, con riferimento al lotto n. 3;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

> procede pertanto al riesame delle schede tecniche presentate dalle ditte per quanto concerne il lotto n. 3, unitamente all'esame delle note di contestazione delle ditte A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL e BAYER SPA e delle relative controdeduzioni;

> alla luce della documentazione esaminata, ritiene di confermare tutti i punteggi e le motivazioni di esclusione già disposte in relazione al lotto n. 3:

1) per quanto concerne in particolare la contestazione della ditta A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL, si rileva che il Capitolato Speciale richiede, con riferimento alla caratteristica "Specificità", una "interferenza verificata e clinicamente non significativa per le concentrazioni comunemente riscontrabili nel plasma di maltosio, galattosio, xilosio, bilirubina, acido ascorbico, acido urico, paracetamolo, ossigeno". La documentazione presentata in sede di gara dalla ditta ABBOTT SRL viene ritenuta idonea a soddisfare il requisito in argomento previsto dal Capitolato Speciale, anche con specifico riferimento allo "xilosio", in quanto l'interferenza verificata viene ritenuta clinicamente non significativa;


2) per quanto concerne la contestazione della ditta BAYER SPA, si rileva che il Capitolato Speciale dispone che *“nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara”*. Nella documentazione presentata dalla ditta in sede di gara, invece, si conferma che risulta mancare l'indicazione espressa ed evidente delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara. Tale motivazione è supportata anche dalla nota di data 22.09.16 inviata all'EGAS dalla stessa ditta BAYER SPA in seguito all'avvio del procedimento di verifica, alla quale viene allegata una specifica tabella che riporta i requisiti tecnici richiesti nel capitolato, le specifiche del prodotto offerto e i relativi riferimenti alla documentazione e campionatura, tutte informazioni queste non espressamente indicate ed evidenziate in sede di gara ma soltanto in un momento successivo all'esclusione.

Si conferma altresì che le indicazioni presentate in sede di gara riguardanti il punto 5 “Assistenza tecnica” non risultano chiare, in particolare per i seguenti motivi:

- a fronte della precisa richiesta del Capitolato Speciale di una fornitura supplementare di “almeno un glucometro ogni 7 previsti dalla fornitura” la ditta BAYER SPA si rende disponibile a fornire genericamente “un numero di strumenti da concordare” oltre a quelli previsti dalla fornitura, senza indicare quindi in maniera chiara se il rapporto di “almeno un glucometro ogni 7” previsto dal Capitolato viene accettato;
- a fronte della precisa richiesta del Capitolato Speciale di sostituzione dei glucometri non funzionanti “con esemplari nuovi entro 15 giorni”, la ditta BAYER SPA dichiara genericamente che “gli strumenti verranno sostituiti tempestivamente”, senza indicare quindi in maniera chiara se le tempistiche massime di sostituzione previste dal Capitolato vengono accettate.

La Commissione Giudicatrice, alle ore 15:02, ricomponne quindi la documentazione oggetto di verifica, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Francesco Curcio _____ F.to _____

Dr.ssa Elena Manca _____ F.to _____

Dr. Cesare Miranda _____ F.to _____

Dr.ssa Barbara Brunato _____ F.to _____

Dr.ssa Elena Rosso _____ F.to _____

Dr. Alberto Nonino _____ F.to _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 16/11/2016 14:37:24
IMPRONTA: 03C82D2D0DB9EA928AE274CC24473F8FCCABB7415A82EB4943825C56FD6CAED0
CCABB7415A82EB4943825C56FD6CAED0BC96EEE320E3DA00F489365854851EE0
BC96EEE320E3DA00F489365854851EE070A0554391A5B8B371DCD10A1EB24F1F
70A0554391A5B8B371DCD10A1EB24F1F6929F932E8C36AF373169AD2519CA13B