

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Allegato A.1 alla Determinazione

VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "PROTESI MAMMARIE" ID.15PRO003

L'anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 9:35 presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "PROTESI MAMMARIE" ID.15PRO003, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 05/02/2016 e successive rettifiche n. 122 del 18/03/2016 e n. 157 del 04/04/2016.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 1.617.138,20 (+ € 592.950,67 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota prot. EGAS n. 11764 del 10/05/2016, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal sig. Eros Schneider (teste) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 28/04/2016, sono pervenuti n. 3 plichi, inviati dalle seguenti ditte, numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente (si precisa che la ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA, in seguito alla rettifica del termine di ricezione delle offerte economiche, ha ritirato e sostituito il primo plico inviato – prot. EGAS n. 7278 del 18/03/2016):

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO	CITTA'
21/03/2016	9.31	7426	1	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	MILANO
26/04/2016	9.22	10499	2	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	POMEZIA (RM)
27/04/2016	10.31	10707	3	ALLERGAN SPA	ROMA

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

qualitativa, n. 3 offerta economica e che, entro i termini di presentazione dell'offerta presso gli uffici del "Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo", le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sui plichi contenenti la campionatura, plichi pervenuti nei termini previsti dalle norme di partecipazione, giuste bolle agli atti di questa amministrazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	Ditta	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 2-3-4-5-6-7-9-10-13
2	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 2-4-8-9-12-13
3	ALLERGAN SPA	Regolare	Schede tecniche + cd + campionatura	n. 1-2-4-6-8-9-11-13

Tutte le ditte vengono ammesse alle fasi successive della procedura.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato, siglato e conservato in cassaforte a cura del Presidente stesso.

Dispone altresì che la campionatura venga ricomposta per i lavori della commissione giudicatrice.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La seduta si chiude alle ore 10:15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon F.to _____

Sig. Eros Schneider F.to _____

Dott.ssa Ilaria Carlini F.to _____

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "PROTESI MAMMARIE" ID.15PRO003

L'anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 14:31, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "PROTESI MAMMARIE" ID.15PRO003.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Sig.ra Susanna Sandrin componente
- Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell'esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nel verbale redatto in data 31/05/2016 (allegato 1) di cui si dà lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Il Presidente premette che, in relazione a quanto riportato nella determinazione di rettifica n. 157 del 04/04/2016: "Per il lotto n. 1 l'EGAS non procederà all'aggiudicazione nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida (art. 55 comma 4 D.Lgs. 163/2006). Per offerta valida si intende l'offerta che presenta le caratteristiche minime indicate nel Capitolato speciale".

Per quanto sopra non si procederà alla lettura del prezzo unitario offerto dalla ditta partecipante al lotto n. 1.

Si procede, quindi, all'apertura della busta sigillata n. 3, contenente l'offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all'allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d'ufficio.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 14:51.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

F.to _____

Sig.ra Susanna Sandrin

F.to _____

Sig. Eros Schneider

F.to _____

Allegati:

- n. 1 verbale della Commissione Giudicatrice (all. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 1

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “PROTESI MAMMARIE” (ID.15PRO003) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 31 maggio 2016 alle ore 9:40, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Prof. Pier Camillo Parodi presidente
- Dott. Alessandro Favero componente
- Dott. Giovanni Papa componente
- Dott. Valter Zucchiatti componente
- Dott. Samuele Massarut componente

Assiste i lavori il dott. Raffaele Vattori con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso il Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo;

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento;

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

A conclusione dei lavori, alle ore 12:10, la Commissione Giudicatrice riordina il plico contenente la documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita presso gli uffici dell'EGAS - e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Prof. Pier Camillo Parodi _____f.to_____ presidente
- Dott. Alessandro Favero _____f.to_____ componente
- Dott. Giovanni Papa _____f.to_____ componente
- Dott. Valter Zucchiatti _____f.to_____ componente
- Dott. Samuele Massarut _____f.to_____ componente
- Dott. Raffaele Vattori _____f.to_____ segretario verbalizzante

Allegato:

- *n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa*

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa

LOTTO	Descrizione PROTESI MAMMARIE (lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13)	Confezionamento	variabilità dei rapporti tra larghezza, altezza e proiezione per ciascuno dei	Gamma di misure dei sizer di prova e caratteristiche degli stessi	Referenze scientifiche e bibliografia relativa ai prodotti offerti	Aderenze tissutali e tipo di testurizzazione	TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		5,00	10,00	10,00	5,00	10,00	40,00			
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:								
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		INSUFFICIENTE = 0,20	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00			
		MEDIOCRE = 0,40	2,00	4,00	4,00	2,00	4,00			
		SUFFICIENTE = 0,60	3,00	6,00	6,00	3,00	6,00			
		BUONO = 0,80	4,00	8,00	8,00	4,00	8,00			
		OTTIMO = 1,00	5,00	10,00	10,00	5,00	10,00			
		SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 24,00 su 40,00								
1	Protesi anatomiche a volume fisso: Gel altamente coesivo, disponibile anche in versione “soft” In dodici forme diverse per adattarsi alle diverse morfologie Punti di repere sia anteriori che posteriori, palpabili Testurizzate Elastomero a basso trasudamento (brevetto a triplo strato) Confezione singola sterile									40,00
	ALLERGAN SPA									
	Presenta un'ampia varietà di forme ampiamente sufficiente. Buone referenze scientifiche, anche se negli ultimi anni sono comparse segnalazioni di problemi legati alla testurizzazione. Propone una protesi macro testurizzata.									
	ammessa									
	33,00									

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Protesi mammarie rotonde: Gel di silicone a differente grado di coesività (bassa) Rivestimento in silicone testurizzato Elastomero a basso trasudamento Confezione singola sterile Ampia varietà di volumi, a seconda del modello										
2	ALLERGAN SPA	5,00	10,00	10,00	4,00	4,00	33,00	ammessa	Presenta un'ampia varietà di forme ampiamente sufficiente. Buone referenze scientifiche, anche se negli ultimi anni sono comparse segnalazioni di problemi legati alla testurizzazione. Propone una protesi macrotesturizzata	33,00
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	5,00	10,00	10,00	5,00	10,00	40,00	ammessa	Presenta un'ampia varietà di forme ampiamente sufficiente. Ottime referenze scientifiche. Propone una protesi microtesturizzata.	40,00
	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	2,00	6,00	6,00	0,00	6,00	20,00	non ammessa	Scomodità di apertura della seconda confezione per assenza di una linguetta evidente. Presenta una sufficiente gamma di volumi e proiezioni. Sufficiente anche la gamma dei sizer di prova. Presenta scarsissima letteratura su ampie casistiche, presentata invece da Allergan e Johnson & Johnson. Propone sia una protesi macro testurizzata che microtesturizzata ma non supportata da dati scientifici. Punteggio inferiore al minimo richiesto.	
3	Protesi mammarie rotonde rivestite in poliuretano: Gel di silicone coesivo (a differente grado di coesività) Differente profilo Rivestimento in micropoliuretano Elastomero a basso trasudamento Confezione singola sterile Ampia varietà di volumi, a seconda del modello									

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	2,00	6,00	6,00	0,00	10,00	24,00	ammessa	Scomodità di apertura della seconda confezione per assenza di una linguetta evidente. Presenta una sufficiente gamma di volumi e proiezioni. Sufficiente anche la gamma dei sizer di prova. Presenta scarsissima letteratura su ampie casistiche. Propone protesi in poliuretano. Rivestimento in poliuretano con riduzione di contrazione capsulare.	40,00
4	Protesi anatomiche a volume fisso: Gel altamente coesivo In forme diverse per adattarsi alle diverse morfologie Punti di repere sia anteriori che posteriori, palpabili Testurizzate Elastomero a basso trasudamento Confezione singola sterile Ampia varietà di volumi, a seconda del modello									
	ALLERGAN SPA	5,00	10,00	10,00	10,00	4,00	33,00	ammessa	Presenta un'ampia varietà di forme ampiamente sufficiente. Buone referenze scientifiche, anche se negli ultimi anni sono comparse segnalazioni di problemi legati alla testurizzazione. Propone una protesi macro testurizzata.	33,00
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	40,00	ammessa	Presenta un'ampia varietà di forme ampiamente sufficiente. Ottime referenze scientifiche. Propone una protesi microtesturizzata.	40,00
	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	2,00	6,00	6,00	6,00	4,00	18,00	non ammessa	Scomodità di apertura della seconda confezione per assenza di una linguetta evidente. Presenta una sufficiente gamma di volumi e proiezioni. Sufficiente anche la gamma dei sizer di prova. Presenta scarsissima letteratura su ampie casistiche, presentata invece da Allergan e Johnson & Johnson. Propone protesi macrotesturizzata. Punteggio inferiore al minimo richiesto.	

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

5	Protesi anatomiche a volume fisso rivestite in poliuretano: Gel altamente coesivo In forme diverse per adattarsi alle diverse morfologie Punti di repere sia anteriori che posteriori, palpabili Rivestimento in micropoliuretano Elastomero a basso trasudamento Confezione singola sterile Ampia varietà di volumi, a seconda del modello								
	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	2,00	6,00	6,00	0,00	10,00	24,00	ammessa	Scomodità di apertura della seconda confezione per assenza di una linguetta evidente. Presenta una sufficiente gamma di volumi e proiezioni. Sufficiente anche la gamma dei sizer di prova. Presenta scarsissima letteratura su ampie casistiche. Propone protesi in poliuretano. Rivestimento in poliuretano con riduzione di contrazione capsulare.
6	Protesi anatomiche a volume fisso a coesività differenziata: Punti di repere sia anteriori che posteriori, palpabili Testurizzate Camera protesica riempita di gel di silicone a doppia densità (gel extracoesivo nel cono anteriore per ottimizzare la proiezione e con coesività standard nella parte posteriore) Elastomero a basso trasudamento Confezione singola sterile Volumi differenti								
	ALLERGAN SPA	5,00	10,00	10,00	4,00	4,00	33,00	ammessa	Pur in presenza di un numero limitato di forme e proiezioni la ditta offre una maggiore numerosità rispetto a Polytech. Ottima varietà di sizer rapportata alla gamma offerta. Buone referenze scientifiche, anche se negli ultimi anni sono comparse segnalazioni di problemi legati alla testurizzazione. Presenta protesi macrotesturizzata.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	2,00	8,00	8,00	0,00	4,00	22,00	non ammessa	Scomodità di apertura della seconda confezione per assenza di una linguetta evidente. Minore varietà di forme e proiezioni. Buona varietà di sizer rapportata alla gamma offerta. Presenta scarsissima letteratura su ampie casistiche, presentata invece da Allergan. Presenta protesi macrotesturizzata. Punteggio inferiore al minimo richiesto.
7	Protesi anatomiche a volume fisso a coesività differenziata rivestite in poliuretano: Punti di repere sia anteriori che posteriori, palpabili Rivestimento in micropoliuretano Camera protesica riempita di gel di silicone a doppia densità (gel extracoesivo nel cono anteriore per ottimizzare la proiezione e con coesività standard nella parte posteriore) Elastomero a basso trasudamento Confezione singola sterile Volumi differenti								
	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	2,00	6,00	6,00	0,00	10,00	24,00	ammessa	Scomodità di apertura della seconda confezione per assenza di una linguetta evidente. Presenta una sufficiente gamma di volumi e proiezioni. Sufficiente anche la gamma dei sizer di prova. Presenta scarsissima letteratura su ampie casistiche. Propone protesi in poliuretano. Rivestimento in poliuretano con riduzione di contrazione capsulare.
13	Protesi mammarie rotonde: A consistenza morbida Gel di silicone a differente grado di coesività Indeformabile Rivestimento a superficie liscia Elastomero a basso trasudamento (almeno 4 strati) Ampia varietà di volume a seconda del modello Confezione singola sterile								

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLERGAN SPA									non ammessa	non ha "elastomero a basso trasudamento (almeno 4 strati)", ha triplo strato.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA									non ammessa	non ha "gel di silicone a differente grado di coesività" e non ha "elastomero a basso trasudamento (almeno 4 strati)", ha triplo strato.
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL									non ammessa	non ha "gel di silicone a differente grado di coesività"

LOTTO										Riparametrizzazione offerte ammissibili																																																																																																																																																						
8	Descrizione PROTESI ESPANSORI (lotto n. 8)										Confezionamento										variabilità dei rapporti tra larghezza, altezza e proiezione per ciascuno										Tenuta della valvola e praticità d'uso										Referenze scientifiche e bibliografia relativa ai prodotti offerti										Aderenze tissutali e tipo di testurizzazione										TOTALE										Esito ammissibilità										Motivazione del punteggio										SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 24,00 su 40,00																																																																					
																																																													Punti max																																								5,00										10,00										10,00										5,00										10,00										40,00									
																																																													Coefficienti variabili tra 0 e 1:																																																																																																			
																																																													SCARSO = 0,00																																								0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
																																																													INSUFFICIENTE = 0,20																																								1,00										2,00										2,00										1,00										2,00																			
																																																													MEDIOCRE = 0,40																																								2,00										4,00										4,00										2,00										4,00																			
																																																													SUFFICIENTE = 0,60																																								3,00										6,00										6,00										3,00										6,00																			
																																																													BUONO = 0,80																																								4,00										8,00										8,00										4,00										8,00																			
																																																													OTTIMO = 1,00																																								5,00										10,00										10,00										5,00										10,00																			

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLERGAN SPA	5,00	8,00	10,00	5,00	8,00	36,00	ammessa	Tenuto conto che le dimensioni dei pori delle testurizzazioni si modificano a seguito dell'espansione della protesi, l'integrazione tissutale avviene a termine di espansione su parametri non sempre standardizzabili.	40,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	5,00	10,00	4,00	3,00	10,00	32,00	ammessa	Maggiore la gamma di forme e volumi (complessivamente 25 contro 14). Il confezionamento della valvola rappresenta un elemento di complessità non necessario, allo stesso tempo la sua possibile rimozione può determinare perdite non richieste di liquido dalla giunzione tubo-protesi o dal tubo di connessione se non rimosso adeguatamente.	35,56

LOTTO										
Descrizione ESPANSORI MAMMARI (lotti nn. 9 e 10)	Punti max	5,00	10,00	10,00	10,00	Tenuta della valvola	eventuale presenza di patch anteriore che eviti le forature accidentali/disponibilità a set di aghi	TOTALE	Esito ammissibilità	
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Motivazione del punteggio	
	INSUFFICIENTE = 0,20	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00		
	MEDIOCRE = 0,40	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00		
	SUFFICIENTE = 0,60	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00		
	BUONO = 0,80	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00		
	OTTIMO = 1,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00		
	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 24,00 su 40,00									
	Riparametrizzazione offerte ammissibili									

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

9	Espansori mammari: Forma anatomica Base posteriore rinforzata Valvola integrata magnetica a riempimento anteriore Disponibili con diverse varietà di altezza Sistema di reperimento presente in ogni scatola Repere anteriore Confezione singola sterile Superficie testurizzata Ampia varietà di volumi disponibili									
	ALLERGAN SPA	5,00	10,00	10,00	10,00	3,00	28,00	ammessa		28,00
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	5,00	10,00	10,00	10,00	15,00	40,00	ammessa	È l'unica ditta a presentare una protesi dotata di alette posteriori per il fissaggio e di un patch anteriore che eviti le forature accidentali.	40,00
	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	2,00	6,00	10,00	10,00	3,00	21,00	non ammessa	Scomodità di apertura della seconda confezione per assenza di una linguetta evidente. Gamma di forme e volumi inferiore rispetto a quella di Allergan e Johnson & Johnson. Punteggio inferiore al minimo richiesto.	
10	Espansori mammari ad espansione differenziata: Forma anatomica Base posteriore rinforzata Sistema di rinforzo anteriore in silicone che consente l'espansione differenziata dei quadranti inferiori Valvola integrata magnetica a riempimento anteriore Disponibili con diverse varietà di altezza Sistema di reperimento presente in ogni scatola Repere anteriore Confezione singola sterile Superficie testurizzata Ampia varietà di volumi disponibili									
	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	2,00	10,00	10,00	10,00	3,00	25,00	ammessa	Scomodità di apertura della seconda confezione per assenza di una linguetta evidente.	40,00

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308
Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine - **Centralino:** +39 0432 5541616
PEC: egas.protegen@certsanita.fvg.it

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

LOTTO	Descrizione ESPANSORI TISSUTALI (lotto n. 12)	Tenuta valvola	Gamma di produzione	Capacità di sovraespansione	Assenza base rigida	Praticità d'uso	TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio	Riparametrizzazione offerte ammissibili
	Punti max	10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00				
	MEDIOCRE = 0,40	4,00	4,00	2,00	2,00	4,00				
	SUFFICIENTE = 0,60	6,00	6,00	3,00	3,00	6,00				
	BUONO = 0,80	8,00	8,00	4,00	4,00	8,00				
	OTTIMO = 1,00	10,00	10,00	5,00	5,00	10,00				
	12	Espansori tissutali: In silicone Varietà di misure, volumi e forme Senza giunzioni Senza base di rinforzo Valvola a distanza Confezione singola sterile								
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA								non ammessa	presenta protesi dotata di base rigida di rinforzo con importante rischio di decubito	

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 2

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.15PR0003

Lotto	Descrizione		ALLERGAN SPA		
1	Protesi anatomiche a volume fisso	DESERTO			
	Punteggio tecnico		40,00		
	Offerta economica	L'EGAS non procederà all'aggiudicazione del lotto n. 1 (vedere determinazione di rettifica n. 157 del 04/04/2016).			
	Punteggio economico				
	Punteggio totale				
Lotto	Descrizione	Prezzo base	ALLERGAN SPA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	
2	Protesi mammarie rotonde	€ 375,00	Anomala	Anomala	NON AMMESSA: POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL
	Punteggio tecnico		33,00	40,00	
	Offerta economica	€ 325,75	€ 325,75	€ 370,00	
	Punteggio economico		60,00000	52,82432	
	Punteggio totale		93,00000	92,82432	
			AGG	2^	
Lotto	Descrizione	Prezzo base	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL		
3	Protesi mammarie rotonde rivestite in poliuretano	€ 420,00	Anomala		
	Punteggio tecnico		40,00		
	Offerta economica	€ 420,00	€ 420,00		
	Punteggio economico		60,00000		
	Punteggio totale		100,00000		
			AGG		
Lotto	Descrizione	Prezzo base	ALLERGAN SPA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	
4	Protesi anatomiche a volume fisso	€ 538,00	Anomala	Anomala	NON AMMESSA: POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL
	Punteggio tecnico		33,00	40,00	
	Offerta economica	€ 460,44	€ 460,44	€ 480,00	
	Punteggio economico		60,00000	57,55500	
	Punteggio totale		93,00000	97,55500	
			2^	AGG	
Lotto	Descrizione	Prezzo base	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL		
5	Protesi anatomiche a volume fisso rivestite in poliuretano	€ 420,00	Anomala		
	Punteggio tecnico		40,00		
	Offerta economica	€ 420,00	€ 420,00		
	Punteggio economico		60,00000		
	Punteggio totale		100,00000		
			AGG		
Lotto	Descrizione	Prezzo base	ALLERGAN SPA		
6	Protesi anatomiche a volume fisso a coesività differenziata	€ 597,83	Anomala	NON AMMESSA: POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	
	Punteggio tecnico		40,00		
	Offerta economica	€ 460,44	€ 460,44		
	Punteggio economico		60,00000		
	Punteggio totale		100,00000		
			AGG		
Lotto	Descrizione	Prezzo base	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL		
7	Protesi anatomiche a volume fisso a coesività differenziata rivestite in poliuretano	€ 540,00	Anomala		
	Punteggio tecnico		40,00		
	Offerta economica	€ 540,00	€ 540,00		
	Punteggio economico		60,00000		
	Punteggio totale		100,00000		
			AGG		
Lotto	Descrizione	Prezzo base	ALLERGAN SPA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	
8	Protesi mammaria a volume variabile	€ 990,00	Anomala	Anomala	
	Punteggio tecnico		40,00	35,56	
	Offerta economica	€ 972,00	€ 972,00	€ 989,00	
	Punteggio economico		60,00000	58,96866	
	Punteggio totale		100,00000	94,52866	
			AGG	2^	

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308

Sede legale: Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 – e-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it

PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Lotto	Descrizione	Prezzo base	ALLERGAN SPA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	
9	Espansori mammari	€ 558,00		<i>Anomala</i>	NON AMMESSA: POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL
	Punteggio tecnico		28,00	40,00	
	Offerta economica	€ 460,44	€ 460,44	€ 480,00	
	Punteggio economico		60,00000	57,55500	
	Punteggio totale		88,00000	97,55500	
			2^	AGG	
Lotto	Descrizione	Prezzo base	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL		
10	Espansori mammari ad espansione differenziata	€ 430,00	<i>Anomala</i>		
	Punteggio tecnico		40,00		
	Offerta economica	€ 430,00	€ 430,00		
	Punteggio economico		60,00000		
	Punteggio totale		100,00000		
			AGG		
Lotto	Descrizione	Prezzo base	ALLERGAN SPA		
11	Espansori mammari con sistema di fissazione	€ 430,00			
	Punteggio tecnico		40,00		
	Offerta economica		€ 460,44		
	Punteggio economico		Fuori soglia		
	Punteggio totale				
Lotto	Descrizione		NON AMMESSA: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		
12	Espansori tissutali	DESERTO			
Lotto	Descrizione		NON AMMESSA: ALLERGAN SPA, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA e POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL		
13	Protesi mammarie rotonde	DESERTO			