

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 1

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D'IDONEITA' ALLA DONAZIONE ” (ID.15REA009) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 5 luglio 2016 alle ore 9:45, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dr. Paolo Dolfini presidente
- Dr.ssa Rachele Aucello componente
- Dr. Pietro Polito componente

Assiste i lavori il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in due lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60
- che per la suddetta fornitura non è stata richiesta campionatura;

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti per i lotti n. 1 e n. 2, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità per il lotto n. 2, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;
- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica per i lotti n. 1 e n. 2, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;
- stabilisce di chiedere un chiarimento alle ditte ASTRA FORMEDIC SRL e ABBOTT SRL relativamente alla documentazione tecnica da esse presentata al lotto n. 1;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per il lotto n. 2 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice".

La Commissione Giudicatrice, alle ore 12:28, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dr. Paolo Dolfini *F.to* _____ presidente
- Dr.ssa Rachele Aucello *F.to* _____ componente
- Dr. Pietro Polito *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA "IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D'IDONEITA' ALLA DONAZIONE " (ID.15REA009) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 26 luglio 2016 alle ore 15:00, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dr. Paolo Dolfini presidente
- Dr.ssa Rachele Aucello componente
- Dr. Pietro Polito componente

Assiste i lavori il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in due lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60
- che per la suddetta fornitura non è stata richiesta campionatura;

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame dei chiarimenti presentati dalle ditte ASTRA FORMEDIC SRL e ABBOTT SRL e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità al lotto n. 1, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, i chiarimenti forniti dalle ditte ASTRA FORMEDIC SRL e ABBOTT SRL e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per il lotto n. 1 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice", allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto di gara:

- le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento "Qualità";
- le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 16:00, la Commissione Giudicatrice riordina i plichi contenenti la documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS - e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dr. Paolo Dolfini *F.to* _____ presidente

- Dr.ssa Rachele Aucello *F.to* _____ componente

- Dr. Pietro Polito *F.to* _____ componente

- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

Allegato:

- n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA VALUTAZIONE TECNICA – QUALITATIVA

LOTTO	Descrizione	Caratteristiche dello strumento	Tipologia, completezza e qualità dei reattivi e controlli	Adattabilità al laboratorio	Tempi di preparazione all'utilizzo e di operatività, versatilità del software	Modalità di assistenza tecnica	TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
	Punti max	18,00	12,00	4,00	4,00	2,00	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	MEDIOCRE = 0,25	4,50	3,00	1,00	1,00	0,50				
	SUFFICIENTE = 0,50	9,00	6,00	2,00	2,00	1,00				
	BUONO = 0,75	13,50	9,00	3,00	3,00	1,50				
	OTTIMO = 1,00	18,00	12,00	4,00	4,00	2,00				
1	FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI EMOCROMO PRE DONAZIONE PER LA VALUTAZIONE D'IDONEITA' ALLA DONAZIONE PER Aoud, AOUTS E AAS5									
	HORIBA ABX SAS	18,00	12,00	4,00	4,00	1,50	39,50	ammessa	Caratteristiche dello strumento ottimali: presenza di reagenti e scarico sigillati in unico confezionamento inserito all'interno della strumentazione e presenza di stampante integrata. Tipologia, completezza e qualità dei reattivi e controlli ottimale, con particolare riferimento alla disponibilità di reattivi pronti all'uso. Adattabilità al laboratorio ottimale per il ridotto ingombro fisico dello strumento e dei reattivi e scarichi, anche in spazi estremamente ristretti tipo le autoemoteche. Tempi di preparazione all'utilizzo e di operatività, versatilità del software ottimale: prevede la possibilità di programmazione del sistema di accensione e spegnimento. Piano di assistenza tecnica buono.	40,00
	ASTRA FORMEDIC SRL	0,00	6,00	2,00	3,00	1,50	12,50	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	Caratteristiche dello strumento: lo strumento non presenta caratteristiche idonee per essere utilizzato in sicurezza nei punti prelievo donatori ed autoemoteche, in quanto reagenti e scarico non sono sigillati in un unico confezionamento inserito all'interno della strumentazione, il che aumenta sensibilmente il rischio di sversamento e contaminazione; inoltre lo strumento non contempla la presenza di stampante integrata, fondamentale quando si opera in ambienti ristretti ed affollati. Lo strumento prevede due canali di misurazione per provetta chiusa e aperta, cosa che incide sull'utilizzo di controlli e calibratori, aumentando il tempo di messa in operatività del dispositivo. Tipologia, completezza e qualità dei reattivi e controlli: la necessità di collegare più recipienti ai sistemi di carico e scarico dei reattivi e reflui rende l'operatività più lunga, con maggiore possibilità di errore nel corretto posizionamento dei reagenti. Adattabilità al laboratorio inferiore: la conformazione dello strumento e dei relativi reagenti, reflui e scarichi rende il sistema non ottimale per l'utilizzo in spazi ristretti tipo le autoemoteche. Tempi di preparazione all'utilizzo e di operatività, versatilità del software buoni. Piano di assistenza tecnica buono.	
	ABBOTT SRL	4,50	6,00	2,00	3,00	2,00	17,50	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	Caratteristiche dello strumento: lo strumento non presenta caratteristiche idonee per essere utilizzato in sicurezza nei punti prelievo donatori ed autoemoteche, in quanto reagenti e scarico non sono sigillati in un unico confezionamento inserito all'interno della strumentazione, il che aumenta sensibilmente il rischio di sversamento e contaminazione; inoltre lo strumento non contempla la presenza di stampante integrata, fondamentale quando si opera in ambienti ristretti ed affollati. Tipologia, completezza e qualità dei reattivi e controlli: la necessità di collegare più recipienti ai sistemi di carico e scarico dei reattivi e reflui rende l'operatività più lunga, con maggiore possibilità di errore nel corretto posizionamento dei reagenti. Adattabilità al laboratorio inferiore: la conformazione dello strumento e dei relativi reagenti, reflui e scarichi rende il sistema non ottimale per l'utilizzo in spazi ristretti tipo le autoemoteche. Tempi di preparazione all'utilizzo e di operatività, versatilità del software buoni. Piano di assistenza tecnica ottimale: tempi di intervento migliori.	

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

LOTTO	Descrizione	Tempi di analisi	Lettura ottica multipla a più lunghezze d'onda	insensibilità alle variazioni dell'umidità atmosferica	la ditta deve documentare di essere fornitrice di almeno 100strutture sul territorio nazionale	CQI liquido 12 campioni	TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
	Punti max	18,00	4,00	8,00	6,00	4,00	40,00		SOGLIA 20/40pt	
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
	SCARSO = 0,00	0,00	2 lung. D'onda = 2 pt. >2 lung. D'onda = 4 pt.	sensisbile = 2 pt. Non sensibile = 8 pt.	>100<150 = 3 pt. ≥150 = 6 pt.	no = 2 pt. si = 4 pt.				
	MEDIOCRE = 0,25	4,50								
	SUFFICIENTE = 0,50	9,00								
	BUONO = 0,75	13,50								
	OTTIMO = 1,00	18,00								
2	FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA PRE-DONAZIONE DA SANGUE CAPILLARE PER LA VALUTAZIONE DELL' IDONEITÀ ALLA DONAZIONE PER AOUTS									
	HEMOCUE SRL	13,50	2,00	2,00	6,00	4,00	27,50	ammessa	Tempi di analisi buoni. Lettura ottica multipla a 2 lunghezze d'onda. Sensibile alle variazioni dell'umidità atmosferica. La ditta documenta di essere fornitrice di oltre 150 strutture sul territorio nazionale. CQI liquido 12 campioni	40,00
	EOS SRL	18,00	2,00	2,00	0,00	4,00	26,00	ammessa	Tempi di analisi ottimali. Lettura ottica multipla a 2 lunghezze d'onda. Sensibile alle variazioni dell'umidità atmosferica. Documenta di essere fornitrice di n. 8 strutture sul territorio nazionale. CQI liquido 12 campioni	37,82
	INFRATEC SRL							non ammessa	Il sistema proposto non è corredato da controllo di qualità per livelli bassi di emoglobina come richiesto dal capitolato speciale, pur offrendo la ditta controlli di qualità per valori di emoglobina normali ed alti. La Commssione ritiene che ai fini dell'idoneità alla donazione sia indispensabile la presenza di un controllo di qualità per valori bassi di emoglobina, che la ditta non offre. Si rileva inoltre un'incongruenza tra quanto dichiarato dalla ditta nella scheda tecnica in merito ai tempi di misurazione (10 secondi) e quanto riportato sul depliant illustrativo (25 secondi)	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 16/08/2016 13:12:48

IMPRONTA: 8A866EC7E1C645D8A7E2F765561FC4D331A8C38F708142FC84341FD1199B68BA
31A8C38F708142FC84341FD1199B68BADA9C7D4CEB2A52D4EFC6A0075C843425
DA9C7D4CEB2A52D4EFC6A0075C8434257F627EBE3E41C80680023CEFD3B70D92
7F627EBE3E41C80680023CEFD3B70D9221873240D7C89994A0D0F788991B3058