

lotto 3	PUNTI MAX	KALTEK	PRO.LAB	MONDIAL	BIO OPTICA	DIAPATH SPA
CODICE OFFERTO		4842	.00032	FM0172	05-01V15PK	Q49005
Facilità d'uso per l'inserimento dei campioni da parte degli operatori	30	Non ammessa in quanto alla prova pratica si è accertato che la campionatura non rispetta il requisito della costante immersione del pezzo anatomico anche in caso di capovolgimento accidentale del contenitore	Non ammessa in quanto alla prova pratica si è accertato che la campionatura non rispetta il requisito della costante immersione del pezzo anatomico anche in caso di capovolgimento accidentale del contenitore	ved. verbale dd. 07.03.2017	ved. verbale dd. 07.03.2017	ved. verbale dd. 07.03.2017
Facilità d'uso per l'estrazione dei campioni da parte degli operatori	15					
Facilità di apertura e chiusura del contenitore	5	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA
TOTALE	50					

lotto 4	PUNTI MAX	BIO OPTICA	MECCANICA G.M. SRL	KALTEK	PRO.LAB	A.MENARINI	MONDIAL	DIAPATH SPA	LABOINDUSTRIA
CODICE OFFERTO		05-01V60PK	CONTENITORE ZERO60A 60 ml	4978	.00065	47883	FM0149	Q49022	700060
Facilità d'uso per l'inserimento dei campioni da parte degli operatori	30	18	24	Non ammessa in quanto alla prova pratica si è accertato che la campionatura non rispetta il requisito della costante immersione del pezzo anatomico anche in caso di capovolgimento accidentale del contenitore	Non ammessa in quanto alla prova pratica si è accertato che la campionatura non rispetta il requisito della costante immersione del pezzo anatomico anche in caso di capovolgimento accidentale del contenitore	ved. verbale dd. 07.03.2017			
Facilità d'uso per l'estrazione dei campioni da parte degli operatori	15	12	12						
Facilità di apertura e chiusura del contenitore	5	5	4						
TOTALE	50	35	40						
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		43,75	50	AMMESSA	AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA
		Il campione rimane a secco anche se per breve termine con il rischio di adesione alle pareti. Apertura intuitiva ed agevole. Buona facilità di estrazione dei campioni	Inserimento facilitato dalla presenza della soluzione fisiologica e dell'asta interna per staccare dalla pinza i frammenti più piccoli. L'apertura necessita della rimozione di un ulteriore tappo intermedio. Buona facilità di estrazione dei campioni						
lotto 5	PUNTI MAX	MECCANICA G.M. SRL	MONDIAL						
CODICE OFFERTO		CONTENITORE ZERO150A	150 ml	FM1045					
Tenuta del coperchio sia in fase di ripetuta apertura e chiusura del contenitore	20	20		ved. verbale dd. 07.03.2017					
Garanzia dell'immersione costante e completa del campione in formalina con fissazione del campione	20	20							
Caratteristiche migliorative per la sicurezza dell'operatore	10	5							
TOTALE	50	45							
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		50							
		AMMESSA	NON AMMESSA						

lotto 6	DIAPATH SPA	MONDIAL
CODICE OFFERTO	Q49111	FM1050
	ved. verbale dd. 07.03.2017	ved. verbale dd. 07.03.2017
	NON AMMESSA	NON AMMESSA

lotto 7	MONDIAL
	FM1043
	ved. verbale dd. 07.03.2017
	NON AMMESSA

lotto 8	PUNTI MAX	DIAPATH SPA	MONDIAL
CODICE OFFERTO		Q49071	FM1044
Tenuta del coperchio sia in fase di ripetuta apertura e chiusura del contenitore	20		16
Garanzia dell'immersione costante e completa del campione in formalina con fissazione del campione	20	Non ammessa in quanto alla prova pratica si è accertato che la campionatura non presenta il tappo a vite	20
Caratteristiche migliorative per la sicurezza dell'operatore	10		0
TOTALE	50		36
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			50
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		NON AMMESSA	AMMESSA
		Alla prova il campione presentato ha dimostrato una buona tenuta del coperchio secondo quanto richiesto dal capitolo. Non presenta caratteristiche migliorative.	

lotto 9	MONDIAL
CODICE OFFERTO	FM1046
	ved. verbale dd. 07.03.2019
	NON AMMESSA

lotto 10	MONDIAL
	FM1047
	ved. verbale dd. 07.03.2019
	NON AMMESSA

lotto 11	PUNTI MAX	DIAPATH SPA	MONDIAL
CODICE OFFERTO		Q49091	FM1047
Tenuta del coperchio sia in fase di ripetuta apertura e chiusura del contenitore	20		
Garanzia dell'immersione costante e completa del campione in formalina con fissazione del campione	20	Non ammessa in quanto alla prova pratica si è accertato	

Caratteristiche migliorative per la sicurezza dell'operatore	10	che la campionatura non presenta il tappo a vite	ved. verbale dd. 07.03.2019
TOTALE	50	NON AMMESSA	NON AMMESSA

lotto 12		MONDIAL FM1048
		ved. verbale dd. 07.03.2017
		NON AMMESSA

lotto 13		DIAPATH SPA	MONDIAL	AHSI SPA TC45600SS
CODICE OFFERTO		F0046-F0047- AMMESSA	FM0839 AMMESSA	(LOTTO13A)TC45600TT (Lotto 13B) NON AMMESSA
				ved. verbale dd. 07.03.2017

lotto 14		MONDIAL	DIAPATH SPA
CODICE OFFERTO		FM0714 AMMESSA	F0048 NON AMMESSA
			ved. verbale dd. 07.03.2017

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 16/05/2017 18:00:00

IMPRONTA: 1C8BF6B0B35CC557F903348A8977D7A3E1CAECDE471D809BDFAF9617125C155
E1CAECDE471D809BDFAF9617125C155D37F5D085F93E0BDA471658208103D8B
D37F5D085F93E0BDA471658208103D8BB78791301A2CEEE2898D21E21B0FF2E4
B78791301A2CEEE2898D21E21B0FF2E4DCBE59411376E8798B670A62B8EA4832