



Allegato A.1 alla Determinazione

VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - ID.16PRE012

L'anno duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di aprile, alle ore 9:37 presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - ID.16PRE012, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 131 del 16/02/2017 e successiva rettifica n. 245 del 17/03/2017.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 3.489.113,27 (+ € 1.279.341,53 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa. I soli lotti n. 15-16-17-18-23-32 verranno aggiudicati secondo il criterio di cui all'art. 95 c.4 del D.Lgs. 50/2016, ovvero al prezzo più basso.

Il seggio nominato con nota n. 9085 del 30/03/2017, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Susanna Sandrin (teste) e il sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 30/03/2017, sono pervenuti n. 26 plichi, inviati dalle seguenti ditte che vengono numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	DITTA	CITTÀ'
27/03/17	10.55	8581	1	3M ITALIA SRL	POLTELLO (MI)
27/03/17	13.24	8623	2	CRESMED HOSPITAL SURL	UDINE (UD)
28/03/17	10.13	8682	3	MEDICA VALEGGINA SPA	PADOVA (PD)
28/03/17	10.13	8684	4	BENEFIS SRL	GENOVA (GE)
28/03/17	10.18	8685	5	DIEMME SRL	LOCATE TRIULZI (MI)
28/03/17	10.18	8686	6	DELTA MED SPA	VIADANA (MN)
28/03/17	10.55	8700	7	TELEFLEX MEDICAL SRL	VAREDO (MB)
28/03/17	15.55	8797	8	CLABER SRL	VICENZA (VI)
29/03/17	9.20	8878	9	ARTSANA SPA	GRANDATE (CO)
29/03/17	9.20	8879	10	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	CASTELVECCHIO DI MONTE PORZIO (PU)



29/03/17	9.20	8880	11	ARIES SRL	MIRANDOLA (MO)
29/03/17	9.20	8881	12	LOHMANN & RAUSCHER SRL	SARMEOLA DI RUBANO (PD)
29/03/17	9.20	8882	13	MOVI SPA	MILANO (MI)
29/03/17	9.20	8883	14	NR DI NANNINI SRL	LUCCA (LU)
29/03/17	9.20	8884	15	CAREFUSION ITALY 311 SRL	SESTO FIORENTINO (FI)
29/03/17	10.05	8885	16	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	NAPOLI (NA)
29/03/17	10.24	8886	17	CREMASCOLI & IRIS SRL	MILANO (MI)
29/03/17	11.34	8923	18	VYGON ITALIA SRL	PADOVA (PD)
30/03/17	9.02	9017	19	PROMED SRL	DOSSON DI CASSIER (TV)
30/03/17	9.35	9029	20	A.G. MEDICAL SAS	SAN DONA' DI PIAVE (VE)
30/03/17	10.10	9040	21	CAIR ITALIA SRL	PRAGLIA DI TEOLO (PD)
30/03/17	10.10	9042	22	B. BRAUN MILANO SPA	MILANO (MI)
30/03/17	10.10	9043	23	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	LATINA SCALO (LT)
30/03/17	10.40	9055	24	FE.MA SRL	LOCATE TRIULZI (MI)
30/03/17	11.05	9060	25	MEDIFOR VENETA SRL	SAN VENDEMIANO (TV)
30/03/17	11.13	9062	26	MEDICA SRL	PORDENONE (PN)

Si rileva altresì che, entro il termine di cui sopra, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN) è pervenuta la campionatura relativa alla gara in oggetto inviata dalla ditta FARMAC-ZABBAN SPA mentre nessun plico contenente la documentazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di gara è pervenuto presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – Via Pozzuolo 330 (Palazzina B UFFICIO PROTOCOLLO) - 33100 Udine (UD) e pertanto la ditta non può essere ammessa alla gara in oggetto.

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, entro i termini di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN), le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente



procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sui plichi contenenti la campionatura, plichi pervenuti nei termini previsti dalle norme di partecipazione, giuste bolle agli atti di questa Amministrazione. Vengono invece aperti i plichi contenenti la campionatura delle ditte 3M ITALIA SRL, CLABER SRL, CREMASCOLI & IRIS SRL, CAIR ITALIA SRL e FE.MA SRL in quanto sulle bolle accompagnatorie non sono elencati i lotti di partecipazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	3M ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	3, 4 e 10
2	CRESMED HOSPITAL SURL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 3, 4, 5, 7, 9 e 10
3	MEDICA VALEGGIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 7, 9 e 14
4	BENEFIS SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	13, 17 e 32
5	DIEMME SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 21 e 23
6	DELTA MED SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	2, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 32
7	TELEFLEX MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	6, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23
8	CLABER SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 6 e 9
9	ARTSANA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	25, 26 e 32
10	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Ammessa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 del Disciplinare di gara risulta non firmata.	Schede tecniche + CD + Campionatura	25, 26 e 31
11	ARIES SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	15 e 16
12	LOHMANN & RAUSCHER SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	2 e 6
13	MOVI SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	4 e 9



14	NR DI NANNINI SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	25 e 31
15	CAREFUSION ITALY 311 SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	17
16	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	2, 7, 21, 22 e 23
17	CREMASCOLI & IRIS SRL	Ammessa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non barrata l'attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima.	Schede tecniche + CD + Campionatura	17
18	VYGON ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 3, 6, 10, 15, 16 e 24
19	PROMED SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 24, 25, 26, 28 e 32
20	A.G. MEDICAL SAS	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	18
21	CAIR ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	32
22	B. BRAUN MILANO SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	4, 9, 10, 13, 24, 25, 26, 30 e 31
23	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	9, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 e 31
24	FE.MA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 3, 4, 6, 7, 9 e 10
25	MEDIFOR VENETA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	19, 20, 21, 22 e 23
26	MEDICA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	19, 20, 21 e 22

La ditta NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL viene ammessa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 del Disciplinare di gara risulta non firmata.

La ditta CREMASCOLI & IRIS SRL viene ammessa con riserva in quanto la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare risulta non correttamente compilata: risulta non barrata l'attestazione di cui al punto m) della dichiarazione medesima.

Tutte le altre ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Posto quanto sopra, l'EGAS provvederà a richiedere la regolarizzazione delle proprie posizioni alle ditte NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL e CREMASCOLI & IRIS SRL integrando le documentazioni di cui sopra e ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare ("Soccorso istruttorio").

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

EGAS

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato, siglato e conservato in cassaforte a cura del Presidente stesso.

Dispone altresì che la campionatura venga ricomposta per i lavori della Commissione Giudicatrice.

La seduta si chiude alle ore 13:03.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

F.to _____

Sig.ra Susanna Sandrin

F.to _____

Sig. Eros Schneider

F.to _____

**VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N.
50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO
MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - ID.16PRE012**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 9:03, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d'atto delle nuove determinazioni dell'Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della FORNITURA DI DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - ID.16PRE012.

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Catia Todisco (teste) e il sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 06/04/2017, le ditte NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL e CREMASCOLI & IRIS SRL sono state ammesse con riserva alle fasi successive del procedimento, come riportato nel verbale della medesima seduta.


Con note protocolli EGAS nn. 009827 e 009828 del giorno 06/04/2017 sono state inviate alle ditte NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL e CREMASCOLI & IRIS SRL le comunicazioni di ammissione con riserva con richiesta che le proprie posizioni vengano regolarizzate previo pagamento della penale di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara.

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, le ditte NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL e CREMASCOLI & IRIS SRL hanno inviato quanto richiesto nelle lettere di ammissione con riserva.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta pubblica con nota protocollo n. 0010531 del giorno 14/04/2017 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL e CREMASCOLI & IRIS SRL hanno provveduto a regolarizzare le relative

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



posizioni (come da documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, le stesse vengono ammesse alle fasi successive della procedura.

Infine il Presidente precisa che, a seguito di successiva verifica, la ditta NR DI NANNINI SRL ha segnalato l'interesse a partecipare al solo lotto n. 25.

La seduta si chiude alle ore 9:10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Sig.ra Catia Todisco *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____



**VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO
MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - ID.16PRE012**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di gennaio, alle ore 9:16, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle offerte economiche relativo alla GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - ID.16PRE012.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott.ssa Ilaria Carlini componente
- Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.


Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell'esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 10/10/2017, 11/12/2017 e 19/12/2017 (Allegato 1) di cui si da lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Si procede, quindi, all'apertura della busta sigillata n. 3, contenente l'offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (Allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all'allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d'ufficio.

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 10:15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

F.to _____

Dott.ssa Ilaria Carlini

F.to _____

Sig. Eros Schneider

F.to _____

Allegati:

- n. 3 verbali della Commissione Giudicatrice (All. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (All. 2).

All. 1

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
"DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO
MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE" (ID.16PRE012)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 10 ottobre 2017 alle ore 9:30, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| • Dott. Amato De Monte | presidente |
| • Dott. Flavio Bassi | componente |
| • Dott. Nicola Fasano | componente |
| • Dott.ssa Alfredina Pezzetta | componente |
| • Sig.ra Erica Venier | componente |

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che i soli lotti 15-16-17-18-23-32 verranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016), previa verifica dell'idoneità rispetto alle caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale;

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 1 al n. 14 compresi e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice".

La Commissione Giudicatrice, alle ore 14:30, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.



Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Amato De Monte *F.to* _____ presidente
- Dott. Flavio Bassi *F.to* _____ componente
- Dott. Nicola Fasano *F.to* _____ componente
- Dott.ssa Alfredina Pezzetta *F.to* _____ componente
- Sig.ra Erica Venier *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante



**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
“DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO
MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” (ID.16PRE012)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 11 dicembre 2017 alle ore 15:25, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- Dott. Amato De Monte presidente
- Dott. Flavio Bassi componente
- Dott. Nicola Fasano componente
- Dott.ssa Alfredina Pezzetta componente
- Sig.ra Erica Venier componente

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che i soli lotti 15-16-17-18-23-32 verranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016), previa verifica dell'idoneità rispetto alle caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale;

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il proseguo dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione, l'attribuzione dei giudizi di idoneità / non idoneità e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche e la campionatura, regolarmente pervenute entro il termine previsto, e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, prosegue l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;
- attribuisce i giudizi di idoneità / non idoneità per i lotti nn. 15-16-18-32 e i punteggi previsti per la Qualità per i lotti nn. 24-25-26-28-29-30-31 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice";

La Commissione Giudicatrice, alle ore 18:05, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.



Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Amato De Monte *F.to* _____ presidente
- Dott. Flavio Bassi *F.to* _____ componente
- Dott. Nicola Fasano *F.to* _____ componente
- Dott.ssa Alfredina Pezzetta *F.to* _____ componente
- Sig.ra Erica Venier *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante



**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
“DISPOSITIVI FISSAGGIO CATETERE, AGHI CANNULA E ALTRO
MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” (ID.16PRE012)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 3 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 15:25, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| • Dott. Amato De Monte | presidente |
| • Dott. Flavio Bassi | componente |
| • Dott. Nicola Fasano | componente |
| • Dott.ssa Alfredina Pezzetta | componente |
| • Sig.ra Erica Venier | componente |

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti in gara, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che i soli lotti 15-16-17-18-23-32 verranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016), previa verifica dell’idoneità rispetto alle caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale;
- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell’offerta, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione, l'attribuzione dei giudizi di idoneità / non idoneità e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche e la campionatura, regolarmente pervenute entro il termine previsto, e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, prosegue l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;
- attribuisce i giudizi di idoneità / non idoneità per il lotto n. 23 e i punteggi previsti per la Qualità per i lotti nn. 19-20-21-22 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice", allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto di gara:

- le ditte non idonee e le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento "Qualità";
- le ditte idonee e le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 17:45, la Commissione ricompone la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

EGAS

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Amato De Monte *F.to* _____ presidente
- Dott. Flavio Bassi *F.to* _____ componente
- Dott. Nicola Fasano *F.to* _____ componente
- Dott.ssa Alfredina Pezzetta *F.to* _____ componente
- Sig.ra Erica Venier *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

Allegati: n. 1 "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice"

Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice

LOTTO	Descrizione	Maggior efficacia e maggior efficienza del dispositivo (es: adesività)	Migliori caratteristiche tecniche e fisiche dei materiali (es: impermeabilità ai liquidi e ai batteri)	Maggior facilità di identificazione punto di inserzione	Maggior maneggevolezza	Miglior confezionamento per facilità di apertura, identificabilità e completezza delle informazioni	TOTALE	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		Punti max	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00	40,00	
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:								
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	INSUFFICIENTE = 0,20	3,20	1,60	0,80	1,60	0,80			
	MEDIOCRE = 0,35	5,60	2,80	1,40	2,80	1,40			
	SUFFICIENTE = 0,50	8,00	4,00	2,00	4,00	2,00			
	BUONO = 0,75	12,00	6,00	3,00	6,00	3,00			
	OTTIMO = 1,00	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00			
	dispositivo per fissaggio cateteri vescicali foley a media permanenza, cioè inferiore a trenta giorni								
1	CLABER SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	1,40	9,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	difficoltà di apertura della confezione; presidio non adeguato all'utilizzo per il fissaggio del catetere vescicale
	CRESMED HOSPITAL SURL	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00	40,00	ammessa	caratteristiche tecniche e funzionali ottimali 40,00
	DIEMME SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	4,00	12,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	adesività insufficiente; la parte necessaria per il fissaggio assorbe i liquidi
	FE.MA SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	4,00	12,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	adesività insufficiente; la parte necessaria per il fissaggio assorbe i liquidi
	MEDICA VALEGGIA SPA	3,20	2,80	2,00	1,60	1,40	11,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	maneggevolezza insufficiente, tende a sporcarsi facilmente, non in grado di bloccare la posizione del catetere vescicale in maniera efficace; confezionamento mediocre
	PROMED SRL							non ammessa	alla prova, la maggior parte dei campioni presentati in sede di gara si sono rotti durante l'applicazione
	VYGON ITALIA SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	4,00	12,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	adesività insufficiente; la parte necessaria per il fissaggio assorbe i liquidi
	dispositivo di fissaggio per cateteri venosi periferici (aghi cannula), preferibilmente dotato di sistema di supporto per le prolunghe dei set								
2	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	3,20	1,60	1,40	2,80	1,40	10,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	apertura difficoltosa della confezione; non risulta impermeabile; sito di inserzione non visibile
	DELTA MED SPA	3,20	1,60	1,40	1,60	4,00	11,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	scarsa efficacia adesiva, mancanza di visibilità del punto di inserzione dell'ago
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	5,60	2,80	1,40	2,80	4,00	16,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	caratteristiche tecniche e funzionali mediocri, anche con riferimento all'adesività

	dispositivo forma farfalla, per fissaggio di cateteri venosi centrali posizionati in vena suclavia dotato di supporto per le prolunghe del catetere								
3	3M ITALIA SRL						non ammessa	nella scheda tecnica al punto "controindicazioni e avvertenze" riporta di non utilizzare il dispositivo in pazienti che tipicamente hanno le caratteristiche di quelli ricoverati in terapie intensive e sale operatorie	
	CRESMED HOSPITAL SURL	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00	40,00	ammessa	maggior efficacia ed efficienza del dispositivo; impermeabilità e maneggevolezza ottimali 40,00
	DIEMME SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	4,00	12,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	adesività e maneggevolezza insufficienti, sistema estremamente indaginoso
	FE.MA SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	4,00	12,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	adesività insufficiente; la parte necessaria per il fissaggio assorbe i liquidi
	PROMED SRL	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00	ammessa	sistema più indaginoso 24,00
	VYGON ITALIA SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	4,00	12,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	adesività insufficiente; la parte necessaria per il fissaggio assorbe i liquidi
	dispositivo forma a mezza luna, per fissaggio di cateteri venosi centrali posizionati in vena giugulare								
4	3M ITALIA SRL						non ammessa	nella scheda tecnica al punto "controindicazioni e avvertenze" riporta di non utilizzare il dispositivo in pazienti che tipicamente hanno le caratteristiche di quelli ricoverati in terapie intensive e sale operatorie	
	B. BRAUN MILANO SPA	3,20	1,60	2,00	4,00	4,00	14,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	scarsa aderenza se bagnato
	CRESMED HOSPITAL SURL	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00	40,00	ammessa	caratteristiche tecniche ed efficacia ottimali; maneggevolezza ottimale 40,00
	DIEMME SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	4,00	12,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	adesività e maneggevolezza insufficienti, sistema non pratico, poco intuitivo e di difficile utilizzo
	FE.MA SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	4,00	12,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	il sistema presentato risulta molto indaginoso e poco efficace; non garantisce un fissaggio in sicurezza
	MOVI SPA	5,60	1,60	2,00	1,60	4,00	14,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	maneggevolezza insufficiente: sistema non pratico, indaginoso, poco intuitivo e di difficile utilizzo
	PROMED SRL	12,00	6,00	4,00	4,00	4,00	30,00	ammessa	buone caratteristiche tecniche ed efficacia; sistema più indaginoso 30,00
5	dispositivo per il fissaggio di introduttori per l'inserimento di cateteri cardiopolmonari								
	CRESMED HOSPITAL SURL	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00	40,00	ammessa	40,00

	dispositivo di fissaggio per cateteri arteriosi								
6	CLABER SRL	5,60	1,60	4,00	1,60	4,00	16,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	scarsa maneggevolezza, indaginoso nell'utilizzo
	DIEMME SRL	5,60	1,60	4,00	1,60	4,00	16,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	scarsa maneggevolezza, poco pratico e indaginoso nell'utilizzo
	FE.MA SRL	3,20	1,60	4,00	1,60	4,00	14,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	privo di scanalatura; assenza di dispositivo antidecubito
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	3,20	1,60	4,00	1,60	4,00	14,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	scarsa maneggevolezza, scarsa adesività, indaginoso nell'utilizzo
	PROMED SRL	3,20	1,60	4,00	1,60	4,00	14,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	scarsa maneggevolezza, scarsa adesività, indaginoso nell'utilizzo
	TELEFLEX MEDICAL SRL	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00	40,00	ammessa	
	VYGON ITALIA SRL	3,20	1,60	4,00	1,60	4,00	14,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	privo di scanalatura e con assenza di dispositivo antidecubito
	dispositivo di fissaggio per sonda nasogastrica								
7	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	5,60	1,60	4,00	1,60	4,00	16,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	difficoltà nella rimozione del dispositivo dal sondino nasogastrico
	CRESMED HOSPITAL SURL	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00	40,00	ammessa	maneggevolezza ottimale
	DIEMME SRL	5,60	2,80	4,00	4,00	4,00	20,40	ammessa	tende a deformarsi alla trazione
	FE.MA SRL	3,20	1,60	4,00	1,60	4,00	14,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	dispositivo non adatto per il fissaggio al naso
	MEDICA VALEGGIA SPA	16,00	8,00	4,00	4,00	4,00	36,00	ammessa	
	PROMED SRL	3,20	1,60	4,00	4,00	4,00	16,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	adesività insufficiente
	dispositivo forma farfalla, per fissaggio di cateteri venosi centrali posizionati in vena succellavia senza supporto per le prolunghe del catetere								
8	DIEMME SRL	5,60	1,60	4,00	1,60	4,00	16,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	scarsa maneggevolezza, poco pratico e indaginoso nell'utilizzo
	TELEFLEX MEDICAL SRL	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00	40,00	ammessa	

9	<p>sistema completo di fissaggio per catetere epidurale, trasparente nel punto di inserzione del catetere. Deve essere morbido ed evitare torsioni e inginocchiamenti del catetere</p> <p>la Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 9, al fine di consentire una eventuale più corretta riproposizione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori</p>								
10	<p>Sistema forma crescent con sostegno scorrevole - tipo Statlock PICC Plus o equivalente</p>								
	3M ITALIA SRL						non ammessa	nella scheda tecnica al punto "controindicazioni e avvertenze" riporta di non utilizzare il dispositivo in pazienti che tipicamente hanno le caratteristiche di quelli ricoverati in terapie intensive e sale operatorie	
	B. BRAUN MILANO SPA	3,20	1,60	2,00	4,00	4,00	14,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	scarsa aderenza se bagnato
	CRESMED HOSPITAL SURL	16,00	8,00	4,00	8,00	4,00	40,00	ammessa	caratteristiche tecniche ed efficacia ottimali; maneggevolezza ottimale
	FEMA SRL	3,20	1,60	2,00	1,60	4,00	12,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	sistema di fissaggio indaginoso; la parte necessaria per il fissaggio assorbe i liquidi
	PROMED SRL	12,00	6,00	4,00	4,00	4,00	30,00	ammessa	buone caratteristiche tecniche ed efficacia; sistema più indaginoso
	VYGON ITALIA SRL	3,20	1,60	4,00	4,00	4,00	16,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	adesività insufficiente

LOTTO	VOCE	Descrizione	Caratteristiche tecnico-costruttive	Caratteristiche di funzionalità	Semplicità di impiego	Assistenza tecnica (manutenzione)	Corsi di formazione	Referenze	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Motivazione del punteggio	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		Punti max	13,00	13,00	8,00	2,00	2,00	2,00	40,00				
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:											
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		INSUFFICIENTE = 0,20	2,60	2,60	1,60	0,40	0,40	0,40					
		MEDIOCRE = 0,35	4,55	4,55	2,80	0,70	0,70	0,70					
		SUFFICIENTE = 0,50	6,50	6,50	4,00	1,00	1,00	1,00					
		BUONO = 0,75	9,75	9,75	6,00	1,50	1,50	1,50					
		OTTIMO = 1,00	13,00	13,00	8,00	2,00	2,00	2,00					
11	a	Laringoscopio ottico monouso. Latex free, disponibile in varie misure, costituito da due canali, uno utilizzabile come guida per inserimento ed il posizionamento di tubo endotracheale e l'altro con sistema ottico provvisto di lente nella parte distale; l'immagine viene trasmessa ad un visore prossimale all'operatore utilizzando una combinazione di lenti e prismi; le lenti consentono l'individuazione della glottide, delle strutture adiacenti e della punta del tubo endotracheale; preformato anatomicamente, può essere utilizzato con tubi endotracheali standard; dotato di luce a batteria sull'estremità della lama e di sistema antiappannante; può essere corredata di telecamera per utilizzo in sala operatoria ed in terapia intensiva che consente di trasmettere le immagini della glottide durante l'intubazione su di un monitor provvisto di entrate video RCA e/o PC portatile attraverso sintonizzatore per TV analogico (PTCV analog)											
	b	lama e visore per videolaringoscopio, misure e codici colori diversi											
	c	Con messa a disposizione di attrezzi ausiliari (da fornire in comodato d'uso per il periodo contrattuale) o in alternativa a titolo di cessione in sconto merce: telecamera, monitor, altro											
		TELEFLEX MEDICAL SRL	13,00	13,00	8,00	2,00	2,00	2,00	40,00	ammessa			40,00

LOTTO	VOCE	Descrizione	IMBALLO INTERNO (praticità del confezionamento, etichettatura, codice colore, praticità e garanzia di sterilità durante l'apertura, ecc)	Atraumaticità della punta e dei fori	Malleabilità e consistenza del prodotto in funzione all'uso richiesto	Gamma di misure	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		Punti max	8,00	16,00	13,00	3,00	40,00			
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:								
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		INSUFFICIENTE = 0,20	1,60	3,20	2,60	0,60				
		MEDIOCRE = 0,35	2,80	5,60	4,55	1,05				
		SUFFICIENTE = 0,50	4,00	8,00	6,50	1,50				
		BUONO = 0,75	6,00	12,00	9,75	2,25				
		OTTIMO = 1,00	8,00	16,00	13,00	3,00				

12		SONDA PER MONITORAGGIO TEMPERATURA VESCALE IN MATERIALE PLASTICO Sonda Foley in materiale plastico, LATEX FREE, provvista di sensore per il monitoraggio della temperatura, estremità distale liscia e arrotondata, 2 o più fori laterali, fornita di cavi per il collegamento all'attrezzatura in dotazione (MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MX 700 - SC 7000 DRAGER/SIMENS - DATEX-OHMEDA VENTILATORE AISYS per AAS2; Monitor HP per AAS3; Monitor Drager Infinity Explorer per AAS5; PHILIPS SIEMENS per ASULUD; Philips MP70 per ASULTS; Monitor Infinity Delta XL Draeger per il Burlo) e compatibile con tutti i monitor. Confezione singola sterile. Calibri CH differenti, lunghezze differenti.								
	a	sonda								
	b	cavi per il collegamento								
		PROMED SRL	4,00	12,00	9,75	3,00	28,75	ammessa	confezionamento sufficiente; punta meno traumatica; dispositivo molto morbido, che potrebbe essere di ostacolo alla progressione	28,75
		SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	2,80	8,00	6,50	3,00	20,30	ammessa	la confezione interna del catetere ha l'estremità apicale aperta che potrebbe essere causa di caduta e contaminazione del dispositivo durante l'apertura; sonda più rigida; punta poco rastremata che può rendere meno agevole l'inserimento; a parità di misura il calibro interno risulta inferiore e può quindi causare una minore velocità di svuotamento vescicale	20,30
		TELEFLEX MEDICAL SRL	8,00	16,00	13,00	3,00	40,00	ammessa	confezionamento ottimale: presenza di siringa preriempita con soluzione fisiologica e glicerina sterili che consente l'esecuzione della manovra in totale sterilità anche se effettuata da un singolo operatore; punta meno traumatica e radiopaca (da dichiarazione in scheda tecnica)	40,00

LOTTO	VOCE	Descrizione	IMBALLO INTERNO (praticità del confezionamento, etichettatura, codice colore ecc)	Facilità e sicurezza durante le manovre di svuotamento	Precisione nell'indicazione della scala graduata e facilità di lettura	Malleabilità e morbidezza del tubo	Semplicità e sicurezza dei sistemi di fissaggio letto/gamba	TOTALE	Esito ammissibilità	<i>SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00</i>	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
			Punti max	8,00	10,00	10,00	5,00	7,00				
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:										
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		INSUFFICIENTE = 0,20	1,60	2,00	2,00	1,00	1,40					
		MEDIOCRE = 0,35	2,80	3,50	3,50	1,75	2,45					
		SUFFICIENTE = 0,50	4,00	5,00	5,00	2,50	3,50					
		BUONO = 0,75	6,00	7,50	7,50	3,75	5,25					
		OTTIMO = 1,00	8,00	10,00	10,00	5,00	7,00					

	SISTEMA CHIUSO PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA (URINOMETRO) IN MATERIALE PLASTICO									
	In materiale plastico trasparente, leggero, infrangibile, LATEX FREE, costituito da:									
	- urinometro = dispositivo composto da: camera di gocciolamento con filtro antibatterico; camera principale capacità di circa 40-50 ml (toleranza 5%) con graduazione ad intervalli di ml 1 circa; volume di misurazione capacità ml 500 con graduazione ad intervalli di ml 5 e ml 20; tubo di collegamento lunghezza cm 120 circa (toleranza 5%), di consistenza tale da non determinare inginocchiamenti; sito di campionamento possibilmente non sporgente dal profilo del tubo; dispositivo serratubo; sistema di ancoraggio; sistema di sicurezza per lo scarico automatico di volumi in eccesso; con rubinetto o sistema pratico per lo svuotamento (voce a); raccordo con il sacchetto di ricambio; con sacca di ricambio (voce b).									
	- sacca di drenaggio in materiale plastico, morbido, trasparente, LATEX FREE, con graduazione ad intervalli di ml 100 circa (toleranza 5%), provvisto di clamp di chiusura e rubinetto di svuotamento. Confezione monouso sterile. Capacità sacca 1500-2000 ml circa									
	Pertanto, si richiede la quotazione delle seguenti voci:									
13	a	sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria (urinometro) in materiale plastico con rubinetto di svuotamento.								
	b	sacca di ricambio.								
	B. BRAUN MILANO SPA	6,00	10,00	10,00	5,00	7,00	38,00	ammessa	Caratteristiche tecniche e funzionali ottimali. Sistema di fissaggio letto/gamba ottimale	40,00
	BENEFIS SRL	6,00	2,00	5,00	1,00	3,50	17,50	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	Assenza di valvola antireflusso nella sacca di raccolta. Sistema di clampaggio estremamente difficile da inserire, che richiede una azione energica. Tubo più rigido, senza scanalature interne e privo di sistema antikinking	
	PROMED SRL	6,00	2,00	2,00	2,50	3,50	16,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	Assenza di valvola antireflusso nella sacca di raccolta. Il lato posteriore trasparente impedisce una adeguata lettura del livello del contenuto. Scala graduata di non immediata interpretazione.	
14	TELEFLEX MEDICAL SRL	6,00	2,00	3,50	1,75	3,50	16,75	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	Il lato posteriore trasparente impedisce una adeguata lettura del livello del contenuto. Tubo morbido ma privo di scanalature interne. Raccordo del sacchetto estremamente corto, che favorisce la contaminazione	

LOTTO	VOCE	Descrizione	sistemi che prevengano perdite accidentali di liquido	maggior range operativo di temperatura	maggior numero di compatibilità dei sistemi di rilevamento con vari sistemi di misurazione della temperatura, compresa quella vescicale	soluzione che consente una maggior accuratezza di impostazione della temperatura: es. valori minimi incrementabili	visibilità e regolabilità degli allarmi	Maggior dimensione del carattere e dello schermo per la visualizzazione dei dati alfanumerici delle temperature	Maggior dimensione del carattere e dello schermo per la visualizzazione del grafico delle variazioni di temperatura	automaticità autotest	Facilità di apertura e ingombro della confezione	Facilità e duttilità applicazione placche	Estensione superficie ricopribile	Caratteristiche antidecubito delle placche	TOTALE	Esito ammissibilità	Riparametrizzazione offerte ammissibili
			Punti max	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	40,00		
		Coefficienti variabili tra 0 e 1:															
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		INSUFFICIENTE = 0,20	0,40	0,40	0,40	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	1,20	1,20	1,20	1,20		
		MEDIOCRE = 0,35	0,70	0,70	0,70	1,40	0,70	0,70	0,70	0,70	1,40	2,10	2,10	2,10	2,10		
		SUFFICIENTE = 0,50	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
		BUONO = 0,75	1,50	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	4,50	4,50	4,50	4,50		
		OTTIMO = 1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
14	a	DISPOSITIVI PER IPOTERMIA TERAPEUTICA NON INVASIVA. Unità di controllo in comodato d'uso gratuito con le seguenti caratteristiche minime: 1) Raffreddamento/riscaldamento o mantenimento della temperatura mediante sistema fluidico che collega l'unità di controllo alle placche (o soluzione equivalente) di scambio termico; 2) Gestione della temperatura sia in fase di raffreddamento sia di riscaldamento controllata da un circuito a feed back tra T° del paziente e quella dell'unità operativa; 3) Raggiungimento della T° target sia con impostazione manuale sia automatica; 4) Range operativo di temperatura compreso almeno tra 32° e 38,5°; 5) Compatibilità dei sistemi di rilevamento della temperatura con vari sistemi di misurazione della temperatura, compresa quella vescicale; 6) Impostabilità della velocità di riscaldamento compreso tra 0,1 0,5° per ora; 7) Allarmi visivi ed acustici; 8) Visualizzazione dei dati alfanumerici delle temperature; 9) Visualizzazione del grafico delle variazioni di temperatura; 10) Autotest di corretto funzionamento.															
	b	Kit necessario al trattamento con le seguenti caratteristiche minime: 1)Placche radiotrasparenti o soluzione equivalente, di facile applicazione con caratteristiche di antidecubito e che consentono l'agevole operatività richiesta dai pazienti degenti in terapia intensiva; 2)Latex free; 3)Compatibilità con le manovre di defibrillazione.															
		MEDICA VALEGGIA SPA	1,50	1,50	1,50	3,00	1,50	1,00	1,00	1,00	0,80	2,10	2,10	3,00	20,00	ammessa	40,00

LOTTO	VOCE	Descrizione	qualità e stabilità della luce emessa	maneggevolezza dei dispositivi	facilità di detersione e disinfezione	efficacia ed efficienza dei dispositivi	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
			12,00	12,00	6,00	10,00				
Punti max Coefficienti variabili tra 0 e 1: SCARSO = 0,00 INSUFFICIENTE = 0,20 MEDIOCRE = 0,35 SUFFICIENTE = 0,50 BUONO = 0,75 OTTIMO = 1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
			2,40	2,40	1,20	2,00				
			4,20	4,20	2,10	3,50				
			6,00	6,00	3,00	5,00				
			9,00	9,00	4,50	7,50				
			12,00	12,00	6,00	10,00				

19		laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria ricaricabile								
	a	manico per adulto e per pediatrico								
	b	lame plurioso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico								
	c	lame plurioso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico								
	d	lame monouso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico								
	f	caricabatterie per impiego con impugnature LED, completo di tutti gli adattatori e/o riduttori necessari al collegamento dell'impugnatura								
	MEDICA SRL	12,00	9,00	4,50	10,00	35,50	amnessa	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Il cono di luce determina un'area a ventaglio ampia più del doppio (nel plurioso) rispetto al dispositivo della ditta Teleflex e tale area risulta uniformemente più luminosa. Efficacia ed efficienza ottimale dei dispositivi	40,00	
20	MEDIFOR VENETA SRL						non amnessa	voce a) offre un unico codice prodotto che corrisponde alla caratteristica di manico "per pediatrico", a fronte di una richiesta "per adulto e per pediatrico"; voce f) non presenta campionatura		
	TELEFLEX MEDICAL SRL	2,40	9,00	4,50	5,00	20,90	amnessa	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Il cono di luce determina un'area centrale luminosa ed un'area circostante di penombra	23,55	

20		laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria ricaricabile, IN EXCHANGE								
	a	manico per adulto e per pediatrico								
	b	lame plurioso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico								
	d	lame monouso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico								
	f	caricabatterie per impiego con impugnature LED, completo di tutti gli adattatori e/o riduttori necessari al collegamento dell'impugnatura								
	MEDICA SRL	12,00	9,00	4,50	10,00	35,50	amnessa	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Il cono di luce determina un'area a ventaglio ampia più del doppio (nel plurioso) rispetto al dispositivo della ditta Teleflex e tale area risulta uniformemente più luminosa. Efficacia ed efficienza ottimale dei dispositivi	40,00	

		MEDIFOR VENETA SRL					non ammessa	voce a) offre un unico codice prodotto che corrisponde alla caratteristica di manico "per pediatrico", a fronte di una richiesta "per adulto e per pediatrico"; voce f) non presenta campionatura		
		TELEFLEX MEDICAL SRL	2,40	9,00	4,50	5,00	20,90	ammessa	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Il cono di luce determina un'area centrale luminosa ed un'area circostante di penombra	23,55
laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, <u>con batteria non ricaricabile</u>										
	a	manico per adulto e per pediatrico								
	b	lame plurioso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico								
	c	lame plurioso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico								
	d	lame monouso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico								
	e	lame monouso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico								
21		AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	2,40	9,00	3,00	2,00	16,40	non ammessa / punteggio inferiore	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Luminosità nettamente inferiore. Efficacia ed efficienza dei dispositivi insufficiente. Non avendo la camicia interna portabatterie che consente l'agevole rimozione del led, l'igienizzazione risulta più difficoltosa	
		DIEMME SRL	2,40	9,00	3,00	2,00	16,40	non ammessa / punteggio inferiore	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Luminosità nettamente inferiore. Efficacia ed efficienza dei dispositivi insufficiente. Non avendo la camicia interna portabatterie che consente l'agevole rimozione del led, l'igienizzazione risulta più difficoltosa	
		MEDICA SRL	12,00	9,00	4,50	10,00	35,50	ammessa	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Il cono di luce determina un'area a ventaglio ampia più del doppio (nel plurioso) rispetto al dispositivo della ditta Teleflex e tale area risulta uniformemente più luminosa. Efficacia ed efficienza ottimale dei dispositivi	40,00
		MEDIFOR VENETA SRL						non ammessa	voce a) offre un unico codice prodotto che corrisponde alla caratteristica di manico "per pediatrico", a fronte di una richiesta "per adulto e per pediatrico"	

	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	2,40	9,00	3,00	2,00	16,40	non ammessa / punteggio inferiore	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Luminosità nettamente inferiore. Efficacia ed efficienza dei dispositivi insufficiente. Non avendo la camicia interna portabatterie che consente l'agevole rimozione del led, l'igienizzazione risulta più difficoltosa	
	TELEFLEX MEDICAL SRL	2,40	9,00	4,50	5,00	20,90	ammessa	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Il cono di luce determina un'area centrale luminosa ed un'area circostante di penombra	23,55

22	laringoscopio per intubazione a luce LED applicata al manico, con batteria non ricaricabile, IN EXCHANGE								
	a	manico per adulto e per pediatrico							
	b	lame plurioso di tipo Macintosh, misure diverse per adulto e per pediatrico							
	c	lame plurioso di tipo Miller, misure diverse per adulto e per pediatrico							
	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	2,40	9,00	3,00	2,00	16,40	non ammessa / punteggio inferiore	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Luminosità nettamente inferiore. Efficacia ed efficienza dei dispositivi insufficiente. Non avendo la camicia interna portabatterie che consente l'agevole rimozione del led, l'igienizzazione risulta più difficoltosa	
	MEDICA SRL	12,00	9,00	4,50	10,00	35,50	ammessa	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Il cono di luce determina un'area a ventaglio ampia più del doppio (nel plurioso) rispetto al dispositivo della ditta Teleflex e tale area risulta uniformemente più luminosa. Efficacia ed efficienza ottimale dei dispositivi	40,00
	MEDIFOR VENETA SRL						non ammessa	voce a) offre un unico codice prodotto che corrisponde alla caratteristica di manico "per pediatrico", a fronte di una richiesta "per adulto e per pediatrico"	
	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	2,40	9,00	3,00	2,00	16,40	non ammessa / punteggio inferiore	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Luminosità nettamente inferiore. Efficacia ed efficienza dei dispositivi insufficiente. Non avendo la camicia interna portabatterie che consente l'agevole rimozione del led, l'igienizzazione risulta più difficoltosa	
	TELEFLEX MEDICAL SRL	2,40	9,00	4,50	5,00	20,90	ammessa	voce a) offre codici diversi sia per adulto che per pediatrico. Il cono di luce determina un'area centrale luminosa ed un'area circostante di penombra	23,55

LOTTO	Descrizione	CONFEZIONAMENTO		CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE FUNZIONALI		TOTALE	Esito ammissibilità	<i>SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00</i>	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		Facilità di apertura	Facilità di identificazione del prodotto	Facilità di penetrazione	Trasparenza della camera della cannula	Maneggevolezza dell'ago /adattabilità e flessibilità delle alette (ove pertinente)	Scorrimento cannula / mandrino				
	Punti max	2,00	2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:										
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	0,40	0,40	1,80	1,80	1,80	1,80				
	MEDIocre = 0,35	0,70	0,70	3,15	3,15	3,15	3,15				
	SUFFICIENTE = 0,50	1,00	1,00	4,50	4,50	4,50	4,50				
	BUONO = 0,75	1,50	1,50	6,75	6,75	6,75	6,75				
	OTTIMO = 1,00	2,00	2,00	9,00	9,00	9,00	9,00				
28	AGHI CANNULA IN POLIMERI TIPO TEFLON PER USO PEDIATRICO, 24G X 19 MM A 1 VIA SENZA ALETTE										
	DELTA MED SPA	2,00	2,00	3,15	9,00	4,50	9,00	29,65	amessa	facilità di penetrazione mediocre; maneggevolezza inferiore	29,65
	PROMED SRL	2,00	2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	40,00	amessa	caratteristiche tecniche e funzionali ottimali	40,00
	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	2,00	2,00	3,15	1,80	4,50	9,00	22,45	amessa	facilità di penetrazione mediocre; trasparenza della camera della cannula non sufficiente; maneggevolezza inferiore	22,45
29	AGHI CANNULA IN POLIMERI TIPO TEFLON PER USO PEDIATRICO, 24G X 19 MM A 1 VIA CON ALETTE										
	DELTA MED SPA	2,00	2,00	3,15	9,00	4,50	9,00	29,65	amessa		40,00

LOTTO	VOCE	Descrizione	CONFEZIONAMENTO		CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE FUNZIONALI		EFFICACIA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE			TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 20,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
			Facilità di apertura	Facilità di identificazione del prodotto	Facilità di penetrazione	Trasparenza della camera della cannula	Maneggevolezza dell'ago /adattabilità e flessibilità delle alette (ove pertinente)	Scorrimento cannula / mandrino	Mecanismo facilmente riconoscibile ed utilizzabile / intuitivo	Non rimovibilità della protezione	Tipo di protezione				
		Punti max	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	40,00			
Coefficienti variabili tra 0 e 1:															
		SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		INSUFFICIENTE = 0,20	0,40	0,40	1,20	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	0,80				
		MEDIOCRE = 0,35	0,70	0,70	2,10	2,10	2,10	2,10	1,40	1,40	1,40				
		SUFFICIENTE = 0,50	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00				
		BUONO = 0,75	1,50	1,50	4,50	4,50	4,50	4,50	3,00	3,00	3,00				
		OTTIMO = 1,00	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00				

		AGHI CANNULA A DUE VIE IN POLIMERI TIPO TEFLON CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA												
	a	14G												
	b	16G												
	c	17G												
	d	18G												
	e	20G												
	f	22G												
24	B. BRAUN MILANO SPA	2,00	2,00	3,00	6,00	1,20	2,10	1,40	1,40	1,40	20,50	ammessa	scorrevolezza inferiore; alette forate e con scanalatura, che possono diventare ricettacolo di materiale; il sistema di sicurezza può favorire la dispersione di gocce di sangue; cono di raccordo prossimale corto; tappino del pozzetto poco maneggevole	40,00
	DELTA MED SPA	2,00	2,00	1,20	4,50	1,20	2,10	2,00	2,00	2,00	19,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	cannula con punta poco rastremata; il tappo della seconda via non presenta una chiusura sicura e stabile	
	PROMED SRL											non ammessa	presenta un dispositivo in poliuretano anziché in polimero tipo teflon	
	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	2,00	2,00	1,20	4,50	1,20	2,10	1,40	1,40	1,40	17,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	cannula più rigida e con punta poco rastremata; tappo posizionato sulla camicia di protezione, non di agevole utilizzo; il sistema di sicurezza può favorire la dispersione di gocce di sangue	
	VYGON ITALIA SRL	2,00	2,00	1,20	6,00	1,20	2,10	2,00	2,00	2,00	20,50	ammessa	cannula più rigida e con punta poco rastremata; diametro esterno maggiore; tappo meno ergonomico	40,00

		AGHI CANNULA A DUE VIE IN POLIURETANO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA												
	a	14G												
	b	16G												
	c	17G												
	d	18G												
	e	20G												
	f	22G												
25	ARTSANA SPA	2,00	2,00	1,20	4,50	1,20	2,10	1,40	1,40	1,40	17,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	cannula con punta poco rastremata; poca scorrevolezza dell'ago sulla cannula; alette forate, che possono diventare ricettacolo di materiale; il sistema di sicurezza può favorire la dispersione di gocce di sangue	
	B. BRAUN MILANO SPA	2,00	2,00	3,00	6,00	1,20	2,10	1,40	1,40	1,40	20,50	ammessa	scorrevolezza inferiore; alette forate e con scanalatura, che possono diventare ricettacolo di materiale; il sistema di sicurezza può favorire la dispersione di gocce di sangue; cono di raccordo prossimale corto; tappino del pozzetto poco maneggevole	20,50
	DELTA MED SPA	2,00	2,00	1,20	4,50	1,20	2,10	2,00	2,00	2,00	19,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	cannula con punta poco rastremata; il tappo della seconda via non presenta una chiusura sicura e stabile	
	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	2,00	2,00	2,10	1,20	3,00	1,20	0,80	0,80	0,80	13,90	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	maneggevolezza inferiore; opacità della cannula di reflusso; eccessivo spazio morto che non consente la visualizzazione del flusso del sangue; sistema di protezione non efficace in quanto consente l'estrazione dell'ago dalla cannula senza protezione della punta tagliente	

NR DI NANNINI SRL	2,00	2,00	1,20	4,50	1,20	2,10	1,40	1,40	1,40	17,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	cannula con punta poco rastremata; il tappo della seconda via non presenta una chiusura sicura e stabile; scanalatura centrale eccessivamente marcata; il sistema di sicurezza può favorire la dispersione di gocce di sangue	
PROMED SRL	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	40,00	ammessa	caratteristiche tecniche e funzionali ottimali; sistema di sicurezza ottimale	40,00
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	2,00	2,00	1,20	4,50	1,20	2,10	1,40	1,40	1,40	17,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	cannula più rigida e con punta poco rastremata; alette forate e con ampia scanalatura, che possono diventare ricettacolo di materiale; tappo posizionato sulla camicia di protezione, non di agevole utilizzo; cono di raccordo più corto; il sistema di sicurezza può favorire la dispersione di gocce di sangue	

	AGHI CANNULA A 1 VIA IN POLIURETANO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA, con e senza alette												
a	14G												
b	16G												
c	18G												
d	20G												
e	22G												
f	24G												
26	ARTSANA SPA	2,00	2,00	3,00	6,00	1,20	2,10	1,40	1,40	20,50	ammessa	poca scorrevolezza ago-cannula; il sistema di sicurezza può favorire la dispersione di gocce di sangue	40,00
	B. BRAUN MILANO SPA	2,00	2,00	3,00	3,00	1,20	2,10	1,40	1,40	17,50	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	alette forate, che possono diventare ricettacolo di materiale; il sistema di sicurezza può favorire la dispersione di gocce di sangue; cono di raccordo prossimale corto; tappino del pozzetto poco maneggevole; i dispositivi offerti sono privi di tappo LL	
	DELTA MED SPA	2,00	2,00	1,20	4,50	1,20	2,10	0,80	0,80	15,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	cannula con punta poco rastremata; il tappo della seconda via non presenta una chiusura sicura e stabile; sistema di protezione non efficace in quanto consente l'estrazione dell'ago dalla cannula senza protezione della punta tagliente	
	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	2,00	2,00	2,10	1,20	3,00	1,20	0,80	0,80	13,90	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	maneggevolezza inferiore; opacità della cannula di reflusso; eccessivo spazio morto che non consente la visualizzazione del flusso del sangue; sistema di protezione non efficace in quanto consente l'estrazione dell'ago dalla cannula senza protezione della punta tagliente	
	PROMED SRL	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,80	0,80	18,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	sistema di protezione non efficace in quanto consente l'estrazione dell'ago dalla cannula senza protezione della punta tagliente	
	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL										non ammessa	offre soltanto dispositivi senza alette; i dispositivi offerti sono privi di tappo LL	
30	AGHI CANNULA IN POLIMERI TIPO TEFLON PER USO PEDIATRICO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA 24G X 19 MM A 1 VIA SENZA ALETTE												
	B. BRAUN MILANO SPA	2,00	2,00	2,10	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	27,10	ammessa	maneggevolezza e scorrevolezza inferiori; buono il sistema di protezione	30,03
	DELTA MED SPA	2,00	2,00	2,10	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	36,10	ammessa	maneggevolezza e sistema di protezione ottimale	40,00
	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	2,00	2,00	2,10	1,20	3,00	1,20	2,00	2,00	17,50	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	maneggevolezza inferiore; opacità della cannula di reflusso; eccessiva mobilità della cannula sull'ago; sistema di protezione sufficiente	
31	AGHI CANNULA IN POLIURETANO PER USO PEDIATRICO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA a 22G X 25MM A 2 VIE CON ALETTE b 24G X 19MM A 2 VIE CON ALETTE												
	B. BRAUN MILANO SPA	2,00	2,00	2,10	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	27,10	ammessa		40,00
	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	2,00	2,00	2,10	1,20	3,00	1,20	1,40	1,40	15,70	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	maneggevolezza inferiore; opacità della cannula di reflusso; eccessivo spazio morto che non consente la visualizzazione del flusso del sangue; sistema di protezione eccessivamente voluminoso	
	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL										non ammessa	presenta campionatura priva di alette	

LOTTO	VOCE	Descrizione	Esito ammissibilità (Idoneo / Non idoneo)	Motivazione della non ammissione / non idoneità
15		RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO DI SONDE E TUBI		
	a	Raccordo biconico 6.5-15MM		
	b	Raccordo biconico 3-5MM		
	c	Raccordo biconico 3-5MM e 7-10MM		
	d	Raccordo biconico 6-8MM		
	e	Raccordo Y 8-10 MM		
16	ARIES SRL	non idoneo		voci b) e c): misure non corrispondenti al richiesto
	VYGON ITALIA SRL	idoneo		
	ARIES SRL	non idoneo		offre su entrambe le voci lo stesso codice prodotto; voce b) non corrispondente al richiesto
	VYGON ITALIA SRL	idoneo		
17	RACCORDO A FLUSSO POSITIVO PER INFUSIONE A CIRCUITO CHIUSO			
	la Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere alla valutazione del lotto n. 17, in quanto le esigenze dei servizi utilizzatori al riguardo risultano già soddisfatte dai medesimi dispositivi recentemente aggiudicati da EGAS al lotto n. 2 della gara ID.15PRE001 "MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE"			
18	SISTEMA PER LA DETERSIONE DEL CORPO incluse mucose, occhi, ferite. Altamente idratante, previene l'insorgere di arrossamenti. Riduce le infiammazioni cutanee ed accelera il processo di riepitilizzazione. Efficace nella rimozione del tessuto necrotico e del bordo ipercheratosico. Riduce il dolore, aumentando la compliance del paziente. Nessuna reazione allergica. Tessuto ad alto spessore, 100% Viscosa (100 gr/m ²). Alta concentrazione di soluzione			
	A.G. MEDICAL SAS	idoneo		
	DIEMME SRL	non idoneo		le indicazioni d'uso non corrispondono a quanto richiesto
23	lame monouso metalliche di tipo Macintosh, misure diverse compresa la n. 5, attacco standard ISO.7376			
	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	idoneo		
	DIEMME SRL	idoneo		
	MEDIFOR VENETA SRL	non idoneo		non offre la misura n. 5
	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	idoneo		
	TELEFLEX MEDICAL SRL	idoneo		
32	tappo per ago cannula monouso attacco luer lock maschio non perforabile			
	ARTSANA SPA	idoneo		
	BENEFIS SRL	non idoneo		alla manovra di avvitamento e svitamento presenta una bassa qualità di "presa"
	CAIR ITALIA SRL	non idoneo		presenza di foro nella parte interna del tappo che può diventare ricettacolo di materiale
	DELTA MED SPA	non idoneo		alla manovra di avvitamento e svitamento presenta una bassa qualità di "presa"
	PROMED SRL	idoneo		

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16PRE012							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	CRESMED HOSPITAL SURL			
1	Vedere All.A.2.agg.	€ 184.100,28		Anomala	Non ammesse: CLABER SRL, DIEMME SRL, FE.MA SRL, MEDICA VALEGGIA SPA, PROMED SRL e VYGON ITALIA SRL		
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		30.786	€ 183.484,56			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 183.484,56		€ 183.484,56			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
				AGG			
2	DESERTO		Non ammesse: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, DELTA MED SPA e LOHMANN & RAUSCHER SRL				
	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	CRESMED HOSPITAL SURL	PROMED SRL		
3	Vedere All.A.2.agg.	€ 40.782,00			Non ammesse: 3M ITALIA SRL, DIEMME SRL, FE.MA SRL e VYGON ITALIA SRL		
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		4.200	€ 8.8000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 25.620,00		€ 36.960,00			
	Punteggio economico			41,59091			
	Punteggio totale			81,59091			
				84,00000			
				2^			
4	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	CRESMED HOSPITAL SURL	PROMED SRL	Non ammesse: 3M ITALIA SRL, B. BRAUN MILANO SPA, DIEMME SRL, FE.MA SRL e MOVI SPA	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 334.509,50					
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		34.450	€ 8.8000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 241.150,00		€ 303.160,00			
	Punteggio economico			47,72727			
	Punteggio totale			87,72727			
				90,00000			
				AGG			
5	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	CRESMED HOSPITAL SURL		Non ammesse: 3M ITALIA SRL, B. BRAUN MILANO SPA, DIEMME SRL, FE.MA SRL e MOVI SPA	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 485,50		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		50	€ 9.7100			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 485,50		€ 485,50			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
				AGG			
6	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	TELEFLEX MEDICAL SRL		Non ammesse: CLABER SRL, DIEMME SRL, LOHMANN & RAUSCHER SRL, PROMED SRL e VYGON ITALIA SRL	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 35.711,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		10.660	€ 2.9800			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 31.766,80		€ 31.766,80			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
				AGG			
7	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	CRESMED HOSPITAL SURL	DIEMME SRL	MEDICA VALEGGIA SPA	Non ammesse: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, FE.MA SRL e PROMED SRL
	Vedere All.A.2.agg.	€ 24.120,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		13.400	€ 1.6200			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 16.750,00		€ 21.708,00			
	Punteggio economico			46,29630			
	Punteggio totale			86,29630			
				80,40000			
				77,68983			
				2^			
8	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	TELEFLEX MEDICAL SRL		Non ammessa: DIEMME SRL	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 8.877,50		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		2.650	€ 2.9800			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 7.897,00		€ 7.897,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
				AGG			
9	DESERTO		La Commissione Giudicatrice stabilisce di non procedere all'attribuzione dei punteggi relativamente al lotto n. 9, al fine di consentire una eventuale più corretta riproposizione di tale lotto senza alterare l'equilibrio concorrenziale, in quanto la descrizione dello stesso non risulta conforme alle esigenze dei servizi utilizzatori.				
	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	CRESMED HOSPITAL SURL	PROMED SRL		
10	Vedere All.A.2.agg.	€ 220.506,00		Anomala	Non ammesse: 3M ITALIA SRL, B. BRAUN MILANO SPA, FE.MA SRL e VYGON ITALIA SRL		
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		28.270	€ 5.9000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 166.793,00		€ 166.793,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
				AGG			
11	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	TELEFLEX MEDICAL SRL		Non ammessa: DIEMME SRL	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 194.700,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica voce a)		3.699	€ 49.0000			
	Offerta economica voce b)		750	€ 17.9000			
	Offerta economica voce c)		34	Comodato d'uso			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 194.676,00		€ 194.676,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
				AGG			
12	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	PROMED SRL	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	TELEFLEX MEDICAL SRL	Anomala
	Vedere All.A.2.agg.	€ 102.428,20		Anomala			
	Punteggio tecnico			28,75			
	Offerta economica voce a)		14.218	€ 6.4800			
	Offerta economica voce b)		188	€ 21.9500			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 96.259,24		€ 96.259,24			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			88.75000			
				77,58671			
				96,41865			
				AGG			
13	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	B. BRAUN MILANO SPA		Non ammesse: BENEFIS SRL, PROMED SRL e TELEFLEX MEDICAL SRL	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 206.474,80		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica voce a)		36.650	€ 5.1500			
	Offerta economica voce b)		220.600	€ 1.1300			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 438.025,50		€ 438.025,50			
	Punteggio economico			Fuori soglia			
14	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	MEDICA VALEGGIA SPA		Non idoneo: ARIES SRL	
	Vedere All.A.2.agg.	€ 62.370,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica voce a)		3	Comodato d'uso			
	Offerta economica voce b)		70	€ 890.0000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 62.300,00		€ 62.300,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
				AGG			
15							

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	A.G. MEDICAL SAS			
18	Vedere All.A.2.agg.	€ 137.750,00		IDONEO	Non idoneo: DIEMME SRL		
	Valutazione di idoneità						
	Offerta economica		290.000	€ 0,4250			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 123.250,00		€ 123.250,00			
	Valutazione economica			€ 123.250,00			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	MEDICA SRL	TELEFLEX MEDICAL SRL		
19	Vedere All.A.2.agg.	€ 23.716,50		Anomala	Offerta non valida: contrariamente a quanto previsto dall'art. 5 del Disciplinare di gara, la ditta offre due prezzi diversi per la voce a).		
	Punteggio tecnico			40,00		23,55	
	Offerta economica voce a)		22	€ 206.2300			
	Offerta economica voce b)		90	€ 95.2000			
	Offerta economica voce c)		10	€ 109.2000			
	Offerta economica voce d)		290	€ 2.7200			
	Offerta economica voce f)		17	€ 169.3600			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 17.864,98		€ 17.864,98			
	Punteggio economico			60.00000			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	MEDICA SRL	TELEFLEX MEDICAL SRL		
20	Vedere All.A.2.agg.	€ 20.305,00		Anomala	Offerta non valida: contrariamente a quanto previsto dall'art. 5 del Disciplinare di gara, la ditta offre due prezzi diversi per la voce a).		
	Punteggio tecnico			40,00		23,55	
	Offerta economica voce a)		27	€ 206.2300			
	Offerta economica voce b)		80	€ 95.2000			
	Offerta economica voce d)		20	€ 2.7200			
	Offerta economica voce f)		17	€ 169.3600			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 16.117,73		€ 16.117,73			
	Punteggio economico			60.00000			
	Punteggio totale			100.00000			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	MEDICA SRL	TELEFLEX MEDICAL SRL		
21	Vedere All.A.2.agg.	€ 50.957,50		Anomala	Non ammesse: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, DIEMME SRL, MEDIFOR VENETA SRL e SMITHS MEDICAL ITALIA SRL		
	Punteggio tecnico			40,00		23,55	
	Offerta economica voce a)		73	€ 147.4800		€ 90.0000	
	Offerta economica voce b)		335	€ 95.2000		€ 89.0000	
	Offerta economica voce c)		25	€ 109.2000		€ 89.0000	
	Offerta economica voce d)		100	€ 2.7200		€ 2.8800	
	Offerta economica voce e)		10	€ 2.7200		€ 2.8800	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 38.926,80		€ 45.687,24		€ 38.926,80	
	Punteggio economico			51.12167		60.00000	
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	MEDICA SRL	TELEFLEX MEDICAL SRL		
22	Vedere All.A.2.agg.	€ 55.815,00		Anomala	Non ammesse: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, MEDIFOR VENETA SRL e SMITHS MEDICAL ITALIA SRL		
	Punteggio tecnico			40,00		23,55	
	Offerta economica voce a)		85	€ 147.4800		€ 90.0000	
	Offerta economica voce b)		360	€ 95.2000		€ 89.0000	
	Offerta economica voce c)		36	€ 109.2000		€ 89.0000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 42.894,00		€ 50.739,00		€ 42.894,00	
	Punteggio economico			50.72311		60.00000	
	Punteggio totale			90.72311		83.55000	
				AGG		2^	
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	DIEMME SRL	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	TELEFLEX MEDICAL SRL
23	Vedere All.A.2.agg.	€ 83.052,70		Anomala	Non ammesse: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, MEDIFOR VENETA SRL e SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	Non idoneo: MEDIFOR VENETA SRL	
	Valutazione di idoneità			IDONEO		IDONEO	
	Offerta economica		21.026	€ 3.6000		€ 3.2000	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 60.554,88		€ 75.693,60		€ 67.283,20	€ 60.554,88
	Valutazione economica			€ 75.693,60		€ 67.283,20	€ 60.554,88
24	Vedere All.A.2.agg.	€ 111.350,50		Anomala	Non ammesse: DELTA MED SPA, PROMED SRL e SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	Non idoneo: MEDIFOR VENETA SRL	
	Punteggio tecnico			40,00		23,55	
	Offerta economica voce a)		6.600	€ 0,7800		€ 0,5800	
	Offerta economica voce b)		9.200	€ 0,7800		€ 0,5800	
	Offerta economica voce c)		3.500	€ 0,7800		€ 0,5800	
	Offerta economica voce d)		52.450	€ 0,7800		€ 0,5800	
	Offerta economica voce e)		61.400	€ 0,7800		€ 0,5800	
	Offerta economica voce f)		7.800	€ 0,7800		€ 0,5800	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 81.751,00		€ 109.941,00		€ 81.751,00	
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	B. BRAUN MILANO SPA	VYGON ITALIA SRL		
25	Vedere All.A.2.agg.	€ 1.249.238,00		Anomala	Non ammesse: ARTSANA SPA, DELTA MED SPA, NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL, NR DI NANNINI SRL e SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	Non idoneo: MEDIFOR VENETA SRL	
	Punteggio tecnico			20,50		40,00	
	Offerta economica voce a)		47.250	€ 0,4470		€ 0,4300	
	Offerta economica voce b)		90.100	€ 0,4470		€ 0,4300	
	Offerta economica voce c)		125.850	€ 0,4470		€ 0,4300	
	Offerta economica voce d)		718.000	€ 0,4470		€ 0,4300	
	Offerta economica voce e)		727.900	€ 0,4470		€ 0,4300	
	Offerta economica voce f)		305.800	€ 0,4470		€ 0,4300	
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 866.407,00		€ 900.660,30		€ 866.407,00	
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	B. BRAUN MILANO SPA	PROMED SRL		
26	Vedere All.A.2.agg.	€ 219.420,00		Anomala	Non ammesse: B. BRAUN MILANO SPA, DELTA MED SPA, NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL, PROMED SRL e SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	Non idoneo: MEDIFOR VENETA SRL	
	Punteggio tecnico			40,00		23,55	
	Offerta economica voce a)		14.200	€ 0,3570			
	Offerta economica voce b)		14.300	€ 0,3570			
	Offerta economica voce c)		100.300	€ 0,3570			
	Offerta economica voce d)		241.100	€ 0,3570			
	Offerta economica voce e)		104.800	€ 0,3570			
	Offerta economica voce f)		2.300	€ 0,3570			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 170.289,00		€ 170.289,00			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	ARTSANA SPA			
28	Vedere All.A.2.agg.	€ 2.160,00		Anomala	Non ammesse: B. BRAUN MILANO SPA, DELTA MED SPA, NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL, PROMED SRL e SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	Non idoneo: MEDIFOR VENETA SRL	
	Punteggio tecnico			29,65		40,00	
	Offerta economica		0,600	€ 0,2000		€ 0,2100	€ 0,1900
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 1.824,00		€ 1.920,00		€ 2.016,00	€ 1.824,00
	Punteggio economico			57.00000		54.28571	60.00000
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabbisogni totali per 36 mesi	DELTA MED SPA	PROMED SRL	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	
29	Vedere All.A.2.agg.	€ 470,90		Anomala	Non ammesse: B. BRAUN MILANO SPA, DELTA MED SPA, NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL, PROMED SRL e SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	Non idoneo: MEDIFOR VENETA SRL	
	Punteggio tecnico			40,00		22,45	
	Offerta economica		1.700	€ 0,2000			
	Offerta economica totale per 36 mesi	€ 340,00		€ 340,00			
	Punteggio economico			60.00000			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 36 mesi	Fabb				

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 29/01/2018 15:23:30
IMPRONTA: A11D50CDA2455C8C280EC644E76794947C923D312E3D12C2DB4DAB6CA5CF4976
7C923D312E3D12C2DB4DAB6CA5CF49761C36786B052B0B23E41DBA5112A130D4
1C36786B052B0B23E41DBA5112A130D41C145C7432278625EFB2058A0016071F
1C145C7432278625EFB2058A0016071FFABB544D3CEBFFF1EF8642BF8D9A4BA