

Allegato A.1 alla Determinazione

**VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA - ID.16PRE023 CUC FVG**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di giugno, alle ore 9:00 presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l'affidamento della FORNITURA DI AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA - ID.16PRE023 CUC FVG, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14/04/2017 e successiva rettifica n. 496 del 26/05/2017.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 15.654.669,70 (+ € 14.871.936,22 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota n. 0014775 del 31/05/2017, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dal sig. Eros Schneider (teste) e dalla dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Prima di procedere alla verifica della documentazione pervenuta, il Presidente precisa che l'EGAS ha indetto per conto della Centrale unica di committenza regionale, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 455 della legge n.296/2006, la gara in oggetto. L'EGAS opera per detta procedura di gara per conto della CUC in esecuzione di apposito rapporto di avvalimento, come previsto dall'art. 44, comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014. L'EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione del miglior offerente mentre soggetto legittimato e competente per la sottoscrizione della convenzione con la/e ditta/e affidataria/e è la CUC.

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 01/06/2017, sono pervenuti n. 42 plichi, inviati dalle seguenti ditte che vengono numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:



DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	DITTA	CITTA'
24/05/2017	9.42	13948	1	HEXACATH ITALIA SRL	MONZA (MB)
26/05/2017	9.25	14186	2	VOLCANO EUROPE SRL	ZAVANTEM (BELGIO)
26/05/2017	9.25	14187	3	INNOVA HTS SRL	COMO (CO)
26/05/2017	10.10	14198	4	STERYLAB SRL	RHO (MI)
26/05/2017	10.10	14199	5	COOK ITALIA SRL	NOVA MILANESE (MB)
29/05/2017	9.13	14305	6	ABBOTT SRL	ROMA (ROMA)
29/05/2017	9.52	14308	7	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	AGRATE BRIANZA (MB)
29/05/2017	9.52	14309	8	ASSUT EUROPE SPA	MAGLIANO DEI MARSI (AQ)
29/05/2017	9.52	14310	9	KARDIA SRL	MILANO (MI)
29/05/2017	11.57	14335	10	CRESMED HOSPITAL SURL	UDINE (UD)
29/05/2017	11.57	14339	11	KERNA ITALIA SRL	CASALE SUL SILE (TV)
30/05/2017	9.35	14512	12	AB MEDICA SPA	CERRO MAGGIORE (MI)
30/05/2017	9.35	14515	13	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	MILANO (MI)
30/05/2017	9.35	14522	14	EDWARDS LIFESCENCIES ITALIA SPA	MILANO (MI)
30/05/2017	9.35	14523	15	CROSSMED SPA	GRUGLIASCO (TO)
30/05/2017	9.35	14525	16	BIOTRONIK ITALIA SPA	VIMODRONE (MI)
30/05/2017	10.00	14533	17	BARD SRL	ROMA (ROMA)
30/05/2017	10.00	14536	18	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	POMEZIA (ROMA)
30/05/2017	10.16	14537	19	VYGON ITALIA SRL	PADOVA (PD)
30/05/2017	10.33	14539	20	BIOEM SRL	UDINE (UD)
30/05/2017	10.45	14551	21	HS HOSPITAL SERVICE SPA	APRILIA (LT)
30/05/2017	10.45	14552	22	EUROMEDICAL SRL	SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
30/05/2017	13.04	14599	23	NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	MOGLIANO VENETO (TV)
31/05/2017	9.47	14718	24	STRYKER ITALIA SRL	FORMELLO (RM)
31/05/2017	9.47	14719	25	STERIMED SRL	STURBO (LE)
31/05/2017	9.47	14720	26	VIGEO SRL	BORGO VIRGILIO (MN)
31/05/2017	9.47	14721	27	ENDOTECH SPA	COMO (CO)
31/05/2017	9.47	14722	28	TELEFLEX MEDICAL SRL	VAREDO (MB)
31/05/2017	9.47	14723	29	B.BRAUN MILANO SPA	MILANO (MI)
31/05/2017	9.47	14724	30	VER SAN DAFNE & DAFNE M.D. SRL	CAMPAGNOLA DI ZEVIO (VR)
31/05/2017	10.20	14726	31	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	VERONA (VR)
31/05/2017	10.20	14727	32	AMS GROUP SRL	SAN PIETRO VIMINARIO (PD)
31/05/2017	11.07	14742	33	ARTHYA SRL	CONSELVE (PD)
31/05/2017	11.25	14743	34	IATROTEK SRL	BOJON DI CAMPOLOGNO (VE)
31/05/2017	12.50	14808	35	LP BIOTECHNOLOGY SRL	NOVENTA VICENTINA (VI)
31/05/2017	14.10	14821	36	IMPLEMED ITALIA SRL	MILANO (MI)
31/05/2017	14.10	14822	37	PEGASUS MEDICAL SRL	TREVISO (TV)
31/05/2017	15.00	14836	38	CLABER SRL	VICENZA (VI)
01/06/2017	08.08	14865	39	HUMANA MEDICAL SRL	PADOVA (PD)
01/06/2017	9.18	14885	40	MEDTRONIC ITALIA SPA	MILANO (MI)
01/06/2017	9.26	14887	41	PROMED SRL	DOSSON DI CASSIER (TV)
01/06/2017	9.50	14896	42	ACILIA HS SRL	PADOVA (PD)

Per le ditte concorrenti sono presenti i sig.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plachi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n. 3 offerta economica e che, entro i termini di presentazione dell'offerta, presso



l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN), le ditte dovevano presentare un plico contenente la campionatura richiesta.

Si procede all'apertura dei plachi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Infine viene effettuato un riscontro sui plachi contenenti la campionatura, plachi pervenuti nei termini previsti dalle norme di partecipazione, giuste bolle agli atti di questa Amministrazione.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	HEXACATH ITALIA SRL	Ammissione con riserva: la ditta non ha allegato la ricevuta del versamento relativo alla contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e non ha allegato il documento PASSOE.	Schede tecniche + CD	66, 67
2	VOLCANO EUROPE SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	128, 139
3	INNOVA HTS SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	18, 19, 46, 49, 56, 66, 120, 154
4	STERYLAB SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	4, 5
5	COOK ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	11, 18, 35, 42, 73, 87, 89, 90, 99, 100, 101, 117, 122, 129, 130, 141, 158, 159
6	ABBOTT SRL	Ammissione con riserva: la ditta non ha compilato il punto m) della Dichiarazione	Schede tecniche + CD + Campionatura	20, 27, 46, 66



		sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato A).		
7	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	14, 17, 94, 148
8	ASSUT EUROPE SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	154
9	KARDIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	42, 173, 185
10	CRESMED HOSPITAL SURL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	13, 118
11	KERNA ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	4, 115, 117
12	AB MEDICA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	6, 18, 19, 20, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 69, 70, 71, 88, 120, 136, 148, 163, 166, 167, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 187
13	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 46, 47, 48, 51, 54, 66, 74, 75, 80, 127, 131, 153
14	EDWARDS LIFESCENCIIES ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	58
15	CROSSMED SPA	Regolare	Schede tecniche + CD	177, 180, 182, 183
16	BIOTRONIK ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	49, 72, 75
17	BARD SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	4, 5, 21, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 74, 79, 103, 106, 113, 114, 116, 125, 126, 127, 146, 148, 155
18	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	44, 174, 177, 187, 189
19	VYGON ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	117
20	BIOEM SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	60
21	HS HOSPITAL SERVICE SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	99, 100, 107, 115, 116, 117, 148, 150, 151, 159
22	EUROMEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	103, 105
23	NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	Regolare	Schede tecniche + CD	160
24	STRYKER ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	161, 169, 171, 175
25	STERIMED SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	46, 49 65, 66, 67, 72
26	VIGEO SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	4, 111
27	ENDOTECH SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	135
28	TELEFLEX MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	113
29	B.BRAUN MILANO SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 66, 68, 127, 145, 146



30	VER SAN DAFNE & DAFNE M.D. SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	84, 108, 109, 110, 151
31	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	85, 110, 129
32	AMS GROUP SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	151
33	ARTHYA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	11, 18, 42, 49, 50, 91, 97, 131, 150, 154
34	IATROTEK SRL	Ammessione con riserva: la cauzione provvisoria versata per il lotto n. 132 non è sufficientemente capiente per un importo pari a € 0,88.	Schede tecniche + CD + Campionatura	18, 22, 64, 72, 132
35	LP BIOTECHNOLOGY SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	151
36	IMPLEMED ITALIA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	174, 175, 181, 183, 189
37	PEGASUS MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	50, 60, 71, 84, 157
38	CLABER SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	117, 154
39	HUMANA MEDICAL SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	134, 138
40	MEDTRONIC ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	22, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 66, 74, 77, 78, 93, 103, 120, 121, 137, 140, 152, 153, 158, 176
41	PROMED SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 55, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 73, 74, 81, 82, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 105, 106, 111, 112, 114, 117, 119, 120, 124, 131, 134, 136, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 177, 178, 179, 182, 183, 186, 187, 188
42	ACILIA HS SRL	Regolare	Schede tecniche + CD + Campionatura	11, 13, 33, 34, 35, 46, 49, 50, 52, 65, 66, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 124, 143, 156, 157, 175

Durante la seduta si rileva quanto segue:

- la ditta HEXACATH ITALIA SRL viene ammessa con riserva alle fasi successive della gara in quanto non ha allegato la ricevuta del versamento relativo alla contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anti Corruzione di cui al punto 4 dell'art. 3 del Disciplinare di gara, e non ha allegato il documento PASSOE di cui al punto 6 dell'art. 3 dello stesso Disciplinare;
- la ditta ABBOTT SRL viene ammessa con riserva in quanto non ha compilato il punto m) della Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato A) di cui al

punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare di gara;

- la ditta IATROTEK SRL viene ammessa con riserva in quanto la cauzione provvisoria, di cui al punto 2 dell'art. 3 del Disciplinare di gara, versata per il lotto n. 132 non è sufficientemente capiente per un importo pari a € 0,88.

Inoltre, il Presidente rileva che la ditta STERYLAB SRL ha riportato nell'Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – quale data di nascita del legale rappresentante la data dell'11/05/2017 e che la ditta CRESMED HOSPITAL SURL non ha allegato il documento PASSOE per il lotto n. 118.

Le altre ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Posto quanto sopra, l'EGAS provvederà a richiedere la regolarizzazione della propria posizione alle ditte HEXACATH ITALIA SRL, ABBOTT SRL e IATROTEK SRL integrando la documentazione di cui sopra ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare ("Soccorso istruttorio").

Inoltre, l'EGAS provvederà a chiedere l'integrazione dei documenti errati/mancanti alle ditte STERYLAB SRL e CRESMED HOSPITAL SURL.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato, siglato e conservato in cassaforte a cura del Presidente stesso.

La seduta si chiude alle ore 13:15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____

Dott.ssa Ilaria Carlini *F.to* _____

**VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA - ID.16PRE023 CUC FVG**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 04 del mese di luglio, alle ore 11:40, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d'atto delle nuove determinazioni dell'Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA - ID.16PRE023 CUC FVG.

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), il sig. Eros Schneider (teste) e la dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 06/06/2017 le seguenti ditte sono state ammesse con riserva alle fasi successive della procedura in quanto:


- la ditta HEXACATH ITALIA SRL non ha allegato la ricevuta del versamento relativo alla contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anti Corruzione di cui al punto 4 dell'art. 3 del Disciplinare di gara, e non ha allegato il documento PASSOE di cui al punto 6 dell'art. 3 dello stesso Disciplinare;
- la ditta ABBOTT SRL non ha compilato il punto m) della Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato A) di cui al punto 1 dell'art. 3 del Disciplinare di gara;
- la ditta IATROTEK SRL ha versato la cauzione provvisoria, di cui al punto 2 dell'art. 3 del Disciplinare di gara, per il lotto n. 132 non sufficientemente capiente per un importo pari a € 0,88.

Con note protocollo EGAS nn. 0016100, 0016101, 0016102 del giorno 14/06/2017 sono state inviate rispettivamente alle ditte HEXACATH ITALIA SRL, ABBOTT SRL e IATROTEK SRL le comunicazioni di ammissione con riserva con richiesta che la propria posizione venga regolarizzata.

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, le ditte HEXACATH ITALIA SRL, ABBOTT SRL e IATROTEK SRL hanno inviato quanto richiesto nelle lettere di ammissione con riserva.

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



pubblica con nota protocollo n. 0017971 del giorno 29/06/2017 le ditte concorrenti, al fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte HEXACATH ITALIA SRL, ABBOTT SRL e IATROTEK SRL hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione (come da documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, le stesse vengono ammesse alle fasi successive della procedura.

Infine, il Presidente comunica che durante la seduta del 06/06/2017 la ditta STERYLAB SRL ha riportato nell'Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – quale data di nascita del legale rappresentante la data dell'11/05/2017 e che la ditta CRESMED HOSPITAL SURL non ha allegato il documento PASSOE per il lotto n. 118. A entrambe le ditte, l'EGAS ha provveduto a chiedere l'integrazione dei documenti errati/mancanti con note protocollo nn. 0016103 e 0016104. Entro il termine richiesto, le ditte STERYLAB SRL e CRESMED HOSPITAL SURL hanno provveduto a inviare i documenti richiesti.

La seduta si chiude alle ore 11:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____

Dott.ssa Ilaria Carlini *F.to* _____

**VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA - ID.16PRE023 CUC FVG**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 8:49, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per l'affidamento della FORNITURA DI AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA - ID.16PRE023 CUC FVG.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
 - Dott.ssa Ilaria Carlini componente
 - Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell'esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 07/09/2017, 28/09/2017, 12/10/2017 e 16/11/2017 (allegato 1) di cui si da lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Si procede, quindi, all'apertura della busta sigillata n. 3, contenente l'offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del presente verbale.

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all'allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d'ufficio.

Successivamente il rappresentante della ditta STRYKER ITALIA SRL (lotto n. 175), la rappresentante della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA (lotto n. 174), la rappresentante della ditta BIOTRONIK ITALIA SPA (lotto n. 52) ed il rappresentante della ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL (lotto n. 129) chiedono che vengano messe a verbale le dichiarazioni che si allegano quali parti integranti del presente atto.

Infine si prende atto che per il lotto n. 49 le ditte ACILIA HS SRL e MEDTRONIC ITALIA SPA ottengono il medesimo punteggio complessivo. Per individuare la ditta prima in graduatoria, si procede pertanto come previsto in tal senso dall'art. 6 del Disciplinare di gara. Il Presidente procede a verificare, dalla documentazione presentata e sottoscritta dai presenti alla seduta pubblica odierna, la presenza dei rappresentanti delle ditte ACILIA HS SRL e MEDTRONIC ITALIA SPA. In seguito, il Presidente procede ad invitare i rappresentati riportati nell'elenco di cui sopra a presentare offerta migliorativa specificando le modalità con le quali la stessa deve essere redatta. Successivamente all'invito di presentare offerta da parte del Presidente, il sig. Roberto Grasso, presente alla seduta e qualificatosi quale titolare della ditta NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C., decide di presentare al Presidente la propria procura per la ditta MEDTRONIC ITALIA SPA chiedendo pertanto di presentare lui stesso offerta migliorativa per la ditta MEDTRONIC ITALIA in sostituzione della rappresentante della medesima ditta già presente in seduta. Il Presidente rileva che il sig. Roberto Grasso, al momento dell'ingresso nella seduta pubblica alle ore 9:00 circa, ha depositato la sola documentazione attestante la titolarità della ditta NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C. e non anche la procura per la ditta MEDTRONIC ITALIA SPA. Ne segue una discussione al termine della quale il sig. Roberto Grasso chiede che venga messa a verbale la dichiarazione che si allega quale parte integrante del presente atto. A termine il Presidente decide di sospendere l'aggiudicazione del lotto n. 49, al fine di verificare i presupposti di legge ed adottare in un secondo momento le opportune determinazioni in merito al lotto in questione.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 12:45.

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

EGAS

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

F.to _____

Dott.ssa Ilaria Carlini

F.to _____

Sig. Eros Schneider

F.to _____

Allegati:

- n. 4 della Commissione Giudicatrice (All. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (All. 2);
- n. 1 dichiarazione ditta STRYKER ITALIA SRL - Lotto n. 175 (All. 3);
- n. 2 dichiarazioni ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - Lotto n. 174 (All. 4);
- n. 1 dichiarazione ditta BIOTRONIK ITALIA SPA - Lotto n. 52 (All. 5);
- n. 1 dichiarazione ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL - Lotto n. 129 (All. 6);
- n. 1 dichiarazione del sig. Roberto Grasso (All. 7).

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

EGAS

All. 1

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
“AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E
NEURORADIOLOGIA” (ID.16PRE023 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 7 settembre 2017 alle ore 14:40, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Dott. Fabio Pozzi Mucelli | presidente |
| • Dott. Paolo Mancinelli | componente |
| • Dott. Andrea Pellegrin | componente |
| • Dott. Massimo Valentino | componente |
| • Dott.ssa Vanda Orsettig | componente |

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;
- facendo seguito alla trasmissione dei plachi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- prende atto dei lotti deserti per totale assenza di offerte ricevute (nn. 12, 15, 16, 26, 36, 37, 39, 53, 63, 83, 86, 104, 123, 133, 142 e 149);
- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 1 al n. 35 compresi e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice".

La Commissione Giudicatrice, alle ore 17:30, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricomponere quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.



Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Fabio Pozzi Mucelli *F.to* _____ presidente
- Dott. Paolo Mancinelli *F.to* _____ componente
- Dott. Andrea Pellegrin *F.to* _____ componente
- Dott. Massimo Valentino *F.to* _____ componente
- Dott.ssa Vanda Orsettig *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi
EGAS

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
“AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E
NEURORADIOLOGIA” (ID.16PRE023 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 28 settembre 2017 alle ore 14:30, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Dott. Fabio Pozzi Mucelli | presidente |
| • Dott. Paolo Mancinelli | componente |
| • Dott. Andrea Pellegrin | componente |
| • Dott. Massimo Valentino | componente |
| • Dott.ssa Vanda Orsettig | componente |

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche e la campionatura, regolarmente pervenute entro il termine previsto, e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, prosegue l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;
- con riferimento al lotto n. 52, stabilisce di richiedere a tutte le ditte concorrenti l'invio all'EGAS della bibliografia scientifica specifica dei prodotti presentati, al fine di poter effettuare una completa valutazione delle offerte;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 38 al n. 57 compresi (ad eccezione del lotto n. 52) e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice".

La Commissione Giudicatrice, alle ore 17:50, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricomponere quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Fabio Pozzi Mucelli *F.to* _____ presidente
- Dott. Paolo Mancinelli *F.to* _____ componente
- Dott. Andrea Pellegrin *F.to* _____ componente
- Dott. Massimo Valentino *F.to* _____ componente
- Dott.ssa Vanda Orsettig *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
“AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E
NEURORADIOLOGIA” (ID.16PRE023 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 3 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 14:10, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Dott. Fabio Pozzi Mucelli | presidente |
| • Dott. Paolo Mancinelli | componente |
| • Dott. Andrea Pellegrin | componente |
| • Dott. Massimo Valentino | componente |
| • Dott.ssa Vanda Orsettig | componente |

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;

- rileva infine che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- vista la bibliografia scientifica presentata ad integrazione dalle ditte concorrenti per il lotto n. 52, le schede tecniche e la campionatura, regolarmente pervenute entro il termine previsto, prosegue l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per il lotto n. 52, per i lotti dal n. 58 al n. 96 compresi e per tutti i lotti ai quali ha presentato offerta un unico operatore economico e dispone poi che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice".

La Commissione Giudicatrice, alle ore 17:15, decide di aggiornare i lavori a data da definirsi e ricomponere quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Fabio Pozzi Mucelli *F.to* _____ presidente
- Dott. Paolo Mancinelli *F.to* _____ componente
- Dott. Andrea Pellegrin *F.to* _____ componente
- Dott. Massimo Valentino *F.to* _____ componente
- Dott.ssa Vanda Orsettig *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

EGAS

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
“AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E
NEURORADIOLOGIA” (ID.16PRE023 CUC FVG)
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

VERBALE N. 4 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 16 novembre 2017 alle ore 14:25, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Dott. Fabio Pozzi Mucelli | presidente |
| • Dott. Paolo Mancinelli | componente |
| • Dott. Andrea Pellegrin | componente |
| • Dott. Massimo Valentino | componente |
| • Dott.ssa Vanda Orsettig | componente |

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di presentazione dell'offerta, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN);

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche, le campionature e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, prosegue l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento, così come specificato nel Capitolato Speciale;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per tutti i lotti non valutati nelle sedute precedenti e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice, nel quale vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto di gara:
 - le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento "Qualità";
 - le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 17:55, la Commissione Giudicatrice ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

EGAS

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dott. Fabio Pozzi Mucelli *F.to* _____ presidente
- Dott. Paolo Mancinelli *F.to* _____ componente
- Dott. Andrea Pellegrin *F.to* _____ componente
- Dott. Massimo Valentino *F.to* _____ componente
- Dott.ssa Vanda Orsettig *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

Allegati: n. 1 "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice"

Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice

	Introduttori angiografici lunghi armati - calibro: 5-10 F - struttura anti kinking ad elevato supporto - punta atraumatica con marker distale radiopaco - valvola emostatica di tenuta ottimale e bassissima frizione sul catetere - Ottimale transizioni dilatatore/guaina voce a) lunghezza da: 11cm; voce b) lunghezza da: 24cm; voce c) lunghezza da: 65 voce d) lunghezza da: 80-90cm; voce e) lunghezza da: 35-45cm;									
13	ACILIA HS SRL	7,00	2,40	4,40	4,40	3,20	21,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	armatura insoddisfacente e struttura antikinking non ottimale; non specificato il lume interno né sulla confezione né sulla scheda tecnica	40,00
	CRESMED HOSPITAL SURL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
Introduttori angiografici per posizionamento endoprotesi addominali - calibro: 12-24 F - lunghezza: 30 cm circa - valvola emostatica antireflusso - rubinetto a 3 vie										
14	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	7,00	3,00	4,40	4,40	3,20	22,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	valvola emostatica antireflusso inadeguata, per inefficiente emostasi	40,00
15	Introduttore di grosso calibro con rivestimento idrofilico - Introduttore costituito da dilatatore e cannula introduttrice con valvola attaccata; con siringa da 2,5 ml per gonfiaggio valvola - Calibro da 12 a 26 F - Lunghezza introduttore: 28 mm circa - Rivestimento idrofilico - Valvola antireflusso									DESERTO
16	Guide angiografiche standard - calibro: 0,035"-0,038" - lunghezza: 150-260 cm con anima fissa o mobile - rivestimento con teflon o altro materiale antitrombotico - punta diritta o a per non più di 3 mm - anima in acciaio inox									DESERTO
17	Guide angiografiche idrofiliche a rigidità standard - acciaio rivestito in PTFE, calibro 0,035" - lunghezza: 180-260 cm - rivestimento in polimero idrofilo - rigidità medio-alta punta diritta conformabile preferibilmente con almeno 4 reperi radiopachi e rivestimento idrofilico - torsione 1:1									
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	2,80	3,00	4,40	4,40	3,20	17,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	materiale non conforme al richiesto, punta non preformabile, priva di marker radiopachi; supporto non adeguato	40,00
Guide angiografiche idrofiliche rigidità elevata (tipo stiff) - calibro: da 0,020" a 0,038" - lunghezza: 150-180 cm - rivestimento in polimero idrofilo di acido metil-vinil-maleico-anidro - rigidità elevata - buona radiopacità - punta diritta o angolata e J half-stiff, non deformabile - anima in nitinol rinforzata con struttura monoblocco a elevato controllo di torsione										
18	AB MEDICA SPA	7,00	3,00	4,40	4,40	3,20	22,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	poca rigidità (non a rigidità elevata); rivestimento non conforme al richiesto	40,00
	ARTHYA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		
	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	4,40	4,40	3,20	22,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	rivestimento non conforme al richiesto; supporto inadeguato (non a rigidità elevata)	40,00
	IATROTEK SRL	5,60	3,00	4,40	4,40	3,20	20,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	gamma inferiore, manca misura da 0,020; rigidità modesta (non a rigidità elevata); rivestimento non conforme al richiesto	40,00
	INNOVA HTS SRL	5,60	3,00	4,40	4,40	3,20	20,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	gamma inferiore, manca misura da 0,020; poca rigidità (non a rigidità elevata); rivestimento non conforme al richiesto	40,00
Guide ultrrigide a supporto massimale - ad elevato supporto (tipo Backup-Meier o tipo Lunderquist), adatte per l'introduzione di endoprotesi aortiche - calibro: 0,035" - range di lunghezza: 150-180-300 cm - anima in acciaio inox rivestito di PTFE - tratto distale morbido con punta ultra-floppy atraumatica lunga 10-15 cm a J o C-shaped, conformabile manualmente secondo necessità										
19	AB MEDICA SPA	2,80	3,00	6,60	4,40	3,20	20,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	gamma di misure inferiori: manca la misura da 300cm e ciò potrebbe non consentire alcune procedure endovascolari con doppi accessi	40,00
	INNOVA HTS SRL	2,80	3,00	6,60	6,60	3,20	22,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	gamma di misure inferiori: manca la misura da 300cm e ciò potrebbe non consentire alcune procedure endovascolari con doppi accessi	40,00
	PROMED SRL	4,20	3,00	11,00	11,00	8,00	37,20	ammessa	manca misura da 150cm; punta più atraumatica	40,00
guida .035" ad alto supporto tipo super-stiff con rastrematura distale - Misure: diametro 0,035" lunga 145-300cm - corpo ad elevatissimo supporto - punta direzionabile super-floppy a rigidità progressivamentemarzata a 0,025" Rx opaca, preformabile - rivestimento microglide 30 cm distali - elevata Rx-opacità e con con almeno 2 marker: punta e inizio floppy										
20	AB MEDICA SPA	7,00	3,00	4,40	4,40	3,20	22,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	punta eccessivamente traumatica, non rastremata, rigidità eccessiva	40,00
	ABBOTT SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
Guide angiografiche a elevato supporto della punta - in acciaio, rivestite in PTFE , diametri 0,18- 0,35- 0,38 - Lunghezza 100 - 150 - 200 - 260 cm - anima fissa, punta floppy progressiva 4 cm - punta retta e J con raggio di 1,5 e 3,0 mm voce A: cm 100 e 150 voce B: cm 200 e 260										
	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
Guide sottili in nitinol - calibro: 0,014" e 0,019" - lunghezza: indicativamente da 170 e 300 cm - anima in nitinol di rigidità tale da sostenere l'avanzamento di cateteri per angioplastica e stent - punta morbida, preformabile - adatte ad avanzare in lesioni steno-ostrettive (arterie renali, arterie sotto al ginocchio)										
22	IATROTEK SRL	4,20	3,00	11,00	11,00	8,00	37,20	ammessa	gamma di misure inferiori (manca da 300cm); presenta rivestimento idrofilico	40,00
	MEDTRONIC ITALIA SPA	7,00	3,00	11,00	6,60	8,00	35,60	ammessa	gamma di misure completa	38,28
Guida vascolare steerable periferica (e coronaria) -Di acciaio inox ad alto supporto rivestito di PTFE. Diametro preferibilmente .014"-.018"-.025" e lunghezze preferibilmente da 150-185-250-300 cm circa. -Punta floppy di lunghezza variabile da almeno 3 a 8cm, conformabili da 1 a 3cm, rivestito di materiale a ridotto coefficiente di attrito. -Controllo torsione 1:1 e ottima visibilità della punta (platino)										
23	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
Guida vascolare steerable Corpo di lega di acciaio/Scitaniun o funzionalmente equivalente a elevatissimo supporto - Elevatissimo controllo di torsione Punta con le seguenti caratteristiche a titolo preferenziale: flessibile almeno 9-13-19cm, ricoperta ne settori distali di polimero idrofilico, preformabile in modo stabile Misure: diametro .014 e .018 e lunghezza almeno 160-190 e 300										
24	PROMED SRL	7,00	3,00	6,60	11,00	6,40	34,00	ammessa		40,00
Guida vascolare steerable Corpo di lega di acciaio con rivestimento ibrido poliuretano/idrofilico o funzionalmente equivalente diverse grammature della punta preferibilmente da 12 a 30 gr Misure: lunghezze almeno 200 - 300 cm e diametri .014 e .018										
25	PROMED SRL	7,00	3,00	6,60	11,00	6,40	34,00	ammessa		40,00

26	<p>Microguide angiografiche per procedure sottoarticolari ad elevato controllo di torsione e capacità di progressione nelle occlusioni - diametro 0,14 con 2 anime interne in acciaio e nitinol saldate - disegno core to tip - segmento distale radiopaco lungo almeno 3 cm - rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale - lunghezza almeno 190-300 cm - peso di punta disponibile da 2,8 a 3,5 grammi</p>	DESERTO								
27	<p>Guida .014 e .018" ad alto supporto tipo super-stiff -Misure: diametro 0,014" lunga 190-300 cm, estendibile di 145cm -corpo ad elevatissimo supporto con anima di acciaio unico. Rivestimento PTFE e a basso coefficiente di attrito -punta direzionabile super-floppy di platino almeno 3 e 7cm, preformabile a supporto progressivo ed elevato</p>	ABBOTT SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
28	<p>Microguide angiografiche per cateterismo selettivi complessi - anima interna di acciaio rastremato verso la punta e ipotubo distale di nitinol con ulteriore rivestimento idrofilico (FLOPPY). - controllo di torsione 1:1 in tutte le condizioni. Conformabilità della punta - calibro: 0,016" - lunghezza: circa 140-180 cm</p>	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
29	<p>Microguide angiografiche per cateterismo selettivi acciaio, punta radiopaca sfaccettata sagomabile ad alta memoria di forma e floppy rastremato a supporto variabile (o caratteristiche funzionalmente equivalenti) rivestimento idrofilico - controllo di torsione 1:1 calibro 0,014" lunghezza: preferibilmente da 200 ad almeno 300 cm circa</p>	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
30	<p>Cateteri per angiografia diagnostica a flusso elevato - calibro: 4 e 5 F - lunghezza: da 65 ad almeno 100 cm - capacità di flussi compresi tra 15 e almeno 25 cc al secondo preferibilmente con tutte le seguenti conformazioni di punta: diritta, pig-tail, contralaterale - lume interno in grado di consentire il passaggio di guide di diametro da 0,035" e 0,038" - tratto distale ad elevata opacità</p>	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
31	<p>Cateteri per angiografia selettiva - calibro: 4 e 5 F - lume interno in grado di consentire il passaggio di guide da 0,035"-0,038" - buona radiopacità della parte distale; - disponibile anche con fori laterali - conformazione della punta con le seguenti morfologie: SIM 1, SIM 2, SIM 3, Headhunter, Multipurpose A e B, Cobra 2 e 3, Vertebral, Mickaelson, Berenstein. voce a) lunghezza da 65 ad almeno 100 cm voce b) lunghezza almeno 120 cm e oltre</p>	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
32	<p>Cateteri per angiografia selettiva con rivestimento idrofilico e a rigidità elevata - calibro: 4-5 F - lunghezza: da 65 ad almeno 100 cm - lume interno: compatibile con guide 0,038" - numerose conformazioni della punta, almeno le seguenti: RCD, Cobra, Vertebral, Simmons 1 e 2, Headhunter, Multipurpose, mani, newton, JB1 ecc. - rivestimento idrofilico sulla parete esterna e distale del catetere</p>	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
33	<p>Cateteri per angiografia selettiva con parete armata e rivestimento idrofilico, a ridotta rigidità - calibro: 4-5 F - lunghezza: da 65 ad almeno 145cm o superiore - lume interno: compatibile con guide 0,038" - conformazione tratto distale: diritto rastremato, Cobra, Vertebral, Simmons 1 e 2, J, Headhunter, Multipurpose, Coe1-2, mammaria ecc. - rivestimento idrofilico sulla parete esterna del catetere; corpo catetere strutturato in poliuretano e dotato di armatura interna in acciaio inossidabile antikinking con punta morbida priva di armatura</p>	ACILIA HS SRL							non ammessa	da scheda tecnica si evince che il catetere non è armato
34	<p>Cateteri Angiografici selettivi idrofilici e non ad altissima memoria di forma - in nylone radiopaco, altissima memoria di forma e altissimo supporto nelle curve distali punta preferibilmente rivestita in Tungsteno, soft tip e standard - corpo parzialmente e completamente radiopaco, idrofilico e non, armatura a 42 e 52 incroci - diametri da 3 a 6F, lunghezze da 65 a 110 cm, armati e non, con e senza fori laterali - configurazioni minime: SOS, OMNI 0/1/2/3, Omnipush, Bentzon, Berenstein, Mikaelsson Weinberg, Halo Shepherd Hook, Kumpe, MPA - alto flusso, pressione oltre 1000 PSI, compatibili con guida 0,035" e 0,038"</p>	ACILIA HS SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
		CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	1,40	3,00	6,60	6,60	4,80	22,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	non ha tutte le configurazioni minime, gamma di diametri incompleta
35	<p>Cateteri Angiografici diagnostici con marker centimetrami in Platino diametro 4 e 5 F lunghezza da 60 ad almeno 100 cm almeno 20 markers ad alta visibilità con incrementi di 1 cm o superiori punta Pigtail con multipli fori laterali a spirale, pressione oltre 1000 PSI compatibili con guida 0,035", alto flusso</p>	ACILIA HS SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
		CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL							non ammessa	non offre diametro da 4 F
		COOK ITALIA SRL							non ammessa	non offre diametro da 4 F; non offre lunghezza da 60cm
		PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
36	<p>Cateteri Angiografici selettivi e aortici diagnostici - in Pebax rivestito al Bismuto 4 e 5 F lunghezze da 65 a 110cm - Con e senza punta morbida, armati e non, giunzione punta/catetere di sicurezza a fusione, sovrapposta, ampio lume interno, alto flusso a basse pressioni, alta memoria di forma, alta capacità di torsione, alta visibilità - Conformazioni standard e almeno Osborn, Motarjem, Motarjem Cane, Ka, Bentzon, Berenstein, Modified Simmons, Shepherd Hook, Hockey stick, Mikaelsson, Flush. - pressione 1200 PSI, compatibili con guida 0,035" e 0,038"</p>									
									DESERTO	
37	<p>Cateteri guida per procedure di neuroradiologia e periferiche VOCE A) catetere con ampia scelta di conformazioni della punta, con estremità distale radiopaca e atraumatica x almeno 30mm e con progressivo decremento della rigidità (verso la punta). - lunghezze fino a 100 - calibri 5 e 6 F lume interno almeno a 0,070" x6F. Possibilità di diverse rigidità della parte distale. - forme: almeno MPC, MPD, Burke, HH, SIM ecc. VOCE B) catetere guida per accesso distale 6F con lume interno 0,071" punta elevata flessibilità di 8cm e idrofilica di 10cm, disponibilità punta dritta MPC e MPD lunghezza 95 e 105cm, disponibilità anche extra support</p>									
									DESERTO	
38	<p>Cateteri guida per procedure periferiche - catetere con la più ampia scelta di conformazioni della punta, con estremità distale radiopaca e atraumatica, e di lunghezze da almeno 55 sino a 90cm circa - calibri 6-7-8F - struttura: disponibilità di cateteri sia con parete di rigidità variabile (distale morbida, media intermedia e corpo rigido) sia armati in fili di acciaio ad elevato supporto e controllo di torsione preferibilmente con possibilità di essere forniti anche con valvola emostatica lavabile in continuo e rubinetto a 2 vie, inoltre con dilatatore vascolare con punta flessibile e corpo portante</p>	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
		PROMED SRL	7,00	3,00	6,60	6,60	4,80	28,00	ammessa	rigidità non ottimale, mancanza di valvola emostatica e dilatatore
39	<p>catetere guida con palloncino distale 1. Catetere ad ampio lume con calibro compreso tra 6 e 9 F 2. Lunghezza catetere: almeno 95 cm 3. Pallone distale con doppio marker radiopaco 4. Punta atraumatica</p>								DESERTO	
40	<p>kit microcatetere armato e guida precaricata Microcatetere: a) Configurazione straight , 45° e swan neck b) Doppio marker c) Calibro 0,027" hi-flow e 0,021 small lumen d) Lunghezze da 110 a 150 cm e) Resistenza alla pressione almeno 800 psi f) Iniezione di particelle embolizzanti di grandi dimensioni Microguida a) Anima in acciaio e ipotubo distale di nitinol con rivestimento idrofilico sulla parte distale b) Calibro 0,16 c) Lunghezza 140-180 cm</p>	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
41	<p>MICROCATETERE STEERABLE. Microcatetere a punta retta, direzionabile, la punta si articola fino a 180 gradi in direzioni opposte, diametro distale 2,4Fr, lunghezza 125cm, compatibile con guide fino a 0,018</p>	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00

	Kit microcatetere alto flusso + micro guida idrofilica (per embolizzazioni superselettive)									
	a) Microcatetere/i - calibro: distale non inferiore a 2,4 F, prossimale: 2,9 F - lunghezza indicativa: almeno sino a 145 cm - in grado di consentire il passaggio di guide da 0,018" - resistenza alla pressione almeno sino 750 PSI e oltre rivestimento preferibilmente idrofilico; buona radiopacità - adatti per embolizzazione con particelle di alcool polivinilico o microspirali									
42	b) Guida - calibro: almeno 0,018" rivestimento preferibilmente idrofilico - confezione singola, sterile, dotata di contenitore in materiale plastico munito di raccordo luer-lock									
	ARTHYA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	COOK ITALIA SRL							non ammessa	voce b) non offre guida con calibro almeno 0,018"	
	KARDIA SRL	7,00	3,00	4,40	4,40	3,20	22,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	rivestimento non idrofilico, guida poco scorrevole, il calibro superiore a quanto richiesto non garantisce adeguata scorrevolezza	
	PROMED SRL							non ammessa	voce b) non offre guida con calibro almeno 0,018"	
	Kit microcatetere ampio lume + microguida per embolizzazioni superselettive									
	a) Microcateteri armati -iniezione alto flusso mdc (pressione di rotta almeno 800 PSI) e particelle embolizzanti grandi dimensioni. - Misure: lunghezza: almeno 105-135 cm. Diametro int. almeno .028" e guida sino .025". Diametro est.prox-dist 3-2,8F. - Struttura: polimeri a rigidità variabile, armata in microfilamenti e con rivestimento idrofilo distale (almeno 75-100cm). Rivestimenti interno PTFE. Un marker distale Rx-opaco.									
43	b) microguida - anima di acciaio e ipotubo distale di nitinol con rivestimento idrofilico sulla parte distale - controllo di torsione 1:1 e punta preformabile e resistente alla deformazione. - calibro: .016" - lunghezza: circa almeno 140-180 cm									
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	microcatetere con punta dritta e sgonfiata - calibro eterno : distale non inferiore a 1,7F, prossimale: almeno 2,8F - lume distale almeno 0,015", prossimale 0,021" - lunghezza indicativa: almeno 150 cm - diversi diametri di grado di consentire il passaggio di guide almeno da 0,010" a 0,018" - rigidità differenziata x migliorare la "pushability", rivestimento idrofilico; 1 e 2 markers distali - Disponibilità di precurvature a 45° 90° e a J, di elevata resistenza all'uso. - disponibilità parte flessibile lunga 5,15,20,45cm - adatti per embolizzazione con particelle di alcool polivinilico o microspirali, microstent ecc.									
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	PROMED SRL	7,00	3,00	6,60	4,40	3,20	24,20	ammessa	assenza di due marker distali, mancanza del segmento flessibile variabile distale	24,20
	Catetere da PTA multiuso ad alta flessibilità senza rivestimento idrofilico > corpo catetere in Pebax, diametro 5Fr, lunghezza fino a 130cm, punta corta radiopaca, dotato di centimetraggio, guida 0,035 > bassissimo profilo, compatibile con introduttore da 5Fr e fino a palloni di diametro di 8mm, doppio lume a sgonfiaggio molto rapido, resistente fino a 21 atmosfere, alta trackability									
44	> palloncino in nylon dotato di punti flessibili, diametro da 3 a 12 mm, lunghezza almeno da 20 a 300mm 45 AB MEDICA SPA									
	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	non ha la lunghezza da 300mm, l'8mm non entra nel 5Fr, non resistente fino a 21 atmosfere, privo di centimetraggio	40,00
	Cateteri da PTA con palloncino semicompliance - calibro corpo catetere: massimo 5 F - lunghezza utile catetere: fino a 130 cm; punta corta - palloncino a compliance controllata, dilatabile oltre il diametro nominale del 5-10% - compatibilità con introduttore 5F fino a 7 mm - in grado di avanzare su guida 0,035" - diametro del palloncino: da 3 a 12 mm lunghezza del palloncino: preferibilmente da 15 a 200 mm possibilità di gonfiaggio preferibilmente fino a un massimo di 20 ATM - sgonfiaggio rapido - rivestimento idrofilico, tale da garantire l'avanzamento del catetere in ostruzioni particolarmente resistenti									
46	AB MEDICA SPA	7,00	3,00	11,00	8,80	6,40	36,20	ammessa	pressione di gonfiaggio inferiore	36,20
	ABBOTT SRL	7,00	3,00	8,80	8,80	6,40	34,00	ammessa	Offre due tipologie di prodotti per coprire la richiesta del lotto: lunghezza massima fino a 120mm, calibro da 7mm non compatibile con introduttore 5Fr già per palloni da 5mm in su	34,00
	ACILIA HS SRL	7,00	3,00	8,80	6,60	6,40	31,80	ammessa	pressione fino a 16atm, calibro da 7mm non compatibile con introduttore 5Fr	31,80
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	7,00	3,00	8,80	8,80	6,40	34,00	ammessa	possibilità di gonfiaggio lievemente inferiore al richiesto, rivestimento idrofilico non segnalato	34,00
	INNOVA HTS SRL	7,00	3,00	6,60	4,40	3,20	24,20	ammessa	pressioni basse dai 12 ai 16atm, richiede introduttore 6Fr già da 6mm	24,20
	MEDTRONIC ITALIA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	pressione di gonfiaggio lievemente inferiore	40,00
	PROMED SRL	4,20	3,00	4,40	4,40	3,20	19,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	calibro da 7mm non compatibile con introduttore 5Fr; pressioni sensibilmente più basse; rivestimento idrofilico non segnalato	
	STERIMED SRL	1,40	3,00	4,40	2,20	3,20	14,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	Offre più tipologie di prodotti per coprire la richiesta del lotto; diametro del palloncino: manca misura da 3mm; gamma incompleta per piattaforma 0,035; pressioni basse; rivestimento non idrofilico	
	Cateteri da PTA con "shaft" molto sottile e struttura "a scambio rapido" e "OTW" - tecnologia "a scambio rapido" e "over the wire" - profilo distale del catetere: almeno 0,017" lunghezza del catetere: preferibilmente da 90 a 150 cm circa - in grado di avanzare su guida da 0,014" (almeno fino a pallone 4mm) a 0,018"(oltre 4 mm) diametro del palloncino: preferibilmente da 1,5 a 10 mm (con misure intermedie nei piccoli diametri) lunghezza del palloncino: preferibilmente almeno da 2 a 20 cm rivestimento idrofilico, bassissimo profilo (almeno 0,017" nelle misure BTK). Preferibilmente compatibilità 4F almeno sino a pallone 8mm. Supporto ottimale. -possibilità di gonfiaggio almeno fino a 10-14 ATM (RBR)									
47	BARD SRL	2,80	3,00	4,40	4,40	3,20	17,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	nella versione monorail manca il diametro da 8mm; nella versione OTW manca il diametro da 10mm; richiede introduttori da 5Fr già per palloni da 5mm in su	
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	2,80	2,40	4,40	4,40	3,20	17,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	diametri fino a 8mm e non 10mm; non specificato il profilo distale del catetere; richiede introduttori da 5Fr già per palloni da 6mm in su; non specificata idrofilia	
	MEDTRONIC ITALIA SPA	1,40	3,00	4,40	4,40	3,20	16,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	diametri solo fino a 4mm, gamma estremamente incompleta; piattaforma solo 0,014	
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
48	Catetere a palloncino in duralyn a complianza controllata non superiore al 10% con doppio rivestimento idrofilico e marker intermedio per lunghezze superiori a 100mm diametri da 2mm a 10mm lunghezza fino a 300mm rbp fino a 18atm shaft fino a 150cm, compatibilità con guida 0,018"									
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	7,00	3,00	6,60	4,40	3,20	24,20	ammessa		40,00
	Cateteri da PTA con "shaft" molto sottile e struttura "over the wire" semicomplianti - tecnologia "over the wire" - in grado di passare attraverso un introduttore da 4F-5F - lunghezza catetere: da 90 a 180 cm circa - in grado di avanzare su guida da 0,018" - diametro del palloncino: da 2 a 9 mm (anche con misure intermedie ogni 0,5 mm) - lunghezza del palloncino: almeno da 2 a 28 cm - possibilità di gonfiaggio almeno fino a 14 ATM (RBR)									
49	AB MEDICA SPA	5,60	3,00	11,00	11,00	8,00	38,60	ammessa	manca la lunghezza da 180cm (arriva fino a 150cm)	40,00
	ACILIA HS SRL	5,60	3,00	8,80	8,80	6,40	32,60	ammessa	manca diametro da 9mm; lunghezze da 20 a 200, inferiore al richiesto	33,78
	ARTHYA SRL							non ammessa	offre piattaforma 0,035" anziché 0,018"	
	BIOTRONIK ITALIA SPA	4,20	3,00	6,60	6,60	4,80	25,20	ammessa	manca la lunghezza da 180cm (arriva fino a 150cm), diametro da 2 a 7; lunghezza del palloncino da 20 a 200mm	26,11
	INNOVA HTS SRL	4,20	3,00	6,60	6,60	4,80	25,20	ammessa	manca la lunghezza da 180cm (arriva fino a 150cm); lunghezza del pallone fino a 200; richiede introduttore da 6Fr per misure lunghe	26,11
	MEDTRONIC ITALIA SPA	5,60	3,00	8,80	8,80	6,40	32,60	ammessa	manca la misura da 8 e 9mm; lunghezza palloncini fino a 150	33,78
	STERIMED SRL	4,20	3,00	4,40	4,40	3,20	19,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	manca la lunghezza del catetere da 180; diametri fino a 5mm; flessibilità ridotta del materiale	

	Cateteri da PTA a bassissimo profilo "over the wire" per PTA sottoarticolari con palloncino non compliant - calibro: corpo catetere compatibile con introduttore da 4 F lunghezze fino a 150 cm. - rivestimento idrofilico, - basso profilo dell'estremità distale (<0,017") - in grado di avanzare su guida 0,014" diametro del palloncino: da 1,5 a 4 mm lunghezza del palloncino: da 2 a 21 cm, due marker opachi; possibilità di gonfiaggio RBP almeno fino a 14 ATM con sgonfiaggio rapido										
50	AB MEDICA SPA	7,00	3,00	4,40	2,20	3,20	19,80	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	palloncino semicompliante anziché non compliant		
	ACILIA HS SRL	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancata lunghezza da 20mm e arriva fino a 200mm; palloncino semicompliante anziché non compliant		
	ARTHYA SRL	5,60	3,00	11,00	11,00	8,00	38,60	ammessa	lunghezza del palloncino fino a 200mm	40,00	
	MEDTRONIC ITALIA SPA	5,60	3,00	4,40	2,20	3,20	18,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	dichiara compliance controllata (anziché non compliant)		
	PEGASUS MEDICAL SRL	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	palloncino a bassa complianza; lunghezza del palloncino solo da 15 a 120mm		
	PROMED SRL	5,60	3,00	4,40	2,20	3,20	18,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancata diametro 1,5; palloncino semicompliante anziché non compliant		
	Cateteri da PTA a bassissimo profilo monorail per PTA sottoarticolari con palloncino molto lungo - palloncino per PTA a compliance controllata e forza localizzata, pressione fino 16 ATM diametro da 2,0 a 7,0 mm, preferibilmente lungo da 20 a 300 mm circa - diametro catetere 1,8/2,5 F - 3,6 F, lungo fino 140 cm, con rivestimento idrofilico distale - compatibile con guida .014" e .018", introduttore 4 Fr, catetere guida 5 F - sistema short monorail										
51	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	il palloncino offerto non presenta il seguente requisito richiesto: forza localizzata	40,00	
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL							non ammessa			
	Catetere a palloncino a rilascio locale controllato di Paclitaxel - catetere da PTA OTW in FreePac ad eluizione controllata di farmaco con molecole separate - bassissimo profilo, idrofilico preferibilmente diametri da 2,0 a 7,0 mm circa preferibilmente lunghezza da 40 a 120 mm circa - corpo 2,8/3,3 e 5,0/6,0 Fr, lunghezza fino a 150 cm, pressione fino 20 Bar - compatibile con introduttore da 4 Fr e guida 0,014 e 0,018"										
52	AB MEDICA SPA	1,40	0,60	8,80	8,80	4,80	24,40	ammessa	Bibliografia insufficiente; nella gamma dei palloni periferici manca la misura da 7mm	25,28	
	ACILIA HS SRL	7,00	0,60	8,80	8,80	4,80	30,00	ammessa	assenza di letteratura peer review	31,09	
	BARD SRL	1,40	3,00	4,40	4,40	3,20	16,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	gamma insufficiente, mancano i diametri da 5 a 7 mm; presenta solamente la piattaforma da 0,014.		
	MEDTRONIC ITALIA SPA	5,60	3,00	11,00	11,00	8,00	38,60	ammessa	gamma di misure non ottimali nelle lunghezze; caratteristiche funzionali ottimali	40,00	
	PROMED SRL	7,00	0,60	8,80	8,80	8,00	33,20	ammessa	assenza di letteratura peer review; dosaggio ottimale del Paclitaxel	34,40	
53	pallone per PTA controllata a rilascio di farmaco: pallone over-the-wire (OTW) a rilascio di farmaco ricoperto da struttura di Nitinol per tutta la sua lunghezza al fine di limitare dissezioni e restenosi. Vari diametri e misure. DESERTO										
	Cateteri da PTA a basso profilo semicomplianti per PTA sottoarticolari: - palloncino per PTA in Nylon semicompliant processato a punti flessibili idrofilico distalmente diametro da 1,5 a 9,0 mm, lungo preferibilmente da 20 a 300 mm - diametro catetere 4,0 F, lungo fino 150 cm, punta ultra rastremata a 0,17" - compatibile con guida .014" e .018", introduttore 4 Fr, catetere guida 5 F, pressione fino 16 ATM - altissima trackability e flessibilità, 2 lumi coassiali per rapido gonfiaggio/sgonfiaggio - sistema OTW										
54	AB MEDICA SPA	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancata la lunghezza fino a 300mm; accetta solo guide da 0,014; non dichiara struttura processata a punti flessibili		
	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	5,60	3,00	4,40	2,20	3,20	18,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	accetta solo guide 0,018; non dichiara struttura processata a punti flessibili		
	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancata la lunghezza fino a 300mm; non dichiara struttura processata a punti flessibili		
	Catetere da PTA ad elevata pressione multiuso (lesioni steno-ostruttive, impianto/dilatazione di stent ecc) - catetere coassiale a tre lumi, punta corta, sgonfiaggio rapido; diametro 5,0 Fr; lunghezza utile fino a 135 cm; guida 0,035" - palloncino: materiale composito multistrato in fibre di Polietilene e Pebax ad altissima resistenza, complianza zero, spalle rastremate, diametro da 3 a 10 mm, lunghezza da 15 a 200 mm - possibilità di gonfiaggio fino a 24 ATM, compatibile con introduttore da 5 Fr almeno fino diametro 7mm										
55	AB MEDICA SPA	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	manca struttura multistrato; possibilità di gonfiaggio solo fino a 16atm, quindi non ad elevata pressione		
	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	PROMED SRL	4,20	3,00	4,40	4,40	3,20	19,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	manca struttura multistrato; palloncino semicompliant anziché non compliant come richiesto		
	Catetere da PTA per vasi di grosso calibro ad alta pressione ed elevata resistenza - catetere: diametro da 6,5 a 8,0 F; lunghezza fino a 120 cm circa - in grado di avanzare attraverso introduttori da 7 fino a 14 mm; guida 0,035" - palloncino: composito multistrato in fibre di Polietilene e Pebax ad elevatissima resistenza, complianza zero - palloncino: diametro da 12 a 26 mm; lunghezza da 20 a 60 mm - possibilità di gonfiaggio fino a 20 ATM										
56	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	INNOVA HTS SRL	5,60	3,00	4,40	4,40	3,20	20,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	lunghezza fino a 110cm; non ad alta pressione: la pressione di gonfiaggio risulta insufficiente, arriva fino a 10ATM		
57	catetere x dilatazione a tre lumi preferibilmente coassiali x dilatazione controllata -2 palloni coassiali. -catetere almeno 110cm e profilo 8-9F										
	AB MEDICA SPA	5,60	3,00	8,80	8,80	6,40	32,60	ammessa		40,00	
	Occlusion Balloon Catetere con palloncino per occlusione a 2 vie e 2 lumi Catetere in polietilene, palloncino in latex catetere 6F lunghezza almeno 80 cm guide accettate .038"										
58	AB MEDICA SPA	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	palloncino eccessivamente lungo, non adatto per occlusione vascolare prevalentemente in vasi delicati		
	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	meccanismo di gonfiaggio scomodo; catetere multiuso nato per attività chirurgica vascolare piuttosto che radiologica		
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	Catetere con "Cutting balloon" - Sistema MR e OTW - Pallone con microlame lineari e/o segmentate, per incrementare la flessibilità, e adatte ad incidere la placca ateromasica - guide 0,014" MR e almeno 0,020" x OTW - lunghezza catetere almeno sino a 135 cm - pallone: lunghezza almeno 15-20 mm e diametro almeno 2-4 mm (MR) e almeno sino a 8mm (OTW). RBR almeno 10 ATM.										
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	Cateteri per incisione di placca a basso profilo - Sistema "monorail" o "over the wire" - Dotato di microfiliamenti incrociati a spirale e adatti ad incidere la placca ateromasica - guida a partire da .014" - lunghezza shaft: circa 140 cm - pallone di lunghezza 10-40 mm e diametro da 2mm in su										
60	BARD SRL	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	privi di filo intrecciato, che non consente una corretta distribuzione delle forze sulla parete vasale		
	BIOEM SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	PEGASUS MEDICAL SRL	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	privi di filo intrecciato, che non consente una corretta distribuzione delle forze sulla parete vasale		

61	Stent autoespandibile a celle chiuse - in filamenti intrecciati di lega metallica in Elgiloy (tантало-nichel-cobalto), autoespandibile ad alta flessibilità; recuperabile anche dopo rilascio parziale sino almeno al 70%; - profilo: 6-11F; - misure: da 5 a 24 mm di diametro, lunghezze da 20 a 90mm. Catetere OTW lungo almeno 75-130mm	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
62	Stent di acciaio (balloon expandible) premontato su pallone OTW/MR -Stent in acciaio inox a doppia maglia (tandem) di elevatissima flessibilità e alta forza radiale Premontato su pallone con misure: -diametro da 4 a 7 mm per MR (parzialmente compliante) compatibile con guida 0,018". Lunghezza stent almeno 15-19mm. Profilo 3,7F. Lunghezza corpo da almeno 90 -145cm. RBR almeno 14 ATM. -Diametro da 5 a 10 mm per OTW (non compliante) compatibile con guida 0,035". Lunghezza stent almeno 20-30-40-60mm. Lunghezza corpo da almeno 75 -130cm. Compatibilità preferibilmente con introduttore 6F sino ad almeno 8mm.	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
63	Stent acciaio con effetto "flaring" premontato su pallone x PTA monorail per arterie renali - in acciaio inox tagliato al laser a celle chiuse con sezione ostiale a geometria variabile con effetto "flaring" (espansione incrementabile della parte aortica). - Range: diametri 4,0/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 mm, lungo 10/15/20/24 mm - Premontato su catetere monorail lungo 145 cm, diametro 2,3 distale 3,5 F prossimale rinforzato in Nitinol, punta lunga, due marker in Platino, flessibile, compatibile con catetere guida 6F o introduttore 5F e filo guida 0,014								DESERTO	
64	Stent acciaio con rivestimento antitrombotico premontato su pallone x PTA monorail per arterie renali - in acciaio inox tagliato al laser a celle chiuse con rivestimento antitrombotico - Range: diametro da 5,0 a 7,0 mm con misure intermedie - lunghezza da 12 a 24 mm. - Premontato su catetere monorail lungo 80-140cm , flessibile, compatibile con catetere guida 6F o introduttore 5F e filo guida 0,014	IATROTEK SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
65	Stent autoespandibili in nitinol per arterie iliache e periferiche preferibilmente con le seguenti caratteristiche tecniche: monotubo in Nitinol elettropulito a maglie romboidali, alta forza radiale e flessibilità, privo di accorciamento, estremità svasate con 8 marker in Tantalo ad alta visibilità range di espansione: preferibilmente da 4 a 14 mm - range di lunghezza: da 20 a 120 mm - meccanismo di rilascio anti jumping con sgancio di precisione multifunzione (pull-back e/o meccanico agevolato), camicia armata con arretramento completo della punta e 1marker mobile - compatibile con introduttori 6 Fr fino a 14 mm corpo catetere lungo preferibilmente fino 135 cm	ACILIA HS SRL	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	richiede introduttore da 7Fr per diametri da 10mm in su; manca meccanismo di rilascio multifunzione combinato con il pull back e marker mobile durante la fase di rilascio
	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	STERIMED SRL	1,40	3,00	4,40	2,20	3,20	14,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	manca diametro da 14mm e lunghezze fino a 120mm; manca meccanismo di rilascio multifunzione combinato con il pull back	
66	Stent autoespandibili in nitinol per arterie iliaco femorali - range di espansione stent: da 6 a 14 mm - range di lunghezza stent: almeno da 20 a 150 mm - range di lunghezza corpo catetere da 80 a 120 cm circa - in nitinol; con marker radiopachi; meccanismo anti jumping: con camicia armata - possibilità di introduzione attraverso introduttori di calibro fino a 6 F - dotati di elevate flessibilità e radiopacità	ABBOTT SRL	1,40	3,00	4,40	2,20	3,20	14,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancano diametri da 12 a 14mm; mancano le lunghezze fino a 150mm, importanti per il trattamento delle stenosi arteria femorale superficiale
	ACILIA HS SRL	4,20	3,00	4,40	2,20	3,20	17,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	richiede introduttore da 7Fr per i diametri da 12 e 14mm; manca il corpo catetere da 80cm; non si evince la presenza di meccanismo anti jumping	
	B.BRAUN MILANO SPA	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancano diametri da 12 a 14mm; non si evince la presenza di meccanismo anti jumping	
	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	7,00	3,00	8,80	8,80	8,00	35,60	ammessa	richiede introduttore da 7Fr per i diametri da 12 e 14mm	35,60
	HEXACATH ITALIA SRL	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancano diametri da 11 a 14mm; arriva alle misure da 120mm solo per alcuni diametri degli stent; non si evince la presenza di meccanismo anti jumping	
	INNOVA HTS SRL	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancano diametri da 12 a 14mm; non si evince la presenza di meccanismo anti jumping	
	MEDTRONIC ITALIA SPA	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancano le lunghezze fino a 150mm, importanti per il trattamento delle stenosi arteria femorale superficiale	
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	STERIMED SRL	1,40	3,00	4,40	2,20	3,20	14,20	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	manca la misura da 14mm, mancano le lunghezze fino a 150mm, importanti per il trattamento delle stenosi arteria femorale superficiale	
67	Stent autoespandibili lunghi ed extralunghi per SFA in nitinol elettropulito preferibilmente con struttura a tripla elica interconnessa da elementi sinusoidali, elevatissima flessibilità e resistenza alla fatica - corpo catetere: 6F, lunghezza almeno fino a 130 cm; sistema multifunzione a tripla opzione - compatibile con introduttore da 6F e guida .035" voce A: preferibilmente diametro da 6 a 10 mm, lunghezza da 20 a 80 mm, 12 markers voce B: preferibilmente diametro 6 e 7 mm, lunghezza da 100 a 200 mm , senza markers	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	presenza di struttura a tripla elica interconnessa da elementi sinusoidali; caratteristiche funzionali ottimali
	HEXACATH ITALIA SRL	4,20	3,00	6,60	6,60	4,80	25,20	ammessa		25,20
	PROMED SRL	4,20	3,00	6,60	6,60	4,80	25,20	ammessa		25,20
	STERIMED SRL	1,40	3,00	6,60	6,60	4,80	22,40	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	mancano lunghezze fino a 200mm	
68	Stent autoespandibili per grossi vasi (aorta, v. cava) - stent autoespandibili in Nitinol a memoria termica con marker radiopachi distali - diametro da 16 a 28 mm, lunghezza da 40 a 80 mm circa, compatibile con guida .035" - elevata forza radiale e flessibilità - Sistema di rilascio a pistola o similare con catetere flessibile di 10F a doppio marker	B.BRAUN MILANO SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
69	Stent "balloon expandable" per grossi vasi - lunghezza stent: 16-45 mm - diametro: 14-24 mm - in platino/irido	AB MEDICA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
70	Stent "balloon expandable" per grossi vasi in cromo cobalto - disponibile nei diametri compresi tra 15-25 mm e 20-32 mm - lunghezze comprese tra 21 e 57 mm con misure intermedie	AB MEDICA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
71	Stent ricoperto "balloon expandable" per grossi vasi lunghezze e diametri stent: il maggior numero possibile ricoperto da materiali protesici	AB MEDICA SPA	7,00	3,00	6,60	4,40	3,20	24,20	ammessa	24,20
	PEGASUS MEDICAL SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	stent premontato sul pallone, pronto all'uso	40,00
72	Stent autoespandibili con rivestimento antitrombotico per arterie periferiche - Stent in nitinol con rivestimento antitrombotico (Carburo di Silicio) con markers - diametro da 4 a 7 mm e da 7 a 12 mm, lunghezza da 20 a 80 mm - shaft 3,6 Fr compatibile con guida 0,18" e introduttore 4 Fr per 4-7 mm - shaft 5,2 Fr compatibile con guida 0,35" e introduttore 6 Fr per 7-12 mm - corpo catetere idrofobico lungo fino a 135 cm	BIOTRONIK ITALIA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	caratteristiche tecniche e funzionali ottimali
	IATROTEK SRL	5,60	3,00	6,60	6,60	3,20	25,00	ammessa	mancano i diametri da 4 e da 5mm	25,00
	STERIMED SRL								non ammessa	manca il rivestimento antitrombotico
73	stent medicato: Stent vascolare autoespandibile in nitinol a rilascio di farmaco con eccipiente. Farmaco pacitaxel inserito in una matrice polimerica. Varie misure e diametri.	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	non ammessa	dispositivo privo di eccipiente
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00

87	spirali metalliche a rilascio "non controllato", a spinta - calibro: 0,035"-0,038" - dotate di fibre sintetiche lunghezza variabile spirali preferibilmente almeno da 1 a 20 mm - diametro spire compreso preferibilmente fra 3 e 20 mm - buona radiopacità - RM compatibili	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
88	Spirali metalliche per embolizzazioni periferiche senza fibre a rilascio "non controllato" a struttura cava - materiale: rivestimento in platino - calibro: da 0,018" a 0,037" - lunghezze: variabili da 25 a 450 mm - diametro fra 2 e 16mm - compatibili anche con microcateteri - RM compatibili	AB MEDICA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
89	microspirali metalliche a rilascio "non controllato" a spinta senza e con fibre sintetiche - materiale: rivestimento di platino - calibro: indicativamente 0,015"-0,032" - senza o con fibre sintetiche lunghezza variabile spirali: da 25 a 450 mm; - diametro spire compreso fra 2 e 16 mm - RM compatibili preferibilmente in confezione singola	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
90	spirali metalliche a rilascio "controllato" meccanico - morfologie variabili con di fibre sintetiche conformazione 3D 3-20 mm lunghe almeno 6-40 cm e complessa 3- 6 mm a lunghe almeno 8cm compatibili con cateteri con lume .018 e .035 - meccanismo di rilascio semplificato mediante aggancio liberabile mediante espulsione dal catetere.	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
91	spirali metalliche a rilascio "controllato" con rivestimento idrofilico con incremento volumetrico progressivo voce a) microspirali costituite da anima in platino e rivestimento di polimero espandibile calibro spirale: .018" diametri almeno 3- 25 mm; lunghezze almeno 5-25 cm voce b) sistema di rilascio	ARTHYA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
92	spirali embolizzanti a distacco controllato e rapido a) Microspirali in platino-tungsteno con e senza fibra in dacron b) Conformazione 2D e Diamond e Cube c) Compatibili con microcateteri e cateteri 0,035 e 0,018 d) Diametro da 2 a 22 mm e) Lunghezza da 2 fino a 60 cm f) Meccanismo di rilascio meccanico g) disponibili in versione standard e soft	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
93	spirali metalliche a rilascio "controllato" meccanico - in platino, con morfologia spiroidale (helical), fibered (PGLA o Nylon); compatibile con catetere da .021" - diametri compresi almeno tra 2 e 20 mm e lunghezza compresa almeno tra 4 e 50 cm - con dispositivo di rilascio istantaneo (da quotare a parte)	MEDTRONIC ITALIA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
94	sistema endovascolare autoespandibile per embolizzazione venosa ed arteriosa dei distretti periferici a) Diametro da 4 a 22 mm b) Inserimento mediante catetere o introduttore con calibro che va da 4 a 8 F in base al calibro dell'occlusore c) Lunghezza occlusore da 6 a 18 mm d) Meccanismo di rilascio controllato e) RM Compatibile f) Materiale preferibilmente in nitinol senza PTFE	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
95	KIT x embolizzazione extracerebrale (quotare i singoli pezzi) A-Spirali e microspirali • Di platino e diametro .018" e .035" con fibre in poliestere. • Conformazioni varie: vortex, helical, complex ecc. • Diametri: almeno 2-30mm. • lunghezze: almeno 3,4,5,6,7,9,10,20,30,40,50,60,70mm. B-Spingitore x microspirali "coil pusher" Flessibilità progressiva, diametro .016" e lunghezza almeno 175 cm.	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
96	Particelle embolizzanti - dimensioni: da 40 e 75, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100 e 1300 micron - disponibili in fiale o precaricate in siringa con codice colore da 1 o 2 ml; - adatte alle embolizzazioni di HCC e fibromi - in grado di mantenere la sospensione stabile nel tempo preferibilmente rivestite da polimero biocompatibile tipo Polyzena o funzionalmente equivalente	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
97	Particelle embolizzanti di materiale embolizzante (tipo trisacril) in grado di consentire un'embolizzazione precisa e protratta nel tempo - comprimibili ed in grado di progredire agevolmente nel microcatetere con particelle di dimensioni variabili preferibilmente da 40 a 1200 micron - materiale in fiale da 1 o 2 ml, riconoscibili da etichette con colore diverso o precaricate in siringhe sterili di colore diverso a seconda del diametro	ARTHYA SRL	4,20	3,00	6,60	6,60	4,80	25,20	amnessa	gamma di misure incompleta; particelle in glicole polietilinico e non tipo trisacril 25,20
		PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
98	Particelle embolizzanti (tipo Contour o equivalente) - Microsfere embolizzanti di PVA (alcool polivinilico) per occlusione a lungo termine di vasi - Calibro particelle: da 100 a 1200 micron - Disponibile in fiale o siringa in versione 1 e 2 ml contenenti soluzione fisiologica sterile	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
99	Aghi per puntura transepatica - costituiti da ago + catetere di dimensioni e misure compatibili fra loro - lunghezza catetere: non inferiore a 27 cm - calibro catetere: non inferiore a 5 F	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00
		HS HOSPITAL SERVICE SPA	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non amnessa / punteggio inferiore al richiesto	viene fornito ago con mandrino (non richiesto); il catetere non è rastremato distalmente ed è rigido
100	Set per micropuntura percutanea 1. Ago 21G con punta conica, lungo 15cm. 2. microguida in nitinol .018", lunga almeno 60 cm, multi-stadio con almeno 3 gradi di flessibilità, 3. punta floppy conformabile e controllo torsione 1:1. 4. catetere ad alto supporto costituito da 3 cannule coassiali rastremate e assemblabili con chiusura LL. La cannula più esterna compatibile con guida .038" e marker radiopaco della punta, quella più interna di metallo. 5. I pezzi singoli devono poter essere acquistati separatamente	COOK ITALIA SRL	5,60	3,00	6,60	8,80	6,40	30,40	amnessa	estremità distale modestamente rastremata, con piccolo scalino di transizione 30,40
		HS HOSPITAL SERVICE SPA	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non amnessa / punteggio inferiore al richiesto	catetere poco rastremato; guida non ha tre gradi di flessibilità
		PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	amnessa	40,00

LOTTO	Descrizione RADIOLOGIA INTERVENTISTICA Lotti 101-160	1) QUALITÀ'	2) PREGIO TECNICO	3) CARATTERISTICHE FUNZIONALI			TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 24,00 su 40,00	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		1.1 - Materiali	2.1 - Qualità e chiarezza della documentazione tecnica, delle certificazioni e dell'eventuale bibliografia a supporto	3.1 - Manovrabilità e semplicità d'uso	3.2 - Efficacia ed efficienza	3.3 - Sicurezza di impiego					
	Saranno valutate la tipologia e la resistenza dei materiali impiegati, anche con riferimento al confezionamento, le caratteristiche tecniche e costruttive dei dispositivi, la qualità delle finiture e la gamma di misure offerte (ove pertinente)	Verrà valutata la qualità, chiarezza e completezza della documentazione prodotta in sede di gara per evidenziare i diversi aspetti delle specifiche richieste presenti nel capitolo tecnico	Sarà valutata la facilità di utilizzo intesa come: maneggevolezza, ergonomia, peso e ingombro	Verrà valutata l'efficacia e l'efficienza del dispositivo, in relazione alla destinazione d'uso prevista	Sarà valutato il livello di adeguatezza ed affidabilità del dispositivo, in relazione alle tecniche in uso presso i servizi utilizzatori						
	Punti max	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00				
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:										
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	INSUFFICIENTE = 0,20	1,40	0,60	2,20	2,20	1,60					
	MEDIOCRE = 0,40	2,80	1,20	4,40	4,40	3,20					
	SUFFICIENTE = 0,60	4,20	1,80	6,60	6,60	4,80					
	BUONO = 0,80	5,60	2,40	8,80	8,80	6,40					
	OTTIMO = 1,00	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00					
101	Cateteri per manipolazione vie biliari - calibro: da 5 a 6 F - lunghezza: non inferiore a 40 cm - estremità distale angolata	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
102	Protesi biliari di materiale plastico calibro: preferibilmente 10-12 F - lunghezza protesi: range compreso tra 10 e 20 cm materiale radiopaco biocompatibile preferibilmente con estremo pigtail	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
103	Stent metallici per vie biliari non ricoperti - stent in nintol autoespandibile eletropulito rinforzato certificato per vie biliari - struttura monobuto con estremità svassate e 8 markers distali radiopachi ad alta visibilità - diametro: da 80 mm a 100 mm - lunghezza: da 40 mm a 100 mm - catetere: lunghezza circa 60 cm, diametro 6F, compatibile con guida .035", sistema stent lock - sgancio di precisione multifunzione (pull-back e pistola)	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	EUROMEDICAL SRL	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	richiede introduttore da 7Fr; lunghezze del device da 50cm (richiesto 60circa); manca il sistema di rilascio con pistola		
	MEDTRONIC ITALIA SPA	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	device troppo lungo; manca il sistema di rilascio con pistola		
104	stent riassorbibile per vie biliari a) Preferibilmente in polidiosanone b) Diametro: 8 e 10 mm c) Lunghezza stent 30,45,60 mm d) Guida 0,035' e) Marker radiopachi su entrambe le estremità f) Sistema tipo "pull" rilascio distale g) Punta preferibilmente ad oliva										
	DESERTO										
105	stent bilare transepatico: stent autoespandibile in lega di nintol e platino con versione totalmente scoperto, parzialmente scoperto o totalmente ricoperto. Marcatura CE anche per patologia benigna (nella versione totalmente ricoperta) e rimovibile fino a 12 mesi. Diametri di 8 e 10 mm. Lunghezze da 4 a 10 cm.	EUROMEDICAL SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa			40,00
106	Catetere di drenaggio spirale multiuso Catetere con armatura interna a spirale di nintol antikinking con rivestimento idrofilico calibro: preferibilmente da 6 a 12 Fr, lunghezza preferibilmente da 15 a 40 cm - punta a ricciolo ad ansa ampia con e senza sistema di ancoraggio mediante filo apicale bloccabile, uscita autonoma dal lume catetere del filo di ancoraggio (antileak) - Struttura a parete sottile con lume interno maggiorato ad alto flusso, fori ampi, anche sul corpo per biliare, alta resistenza ai piegamenti, radiopacità e controllo, alto flusso delle raccolte, punta rastremata, in set con doppia cannula in metallo e plastica	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	PROMED SRL								non ammessa	privo di armatura interna a spirale di nintol e di rivestimento idrofilico	
107	Drenaggi biliari interni-esterni - calibro: da 7 a 14 F - lunghezza: almeno 50 cm - estremità distale: pig-tail: multiforato con meccanismo di ancoraggio per prevenire fuoriuscite del catetere - fori: negli ultimi 20 cm circa - materiale radiopaco biocompatibile - confezione singola, sterile	HS HOSPITAL SERVICE SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
108	Stent-graft bilare autoespandibile autoconforme rimovibile completamente coperto in PTFE - in nintol monofilamento a triplice strato, estremità atraumatiche, alta forza radiale, - marker in platino sul catetere e sullo stent, coperto totalmente con struttura in grado di rendere possibile la rimozione sia anterograda che retrograda tramite repere distale. Sistema di rimozione dedicato opzionale da quotarsi a parte. - Misure stent: diametro 8 e 10 mm, lungo da 30 a 120 mm - Catetere: diametro 8 F, lungo 50 cm	VER SAN DAFNE & DAFNE M.D. SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
109	Stent bilare autoespandibile coperto autoconforme rinforzato - in nintol monofilamento ad alto spessore rinforzato, alta forza radiale, auto conformato coperto in PTFE - singola e doppia fenestratura, estremità atraumatiche, markers in platino. Misure stent: diametro da 8 a 12 mm, preferibilmente lungo da 40 a 120 mm Catetere diametro 8,0 Fr, lungo 50 cm	VER SAN DAFNE & DAFNE M.D. SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
110	Stent-graft bilare fenestrato - In polietetrafluoroetilene espanso (ePTFE) rinforzato da nintolo. - Fenestratura della porzione distale intraepatica del tessuto x impianto nelle biforazioni biliari. - Misure: diametro 8-10mm, lunghezza 4-10cm - Catetere: profilo 10 F e lungo 75cm	VER SAN DAFNE & DAFNE M.D. SRL	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	rilascio instabile, posizionamento impreciso, scarsamente radiopaco	
	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa			40,00
111	cateteri drenaggio con punta riassorbibile (biliare, raccolte..) - Materiale plastico resistente alla piegatura (kinking) ricoperto di polimero idrofilo. - fori laterali per diverse lunghezze e misure da 6 a 14F con differenti gradi di rigidità e lunghezze. - Conformazione della punta a ricciolo (ad ansa ampia) con e senza sistema di ancoraggio mediante filo apicale bloccabile automaticamente in sede prossimale. Uscita autonoma dal lume catetere del filo di ancoraggio (antileak). - mandrini con bloccaggio LL in metallo e materiale plastico	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	VIGEO SRL								non ammessa	punta non riassorbibile	
112	cateteri di drenaggio ad alte capacità di flusso per raccolte accessuali o nefrostomie con punta pigtail e] e sistema di bloccaggio. Diametro da 16 a 26 fr. Lunghezze da 15 a 45 cm.	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
113	Stent ureterale armato per neoplasia - in Poliuretano con corpo centrale rinforzato da metallo, doppio Pigtail - pre-assemblato su filo guida .035" in acciaio non idrofilo, punta orientabile Diametri 6/7/8 Fr, preferibilmente con lunghezza da 24 a 32 cm	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	TELEFLEX MEDICAL SRL	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	manca la lunghezza da 32cm; stent da 6Fr non accetta guida .035"		
114	Stent ureterale per rene trapiantato - in Poliuretano con rivestimento idrofobico anti-incrostazione e antifrizione a Ph controllato - punta aperta - diametro anche 9F varie lunghezze preferibilmente con filo guida in PTFE 0,038"	BARD SRL	2,80	3,00	4,40	2,20	3,20	15,60	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	eccessivamente morbido, tende a piegarsi	
	PROMED SRL								non ammessa	non offre diametro da 9Fr	
115	Sachetto sterile per la raccolta di materiale di drenaggio con valvola antireflusso e raccordo tipo L-L	HS HOSPITAL SERVICE SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	KERNA ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa			40,00
116	Introduttori lisci ad uso extravascolare tipo "Peel-away" - diametro da 7 a 16 F - lunghezza 30 cm	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00
	HS HOSPITAL SERVICE SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa			40,00

	sistema emostatico per accessi vascolari a) Placca ad azione emostatica costituita da CHITOSAN, polisaccaride naturale biocompatibile										
134	b) Protezione antibatterica contro vasta gamma di microorganismi.	7,00	3,00	8,80	8,80	8,00	35,60	ammessa		40,00	
	HUMANA MEDICAL SRL	7,00	3,00	8,80	8,80	8,00	35,60	ammessa		40,00	
Sistema emostasi a compressiva per accessi di alto frenciaggio:											
135	Benda per emostasi accessi vascolari a base di caolino, certificato per introduttori fino a 12F, disponibile per accesso radiale, femorale, omerale.	7,00	3,00	8,80	8,80	8,00	35,60	ammessa		40,00	
	ENDOTECH SPA	7,00	3,00	8,80	8,80	8,00	35,60	ammessa		40,00	
Valvole emostatiche Dispositivo connettore a Y con valvola tricuspidale in silicone per il passaggio dei dispositivi interventistici con meccanismo a molla compatibile con il passaggio di materiale fino a 2.44 mm											
136	AB MEDICA SPA	4,20	3,00	8,80	8,80	4,80	29,60	ammessa		29,60	
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	gestibile con una mano	40,00	
Sistema per la prevenzione delle embolie cerebrali a blocco di flusso - compatibile con introduttori da 8 e 9 Fr - lunghezza utile catetere: 95 cm - diametro pallone distale: fino a 6 mm - diametro pallone prossimale: fino a 13 mm - diametro interno del canale di lavoro: .083"; guida .035" - profilo della porzione distale del catetere: 5F, 2 markers radiopachi, palloni in gomma elastomerica - fornito in kit											
137	MEDTRONIC ITALIA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Catetere LASER a luce fredda per attraversamento occlusioni totali: a) Catetere laser over the wire con effetto a contatto per disoscurazione dei vasi periferici b) compatibile con guida 0,014 c) diametro catetere : 0,9mm, 1,4mm, 1,7mm,2,0mm,2,3mm,2,5mm d) compatibile con introduttore 5F											
138	HUMANA MEDICAL SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
sistema per aterectomia a) Catetere flessibile a doppio lume contiene un albero di torsione collegato ad una struttura taliente a livello della punta distale b) Diametri punta catetere 1,8 mm, 2,2 mm c) Lunghezza catetere 130 o 149 cm d) Compatibile con filo guida 0,014 e) Introdotto 5F f) Manipolo a motore per funzionamento aterotomo											
139	VOLCANO EUROPE SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Sistema di rimozione della placca periferica per il trattamento di lesioni aterosclerotiche (de novo e restenosi) situate nelle arterie periferiche native - Catetere composto da catetere flessibile progettato per scorrere su guida da 0,014". - Sull'estremità distale del catetere è situato un piccolo gruppo di taglio costituito da una lama rotante interna contenuta in un alloggiamento tubolare. - lunghezza utile catetere: 110-135 cm circa - adatti per vasi da 2 a 4,5 mm											
140	MEDTRONIC ITALIA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Set per gastrostomia percutanea - il set deve includere: ago catetere, guida con punta curvabile Lunderquist-Ring, dilatatori, dispositivo di fissazione con fascetta, cannula di irrigidimento per inserimento catetere, tappo Luer-Lock, adattatore per la nutrizione entrale, catetere per gastrostomia, cannula di collegamento e rubinetto a una via											
141	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Set di ancoraggio di parete gastrica Set costituito da ago introduttore, guida .035 lungh. 75 cm ed ancora di fissaggio e sutura											
	DESERTO										
Connettore ad Y (thuoy-borst) con e senza prolunga valvola emostatica tricuspidale con apertura/chiusura a scatto con e senza prolunga laterale di 20 e 50 cm compatibile con guida da 0,09 a 0,67", alta emostasi, in kit con introduttore e torquer, compatibile con guide da 0,010 a 0,014"											
143	ACILIA HS SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Estensioni ad alta pressione x iniettore angiografico automatico 1. chiusura M-F L/L rotante, struttura della parete di poliuretano morbido rinforzata da fili intrecciati. Elevata flessibilità del corpo. 2. pressione di rotta fino a 1200 PSI 3. lunghezza almeno 120 cm.											
144	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Linea di lavaggio arteriosa 1. di PVC con linea colorata di identificazione x tutta la lunghezza (rossa,blu...), chiusura LL. 2. Lunghezza da 15 a 200cm, diametro interno minimo >1,60mm.											
145	B.BRAUN MILANO SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Siringa con manometro ad alta pressione per PTA, capacità fino a 30cc. Pressione massima raggiungibile di almeno 30bar; doppia camera di sicurezza											
146	B.BRAUN MILANO SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	non arriva a 30cc	40,00	
	BARD SRL								non arriva a 30cc		
	PROMED SRL								non arriva a 30cc		
Siringhe angiografiche in policarbonato con sistema airless e vaclo sisteme Airless anti aria e Vaclok multiblocco dello stantuffo, differenti colorazioni, capacità da 1 a 30 ml, stantuffo rinforzato con impugnatura palmare, con e senza anelli, con e senza alette laterali, connessione L/L fissa e rotante, indicazione nome farmaco, elevata ergonomia, latex free. voce a) A pistone 1 ml voce b) A pistone 10 ml voce c) Palmare e ad anelli 6 e 10 ml											
147	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Dilatatori fasciali vascolari in PTFE con punta rastremata atraumatica, attacco L/L, range diametro da 4 a 16 F lunghezza 20 cm compatibili con guida da 0,025" a 0,038"											
148	AB MEDICA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	HS HOSPITAL SERVICE SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Kit per vertebroplastica percutanea a) 2 aghi per confezione per puntura bipeduncolare a becco di flauto b) Misure lunghezza aghi da 100 a 150 cm c) Calibri diversi con possibilità di aghi per biopsia ossea d) Cemento: - PMMA a bassa viscosità - Metilmateracrilato ad alta viscosità e) Sistema chiuso di miscelazione											
149		DESERTO									
sistema per termoablazione epatica mediante microonde: antenna percutanea costituita da un corpo unico a fibra di vetro e punta in ceramica. Lunghezze variabili da 15 cm a 30 cm. Tecnologia per controllo campo magnetico, termico e lunghezza d'onda al fine di realizzare necrosi sferiche solo della sede della malattia (predicitività dell'area di necrosi). Possibilità di ago integrato al generatore e da esso controllato. Possibilità di acquisto antenne con generatore in comodato d'uso.											
150	ARTHYA SRL								non ammessa	il dispositivo presentato non corrisponde alle richieste del Capitolato tecnico	
	HS HOSPITAL SERVICE SPA								non ammessa	il dispositivo presentato non corrisponde alle richieste del Capitolato tecnico	
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
Elettrodo a radiofrequenza raffreddato con esposizione fissa a) Impugnatura ergonomica b) Parte esposta da 0,5 a 4cm c) Punta piramidale che consente facile introduzione d) Raffreddamento della cannuola con soluzione fisiologica e) Cannula con tacche di riferimento distanziate di 1 cm f) Elettrodi da 18G con lunghezza da 70mm g) Elettrodi da 19G h) Elettrodi da 15G e 17G Con apparecchiatura in comodato d'uso											
151	AMS GROUP SRL								non ammessa	il dispositivo presentato non corrisponde alle richieste del Capitolato tecnico	
	HS HOSPITAL SERVICE SPA	4,20	3,00	6,60	6,60	4,80	25,20	ammessa	mancano le tacche di riferimento e non ha tutte le misure della parte esposta	25,20	
	LP BIOTECHNOLOGY SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	
	PROMED SRL								non ammessa	il dispositivo presentato non corrisponde alle richieste del Capitolato tecnico	
	VER SAN DAFNE & DAFNE M.D. SRL								non ammessa	il dispositivo presentato non corrisponde alle richieste del Capitolato tecnico	
Sistema per infusione agenti trombolitici (standard e pulse-spray) - catetere con diametro 4 e 5F lungo da 45 a 135 cm dotato di fori laterali equidistanti a 4 eliche parallele, tratto forato da 5 a 50 cm, compatibile con guida di occlusione .035" - valvola emostatica, reservoir 20 cc preferibilmente dotato di dispositivo di iniezione a pressione a pompa manuale											
152	MEDTRONIC ITALIA SPA	4,20	3,00	6,60	6,60	4,80	25,20	ammessa	non dotato di dispositivo di iniezione a pressione a pompa manuale	25,20	
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa		40,00	

	Sistema di rientro endoluminale - catetere con diametro 5,9F shaft lungo 80 e 120 cm con ago orientabile 22g x puntura intimale con controllo profondità di inserzione. Dotato di marker tridimensionale in platino per corretto orientamento, compatibile con guida 0,014"									
153	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00	
	MEDTRONIC ITALIA SPA							non ammessa	privo di ago orientabile	
telo di Rx-protezione per procedure percutanee -monouso con fori di accesso sagomati a secondo della procedura (vascolare, vie biliari ecc.) -mescola di bismuto e antimonio -smaltibili come materiale infetto										
154	ARTHYA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00	
	ASSUT EUROPE SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00	
	CLABER SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00	
	INNOVA HTS SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00	
	PROMED SRL							non ammessa	prodotto non campionato, non inserito in bolla; non presente scheda tecnica	
155	raccordo per cateteri di drenaggio alle sacche di raccolta in pvc medicale, con cono luer lock maschio nella parte prossimale e un imkbuto grande (lunghezza da 20 a 75cm) o piccolo (da 5 a 30cm) nella parte distale	BARD SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
Manopola ergonomica preferibilmente con serraggio a vite in materiale plastico per il controllo di fili guida da 0,010 a 0,035, anche idrofilici										
156	ACILIA HS SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00	
	PROMED SRL							non ammessa	il campione presentato non è una manopola; anche la scheda tecnica non è attinente alla richiesta	
157	Stent autoespandibile in nitinol ad elevatissima forza radiale e flessibilità - stent disponibile preferibilmente nei diametri da 4 a 8 mm e nelle lunghezze da 40 a 150 mm - punta rastremata atraumatica - diametro corpo distale da 0,69 a 1,30 mm - disponibile in lunghezze da 65, 90, 135 e 150 cm - in grado di avanzare su guide .018" - introduttore richiesto: 7 F	ACILIA HS SRL						non ammessa	non garantisce una elevatissima forza radiale	
	PEGASUS MEDICAL SRL							non ammessa	non garantisce una elevatissima forza radiale	
158	Catetere per attraversamento di occlusioni croniche - catetere di supporto a lume singolo "over the wire" - punta rastremata atraumatica - diametro corpo distale da 0,69 a 1,30 mm - disponibile in lunghezze da 65, 90, 135 e 150 cm - compatibile con guide da .014", .018" e .035" - presenza di 3 marker radiopachi nella parte distale - rivestimento idrofilico nella parte distale	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
	MEDTRONIC ITALIA SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00	
	PROMED SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00	
159	"Kit per puntura distale": Ago per puntura monoparete calibro 21 G; lunghezza minima 7 cm Guida in nitinol .018", lunghezza 40 cm (eventualmente con estremità distale in platino o ecoriflettente) Catetere introduttore da 4 o 5 Fr, lunghezza 10 cm	COOK ITALIA SRL	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00
	HS HOSPITAL SERVICE SPA	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	non adatto per puntura distale, ma per vie biliari o urinarie	40,00
160	"Sistema per denervazione renale" voce a) Sistema di ablazione a radiofrequenza in comodato d'uso voce b) Cateteri monouso per denervazione renale Evidenza scientifica della sua efficacia	NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.	7,00	3,00	11,00	11,00	8,00	40,00	ammessa	40,00

LOTTO	Descrizione NEURORADIOLOGIA Lotti 161-189	Efficacia ed efficienza del dispositivo	Sicurezza di impiego	Maneggevolezza	Gamma	Servizio tecnico di supporto pre e post vendita	TOTALE	Esito ammissibilità	SOGLIA MINIMA AMMISSIONE: 24,00 su 40,00	Riparametrizzazione offerte ammissibili
		Verrà valutata l'efficacia e l'efficienza del dispositivo, in relazione alla destinazione d'uso prevista	Sarà valutato il livello di adeguatezza ed affidabilità del dispositivo, in relazione alle tecniche in uso presso i servizi utilizzatori	Sarà valutata la facilità di utilizzo intesa come: maneggevolezza, ergonomia, peso e ingombro	Verrà valutata la gamma delle misure offerte	Sarà valutata la relazione relativa ai servizi tecnici di supporto pre e post vendita proposto				
	Punti max	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00			
	Coefficienti variabili tra 0 e 1:									
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	3,00	2,00	2,00	0,50	0,50				
	MEDIOCRE = 0,40	6,00	4,00	4,00	1,00	1,00				
	SUFFICIENTE = 0,60	9,00	6,00	6,00	1,50	1,50				
	BUONO = 0,80	12,00	8,00	8,00	2,00	2,00				
	OTTIMO = 1,00	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50				
161	Microcateteri per rilascio spirali a distacco controllato GDC e Target 1. Due reperi distali per il controllo del rilascio delle microspirali a lisì elettrica GDC e Target. 2. Diametro 2,4-2,6F, rastremati in punta a 1,7-2,0F. Lunghezza 150 cm. con punta preformabile o preformata (J shaped, etc). 3. Compatibilità certificata per spirali GDC e Target.	STRYKER ITALIA SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
162	Microcatetere per aneurismi intracranici 1. idrofilico a parete progressiva rinforzata in nitinol, corpo prossimale semirigido e tratto distale molto flessibile, 2. diametro 2,1/1,7 e 2,4/1,9 Fr, punta lunga 2,5 e 5,0 mm a conformazione di 45 e 90°, lungo 150 cm, due markers rx-opachi, compatibile guida 0,014" e con liquido embolizzante	PROMED SRL	7,00	3,00	6,60	4,40	3,20	24,20	ammessa	40,00
163	Sistema per occlusione temporanea 1. catetere a palloncino singolo lume diametro 4 mm lungo da 10 a 30 mm. 2. Catetere di profilo da 2,8/2,2 Fr, lungo 150 cm con punta lunga 4 mm, in kit con guida 0,010" idrofilica distalmente con punta rivestita in platino per 10 cm, compatibile con liquido embolizzante	AB MEDICA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	gamma di misure, sicurezza di impiego e maneggevolezza ottimale 40,00
		PROMED SRL	15,00	6,00	6,00	1,50	2,50	31,00	ammessa	31,00
164	Microcatetere per embolizzazione flusso dipendente idrofilico, morbidezza progressiva, lunghezza 150 cm con parte distale floppy 25/32/42 cm, punta diametro 2,7/1,3 e 3,0/1,5 F, marker rx-opaco, compatibile guida 0,010" e con liquido embolizzante	PROMED SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
165	Microcatetere intracranico ad alta navigabilità 1. singolo lume, rinforzato con corpo semirigido e porzione flessibile a morbidezza progressiva, rivestito, alto scorrimento, 2. diametro da 2,3/1,7 a 2,8/2,8 Fr, markers rx-opachi, lungo da 115 a 158 cm, compatibile guida 0,012 e 0,021" e con liquido embolizzante	PROMED SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
166	Microcatetere NRx 1. Flusso dipendente x embolizzazione MAV cerebrali. 2. A morbidezza progressiva e calibro variabile. Tre sezioni progressive di cui la terza in poliuretano-silicone da 1,2F idrofilica. 3. Misure da 1,8-1,5 e 1,2F. Versione anche DMSO compatibile. Termosensibile e termomodellabile al vapore. Marker in platino distale.	AB MEDICA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
167	Microcatetere con palloncino fisso 1. Microcatetere flusso dipendente con pallone fisso in punta per test di occlusione delle arterie cerebrali. 2. Tre sezioni a rigidità variabile, alta idrofilità, punta in poliuretano-silicone, misura palloni 6x9 e 6x18mm.	AB MEDICA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
168	Microcatetere 1. Microcatetere intracranico da 0,010" fino a 0,35", tutti DMSO compatibili per aneurismi intracranici. 2. Termosensibile e termomodellabile al vapore. Doppio Marker in platino distale.	AB MEDICA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
169	Stent per aneurismi a colletto largo 1. Autoespandibile di nitinol. Diametro da 2,5 a 4,5 mm e lunghezza da 10 a 30 mm, a celle aperte 2. Sistema di rilascio costituito da microcatetere armato con rivestimento idrofilo. 3. Per uso NRx.	STRYKER ITALIA SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
170	Stent Intracranico 1. Stent intracranico in nitinol autoespandibile per il trattamento degli aneurismi a colletto largo. 2. Stent agganciato allo spingitore con uncino che consente il ripristino dello stent aperto sino al 90%. 3. Misure da 2,5 a 7,5mm di diametro e lunghezze da 12 a 95 mm.	AB MEDICA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
171	Microguidi 1. In acciaio inox ricoperto di polimero idrofilico 2. Ipotubo di Nitinol. 3. Diametro .010" e .014", lunghezza 200 e 300cm	STRYKER ITALIA SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
172	Microguida nitinol NRx 1. Microguida cerebrale in nitinol, compatibile con microcateteri flusso dipendenti; diametro 0,007". 2. Rivestimento idrofilico a bassa resistenza e frizione. Lunghezza 200 cm.	AB MEDICA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
173	Microguida cerebrale Voce A - Guide in acciaio, corpo unico, doppio coil in punta, idrofilica. Diametri 0,008", 0,010", 0,014". Lunghezza 200 cm. Voce B - Guide in acciaio, doppio coil in punta, idrofilica polimerica. Diametri 0,014" e 0,014" prossimale-0,018" distale. Punta angolata lunghezza 200 cm.	KARDIA SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
174	Microspirali 1. tridimensionali a costituzione sferica e quadrangolare, in platino a distacco termo-mecanico comandato elettricamente, istantaneo, per aneurismi intracranici anche a largo colletto. 2. In platino fissate a spingitore a rigidità variabile, recuperabili e riposizionabili, versione 10 e 18, soft, extra-soft stretch resistant e nella versione con componente bioattiva	IMPLEMED ITALIA SRL	9,00	6,00	6,00	1,50	2,50	25,00	ammessa	25,00
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	efficacia ed efficienza, sicurezza di impiego, maneggevolezza e gamma di misure ottimali; presenta versione con componente bioattiva 40,00
175	microspirali x embolizzazione endocranica a distacco elettrolitico 1. Di platino per trattamento aneurismi intracranici a distacco elettrolitico. 2. Versioni std, soft, stretch resistant 2d,3d, ultrasoft, trispan. 360° 3. Estensione della gamma. CON GENERATORE A BATTERIE PER IL DISTACCO DELLE SPIRALI, IN COMODATO D'USO GRATUITO	ACILIA HS SRL	6,00	4,00	6,00	0,50	2,50	19,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	gamma di conformazioni insufficiente: manca conformazione 3d che risulta una di quelle fondamentali
		IMPLEMED ITALIA SRL	9,00	6,00	6,00	1,50	2,50	25,00	ammessa	25,00
		STRYKER ITALIA SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	efficacia ed efficienza, sicurezza di impiego, maneggevolezza e gamma di misure ottimali 40,00
176	Liquido embolizzante coesivo - 1. copolimero di alcol-vinil-etenile e polvere di Tantalo disciolto in solvente, pre-mescolato, radiopaco e iniettabile, con caratteristiche di non adesività e rilascio controllato - 2. in fiale da 1,5 e 6 ml con diverse concentrazioni, dotato di siringhe da 1cc per iniezione. VOCE A) fiale da 1,5ml VOCE B) fiale da 6ml	AB MEDICA SPA							non ammessa	voce b) da scheda tecnica non si evince la presenza delle fiale da 6 ml
		MEDTRONIC ITALIA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
177	Stent intracranico adatto anche per ricostruzione colletto aneurismi Elevata flessibilità e capacità di navigazione nei vasi cerebrali. Profilo max 2,3 F. Diametro stent: unico per vasi da 2 a 4 mm. Lunghezza stent: 16-39 mm; autoespandibile a celle chiuse, in nitinol con marker in tantalio;lunghezza sistema di rilascio: 220 cm. Disponibile con e senza tip distale.	CROSSMED SPA	6,00	4,00	6,00	0,50	2,50	19,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	gamma di misure non corrispondente al richiesto
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	efficacia ed efficienza, sicurezza di impiego, maneggevolezza e gamma di misure ottimali 40,00
		PROMED SRL	6,00	4,00	6,00	0,50	2,50	19,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	gamma di misure non corrispondente al richiesto

	Cateteri portanti per procedure neuroradiologiche in grado di avanzare fino a livello di vasi intracranici (prossimali alla sede del trattamento) corpo catetere a struttura armata rinforzata tra 4 e 6F parte distale morbida di lunghezza variabile. corpo catetere: da 115 cm diametro interno: da 0.044"	178	AB MEDICA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
	PROMED SRL		PROMED SRL	15,00	6,00	6,00	1,50	2,50	31,00	ammessa	gamma di misure e lume interno inferiori 31,00
179	Spirali in platino (92%) e tungsteno (8%) con spingitore in acciaio rivestito nella parte prossimale da armatura e marker a zebra a 148 cm dalla estremità distale della spirale. a distacco controllato ed immediato di tipo preferenzialmente termo meccanico; dotate di notevole adattabilità alla parete aneurismatica . Disponibili in calibro 10 e 18 in varie lunghezze, ampiezze e forma di cui alcune particolarmente adatte all'embolizzazione di aneurismi giganti intracranici.	PROMED SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00	
180	stent intracranico auto espandibile in nitinol a 48 fili intrecciati ad alta densità delle maglie, con effetto di diversione di flusso, per il trattamento di aneurismi intracranici giganti, fusiformi o a colletto largo. Diametri da 2 a 5.5mm, lunghezze da 15 a 40mm.Recuperabile e riposizionabile fino al 90% dell'apertura. Possibilità di stet conico. Set con microcatetere compatibile.	AB MEDICA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00	
	CROSSMED SPA		CROSSMED SPA	6,00	4,00	6,00	0,50	2,50	19,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	gamma di misure non corrispondente al richiesto; mancanza di stet conico; necessità per il posizionamento di microcatetere .027
181	Stent intracranico a diversione di flusso per il trattamento di aneurismi intracranici, per vasi da 2.5 a 5.5mm.Struttura a doppio stent a singolo filamento in nitinol intrecciato a celle chiuse, autoespandibile con possibilità di recupero durante il rilascio. Markers radiopachi e doppiori filamento elicoidale per radiopacità. Comprensivo di microcatetere per il rilascio.	IMPLEMED ITALIA SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00	
182	Stent intracranico a diversione di flusso, in nitinol o cromo-cobalto, da minimo 48 filamenti, varie misure,completamente retraibile, preferenzialmente fino a 50mm di lunghezza e diametri fino a 6 mm	AB MEDICA SPA	9,00	6,00	6,00	1,50	2,50	25,00	ammessa	25,00	
	CROSSMED SPA		CROSSMED SPA	9,00	6,00	6,00	1,50	2,50	25,00	ammessa	25,00
	PROMED SRL		PROMED SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	efficacia ed efficienza, sicurezza di impiego, maneggevolezza e gamma di misure ottimali 40,00
183	sistema per trombectomia intracranica percutanea per ictus ischemico autoespandibile in nitinolo, a celle chiuse, preferenzialmente aperto in punta, completamente retraibile. Completamente radiopaco. Varie misure e lunghezze. Completo di microcatetere	CROSSMED SPA							non ammessa	non completamente radiopaco (solo i marker sono radiopachi)	
	IMPLEMED ITALIA SRL		IMPLEMED ITALIA SRL						non ammessa	non completamente radiopaco (solo l'estremità è radiopaca)	
	PROMED SRL		PROMED SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00
184	Sistema rimozione meccanica del trombo intracranico nell'ictus ischemico in fase acuta. Costituito da canale interno centrale di 1.25 mm per by-pass flusso sanguigno e 3 camere ad espansione massima 5mm di cui quella distale chiusa a protezione embolica integrata. Lunghezza totale 33 mm, quella di lavoro 21mm. Compatibile con microcateteri da 0.21". Per il trattamento vasi arteriosi da 1.5mm a 5 mm. Marker distali e prossimali radiopachi.	AB MEDICA SPA	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00	
185	Stent temporaneo da remodelling Dispositivo da remodelling, maglia intrecciata di nitinol radiopaco. Controllo dell'apertura con manipolo esterno. Compatibile con cateteri 0,021" e 0,0165". Lunghezze 17, 24 e 35 mm.	KARDIA SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00	
186	Microcatetere a punta staccabile per il trattamento delle MAV e fistole intracraniche. Punta staccabile fino a 3.5 cm. 3 marker radiopachi, completamente DMSO compatibile. 1.2 ed 1.5 F diametro. In kit con guida .007" e .008". Lunghezze da 165 a 190 cm.	PROMED SRL							non ammessa	privo di guida	
187	Sistema di rimodellamento colletto per aneurismi di biforcazione, intra o extrasacculare	AB MEDICA SPA	12,00	10,00	10,00	2,50	2,50	37,00	ammessa	40,00	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	12,00	10,00	10,00	2,50	2,50	37,00	ammessa	40,00
	PROMED SRL		PROMED SRL	12,00	10,00	10,00	2,50	2,50	37,00	ammessa	40,00
188	sistema di aspirazione: sistema meccanico di tromboaspirazione continua per ictus ischemico, composto da pompa di aspirazione e accessori e gamma completa di cateteri da riperfusione	PROMED SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	40,00	
189	Catetere da tromboaspirazione per il trattamento dello stroke ischemico acuto a. Catetere ad ampio lume ad elevata capacità di navigazione nei vasi intracranici; b. Parte distale morbida adatta ad avanzare in vasi tortuosi c. Elevata resistenza ai kinking d. Compatibile con cateteri guida da 6F con lume interno almeno fino a .070"	IMPLEMED ITALIA SRL	15,00	10,00	10,00	2,50	2,50	40,00	ammessa	maggior resistenza al kinking 40,00	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	15,00	6,00	6,00	2,50	2,50	32,00	ammessa	32,00

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16PRE023 CUC FVG							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL			
1	Vedere All.A.2.agg.	€ 5.245,20		Anomala	Non ammessa: B.BRAUN MILANO SPA e PROMED SRL		
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		4.230	€ 1,23			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 5.202,90		€ 5.202,90			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL			
2	Vedere All.A.2.agg.	€ 1.540,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		2.200	€ 0,70			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 1.540,00		€ 1.540,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL			
3	Vedere All.A.2.agg.	€ 744,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		310	€ 2,39			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 740,90		€ 740,90			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammessa: KERNA ITALIA SRL, PROMED SRL, STERYLAB SRL e VIGEO SRL		
4	Vedere All.A.2.agg.	€ 7.644,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		980	€ 7,60			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 7.448,00		€ 7.448,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammessa: STERYLAB SRL		
5	Vedere All.A.2.agg.	€ 14.104,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		860	€ 16,20			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 13.932,00		€ 13.932,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	PROMED SRL		
6	Vedere All.A.2.agg.	€ 12.180,00		Anomala	Anomala		
	Punteggio tecnico			40,00	40,00		
	Offerta economica		2.900	€ 3,89	€ 4,10		
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 11.281,00		€ 11.281,00	€ 11.890,00		
	Punteggio economico			60,00000	56,92683		
	Punteggio totale			100,00000	96,92683		
AGGIUDICATARIO				AGG	2^		
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL			
7	Vedere All.A.2.agg.	€ 1.418,60		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		820	€ 1,44			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 1.180,80		€ 1.180,80			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL			
8	Vedere All.A.2.agg.	€ 30.495,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		5.350	€ 7,20			
	Offerta economica totale per 24 mesi			€ 38.520,00			
	Punteggio economico			Fuori soglia			
	Punteggio totale						
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL			
9	Vedere All.A.2.agg.	€ 19.028,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		1.420	€ 13,39			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 19.013,80		€ 19.013,80			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL			
10	Vedere All.A.2.agg.	€ 7.950,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		300	€ 26,00			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 7.800,00		€ 7.800,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ARTHYA SRL	Non ammessa: ACILIA HS SRL e COOK ITALIA SRL		
11	Vedere All.A.2.agg.	€ 81.600,00		Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		680	€ 120,00			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 81.600,00		€ 81.600,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	DESCERTO						
12	Vedere All.A.2.agg.	€ 89.345,50		Anomala	Non ammessa: ACILIA HS SRL e COOK ITALIA SRL		
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica voce a)		290	€ 19,90			
	Offerta economica voce b)		390	€ 36,75			
	Offerta economica voce c)		260	€ 54,50			
	Offerta economica voce d)		215	€ 106,80			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	DESCERTO	Non ammessa: ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA					
13	Vedere All.A.2.agg.	€ 135.300,00		Anomala	Non ammessa: ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica		2.255	€ 60,00			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 135.300,00		€ 135.300,00			
	Punteggio economico			60,00000			
	Punteggio totale			100,00000			
AGGIUDICATARIO				AGG			
Lotto	DESCERTO						
14	Vedere All.A.2.agg.	€ 135.300,00		Anomala	Non ammessa: ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA		
	Punteggio tecnico			40,00			
	Offerta economica			60,00			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 135.300,00		€ 135.300,00			

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ARTHYA SRL					
18	Vedere All.A.2.agg.	€ 167.076,00		Anomala	Non ammesse: AB MEDICA SPA, COOK ITALIA SRL, IATROTEK SRL e INNOVA HTS SRL				
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		2.380	€ 70,20					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 167.076,00		€ 167.076,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
19	Vedere All.A.2.agg.	€ 82.875,00		Anomala	Non ammesse: AB MEDICA SPA e INNOVA HTS SRL				
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		975	€ 83,50					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 81.412,50		€ 81.412,50					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ABBOTT SRL					
20	Vedere All.A.2.agg.	€ 20.590,00		Anomala	Non ammessa: AB MEDICA SPA				
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		290	€ 70,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 20.300,00		€ 20.300,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL					
21	Vedere All.A.2.agg.	€ 44.492,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica voce a)		2.120	€ 6,10					
	Offerta economica voce b)		2.630	€ 12,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 44.492,00		€ 44.492,00					
	Punteggio economico			60,00000					
				Punteggio totale	100,00000				
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	IATROTEK SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA				
22	Vedere All.A.2.agg.	€ 5.200,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		130	€ 24,99		38,28			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 3.248,70		€ 3.248,70		€ 40,00			
	Punteggio economico			60,00000		37,48500			
	Punteggio totale			100,00000		75,76500			
				AGGIUDICATARIO	AGG	2^			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
23	Vedere All.A.2.agg.	€ 22.275,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		405	€ 55,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 22.275,00		€ 22.275,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
24	Vedere All.A.2.agg.	€ 65.100,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		465	€ 125,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 58.125,00		€ 58.125,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
25	Vedere All.A.2.agg.	€ 18.400,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		115	€ 142,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 16.330,00		€ 16.330,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	DESCERTO								
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ABBOTT SRL					
27	Vedere All.A.2.agg.	€ 22.365,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		315	€ 70,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 22.050,00		€ 22.050,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
28	Vedere All.A.2.agg.	€ 229.140,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		670	€ 342,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 229.140,00		€ 229.140,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
29	Vedere All.A.2.agg.	€ 32.000,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		160	€ 175,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 28.000,00		€ 28.000,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL					
30	Vedere All.A.2.agg.	€ 9.287,60		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		1.240	€ 7,48					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 9.275,20		€ 9.275,20					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL					
31	Vedere All.A.2.agg.	€ 39.696,10		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica vo								

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ACILIA HS SRL	PROMED SRL				
35	Vedere All.A.2.agg.	€ 71.760,00			Anomala	Non ammesse: CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL e COOK ITALIA SRL			
	Punteggio tecnico			40,00	40,00				
	Offerta economica		520	€ 137,00	€ 95,00				
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 49.400,00		€ 71.240,00	€ 49.400,00				
	Punteggio economico			41,60584	60,00000				
	Punteggio totale			81,60584	100,00000				
	AGGIUDICATARIO			2^	AGG				
Lotto	DESERTO								
36									
Lotto	DESERTO								
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	PROMED SRL				
38	Vedere All.A.2.agg.	€ 18.190,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00	28,00				
	Offerta economica		170	€ 95,00	€ 84,00				
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 14.280,00		€ 16.150,00	€ 14.280,00				
	Punteggio economico			53,05263	60,00000				
	Punteggio totale			93,05263	88,00000				
	AGGIUDICATARIO			AGG	2^				
Lotto	DESERTO								
39									
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
40	Vedere All.A.2.agg.	€ 72.450,00							
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		210	€ 615,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 129.150,00							
	Punteggio economico				Fuori soglia				
	Punteggio totale								
	AGGIUDICATARIO			AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
41	Vedere All.A.2.agg.	€ 125.000,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		100	€ 1.240,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 124.000,00							
	Punteggio economico				60,00000				
	Punteggio totale				100,00000				
	AGGIUDICATARIO			AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ARTHYA SRL					
42	Vedere All.A.2.agg.	€ 156.600,00		Anomala		Non ammesse: COOK ITALIA SRL, KARDIA SRL e PROMED SRL			
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		270	€ 580,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 156.600,00			€ 156.600,00				
	Punteggio economico				60,00000				
	Punteggio totale				100,00000				
	AGGIUDICATARIO			AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
43	Vedere All.A.2.agg.	€ 398.940,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica voce a)		690	€ 370,00					
	Offerta economica voce b)		420	€ 342,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 398.940,00			€ 398.940,00				
	Punteggio economico				60,00000				
	Punteggio totale				100,00000				
Lotto	AGGIUDICATARIO			AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PROMED SRL				
44	Vedere All.A.2.agg.	€ 213.900,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		460	€ 460,00	€ 450,00				
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 207.000,00			€ 207.000,00				
	Punteggio economico				58,69565				
	Punteggio totale				98,69565				
	AGGIUDICATARIO			AGG	2^				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL					
45	Vedere All.A.2.agg.	€ 255.600,00		Anomala		Non ammessa: AB MEDICA SPA			
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		1.420	€ 175,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 248.500,00			€ 248.500,00				
	Punteggio economico				60,00000				
	Punteggio totale				100,00000				
	AGGIUDICATARIO			AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	ABBOTT SRL	ACILIA HS SRL	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	INNOVA HTS SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA
46	Vedere All.A.2.agg.	€ 21.600,00		Anomala	Anomala	Anomala	Anomala	Anomala	
	Punteggio tecnico			36,20	34,00	31,80	34,00	24,20	40,00
	Offerta economica		240	€ 69,80	€ 75,00	€ 80,00	€ 78,00	€ 65,00	€ 80,00
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 15.600,00			€ 21.552,00	€ 18.000,00	€ 19.200,00	€ 18.720,00	€ 15.600,00
	Punteggio economico					52,00000	48,75000	50,00000	48,75000
	Punteggio totale					86,00000	80,55000	84,00000	84,20000
	AGGIUDICATARIO			AGG	2^				AGG
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL					
47	Vedere All.A.2.agg.	€ 429.600,00		Anomala		Non ammessa: BARD SRL, CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL e MEDTRONIC ITALIA SPA			
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		2.685	€ 119,50					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 320.857,50			€ 320.857,50				
	Punteggio economico				60,00000				
	Punteggio totale				100,00000				
	AGGIUDICATARIO			AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL					
48	Vedere All.A.2.agg.	€ 39.200,00		Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		280	€ 135,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 37.800,00			€ 37.800,00				
	Punteggio economico				60,00000				
	Punteggio totale				100,00000				
	AGGIUDICATARIO			AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	ACILIA HS SRL	BIOTRONIK ITALIA SPA	INNOVA HTS SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	
49	Vedere All.A.2.agg.	€ 24.300,00		Anomala		Non ammessa: ARTHYA SRL e STERIMED SRL			
	Punteggio tecnico		</						

Lotto	DESCERTO								
53									
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammesse: AB MEDICA SPA, CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL e MEDTRONIC ITALIA SPA				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 39.200,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		140	€ 120,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 16.800,00		€ 16.800,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammesse: AB MEDICA SPA e PROMED SRL				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 224.000,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		800	€ 265,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 212.000,00		€ 212.000,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammessa: INNOVA HTS SRL				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 98.800,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		190	€ 490,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 93.100,00		€ 93.100,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	Non ammesso: AB MEDICA SPA e EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 18.678,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		22	€ 1.000,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 22.000,00		€ 22.000,00					
	Punteggio economico			<i>Fuori soglia</i>					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL	Non ammesso: AB MEDICA SPA e EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 46.536,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		277	€ 168,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 46.536,00		€ 46.536,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL	Non ammesso: AB MEDICA SPA e EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 73.440,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		102	€ 720,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 73.440,00		€ 73.440,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BIOEM SRL	Non ammesso: BARD SRL e PEGASUS MEDICAL SRL				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 79.200,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		110	€ 720,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 79.200,00		€ 79.200,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL	Non ammesso: AB MEDICA SPA e EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 111.800,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		130	€ 850,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 110.500,00		€ 110.500,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL	Non ammesso: AB MEDICA SPA e EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 96.600,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		230	€ 395,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 90.850,00		€ 90.850,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
63	DESERTO								
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	IATROTEK SRL	Non ammesso: ACILIA HS SRL e STERIMED SRL				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 50.240,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		80	€ 625,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 50.000,00		€ 50.000,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammesso: ACILIA HS SRL e STERIMED SRL				
	Vedere All.A.2.agg.	€ 335.500,00		<i>Anomala</i>					
	Punteggio tecnico			40,00					
	Offerta economica		610	€ 480,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 292.800,00		€ 292.800,00					
	Punteggio economico			60,00000					
	Punteggio totale			100,00000					
				AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Non ammesso: ABBOTT SRL, ACILIA HS SRL, B.BRAUN MILANO SPA, HEXACATH ITALIA SRL, INNOVA HTS SRL, MEDTRONIC ITALIA SPA e STERIMED SRL	PROMED SRL	Non ammesso: ABBOTT SRL, ACILIA HS SRL, B.BRAUN MILANO SPA, HEXACATH ITALIA SRL, INNOVA HTS SRL, MEDTRONIC ITALIA SPA e STERIMED SRL		
	Vedere All.A.2.agg.	€ 234.350,00		<i>Anomala</i>		<i>Anomala</i>			
	Punteggio tecnico			40,00		40,00			
	Offerta economica		430	€ 450,00		€ 395,00			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 169.850,00		€ 193.500,00		€ 169.850,00			
	Punteggio economico			52,66667		60,00000			
	Punteggio totale								

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA						
70	Vedere All.A.2.agg.	€ 18.200,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		13	€ 1.390,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 18.070,00		€ 18.070,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	PEGASUS MEDICAL SRL					
71	Vedere All.A.2.agg.	€ 41.639,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			24,20	40,00					
	Offerta economica		13	€ 3.200,00	€ 3.200,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 41.600,00		€ 41.600,00	€ 41.600,00					
	Punteggio economico			60,00000	60,00000					
	Punteggio totale			84,20000	100,00000					
AGGIUDICATARIO					2^	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BIOTRONIK ITALIA SPA	IATROTEK SRL	Non ammessa: STERIMED SRL				
72	Vedere All.A.2.agg.	€ 26.100,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00	25,00					
	Offerta economica		45	€ 550,00	€ 575,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 24.750,00		€ 24.750,00	€ 25.875,00					
	Punteggio economico			60,00000	57,39130					
	Punteggio totale			100,00000	82,39130					
AGGIUDICATARIO					AGG	2^				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL	Non ammessa: COOK ITALIA SRL					
73	Vedere All.A.2.agg.	€ 330.750,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		245	€ 1.350,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 330.750,00		€ 330.750,00						
	Punteggio economico			60,00000	60,00000					
	Punteggio totale			100,00000	100,00000					
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammesse: ACILIA HS SRL, CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, MEDTRONIC ITALIA SPA e PROMED SRL					
74	Vedere All.A.2.agg.	€ 91.200,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		160	€ 402,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 64.320,00		€ 64.320,00						
	Punteggio economico			60,00000	60,00000					
	Punteggio totale			100,00000	100,00000					
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BIOTRONIK ITALIA SPA	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL					
75	Vedere All.A.2.agg.	€ 22.464,00		Anomala	Anomala	Non ammessa: ACILIA HS SRL, CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL, MEDTRONIC ITALIA SPA e PROMED SRL				
	Punteggio tecnico			40,00	40,00					
	Offerta economica		40	€ 375,00	€ 345,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 13.800,00		€ 15.000,00	€ 13.800,00					
	Punteggio economico			55,20000	60,00000					
	Punteggio totale			95,20000	100,00000					
AGGIUDICATARIO					2^	AGG				
Lotto	DESCERTO	Non ammessa: ACILIA HS SRL								
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA	Non ammessa: ACILIA HS SRL					
77	Vedere All.A.2.agg.	€ 39.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		60	€ 560,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 33.600,00		€ 33.600,00						
	Punteggio economico			60,00000	60,00000					
	Punteggio totale			100,00000	100,00000					
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ACILIA HS SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA					
78	Vedere All.A.2.agg.	€ 11.800,00		Anomala	Anomala	Non ammessa: ACILIA HS SRL				
	Punteggio tecnico			40,00	40,00					
	Offerta economica		20	€ 550,00	€ 580,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 11.000,00		€ 11.000,00	€ 11.600,00					
	Punteggio economico			60,00000	56,89655					
	Punteggio totale			100,00000	96,89655					
AGGIUDICATARIO					AGG	2^				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammessa: ACILIA HS SRL					
79	Vedere All.A.2.agg.	€ 26.700,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		30	€ 880,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 26.400,00		€ 26.400,00						
	Punteggio economico			60,00000	60,00000					
	Punteggio totale			100,00000	81,10236					
AGGIUDICATARIO					AGG	2^				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ACILIA HS SRL	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL					
80	Vedere All.A.2.agg.	€ 63.580,00		29,60	40,00	Non ammessa: ACILIA HS SRL				
	Punteggio tecnico		66	€ 550,00	€ 870,00					
	Offerta economica voce a)		16	€ 450,00	€ 380,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 43.500,00		€ 43.500,00	€ 63.500,00					
	Punteggio economico			60,00000	41,10236					
	Punteggio totale			89,60000	81,10236					
AGGIUDICATARIO					AGG	2^				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
81	Vedere All.A.2.agg.	€ 247.200,00		Anomala		Non ammessa: ACILIA HS SRL				
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		240	€						

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	COOK ITALIA SRL						
87	Vedere All.A.2.agg.	€ 15.120,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		360	€ 42,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 15.120,00		€ 15.120,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA						
88	Vedere All.A.2.agg.	€ 109.440,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		360	€ 279,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 100.440,00		€ 100.440,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	COOK ITALIA SRL						
89	Vedere All.A.2.agg.	€ 11.440,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		80	€ 143,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 11.440,00		€ 11.440,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	COOK ITALIA SRL						
90	Vedere All.A.2.agg.	€ 28.560,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		102	€ 280,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 28.560,00		€ 28.560,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ARTHYA SRL						
91	Vedere All.A.2.agg.	€ 160.290,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica voce a)		232	€ 585,00						
	Offerta economica voce b)		182	€ 120,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 157.560,00		€ 157.560,00						
	Punteggio economico			60,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
92	Vedere All.A.2.agg.	€ 143.956,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		292	€ 403,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 117.676,00		€ 117.676,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA						
93	Vedere All.A.2.agg.	€ 51.150,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica voce a)		155	€ 310,00						
	Offerta economica voce b)		35	Sconto merce						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 48.050,00		€ 48.050,00						
	Punteggio economico			60,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA						
94	Vedere All.A.2.agg.	€ 112.200,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		165	€ 680,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 112.200,00		€ 112.200,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
95	Vedere All.A.2.agg.	€ 36.800,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica voce a)		260	€ 77,00						
	Offerta economica voce b)		160	€ 98,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 35.700,00		€ 35.700,00						
	Punteggio economico			60,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
96	Vedere All.A.2.agg.	€ 39.840,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		160	€ 215,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 34.400,00		€ 34.400,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ARTHYA SRL	PROMED SRL					
97	Vedere All.A.2.agg.	€ 60.750,00		Anomala	25,20	40,00				
	Punteggio tecnico				€ 135,00	€ 210,00				
	Offerta economica		450		€ 60.750,00	€ 94.500,00				
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 60.750,00								
	Punteggio economico				60,00000					
	Punteggio totale				85,20000	Fuori soglia				
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
98	Vedere All.A.2.agg.	€ 43.710,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		310	€ 140,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 43.400,00		€ 43.400,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
102	Vedere All.A.2.agg.	€ 11.250,00								
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		75	€ 490,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi			€ 36.750,00						
	Punteggio economico			Fuori soglia						
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammessa: EUROMEDICAL SRL e MEDTRONIC ITALIA SPA					
103	Vedere All.A.2.agg.	€ 45.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		90	€ 450,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 40.500,00		€ 40.500,00						
	Punteggio economico			60,00000						
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
104	DESERTO									
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	EUROMEDICAL SRL	PROMED SRL					
105	Vedere All.A.2.agg.	€ 49.875,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00	40,00					
	Offerta economica		35	€ 619,00	€ 1.405,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 21.665,00		€ 21.665,00	€ 49.175,00					
	Punteggio economico			60,00000	26.43416					
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG	2^			
106	Vedere All.A.2.agg.	€ 123.050,00		Anomala	Non ammessa: PROMED SRL					
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		1.070	€ 115,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 123.050,00		€ 123.050,00						
	Punteggio economico			60,00000						
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	HS HOSPITAL SERVICE SPA						
107	Vedere All.A.2.agg.	€ 8.360,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		190	€ 44,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 8.360,00		€ 8.360,00						
	Punteggio economico			60,00000						
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	VER SAN DAFNE & DAFNE M.D. SRL						
108	Vedere All.A.2.agg.	€ 19.700,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		10	€ 1.757,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 17.570,00		€ 17.570,00						
	Punteggio economico			60,00000						
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	VER SAN DAFNE & DAFNE M.D. SRL						
109	Vedere All.A.2.agg.	€ 9.960,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		6	€ 1.370,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 8.220,00		€ 8.220,00						
	Punteggio economico			60,00000						
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	Non ammessa: VER SAN DAFNE & DAFNE M.D. SRL					
110	Vedere All.A.2.agg.	€ 462.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		264	€ 1.750,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 462.000,00		€ 462.000,00						
	Punteggio economico			60,00000						
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL	Non ammessa: VIGEO SRL					
111	Vedere All.A.2.agg.	€ 24.300,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		360	€ 67,50						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 24.300,00		€ 24.300,00						
	Punteggio economico			60,00000						
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL	Non ammessa: TELEFLEX MEDICAL SRL					
112	Vedere All.A.2.agg.	€ 7.762,50		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		115	€ 67,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 7.705,00		€ 7.705,00						
	Punteggio economico			60,00000						
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	Non ammessa: KERNA ITALIA SRL					
113	Vedere All.A.2.agg.	€ 34.200,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		190	€ 175,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 33.250,00		€ 33.250,00						
	Punteggio economico			60,00000						
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
114	DESERTO	Non ammesso: BARD SRL e PROMED SRL								
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	HS HOSPITAL SERVICE SPA	KERNA ITALIA SRL					
115	Vedere All.A.2.agg.	€ 6.555,00		Anomala	Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00	40,00					
	Offerta economica		690	€ 9,00	€ 9,30					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 6.210,00		€ 6.210,00	€ 6.417,00					
	Punteggio economico			60,00000	58.06452					
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG	2^			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL	HS HOSPITAL SERVICE SPA					
116	Vedere All.A.2.agg.	€ 1.050,00		Anomala	Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00	40,00					
	Offerta economica		70	€ 12,00	€ 14,50					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 840,00		€ 840,00	€ 1.015,00					
	Punteggio economico			60,00000	49.65517					
Lotto			Punteggio totale	100.00000	AGGIUDICATARIO	AGG	2^			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	COOK ITALIA SRL	HS HOSPITAL SERVICE SPA	KERNA ITALIA SRL	PROMED SRL	Non ammesso: CLABER SRL e VYGON ITALIA SRL		

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CRESMED HOSPITAL SURL							
118	Vedere All.A.2.agg.	€ 63.000,00		Anomala							
	Punteggio tecnico			40,00							
	Offerta economica		56	€ 1.125,00							
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 63.000,00		€ 63.000,00							
	Punteggio economico			60,00000							
	Punteggio totale			100,00000							
AGGIUDICATARIO				AGG							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL							
119	Vedere All.A.2.agg.	€ 330.000,00		Anomala							
	Punteggio tecnico			40,00							
	Offerta economica		132	€ 2.500,00							
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 330.000,00		€ 330.000,00							
	Punteggio economico			60,00000							
	Punteggio totale			100,00000							
AGGIUDICATARIO				AGG							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	INNOVA HTS SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	PROMED SRL				
120	Vedere All.A.2.agg.	€ 37.100,00		Anomala	Anomala	Anomala	Anomala				
	Punteggio tecnico			40,00	40,00	40,00	40,00				
	Offerta economica		212	€ 169,00	€ 140,00	€ 150,00	€ 165,00				
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 29.680,00		€ 35.828,00	€ 29.680,00	€ 31.800,00	€ 34.980,00				
	Punteggio economico			49,70414	60,00000	56,00000	50,90909				
	Punteggio totale			89,70414	100,00000	96,00000	90,90909				
AGGIUDICATARIO				AGG	2^						
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA							
121	Vedere All.A.2.agg.	€ 9.600,00		Anomala							
	Punteggio tecnico			40,00							
	Offerta economica		64	€ 150,00							
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 9.600,00		€ 9.600,00							
	Punteggio economico			60,00000							
	Punteggio totale			100,00000							
AGGIUDICATARIO				AGG							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	COOK ITALIA SRL							
122	Vedere All.A.2.agg.	€ 7.800,00		Anomala							
	Punteggio tecnico			40,00							
	Offerta economica		24	€ 325,00							
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 7.800,00		€ 7.800,00							
	Punteggio economico			60,00000							
	Punteggio totale			100,00000							
AGGIUDICATARIO				AGG							
Lotto	DESENTO										
123											
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ACILIA HS SRL	PROMED SRL						
124	Vedere All.A.2.agg.	€ 33.800,00		Anomala	Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00	40,00						
	Offerta economica		104	€ 295,00	€ 255,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 26.520,00		€ 30.680,00	€ 26.520,00						
	Punteggio economico			51,86441	60,00000						
	Punteggio totale			91,86441	100,00000						
AGGIUDICATARIO				AGG							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL							
125	Vedere All.A.2.agg.	€ 5.700,00		Anomala							
	Punteggio tecnico			40,00							
	Offerta economica		30	€ 179,00							
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 5.370,00		€ 5.370,00							
	Punteggio economico			60,00000							
	Punteggio totale			100,00000							
AGGIUDICATARIO				AGG							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL							
126	Vedere All.A.2.agg.	€ 90.400,00		Anomala							
	Punteggio tecnico			40,00							
	Offerta economica		113	€ 790,00							
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 89.270,00		€ 89.270,00							
	Punteggio economico			60,00000							
	Punteggio totale			100,00000							
AGGIUDICATARIO				AGG							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL							
127	Vedere All.A.2.agg.	€ 36.476,00		Anomala							
	Punteggio tecnico			40,00							
	Offerta economica		44	€ 750,00							
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 33.000,00		€ 33.000,00							
	Punteggio economico			60,00000							
	Punteggio totale			100,00000							
AGGIUDICATARIO				AGG							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	VOLCANO EUROPE SRL							
128	Vedere All.A.2.agg.	€ 98.260,00		Anomala							
	Punteggio tecnico			40,00							
	Offerta economica voce a)		34	€ 830,00							
	Offerta economica voce b)		40	€ 1.700,00							
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 96.220,00		€ 96.220,00							
	Punteggio economico			60,00000							
AGGIUDICATARIO				AGG							
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	COOK ITALIA SRL	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL						
129	Vedere All.A.2.agg.	€ 79.776,00		Anomala							
	Punteggio tecnico			40,00	29,00						
	Offerta economica		96	€ 830,50	€ 780,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 74.880,00		€ 79.728,00	€ 74.880,00						
	Punteggio economico			56,35160	60,00000						
	Punteggio totale			96,35160	89.00000						
AGGIUDICATARIO				AGG	2^						
Lotto											

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ENDOTECH SPA						
135	Vedere All.A.2.agg.	€ 1.584,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		30	€ 52,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 1.560,00		€ 1.560,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	PROMED SRL					
136	Vedere All.A.2.agg.	€ 2.520,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			29,60	40,00					
	Offerta economica		140	€ 13,49	€ 16,50					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 1.888,60		€ 1.888,60	€ 2.310,00					
	Punteggio economico			60,00000	49,05455					
	Punteggio totale			89,60000	89,05455					
AGGIUDICATARIO					AGG	2^				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA						
137	Vedere All.A.2.agg.	€ 242.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		110	€ 1.200,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 132.000,00		€ 132.000,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	HUMANA MEDICAL SRL						
138	Vedere All.A.2.agg.	€ 518.320,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		110	€ 4.712,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 518.320,00		€ 518.320,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	VOLCANO EUROPE SRL						
139	Vedere All.A.2.agg.	€ 17.300,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		10	€ 1.725,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 17.250,00		€ 17.250,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA						
140	Vedere All.A.2.agg.	€ 64.400,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		46	€ 1.350,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 62.100,00		€ 62.100,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	COOK ITALIA SRL						
141	Vedere All.A.2.agg.	€ 20.251,50		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		69	€ 293,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 20.217,00		€ 20.217,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	DESCERTO									
142										
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ACILIA HS SRL	PROMED SRL					
143	Vedere All.A.2.agg.	€ 26.790,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00	40,00					
	Offerta economica		1.140	€ 23,00	€ 15,50					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 17.670,00		€ 26.220,00	€ 17.670,00					
	Punteggio economico			40,43478	60,00000					
	Punteggio totale			80,43478	100,00000					
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
144	Vedere All.A.2.agg.	€ 6.600,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		2.200	€ 3,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 6.600,00		€ 6.600,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	B.BRAUN MILANO SPA						
145	Vedere All.A.2.agg.	€ 2.133,50		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		2.510	€ 0,70						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 1.757,00		€ 1.757,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL						
146	Vedere All.A.2.agg.	€ 73.500,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		2.100	€ 14,80						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 31.080,00		€ 31.080,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
147	Vedere All.A.2.agg.	€ 17.538,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica voce a)		1.620	€ 2,80						

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA	PROMED SRL					
152	Vedere All.A.2.agg.	€ 20.700,00			Anomala					
	Punteggio tecnico			25,20	40,00					
	Offerta economica		100	€ 200,00	€ 205,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.500,00					
	Punteggio economico			60,00000	58,53659					
	Punteggio totale			85,20000	98,53659					
AGGIUDICATARIO						2^	AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	Non ammessa: MEDTRONIC ITALIA SPA					
153	Vedere All.A.2.agg.	€ 55.200,00		40,00						
	Punteggio tecnico			€ 2.110,00						
	Offerta economica		69	€ 145.590,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi			Fuori soglia						
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ARTHYA SRL	ASSUT EUROPE SPA	CLABER SRL	INNOVA HTS SRL	Non ammessa: PROMED SRL		
154	Vedere All.A.2.agg.	€ 8.652,60		Anomala	Anomala	Anomala	Anomala			
	Punteggio tecnico			40,00	40,00	40,00	40,00			
	Offerta economica		165	€ 38,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 39,00			
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 6.270,00		€ 6.270,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.435,00			
	Punteggio economico			60,00000	57,00000	57,00000	58,46154			
	Punteggio totale			100,00000	97,00000	97,00000	98,46154			
AGGIUDICATARIO						AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	BARD SRL						
155	Vedere All.A.2.agg.	€ 13.034,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		3.430	€ 3,50						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 12.005,00		€ 12.005,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO						AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	ACILIA HS SRL	Non ammessa: PROMED SRL					
156	Vedere All.A.2.agg.	€ 14.306,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		3.110	€ 4,50						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 13.995,00		€ 13.995,00						
	Punteggio economico			60,00000						
AGGIUDICATARIO						AGG				
Lotto	DESCERTO	Non ammessa: ACILIA HS SRL e PEGASUS MEDICAL SRL								
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	COOK ITALIA SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	PROMED SRL				
158	Vedere All.A.2.agg.	€ 2.600,00		Anomala	Anomala	Anomala				
	Punteggio tecnico			40,00	40,00	40,00				
	Offerta economica		40	€ 65,00	€ 65,00	€ 53,00				
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 2.120,00		€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.120,00				
	Punteggio economico			48,92308	48,92308	60,00000				
	Punteggio totale			88,92308	88,92308	100,00000				
AGGIUDICATARIO						2^	2^	AGG		
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	COOK ITALIA SRL	PROMED SRL	Non ammessa: HS HOSPITAL SERVICE SPA				
159	Vedere All.A.2.agg.	€ 5.428,00		Anomala	Anomala					
	Punteggio tecnico			40,00	40,00					
	Offerta economica		59	€ 92,00	€ 60,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 3.540,00		€ 5.428,00	€ 3.540,00					
	Punteggio economico			39,13043	60,00000					
AGGIUDICATARIO						2^	AGG			
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	NEMED SAS DI GRASSO ROBERTO & C.						
160	Vedere All.A.2.agg.	€ 45.650,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica voce a)		4	Comodato d'uso						
	Offerta economica voce b)		11	€ 4.149,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 45.639,00		€ 45.639,00						
	Punteggio economico			60,00000						
AGGIUDICATARIO						AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	STRYKER ITALIA SRL						
161	Vedere All.A.2.agg.	€ 114.400,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		176	€ 645,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 113.520,00		€ 113.520,00						
	Punteggio economico			60,00000						
AGGIUDICATARIO						AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
162	Vedere All.A.2.agg.	€ 17.100,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		36	€ 450,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 16.200,00		€ 16.200,00						
	Punteggio economico			60,00000						
AGGIUDICATARIO						AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	PROMED SRL					
163	Vedere All.A.2.agg.	€ 13.299,10		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		17	€ 768,85	€ 775,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 13.070,45		€ 13.070,45	€ 13.175,00					
	Punteggio economico			60,00000	59,52387					
	Punteggio totale			100,00000	90,52387					
AGGIUDICATARIO						AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
164	Vedere All.A.2.agg.	€ 17.100,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		36	€ 471,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 16.956,00		€ 16.956,00						
	Punteggio economico			60,00000						

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA						
168	Vedere All.A.2.agg.	€ 22.416,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		40	€ 560,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 22.400,00		€ 22.400,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	STRYKER ITALIA SRL						
169	Vedere All.A.2.agg.	€ 112.200,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		34	€ 3.100,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 105.400,00		€ 105.400,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA						
170	Vedere All.A.2.agg.	€ 63.648,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		20	€ 3.182,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 63.640,00		€ 63.640,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	STRYKER ITALIA SRL						
171	Vedere All.A.2.agg.	€ 36.800,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		92	€ 400,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 36.800,00		€ 36.800,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA						
172	Vedere All.A.2.agg.	€ 31.078,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		82	€ 379,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 31.078,00		€ 31.078,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	KARDIA SRL						
173	Vedere All.A.2.agg.	€ 116.180,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica voce a)		320	€ 305,00						
	Offerta economica voce b)		50	€ 371,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 116.150,00		€ 116.150,00						
	Punteggio economico			60,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	IMPLEMENTED ITALIA SRL	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA					
174	Vedere All.A.2.agg.	€ 103.950,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			25,00	40,00					
	Offerta economica		110	€ 620,00	€ 850,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 68.200,00		€ 68.200,00	€ 93.500,00					
	Punteggio economico			60,00000	43,76471					
	Punteggio totale			85,00000	83,76471					
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	IMPLEMENTED ITALIA SRL	STRYKER ITALIA SRL	Non ammessa: ACILIA HS SRL				
175	Vedere All.A.2.agg.	€ 369.840,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			25,00	40,00					
	Offerta economica voce a)		552	€ 620,00	€ 669,00					
	Offerta economica voce b)		6	Sconto merce	Sconto merce					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 342.240,00		€ 342.240,00	€ 369.288,00					
	Punteggio economico			60,00000	55,60538					
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	MEDTRONIC ITALIA SPA	Non ammessa: AB MEDICA SPA					
176	Vedere All.A.2.agg.	€ 162.700,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica voce a)		30	€ 890,00						
	Offerta economica voce b)		40	€ 3.400,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 162.700,00		€ 162.700,00						
	Punteggio economico			60,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Non ammesse: CROSSMED SPA e PROMED SRL					
177	Vedere All.A.2.agg.	€ 273.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		78	€ 3.500,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 273.000,00		€ 273.000,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000						
AGGIUDICATARIO					AGG					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	PROMED SRL					
178	Vedere All.A.2.agg.	€ 25.784,50		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00	31,00					
	Offerta economica		70	€ 358,85	€ 360,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 25.119,50		€ 25.119,50	€ 25.200,00					
	Punteggio economico			60,00000	59,80833					
	Punteggio totale			100,00000	90,80833					
AGGIUDICATARIO					2^					
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
179	Vedere All.A.2.agg.	€ 49.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						


Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	CROSSMED SPA	PROMED SRL				
182	Vedere All.A.2.agg.	€ 1.300,00								
	Punteggio tecnico			25,00	25,00	40,00				
	Offerta economica		2	€ 9.875,00	€ 8.180,00	€ 9.200,00				
	Offerta economica totale per 24 mesi			€ 19.750,00	€ 16.360,00	€ 18.400,00				
	Punteggio economico			Fuori soglia	Fuori soglia	Fuori soglia				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL	Non ammesse: CROSSMED SPA e IMPLEMED ITALIA SRL					
183	Vedere All.A.2.agg.	€ 344.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		80	€ 3.800,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 304.000,00		€ 304.000,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA						
184	Vedere All.A.2.agg.	€ 172.500,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		50	€ 3.450,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 172.500,00		€ 172.500,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	KARDIA SRL						
185	Vedere All.A.2.agg.	€ 136.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		40	€ 3.395,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 135.800,00		€ 135.800,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	DESENTO	Non ammessa: PROMED SRL								
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PROMED SRL				
187	Vedere All.A.2.agg.	€ 80.000,00		Anomala		Anomala				
	Punteggio tecnico			40,00	40,00	40,00				
	Offerta economica		10	€ 6.490,00	€ 7.500,00	€ 5.300,00				
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 53.000,00		€ 64.900,00	€ 75.000,00	€ 53.000,00				
	Punteggio economico			48,99846	42,40000	60,00000				
	Punteggio totale			88,99846	82,40000	100,00000	AGGIUDICATARIO	AGG		
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	PROMED SRL						
188	Vedere All.A.2.agg.	€ 70.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00						
	Offerta economica		56	€ 1.200,00						
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 67.200,00		€ 67.200,00						
	Punteggio economico			60,00000						
	Punteggio totale			100,00000	AGGIUDICATARIO	AGG				
Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	IMPLEMED ITALIA SRL	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA					
189	Vedere All.A.2.agg.	€ 75.000,00		Anomala						
	Punteggio tecnico			40,00	32,00					
	Offerta economica		30	€ 800,00	€ 1.400,00					
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 24.000,00		€ 24.000,00	€ 42.000,00					
	Punteggio economico			60,00000	34,28571					
	Punteggio totale			100,00000	66,28571		AGGIUDICATARIO	2^		



All. 3

U SOTTO SCRITTO CANI ANDREA DITTA Ditta
STAVIER CHIEDE DI FAR RIFERIMENTO AL VERBALE IN
RIFERIMENTO AL CORSO 145 SI OSSERVA CHE LA
DITTA INCARICA ITALIA SRL NON POSSIEDE I REQUISITI
TECNICI RICHIESTI IN QUANTO IL PRODOTTO OFFERITO
NON E' A DISTACCO ELETTRICO.

UNIVÉ 18/12/2014






All. 4

10. SOLO SCRUTA COLLA GIUNA DELEGATA A RAPPRESENTARLE
JOHNSON & JOHNSON DURANTE LA SEDUTA DI APERTURA
POURÉ ECONOMICHE NELLA GARA PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
CITÉDO DI RMAUTARE L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
QUADRATIVO DELLA DATA IMPIEGATO AL POI LORO N°176
IN QUANTO NON CI RISULTA CHE IL PRODOTTO OFFERITO
SIA DOTATO DI COMPONENTE BIOATTIVA COME RICHIESTO
DA CAPITOLATO.

18-12-2017

Giulia Colla



SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it




REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
EGAS

AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIA' ESPRESSO RELATIVAMENTE
AL LOTTO 174 , IO SOTTOSCRIBO COLA GIULIA, CHIEDO DI
VERIFICARE ANCHE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL
SISTEMA DI DISTACCO E DI MORFOLOGIA DEI PRODOTTI
OFFERTI DALLA DITTA IMPLAMED, RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE
RICHIESTE DAL CAPITOLO.

18-12-2017

Gulka Collo







All. 5

18/12/2012

UDINE

Io sottoscritto, dottore BARBARA ZANELLA, chiedo venga
recuperata l'idoneità delle dette giudicate idonee
al lotto 52 con le seguenti motivazioni:
3 delle dette giudicate idonee non possiedono
i requisiti minimi richiesti da capo lotto
("FREE PAC")

dottore BARBARA ZANELLA
BIOMONIK ITALIA SPA







All. 6

IL SOTOSCRITTO PADOVAN ALESSANDRO,
RAPPRESENTANTE IN DATA ODIERNA 18/12/2017 PER LA DITTA
W.L. GORE e ASSOCIATI
ALLA III SEDUTA PUBBLICA RELATIVA ALL'APERTURA DELLE
OFFERTE ECONOMICHE PER "GARA ATTO CEDUNA APERTA PER LA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'FORNITURA
DI AGHI, STENT e ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA
INTERVENTISTICA E NEURO RADIOLOGIA ID. 16PRE023 CUC FVG"
IN RIFERIMENTO AL LOTTO 129 RILEVA PARCHEGGIATÀ SULLA
CONFRONTATÀ TECNICA DI QUANTO OFFERTO DALLAE DITTE
CONCORRENTI E ~~RISULTATO NON~~ RISULTATI NON SIANO STATI
RICHIESTITI DOVUTI CHIARIMENTI TECNICI IN CASA DI VALUTAZIONE
AVIA SCRIVENTE.
nlo' processo l'azienda W.L. GORE e ASSOCIATI si
riserva di produrre una memoria scritta in trascritto
A QUANTO SOPRA.

18/12/2017






All. 7

18/12/2017

Io SOTTOSCRITTO GRASSO ROBERTO CHIEDO
CHE VENGA MESSO A VERBALIS CHE SONO ARRIVATO
ALLA ORE 9,00 UNITO DI PROCURA HEDRONIC, CHIESO
PERTANTO DI POTER RAPPRESENTARSI LA STessa CON
PIGNI POTERI IN SOSTITUZIONE DELLA COLLOGA SIG^{RA} SCARINGOLI
~~DELLA UNITA' DI DOLCEA-~~
~~IN PARTICOLARE PER L'OFFERTA MIGLIORATIVA NOVATA~~
AL PARAGGIO DEL LOTTO 49 CON LA DITTA ACILIA UNITA'
DI SOLA DOLCEA -

D IN FEDDO



**VERBALE N. 4 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA - ID.16PRE023 CUC FVG**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 9:40, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per il proseguo della III seduta pubblica sospesa in data 18/12/2017 relativamente all'aggiudicazione del lotto n. 49 della gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di AGHI, STENT E ALTRO MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA - ID.16PRE023 CUC FVG.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott.ssa Ilaria Carlini componente
- Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente premette che, a seguito della contestazione presentata dal sig. Roberto Grasso durante la III seduta pubblica del 18/12/2017, l'aggiudicazione del lotto n. 49 è stata sospesa, al fine di verificare i presupposti di legge ed adottare in un secondo momento le opportune determinazioni in merito al lotto in questione.

A seguito della seduta di cui sopra e delle verifiche effettuate da questa Amministrazione relativamente la contestazione presentata dal sig. Roberto Grasso, si stabilisce che nella seduta odierna si provvederà a determinare l'aggiudicatario del lotto n. 49.

Il Presidente ricorda che per il lotto n. 49, le ditte ACILIA HS SRL e MEDTRONIC ITALIA SPA avevano offerto il medesimo prezzo unitario (€80,00/pz) ottenendo un punteggio totale di 90,03. Per individuare la ditta prima in graduatoria, si procede pertanto come previsto dal Disciplinare di gara; verificata la disponibilità a presentare offerta migliorativa, si prende atto che, mentre il rappresentante della ditta MEDTRONIC ITALIA SPA è munito di procura

SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 - Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

EGAS

speciale, la rappresentante della ditta ACILIA HS SRL risulta essere dotata di semplice delega a presenziare alla seduta di gara e pertanto non in grado di impegnare con la propria offerta la ditta da essa rappresentata. Conseguentemente il procuratore della ditta MEDTRONIC ITALIA SPA viene invitato, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara, a presentare offerta migliorativa; il procuratore della ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, aderendo all'invito, offre una miglioria di prezzo pari a €0,50/pz (prezzo finale €79,50/pz), conservata agli atti di questa Amministrazione. La ditta MEDTRONIC ITALIA SPA viene pertanto individuata quale prima in graduatoria per il lotto n. 49.

Si ricorda infine che, per quanto riguarda il lotto n. 49, sono presunte come anomale le offerte delle ditte ACILIA HS SRL e MEDTRONIC ITALIA SPA e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d'ufficio.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 9:55.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

F.to _____

Dott.ssa Ilaria Carlini

F.to _____

Sig. Eros Schneider

F.to _____

Allegato: n. 1 Prospetto comparativo delle offerte economiche ID.16PRE023 CUC FVG (lotto n. 49).

Prospetto comparativo delle offerte economiche ID.16PRE023 CUC FVG (lotto n. 49)

Lotto	Descrizione	Prezzo base del lotto per 24 mesi	Fabbisogni totali per 24 mesi	AB MEDICA SPA	ACILIA HS SRL	BIOTRONIK ITALIA SPA	INNOVA HTS SRL	MEDTRONIC ITALIA SPA	Non ammesse: ARTHYA SRL e STERIMED SRL	<p>Le ditte ACILIA HS SRL e MEDTRONIC ITALIA SPA offrono il medesimo prezzo unitario (€80,00/pz) ottenendo un punteggio totale di 90,03.</p> <p>Il procuratore della ditta MEDTRONIC ITALIA SPA offre una migliorata di prezzo pari a €0,50/pz (prezzo finale €79,50/pz), conservata agli atti di questa Amministrazione. La ditta MEDTRONIC ITALIA SPA viene pertanto individuata quale prima in graduatoria per il lotto n. 49</p>
49	Vedere All.A.2.agg.	€ 24.300,00			Anomala			Anomala		
	Punteggio tecnico			40,00	33,78	26,11	26,11	33,78		
	Offerta economica		180	€ 108,00	€ 80,00	€ 75,00	€ 79,00	€ 79,50		
	Offerta economica totale per 24 mesi	€ 13.500,00		€ 19.440,00	€ 14.400,00	€ 13.500,00	€ 14.220,00	€ 14.310,00		
	Punteggio economico			41,66667	56,25000	60,00000	56,96203	56,60377		
	Punteggio totale			81,66667	90,03000	86,11000	83,07203	90,38377		
	AGGIUDICATARIO			2^				AGGIUDICATARIO		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 05/03/2018 19:26:02
IMPRONTA: 854CCDF35E76222B7D966DD6018BC834D71CF181FC9CBE11EE2BBE012257EC43
D71CF181FC9CBE11EE2BBE012257EC43D12331C1275E1C1458A98D636B67DBF4
D12331C1275E1C1458A98D636B67DBF4A4E0318C604D78DC0D4780BBE308AAE1
A4E0318C604D78DC0D4780BBE308AAE1100D92797C95272F6441D5CF66C59577