



Allegato A.1 alla Determinazione

**VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IN AUTOMAZIONE E
REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA (I-II-II LIVELLO)
ERITROCITARIA E PIASTRINICA PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
DELL'ASUIUD E PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASUI.TS -
ID.16REA012**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 11:07 presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l'affidamento della FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IN AUTOMAZIONE E REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA (I-II-II LIVELLO) ERITROCITARIA E PIASTRINICA PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASUIUD E PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASUI.TS - ID.16REA012, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 13/04/2017.

La fornitura è articolata in più lotti per un importo di € 3.867.000,00 (+ € 4.769.300,00 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio nominato con nota n. 0017632 del 27/06/2017, è composto dal dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), dalla sig.ra Catia Todisco (teste) e dal sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12:00 del 29/06/2017, sono pervenuti n. 6 plachi, inviati dalle seguenti ditte che vengono numerati in ordine di arrivo secondo lo schema seguente:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	DITTA	CITTA'
23/06/2017	10.13	17275	1	ASTRA FORMEDIC SRL	MILANO (MI)
28/06/2017	9.50	17720	2	DIAMED ITALIANA SRL	VEDANO AL LAMBRO (MB)
28/06/2017	9.50	17721	3	BIO-RAD LABORATORIES SRL	SEGRATE (MI)
28/06/2017	11.02	17750	4	GRIFOLS ITALIA SPA	VICOPISANO (PI)
29/06/2017	7.58	17814	5	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	MILANO (MI)
29/06/2017	9.18	17835	6	IMMUCOR ITALIA SPA	MILANO (MI)

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa e n. 3 offerta economica.

Si procede all'apertura dei plichi in base alla numerazione assegnata, alla verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle tre buste interne, che vengono numerate.

Si procede quindi alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalle Norme di Partecipazione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto dal Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e controfirmata dal Presidente.

Al termine della verifica si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente:

N. CRON.	DITTA	Doc. amministrativa	Doc. tecnica	Lotti per i quali la ditta partecipa
1	ASTRA FORMEDIC SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	4
2	DIAMED ITALIANA SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	1 e 3
3	BIO-RAD LABORATORIES SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	2
4	GRIFOLS ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD	2 e 5
5	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	Regolare	Schede tecniche + CD	2
6	IMMUCOR ITALIA SPA	Regolare	Schede tecniche + CD	1, 5 e 6

Tutte le ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

Il Presidente del seggio procede successivamente a siglare le buste n. 3 contenenti le offerte economiche, mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta, verificandone



contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte medesime vengano chiuse in un plico che viene sigillato e siglato dal Presidente stesso.

Successivamente, il rappresentante della ditta DIAMED ITALIANA SRL chiede se, durante la seduta, alcune offerte economiche siano state aperte. A seguito di risposta negativa da parte del Presidente del seggio, il rappresentante sostiene che, secondo lui, sono state aperte, nel corso della seduta, alcune offerte economiche. Il Presidente del seggio pertanto procede, dinnanzi ai presenti, a riaprire il plico contenente le offerte economiche e sigillato in precedenza e a verificare l'integrità delle buste n. 3 contenute al suo interno rilevando, unitamente ai presenti, che tutte le buste risultavano regolarmente sigillate e controfirmate. Al termine della verifica il Presidente del seggio procede ad inserire le offerte economiche all'interno di un nuovo plico che viene chiuso, sigillato, siglato e conservato in cassaforte a cura del Presidente stesso.

La seduta si chiude alle ore 12:07.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon

F.to _____

Sig.ra Catia Todisco

F.to _____

Sig. Eros Schneider

F.to _____



**VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IN AUTOMAZIONE E
REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA (I-II-II LIVELLO)
ERITROCITARIA E PIASTRINICA PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
DELL'ASUI.UD E PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASUI.TS –
ID.16REA012**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 8:52, presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle offerte economiche relativo alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IN AUTOMAZIONE E REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA (I-II-II LIVELLO) ERITROCITARIA E PIASTRINICA PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASUI.UD E PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASUI.TS – ID.16REA012.

Sono presenti:

- Dott. Marco Zanon presidente
- Dott.ssa Ilaria Carlini componente
- Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell'esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna offerta come riportato nei verbali redatti in data 25/10/2017 e 22/11/2017 (All. 1) di cui si da lettura ai presenti, parte integrante del presente atto.

Si procede, quindi, all'apertura della busta sigillata n. 3, contenente l'offerta economica delle ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (All. 2), parte integrante del presente verbale.

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui all'allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d'ufficio.

Il presente verbale viene rimesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 9:20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Marco Zanon *F.to* _____

Dott.ssa Ilaria Carlini *F.to* _____

Sig. Eros Schneider *F.to* _____

Allegati:

- n. 2 verbali della Commissione Giudicatrice (All. 1);
- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (All. 2).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

All. 1

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IN AUTOMAZIONE E REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA (I-II-II LIVELLO) ERITROCITARIA E PIASTRINICA PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASUIUD E PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASUITS - ID.16REA012

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 9:35, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

Dr. Marco Zanon	Presidente
Dr.ssa Valeria Miotti	Componente
Dr.ssa Maria Giavitto	Componente
Dr.ssa Rita Albrigo	Componente
Dr. Roberto Tiussi	Componente

Assiste i lavori il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura non è stata richiesta campionatura;

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;
- facendo seguito alla trasmissione dei plachi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici dell'EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, verificatane l'integrità, procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- viste le schede tecniche e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, procede all'esame della documentazione tecnica per i lotti n. 1-3-4-5-6, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento;
- stabilisce di richiedere alcuni chiarimenti alla ditta DIAMED ITALIANA SRL in merito alla documentazione tecnica da essa presentata al lotto n. 1;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti n. 3-4-5-6 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice".

A conclusione dei lavori, alle ore 13:20, la Commissione decide di aggiornare i lavori in data da definirsi e ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dr. Marco Zanon *F.to* _____ presidente
- Dr.ssa Valeria Miotti *F.to* _____ componente
- Dr.ssa Maria Giavitto *F.to* _____ componente
- Dr.ssa Rita Albrigo *F.to* _____ componente
- Dr. Roberto Tiussi *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IN
AUTOMAZIONE E REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA
(I-II-II LIVELLO) ERITROCITARIA E PIASTRINICA PER IL DIPARTIMENTO DI
MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASUIUD E PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASFUSIONALE DELL'ASUITS - ID.16REA012**

VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA

Il giorno 22 novembre 2017 alle ore 9:30, presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri:

Dr. Marco Zanon	Presidente
Dr.ssa Valeria Miotti	Componente
Dr.ssa Maria Giavitto	Componente
Dr.ssa Rita Albrigo	Componente
Dr. Roberto Tiussi	Componente

Assiste i lavori il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

Qualità	punti 40
Prezzo	punti 60

- che per la suddetta fornitura non è stata richiesta campionatura;

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il proseguo dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti per i lotti n. 1 e n. 2, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell'ammissione e l'attribuzione dei punteggi previsti per Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale;
- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse dalla gara;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- visti i chiarimenti presentati dalla ditta DIAMED ITALIANA SRL (lotto n. 1) e le schede tecniche e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, prosegue l'esame della documentazione tecnica per i lotti n. 1 e n. 2, al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richieste per l'ammissione alla gara in argomento;
- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti n. 1 e n. 2 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo "Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice", allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto di gara:
 - le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l'elemento "Qualità";
 - le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati.

A conclusione dei lavori, alle ore 13:30, la Commissione Giudicatrice riordina i plichi contenenti la documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell'EGAS - e rimette gli atti all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

- Dr. Marco Zanon *F.to* _____ presidente
- Dr.ssa Valeria Miotti *F.to* _____ componente
- Dr.ssa Maria Giavitto *F.to* _____ componente
- Dr.ssa Rita Albrigo *F.to* _____ componente
- Dr. Roberto Tiussi *F.to* _____ componente
- Dott. Alberto Nonino *F.to* _____ segretario verbalizzante

Allegato: n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa

Prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa

LOTTO 1	Descrizione sintetica del lotto: Sistemi analitici completamente automatici per la determinazione in routine del gruppo sanguigno e per la ricerca di anticorpi irregolari su donatori e pazienti mediante tecnica di agglutinazione in micropiastra	Progetto	Hardware e software di gestione del sistema nel suo complesso	Qualità analitica	Assistenza tecnica e Referenze	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
Punti max	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00			
SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
INSUFFICIENTE = 0,20	2,00	2,00	2,00	2,00					
MEDIOCRE = 0,35	3,50	3,50	3,50	3,50					
SUFFICIENTE = 0,50	5,00	5,00	5,00	5,00					
BUONO = 0,75	7,50	7,50	7,50	7,50					
OTTIMO = 1,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
DIAMED ITALIANA SRL	2,00	7,50	5,00	3,50	18,00	non ammessa / punteggio inferiore al richiesto	Il progetto presentato dalla ditta risulta essere insufficiente in relazione al fatto che: 1) viene proposto l'utilizzo di piastre preseminate che non risponde alle esigenze funzionali e organizzative dei Laboratori; 2) tali piastre prevedono di essere conservate in frigorifero, richiedendo notevoli disponibilità di spazi di stoccaggio, non sempre logisticamente disponibili; capacità di carico nettamente inferiore per i "gruppi" (50 campioni/ora); numero reattivi a bordo inferiore (16). Hardware e software di gestione del sistema nel suo complesso: giudizio buono Qualità analitica: limite derivante dalle modalità di conservazione delle piastre dopo il primo utilizzo (dichiara un riutilizzo entro 5 giorni, solo per una seconda volta) Assistenza tecnica: presenza di numero verde; tempi e modalità di intervento dalla chiamata non dichiarati espressamente né dettagliati. Referenze: n. 1 sul mercato italiano		
IMMUCOR ITALIA SPA	10,00	7,50	10,00	10,00	37,50	ammessa	Progetto ottimale per la possibilità di una maggiore personalizzazione dei profili di lavoro (piastre non preseminate); conservazione ottimale delle piastre, in quanto consente la conservazione a temperatura ambiente; capacità di carico ottimale per i "gruppi" (100 campioni/ora); numero reattivi a bordo superiore (42). Hardware e software di gestione del sistema nel suo complesso: giudizio buono Qualità analitica: potenzialità migliore per la ricerca di anticorpi irregolari grazie all'utilizzo di 4 cellule. Condizioni ottimali di conservazione e riutilizzo delle piastre. Assistenza tecnica: mette a disposizione n. 11 figure professionali di riferimento; dichiara espressamente tempi di intervento entro 24 ore solari dalla chiamata telefonica dal lunedì al venerdì, dettagliando le relative modalità di intervento. Referenze: n. 3 sul mercato italiano per il modello offerto in gara [La ditta riporta anche oltre n. 90 referenze per il modello precedente]		40,00
LOTTO 2	Descrizione sintetica del lotto: Fornitura in full-service di Sistemi analitici completamente automatici per l'esecuzione di test immunoematologici mediante tecnica di agglutinazione su colonna	Progetto	Hardware e software di gestione del sistema nel suo complesso	Qualità analitica	Assistenza tecnica e Referenze	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
Punti max	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00			
SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
INSUFFICIENTE = 0,20	2,00	2,00	2,00	2,00					
MEDIOCRE = 0,35	3,50	3,50	3,50	3,50					
SUFFICIENTE = 0,50	5,00	5,00	5,00	5,00					
BUONO = 0,75	7,50	7,50	7,50	7,50					
OTTIMO = 1,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
BIO-RAD LABORATORIES SRL	5,00	7,50	5,00	5,00	22,50	ammessa	Progetto > giudizio sufficiente (ingombro superiore. Capacità di carico dello strumento più grande: 28 flaconi di reagenti. Capacità di carico dei campioni: 180. Capacità di carico delle schedine: 240. Gestione delle urgenze: giudizio non sufficiente. Gestione controlli di qualità: specifica l'offerta di un programma annuale di controllo di qualità esterno che si ritiene ottimale). Hardware e software di gestione del sistema nel suo complesso: giudizio buono. Qualità analitica: giudizio sufficiente Assistenza tecnica: dal lunedì al sabato mattina. Assistenza da remoto. Tempo di intervento dalla chiamata entro 24 ore. Referenze sul mercato italiano: 44.	24,00	
GRIFOLS ITALIA SPA	10,00	7,50	10,00	10,00	37,50	ammessa	Progetto > giudizio ottimale (ingombro: soluzione più compatta. Capacità di carico dello strumento più grande: 54 flaconi di reagenti. Capacità di carico dei campioni: 96. Capacità di carico delle schedine: 400. Ottimale la gestione delle urgenze. Gestione controlli di qualità: specifica l'offerta di un programma annuale di controllo di qualità esterno che si ritiene ottimale). Hardware e software di gestione del sistema nel suo complesso: giudizio buono. Qualità analitica: giudizio ottimale per il migliore utilizzo delle schedine grazie alla possibilità di foratura parziale e per la tempistica di gestione del campione urgente Assistenza tecnica: collegamento remoto per tele assistenza, disponibile e consultabile in qualunque momento; tempo di intervento dalla chiamata 4 ore (8 ore nel caso venga prevista la sostituzione di parti di ricambio nella dotazione standard; entro 24 ore in caso di parti di ricambio aggiuntive); sostituzione apparecchiatura entro 24 ore dalla diagnosi di mancata riparazione in loco. Orario per le chiamate di richiesta assistenza: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00. Referenze sul mercato italiano: 32	40,00	
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	7,50	10,00	10,00	10,00	37,50	ammessa	Progetto > giudizio buono (ingombro superiore. Capacità di carico dello strumento più grande: 80 flaconi di reagenti. Capacità di carico dei campioni: 84. Capacità di carico delle schedine: 256. Ottimale la gestione delle urgenze. Gestione controlli di qualità buona). Hardware e software di gestione del sistema nel suo complesso: giudizio ottimale in quanto dichiara una trasmissione diretta del dato al gestionale Emonet senza alcuna interposizione di altri middleware. Qualità analitica: giudizio ottimale per il migliore utilizzo delle schedine grazie alla possibilità di foratura parziale e per la tempistica di gestione del campione urgente Assistenza tecnica: servizio di messaggistica H24; tempo di intervento dalla chiamata 4 ore. Referenze sul mercato italiano: 61.	40,00	
LOTTO 3	Descrizione sintetica del lotto: Fornitura in full-service di Sistema analitico completo (strumentazioni + reagenti) per la determinazione del genotipo fetale da plasma materno	Progetto	Hardware e software di gestione del sistema nel suo complesso	Qualità analitica	Assistenza tecnica e Referenze	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
Punti max	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00			
SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
INSUFFICIENTE = 0,20	2,00	2,00	2,00	2,00					
MEDIOCRE = 0,35	3,50	3,50	3,50	3,50					
SUFFICIENTE = 0,50	5,00	5,00	5,00	5,00					
BUONO = 0,75	7,50	7,50	7,50	7,50					
OTTIMO = 1,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
DIAMED ITALIANA SRL	7,50	7,50	7,50	7,50	30,00	ammessa			40,00

LOTTO 4	Descrizione sintetica del lotto: Fornitura di reagenti per la diagnostica molecolare dei Gruppi Sanguigni mediante metodica in PCR-SSP	Progetto	Qualità analitica	Referenze	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
Punti max	15,00	15,00	10,00	40,00				Riparametrizzazione offerte ammissibili
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	3,00	3,00	2,00				
	MEDIOCRE = 0,35	5,25	5,25	3,50				
	SUFFICIENTE = 0,50	7,50	7,50	5,00				
	BUONO = 0,75	11,25	11,25	7,50				
	OTTIMO = 1,00	15,00	15,00	10,00				
ASTRA FORMEDIC SRL	11,25	11,25	7,50	30,00	ammessa			40,00
LOTTO 5	Descrizione sintetica del lotto: Sistema per la genotipizzazione eritrocitaria estesa ad alta produttività mediante tecnologia DNA-microarray	Progetto	Qualità analitica	Referenze	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
Punti max	15,00	15,00	10,00	40,00				Riparametrizzazione offerte ammissibili
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	3,00	3,00	2,00				
	MEDIOCRE = 0,35	5,25	5,25	3,50				
	SUFFICIENTE = 0,50	7,50	7,50	5,00				
	BUONO = 0,75	11,25	11,25	7,50				
	OTTIMO = 1,00	15,00	15,00	10,00				
GRIFOLS ITALIA SPA	15,00	15,00	10,00	40,00	ammessa	Possibilità di eseguire qualsiasi numero di test. Tempo esecuzione 4h per 48 campioni. VEQ: invio di 4 campioni 2 volte all'anno. Reagenti: offerta qualitativa ottimale per la popolazione caucasica. Presenza di reagenti pronti all'uso e conservabili a +4°. 5 referenze sul mercato italiano prevalentemente in strutture di eccellenza; supporto scientifico ottimale per la risoluzione di problematiche immunoematologiche complesse		40,00
IMMUCOR ITALIA SPA	11,25	11,25	7,50	30,00	ammessa	Possibilità di eseguire qualsiasi numero di test. Tempo esecuzione 5h 30' per 64 campioni. VEQ: invio di 2 campioni 2 volte all'anno. Reagenti conservati a temperatura compresa tra -20° e -80°, pronti all'uso soltanto una volta scongelati. 10 referenze sul mercato italiano; supporto scientifico buono: si avvale di esperti nazionali e internazionali nel settore dell'immunoematologia molecolare		30,00
LOTTO 6	Descrizione sintetica del lotto: Sistema analitico completamente automatico per la ricerca degli anticorpi anti- piastrine (test diretto e indiretto) e l'esecuzione del cross-match piastrinico	Progetto	Qualità analitica	Referenze	PUNTEGGIO TOTALE	Esito ammissibilità	Motivazione del punteggio e/o della non ammissione	Riparametrizzazione offerte ammissibili
Punti max	15,00	15,00	10,00	40,00				Riparametrizzazione offerte ammissibili
	SCARSO = 0,00	0,00	0,00	0,00				
	INSUFFICIENTE = 0,20	3,00	3,00	2,00				
	MEDIOCRE = 0,35	5,25	5,25	3,50				
	SUFFICIENTE = 0,50	7,50	7,50	5,00				
	BUONO = 0,75	11,25	11,25	7,50				
	OTTIMO = 1,00	15,00	15,00	10,00				
IMMUCOR ITALIA SPA					non ammessa	il kit offerto non presenta parametri di qualità sufficienti per l'utilizzo nel Laboratorio di ASUI.UD		

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16REA012

Lotto						
1		Prezzo omnicomprensivo a base d'asta per 36 mesi	€ 1.125.000,00	IMMUCOR ITALIA SPA		
		Punteggio tecnico	40,00	Non ammessa: DIAMED ITALIANA SRL		
		A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro	€ 316.834,80			
		B) Importo annuo noleggio apparecchiature	€ 15.000,00			
		C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature	€ 9.000,00			
		D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso	€ 389,62			
		E) Importo complessivo del lotto per 36 mesi E=[("A"+"B"+"C")*3]+“D”	€ 1.022.894,02			
		Punteggio economico	60,0000			
		Punteggio totale	100,0000			
		AGGIUDICATARIO	AGGIUDICATARIO			
Lotto		Bio-Rad Laboratories SRL Di cui € 60.000,00 complessivi presunti per 36 mesi riservati alla ditta che risulterà classificata al secondo posto nella graduatoria finale, per la fornitura dei Pannelli Eritrocitari aggiuntivi (1 sospensione di emazie in Liss e 1 di emazie trattate con enzimi proteolitici al mese) per l'identificazione degli anticorpi irregolari (necessari ed indispensabili per l'esecuzione delle indagini immunoematologiche di II livello).		Grifols Italia Srl Anomala	Ortho Clinical Diagnostics Italy Srl Anomala	
2		Prezzo omnicomprensivo a base d'asta per 36 mesi	€ 2.034.000,00			
		Punteggio tecnico	24,00			
		A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro	€ 360.345,42			
		B) Importo annuo noleggio apparecchiature	€ 75.000,00			
		C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature	€ 140.000,00			
		D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso	€ 389,62			
		E) Importo complessivo del lotto per 36 mesi E=[("A"+"B"+"C")*3]+“D”	€ 1.681.695,97			
		Punteggio economico	58.4455			
		Punteggio totale	82,4455			
		AGGIUDICATARIO	AGGIUDICATARIO			
Lotto		Diamed Italiana Srl Anomala	AGGIUDICATARIO	2^		
3		Prezzo omnicomprensivo a base d'asta per 36 mesi	€ 120.000,00			
		Punteggio tecnico	40,00			
		A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro	€ 21.384,30			
		B) Importo annuo noleggio apparecchiature	€ 12.800,00			
		C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature	€ 3.200,00			
		D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso	€ 276,00			
		E) Importo complessivo del lotto per 36 mesi E=[("A"+"B"+"C")*3]+“D”	€ 112.428,90			
		Punteggio economico	60,0000			
		Punteggio totale	100,0000			
		AGGIUDICATARIO	AGGIUDICATARIO			
Lotto		Astra Formedic Srl Anomala	AGGIUDICATARIO			
4		Prezzo omnicomprensivo a base d'asta per 36 mesi	€ 18.000,00			
		Punteggio tecnico	40,00			
		A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro	€ 5.691,00			
		B) Importo annuo noleggio apparecchiature	€ 0,00			
		C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature	€ 0,00			
		E) Importo complessivo del lotto per 36 mesi E=[("A"+"B"+"C")*3]	€ 17.073,00			
		Punteggio economico	60,0000			
		Punteggio totale	100,0000			
		AGGIUDICATARIO	AGGIUDICATARIO			
Lotto		Grifols Italia Srl Anomala	AGGIUDICATARIO	Immucor Italia Srl 30,00		
5		Prezzo omnicomprensivo a base d'asta per 36 mesi	€ 450.000,00			
		Punteggio tecnico	40,00			
		A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro	€ 97.918,00	Immucor Italia Srl 30,00		
		B) Importo annuo noleggio apparecchiature	€ 2.000,00			
		C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature	€ 8.000,00			
		D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso	€ 276,00			
		E) Importo complessivo del lotto per 36 mesi E=[("A"+"B"+"C")*3]+“D”	€ 324.030,00			
		Punteggio economico	60,0000			
		Punteggio totale	100,0000			
		AGGIUDICATARIO	AGGIUDICATARIO			
Lotto		DESERTO	Non ammessa: Immucor Italia Srl	2^		
6						

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 10/01/2018 19:19:24
IMPRONTA: 23D7A3F72536B04B99C9444449E8AF27C9A159840F33765D8226A3DE5B91053D
C9A159840F33765D8226A3DE5B91053DBA04A50659377C1FBF20979D587988C9
BA04A50659377C1FBF20979D587988C9BDF4FC13E422DB4C1403BC6C6CDD7685
BDF4FC13E422DB4C1403BC6C6CDD7685D3118A1444B3D024240A75F55FE70F64*