

VERBALE N 1
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA TNT NON STERILE (ID17ECO001.3)

Il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 14.15 presso l'ARCS - si è riunita in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con determina n. 38 del 15.01.2020, per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura di TNT non sterile -ID17ECO001.3, composta da:

Laura Distefano	Presidente
Giovanni Molfetta	Componente
Paola Cargnelutti	Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante il Sig. Castellarin Nicola funzionario ARCS.

Premesso che:

- la procedura di gara è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1143 del 25/11/2019.
- la fornitura è articolata in più lotti e sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

IL PRESIDENTE

Rileva che nella piattaforma RDO entro il 30/12/2019 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO
1	BENEFIS SRL
2	BETATEX SPA
3	CHEMIL
4	CLINI-LAB
5	COREMEC SRL
6	EFFEBI HOSPITAL
7	F.A.S.E. SRL
8	IDS
9	LOHMANN & RAUSCHER
10	MOLNLYCKE HEALTH CARE Srl
11	NOVAMEDISAN
12	UMBRA
13	MEDIFOR VENETA

LA COMMISSIONE

rileva che i criteri di valutazione qualitativa delle offerte sono esplicitati nella documentazione di gara e che la procedura di attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi.

Richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto, la Commissione procede a dare lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti al fine di accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato.

Per ciascun concorrente viene verificata la presenza dei requisiti minimi.

La Commissione prosegue con la valutazione delle offerte tecniche e della campionatura pervenuta, in particolare inizia l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità dei lotti n. 3 e n 43.

Dispone che le tutte le valutazioni vengano riportate nel documento riepilogativo finale allegato al verbale di data odierna, quale parte integrante.

La Commissione chiude i lavori alle ore 16.35.

Letto approvato e sottoscritto.

Distefano Laura f.to_____

Giovanni Molfetta f.to_____

Paola Cargnelutti f.to_____

Nicola Castellarin f.to_____

Allegato 1 al presente verbale

Tabella valutativa gara per la fornitura di TNT NON STERILE - ID17ECO001/3

	DESCRIZIONE		GIUDIZI	COMPOSIZIONE 18 PUNTI	COMFORT 35 PUNTI	CONFEZIONAMENTO 17 PUNTI		TOTALE	RIPARAMETRIZZAZIONE
3	Mascherina chirurgica ad almeno 3 strati con lacci, ad alto potere filtrante con caratteristiche antifog, (posizionato lungo tutto il lato superiore della mascherina) ad elevata respirabilità, confortevole.	Proposta ottima 100% Proposto buona 80% Proposta discreto 65% Proposta sufficiente 50% Proposta scadente 0%	Saranno valutate la tipologia e la qualità delle cuciture e dei bordi delle mascherine, i valori di efficienza batterica /bfe) e pressione differenziale (pa). Classificando le proposte secondo la tabella sopra indicata.	Verrà valutata l'adattabilità al volto e la tenuta della barretta stringinaso. Classificando le proposte secondo la tabella sopra indicata.	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento inteso come: ingombro, facilità di apertura in modo aseptico della confezione, consistenza della confezione, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa. Classificando le proposte secondo la tabella sopra indicata.			70	
Ditta	BENEFIS SRL	Punteggio		14,4	28	13,6		56,00	70,00
		Motivazione		buona la qualità delle cuciture e dei bordi	buona copertura viso, buona tenuta della barretta stringinaso	buono il confezionamento, scatola rigida e facilità di estrazione delle mascherine			
Ditta	BETATEX SPA	Punteggio							
		Motivazione		esclusa in quanto i campioni non presentano lo strato interno con sistema antifog e manca il codice a barre nella confezione					
Ditta	CHEMIL	Punteggio		14,4	22,75	11,05		48,2	60,25
		Motivazione		buona la qualità delle cuciture e dei bordi	discreta la copertura del volto	discreta la consistenza della confezione, cartone leggero			
Ditta	CLINI-LAB SRL	Punteggio		14,4	17,5	11,05		42,95	53,69
		Motivazione		buona la qualità delle cuciture e dei bordi	sufficiente, poco confortevole il sistema antifog	discreta la consistenza della confezione, cartone leggero			
Ditta	COREMEC SRL	Punteggio		0	22,75	13,6		36,35	
		Motivazione		scadente la termosaldatura laterale dei lacci; alla minima trazione si strappano	discreta l'adattabilità al volto	buono il confezionamento, scatola rigida e facilità di estrazione delle mascherine			Punteggio < 42 punti non ammessa alle fasi successive
Ditta	F.A.S.E.	Punteggio							
		Motivazione		esclusa in quanto presentano una mascherina a 4 strati (richiesti 3 strati - vedere chiarimento), inoltre la barretta stringinaso misura 10,2 cm (a capitolato era previsto non inferiore a 12 cm)					
Ditta	IDS	Punteggio							
		Motivazione		esclusa in quanto i campioni non presentano lo strato interno con sistema antifog, inoltre manca la dichiarazione nichel free e manca il codice a barre nella confezione					
Ditta	LOHMANN & RAUSCHER	Punteggio		0	0	0		0	
		Motivazione		Scadente: parametro non è valutabile, poiché non è stata presentata la campionatura.	Scadente: parametro non è valutabile, poiché non è stata presentata la campionatura.	Scadente: parametro non è valutabile, poiché non è stata presentata la campionatura.			Punteggio < 42 punti non ammessa alle fasi successive
Ditta	MOLNLYCKE HEALTH CARE	Punteggio		0	28	13,6		41,60	
		Motivazione		scadente la termosaldatura laterale dei lacci; alla minima trazione si strappano	buono il comfort e l'adattabilità al volto	buono il confezionamento, scatola rigida e facilità di estrazione delle mascherine			Punteggio < 42 punti non ammessa alle fasi successive
Ditta	NOVAMEDISAN ITALIA	Punteggio							
		Motivazione		esclusa in quanto la lunghezza dei lacci della mascherina è inferiore a 40 cm (riscontrato sulla campionatura), manca la dichiarazione nichel free e manca il codice a barre nella confezione					
Ditta	UMBRA	Punteggio		0	0	0		0	
		Motivazione		Scadente: parametro non è valutabile, poiché non è stata presentata la campionatura.	Scadente: parametro non è valutabile, poiché non è stata presentata la campionatura.	Scadente: parametro non è valutabile, poiché non è stata presentata la campionatura.			Punteggio < 42 punti non ammessa alle fasi successive

	DESCRIZIONE		GIUDIZI	RESISTENZA ALLA TRAZIONE 18 PUNTI	ADATTABILITA' E COPERTURA 27 PUNTI	COMPOSIZIONE 17 PUNTI	CONFEZIONAMENTO 8 PUNTI	TOTALE	RIPARAMETRIZZAZIONE
43	Copri poltrona in TNT monouso possibilmente impermeabile/idrorepellente bianco misure cm. 160x290 circa. Grammi 50 metro quadro.		Proposta ottima 100% Proposto buona 80% Proposta discreto 65% Proposta sufficiente 50% Proposta scadente 0%	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del tessuto. Ed eventuali lacci. Classificando le proposte secondo la tabella sopra indicata.	Verrà valutata l'adattabilità, copertura ecc.... Classificando le proposte secondo la tabella sopra indicata.	Saranno valutate la tipologia la qualità e la composizione dei materiali usati per i prodotti richiesti. Classificando le proposte secondo la tabella sopra indicata.	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura in modo asettico della confezione, consistenza della confezione, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa. Classificando le proposte secondo la tabella sopra indicata.		
Ditta	BETATEX SPA	Punteggio		14,4	0	17	6,4	37,80	
		Motivazione		buona la consistenza e la resistenza della trazione del tessuto	scadente l'adattabilità e la copertura della poltrona	ottima tipologia e qualità dei materiali	buono il confezionamento		Punteggio < 42 punti non ammessa alle fasi successive
Ditta	CHEMIL	Punteggio		11,7	21,6	13,6	6,4	53,30	
		Motivazione		discreta la consistenza e la resistenza della trazione del tessuto	buona l'adattabilità e la copertura della poltrona	buona la tipologia e la qualità dei materiali	buono il confezionamento		70,00
Ditta	EFFEBI HOSPITAL	Punteggio		11,7	0	13,6	6,4	31,70	
		Motivazione		discreta la consistenza e la resistenza della trazione del tessuto	scadente l'adattabilità e la copertura della poltrona	buona la tipologia e la qualità dei materiali	buono il confezionamento		Punteggio < 42 punti non ammessa alle fasi successive
Ditta	MEDIFOR VENETA	Punteggio		11,7	21,6	13,6	6,4	53,30	
		Motivazione		discreta la consistenza e la resistenza della trazione del tessuto	buona l'adattabilità e la copertura della poltrona	buona la tipologia e la qualità dei materiali	buono il confezionamento		70,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 06/02/2020 16:40:28
IMPRONTA: 6343E6395565F4408EAC26DD1E51F03AFD9D77E772E670EF533E47E7ACB4C605
FD9D77E772E670EF533E47E7ACB4C60541AADD40C788EF9E912228186D8FFEBE
41AADD40C788EF9E912228186D8FFEBEA1923484BE8875F20F4B48912F0ABA3C
A1923484BE8875F20F4B48912F0ABA3CA80C50723D4A670C77FFA7999AF9F33D