

**VERBALE N. 1 GARA ESPERTA TRAMITE RDO APERTA N. 2882928 SUL PORTALE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAVOLI CESAREO DESTINATI ALL’ATTREZZAGGIO DEI BLOCCHI PARTO DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) E DELL’OSPEDALE DI UDINE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) – ID21APB012.10**

L’anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di Gennaio 2022 alle ore 09:30 presso i locali dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, siti in via Pozzuolo n. 330 a Udine, pal. C piano I, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale ARCS N. 893 del 20/12/2021 ed incaricata della valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura indicata in oggetto;

Sono presenti i Sigg:

per ASFO - Dott.ssa Fracas Mara (Presidente)	<b>Presidente</b>
per ASUFC – p.ind. Guglielmo Pecoraro	<b>Componente</b>
per ASUFC – Dott.ssa Cecilia Luttmann	<b>Componente</b>

assiste e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la sig.ra Daniela Mattiussi.

**Premesso che:**

- la gara in argomento è svolta in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma predisposta da Consip per il tramite del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante RDO aperta N. 2882928.
- la fornitura è articolata in un unico lotto per un importo complessivo di € 80.000,00 netti (oltre a € 164,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 80.000,00 per opzioni contrattuali) e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi:

<b>Qualità/prezzo</b>	<b>70/30</b>
-----------------------	--------------

- ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale di gara è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti su 70 e pertanto saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non raggiungeranno tale soglia;
- ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale è prevista altresì una prova pratica/visione al fine di verificare la rispondenza delle attrezzature alle specifiche esigenze degli utilizzatori e valutarne ergonomia, funzionalità, manovrabilità, movimentazione, igienicità e accessoristica;
- i criteri di valutazione delle offerte sono esplicitati nella documentazione di gara e

l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nel disciplinare di gara;

- con determinazione dirigenziale ARCS n. 864 dd. 09/12/2021 è stata disposta l'ammissione alla procedura di gara de qua dei seguenti operatori economici:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione
1	ALTAMED S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
2	GETINGE ITALIA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
3	MEDICA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
4	OPT SURGISYSTEMS S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
5	SCHMITZ ITALIA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

- i lavori della seduta odierna prevedono l'esame della documentazione tecnica presentata dagli operatori sopraccitati;

### LA COMMISSIONE

per le operazioni di valutazione procederà come segue: per l'attrezzatura oggetto della fornitura (art. 1 del Capitolato Tecnico) sarà data lettura della documentazione tecnica, proposta dagli offerenti, al fine di verificarne la conformità ai requisiti di minima (art. 4 del capitolato tecnico) proseguendo poi, a seguito di giudizio di idoneità delle offerte presentate, con l'esame comparativo delle offerte ritenute idonee allo scopo di formulare il giudizio finale, sulla base dei parametri di qualità previsti dall'art. 10 del Capitolato di gara.

La Commissione esprimerà la propria valutazione riportando nella tabella di valutazione: il giudizio sulla proposta, il relativo coefficiente e il punteggio (ottenuto dalla moltiplicazione del coefficiente per il punteggio massimo attribuibile)

Preliminarmente viene effettuata la ricognizione della documentazione tecnica prodotta, precedentemente scaricata dalla Piattaforma "MEPA di Consip".

La Commissione rileva che tutti gli operatori economici hanno presentato la documentazione tecnica obbligatoriamente richiesta consistente in:

- 1) Relazione tecnica comprensiva delle schede tecniche;
- 2) Allegato dal titolo "Impegni per il Fornitore";
- 3) Copia dell'OFFERTA ECONOMICA (fac-simile all. E1) senza indicazione alcuna dei prezzi o di ogni altro elemento che possa determinarlo;
- 4) Allegato dal titolo "QUESTIONARIO TECNICO";
- 5) DEPLIANTS o BROCHURES;

- 6) Allegati "RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI ASFO e ASUFC)";
- 7) Allegato "Formazione Personale Sanitario";
- 8) Allegato "Formazione Personale Tecnico";
- 9) Le eventuali certificazioni di conformità a direttive, norme tecniche, sistemi di gestione per la qualità o altre certificazioni possedute dalle apparecchiature e dal servizio di assistenza tecnica offerti;
- 10) Allegato "Contratto di Manutenzione Full-Risk";
- 11) una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell'ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali.

### IL PRESIDENTE

richiamate le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali minime richieste per la fornitura in oggetto, pena esclusione, procede all'apertura dei files prodotti dai partecipanti, contenenti la documentazione tecnica richiesta, precedentemente scaricata, e alla disamina dei contenuti degli stessi, al fine di determinare la rispondenza delle caratteristiche delle attrezzature offerte con quelle definite nella Documentazione di gara.

La seduta viene sospesa alle ore 13:40 e ripresa alle ore 14.15, proseguendo con l'analisi della documentazione, fino alle ore 16:00.

La seduta viene aggiornata alla data del 4 Febbraio 2022.

Dott.ssa Fracas Mara	f.to_____
p.ind. Guglielmo Pecoraro	f.to_____
Dott.ssa Cecilia Luttmann	f.to_____
Daniela Mattiussi	f.to_____ segretario verbalizzante

**VERBALE N. 2 GARA ESPERITA TRAMITE RDO APERTA N. 2882928 SUL PORTALE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAVOLI CESAREO DESTINATI ALL’ATTREZZAGGIO DEI BLOCCHI PARTO DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) E DELL’OSPEDALE DI UDINE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) – ID21APB012.10**

L’anno duemilaventidue, il giorno 4 del mese di Febbraio 2022 alle ore 09:30 presso i locali dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, siti in via Pozzuolo n. 330 a Udine, pal. C piano I, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale ARCS N. 893 del 20/12/2021 ed incaricata della valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura indicata in oggetto;

Sono presenti i Sigg:

per ASFO - Dott.ssa Fracas Mara (Presidente) **Presidente**

per ASUFC – p.ind. Guglielmo Pecoraro **Componente**

per ASUFC – Dott.ssa Cecilia Luttmann **Componente**

assiste e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la sig.ra Daniela Mattiussi.

**IL PRESIDENTE**

ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha iniziato ad esaminare il contenuto dei documenti relativi alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici;

**LA COMMISSIONE**

riprende la disamina dei contenuti degli stessi, al fine di determinare la rispondenza delle caratteristiche delle attrezzature offerte con quelle definite nella Documentazione di gara.

In corso d’analisi, viene rilevato che:

- la società Altamed srl presenta una dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nella quale dichiara quanto segue: *"Il tavolo operatorio è dotato di una regolazione elettrificate dell'altezza tra un range di 660 e 1030 mm. L'altezza minima di 660 mm e una escursione in altezza di 370 mm consentono di adempiere senza alcun limite alle prestazioni richieste dalle specialità oggetto di fornitura";*
- la società Schmitz Italia srl nella propria offerta dichiara una altezza minima di 68 cm e massima di 118cm, con un range di 50cm;

- entrambi gli operatori economici succitati hanno presentato attrezzature con altezza minima della colonna differente da quanto richiesto nel Capitolato Speciale all' art. 4 punto 3.5, che prevede quanto segue: *"Altezza regolabile elettricamente ad ampia escursione con **range** almeno nell'intervallo 600-1000 mm"*;
- i prodotti non sono ritenuti equivalenti, ancorché l'equivalenza venga richiesta da Altamed srl nella relazione all'uopo allegata alla documentazione tecnica, per entrambe le offerte degli operatori anzidetti, poiché l'altezza minima risulta essere eccessiva a consentire un'agevole accesso al tavolo anche da parte di partorienti di bassa statura senza l'utilizzo di ulteriori ausili, non rispondendo, di fatto, alle funzioni cui gli stessi sono preposti, limitandone l'utilizzo e l'accesso a tutti i diversi pazienti;
- le offerte tecniche degli O.E. Altamed srl e Schmitz Italia, pertanto, non rispondono ai requisiti di minima richiesti pena esclusione dalla gara, risultando inidonee.

Ciò detto, dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione all'unanimità esprime il proprio giudizio di idoneità rispetto alle caratteristiche di minima richieste dal capitolato, pena esclusione, delle offerte prodotte, come segue:

<b>DITTA</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>GIUDIZIO</b>
Altamed srl	PST 300	Non idoneo/ESCLUSO
Getinge Italia srl	Maquet Meera	idoneo
Medica srl	Hybase 8300	idoneo
Opt Surgysistems srl	Vita	idoneo
Schmitz Italia	Diamond 60 BLK	Non idoneo/ESCLUSO

La Commissione prosegue con l'analisi della documentazione e, al fine di equiparare il valore che sarà utilizzato per l'attribuzione dei punteggi, espresso in cm. di traslazione longitudinale del piano al netto della dimensione occupata dalla colonna ossia la differenza tra il valore di traslazione in termini assoluti e la dimensione "lunghezza della colonna", come specificato al "chiarimento N. 2" trasmesso alle ditte partecipanti in corso di gara, per il tramite della funzione "comunicazione del portale del Mepa", constatato che tale istanza non inficia il giudizio di idoneità, di richiede alle ditte OPT Surgisystems srl e MEDICA srl di precisare la dimensione esatta della lunghezza della colonna.

Il Presidente ricorda che l'art. 10 del capitolato speciale di gara prevedeva obbligatoriamente una prova pratica/visione delle attrezzature offerte da effettuarsi presso una o più Strutture Operative delle Aziende coinvolte (ASFO e ASUFC), al fine di verificare la rispondenza delle stesse alle specifiche esigenze degli utilizzatori ed attribuire altresì i punteggi qualitativi previsti, pertanto dispone che gli Operatori economici vengano interpellati in tal senso, calendarizzando le date delle prove nella settimana dal 07 al 11 marzo c. a..

La seduta viene sospesa alle ore 10.20 e La Commissione si aggiorna a data da destinarsi.

Dott.ssa Fracas Mara f.to \_\_\_\_\_

p.ind. Guglielmo Pecoraro f.to \_\_\_\_\_

Dott.ssa Cecilia Luttmann f.to \_\_\_\_\_

Daniela Mattiussi f.to \_\_\_\_\_ segretario verbalizzante

**VERBALE N. 3 GARA ESPERITA TRAMITE RDO APERTA N. 2882928 SUL PORTALE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAVOLI CESAREO DESTINATI ALL’ATTREZZAGGIO DEI BLOCCHI PARTO DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) E DELL’OSPEDALE DI UDINE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) – ID21APB012.10**

L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di Marzo 2022 alle ore 09:30 presso la sala riunioni 2 dell’Ospedale Sant’Antonio, sito in Via Carducci n.12 a Daniele del Friuli (UD), si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale ARCS N. 893 del 20/12/2021 ed incaricata della valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura indicata in oggetto;

Sono presenti i Sigg:

per ASFO - Dott.ssa Fracas Mara (Presidente) **Presidente**

per ASUFC – p.ind. Guglielmo Pecoraro **Componente**

per ASUFC – Dott.ssa Cecilia Luttmann **Componente**

assiste e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la sig.ra Daniela Mattiussi.

assiste la Dott.ssa Stefania D’Arrigo (segretaria sostituta)

**IL PRESIDENTE**

- ricorda che nella seduta precedente si è provveduto ad attribuire il giudizio di idoneità alle offerte che rispondono alle caratteristiche di minima richieste dal Capitolato e a richiedere alle ditte OPT Surgisystems srl e Medica srl la dimensione della lunghezza della colonna, al fine di equiparare il valore che sarà utilizzato per l’attribuzione dei punteggi, espresso in cm. di traslazione longitudinale;
- dà lettura delle risposte pervenute entro i termini, prendendo nota delle dimensioni esposte ai fini delle valutazioni quantitative;
- ricorda altresì che nella seduta precedente, come previsto dall’art. 10 del capitolato speciale di gara, sono state calendarizzate le prove pratiche dei tavoli cesareo nella settimana compresa tra il 07 e l’11 marzo c.a.;
- dà lettura delle note Prot. n 5738 – 5739 e 5740 con le quali ARCS ha interpellato rispettivamente le ditte OPT Surgisystems srl, Medica srl e Getinge Italia srl, invitando le stesse a consegnare nella giornata del **4 Marzo 2022**, presso il Magazzino Economale dell’Ospedale Sant’Antonio di S. Daniele del Friuli (UD), una campionatura del tavolo cesareo offerto e offrendo alle stesse l’opportunità di effettuare nella giornata del **7 marzo 2022** una breve presentazione del prodotto offerto (max 30 minuti) nel corso del quale illustrarne le

caratteristiche, con particolare riguardo ai criteri qualitativi previsti dal capitolato, secondo i seguenti orari:

- |   |                      |                                |
|---|----------------------|--------------------------------|
| - | Getinge Italia srl   | dalle ore 10:00 alle ore 10:30 |
| - | Medica srl           | dalle ore 11:00 alle ore 11:30 |
| - | Opt Surgisystems srl | dalle ore 12:00 alle ore 12:30 |

### **LA COMMISSIONE**

all'unanimità prende atto:

- delle risposte pervenute da parte delle ditte OPT Surgisystems srl e Medica srl;
- che in data odierna sono stati convocati i concorrenti anzidetti al fine di effettuare la visione e la presentazione dell'attrezzatura offerta.
- che sono state regolarmente consegnate presso il Magazzino economale dell'Ospedale S. Antonio di S. Daniele del Friuli le campionature richieste, pena esclusione, dall'art. 10 del capitolato speciale di gara, da parte delle sole ditte Getinge Italia srl e OPT Surgisystems srl come risultante dai DDT conservati agli atti;
- della mancata presentazione della campionatura da parte della ditta Medica srl., che pertanto viene esclusa dalle successive fasi di gara;

La Commissione inoltre prende atto della nota d.d. 22/02/2022 trasmessa per il tramite della funzione "invia comunicazioni" predisposta dal portale Mepa con la quale la ditta Getinge Italia srl dichiara che l'attrezzatura portata in prova differisce dal modello offerto in gara. Il tavolo presentato infatti è il MEERA codice 720001B2 che ha le stesse funzionalità del tavolo operatorio offerto modello MEERA codice 720001B0 e dispone di ulteriori funzionalità, non richieste nel capitolato di gara, che non verranno presentate.

Il segretario alle ore 10.05 introduce il primo concorrente: **Getinge Italia srl – (rappresentato dai Sig.ri Giovanni Paolino e Davide Vailati)**

- Il tavolo portato in prova è il MEERA codice 720001B2 nella configurazione proposta in gara.
- Il concorrente convocato presenta le caratteristiche e le funzionalità del tavolo cesareo offerto e lo stesso viene brevemente testato nelle sue funzioni.
- La Commissione pone alcune domande

La presentazione della ditta termina alle ore 10.58.



Il segretario alle ore 11:36 introduce il secondo concorrente **OPT Surgysystems srl - (rappresentato dai Sigg.ri Gianpaolo Bolzan, Piercarlo Bravo e Michela Borz)** che si è reso disponibile ad anticipare la presentazione inizialmente prevista per le ore 12:00

- L'attrezzatura portata in prova è il tavolo cesareo modello VITA mod. 5760010 nella configurazione proposta in gara
- Il concorrente convocato presenta le caratteristiche e le funzionalità del tavolo cesareo offerto e il tavolo viene brevemente testato nelle sue funzioni.
- La Commissione pone alcune domande

La presentazione della ditta termina alle ore 12:30

Al termine delle presentazioni la Commissione, all'unanimità, discute il risultato delle visioni e delle relative presentazioni da parte degli OE, annotandone le risultanze sul prospetto generale relativo ai punteggi qualitativi, e procede con l'analisi della documentazione tecnica prodotta da ciascuna delle ditte;

Alle ore 13:30 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna alla data del 16 Marzo 2022.

Dott.ssa Fracas Mara f.to\_\_\_\_\_

p.ind. Guglielmo Pecoraro f.to\_\_\_\_\_

Dott.ssa Cecilia Luttmann f.to\_\_\_\_\_

Daniela Mattiussi f.to\_\_\_\_\_ segretario verbalizzante

**VERBALE N. 4 GARA ESPERITA TRAMITE RDO APERTA N. 2882928 SUL PORTALE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAVOLI CESAREO DESTINATI ALL’ATTREZZAGGIO DEI BLOCCHI PARTO DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO) E DELL’OSPEDALE DI UDINE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC) – ID21APB012.10**

L’anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 09:30 presso la Palazzina C - sala riunioni 1° piano dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute, sita in Via Pozzuolo n. 330 a Udine, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale ARCS N. 893 del 20/12/2021 ed incaricata della valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura indicata in oggetto;

Sono presenti i Sigg:

per ASFO - Dott.ssa Fracas Mara (Presidente) **Presidente**

per ASUFC – p.ind. Guglielmo Pecoraro **Componente**

per ASUFC – Dott.ssa Cecilia Luttmann **Componente**

assiste e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la sig.ra Daniela Mattiussi.

**IL PRESIDENTE**

- ricorda che nella seduta precedente sono state effettuate presso la sala riunioni 2 dell’Ospedale Sant’Antonio di S. Daniele del Friuli (UD) le visioni e le contestuali presentazioni da parte dei sottoelencati operatori economici che hanno regolarmente consegnato la campionatura prevista dall’art. 10 del capitolato speciale di gara:
  - Getinge Italia srl
  - OPT Surgysystems srl
- ricorda altresì che le risultanze delle visioni e delle presentazioni sono state annotate nel prospetto generale relativo ai punteggi qualitativi;

**LA COMMISSIONE**

riprende i lavori e, sulla scorta delle peculiarità di ciascun prodotto offerto in merito alle caratteristiche qualitative oggetto di valutazione e di quanto emerso durante la prova pratica, procede con l’assegnazione dei punteggi qualitativi, riassunti nell’allegato 1, parte integrante al presente verbale.

La seduta termina alle ore 11:00 e la documentazione viene rimessa agli uffici competenti per la prosecuzione della procedura.

Dott.ssa Fracas Mara f.to\_\_\_\_\_

p.ind. Guglielmo Pecoraro f.to\_\_\_\_\_

Dott.ssa Cecilia Luttmann f.to\_\_\_\_\_

Daniela Mattiussi f.to\_\_\_\_\_ segretario verbalizzante



[illegible]

Sub -criterio	Descrizione	CRITERIO	PUNTI MAX	GIUDIZIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	GIUDIZIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	GIUDIZIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
Formazione personale sanitario tecnico	Sarà assegnato il coefficiente maggiore all'apparecchiatura che presenterà la migliore soluzione con particolare riguardo a: <ul style="list-style-type: none"><li>Durata del corso;</li><li>Esattività degli argomenti trattati;</li><li>Qualità dei materiali didattici forniti.</li></ul>	D	2	Buono: Durata corso sanitari: 8 h. durata corso tecnici: 8 h.	0,80	1,60				Ottimo: Durata corso sanitari: 30 gg. con affiancamento specialista durata corso tecnici: una settimana	1,00	2,00
Estensione della garanzia inclusiva di assistenza tecnica full risk	Sarà attribuito il punteggio alle proposte, di 6 mesi in 6 mesi fino a 12 mesi aggiuntivi e non ulteriormente frazionabili, superiori ai 2 anni richiesti come requisito minimo: 36 mesi2 punti 30 mesi1 punto 24 mesi0 punti	T	2	36		2,00				36		2,00
Disponibilità di manuali di servizio	Disponibilità manuali di service1 punti Non Disponibile0 punti	T	1	si		1,00				si		1,00
PUNTI MAX SERVIZI			5	4,6				5				
PUNTI MAX TOTALE			70	59,24				66,26				
PUNTEGGIO MINIMO			42	62,58				70				
RIPARAMETRAZIONE												

Voce di giudizio:	Coefficiente
Ottimo	1
Distinto	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Scarso	0,3
Non valutabile/non significativo	0